

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101423323/25/AMUP

CA-AMUP-S-51-25

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
INTERVENCIONISME CORONARI
(COMPLEMENTARI 2)

CS/CC00/1101423323/25/AMUP

Criteris adjudicació

1 / 3



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P3FVS21EAF2MQEDYWEYO3SST64Y9FD

Data creació còpia:
30/01/2025 12:57:57

Pàgina 1 de 3

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitzen una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu, considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

S'han agrupat en desglossaments els lots que tenen una mateixa puntuació tècnica i econòmica i els mateixos criteris tècnics.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, en funció del lot, s'aplicaran criteris sotmesos a judici de valor i/o criteris objectius.



- Pel que fa els criteris subjectes a judici de valor:
 - S'aplicaran criteris tècnics que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics. Tots ells són criteris que seran ponderats per un grup d'experts multicèntric compost pels diferents facultatius designats pels hospitals de l'ICS.
 - **Hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva.** En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració
- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris a valorar són els que s'indiquen a continuació:

LOT 1

En aquest lot, la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

Els criteris tècnics addicionals, sotmesos a judici de valor, són els següents:

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptim	Mitjà	Baix
1.1 Puntuació tècnica subjectiva	1.1.1 Es valorarà el <u>Suport/Estabilitat</u> del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se): - Si el catèter baló té un suport òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter baló té un suport mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter baló té un suport baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	1.1.2 Es valorarà la <u>navegabilitat</u> del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter baló té una navegabilitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter baló té una navegabilitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter baló té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	1.1.3 Es valorarà la <u>radiopacitat</u> del catèter: la visibilitat del catèter: - Si el catèter baló té una radiopacitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter baló té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter baló té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	1.1.4. Es valorarà, la <u>rapidesa de buidament</u> , és a dir, la facilitat de buidament: - Si el catèter baló té una rapidesa de buidament òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter baló té una rapidesa de buidament mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter baló té una rapidesa de buidament baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	1.1.5. Es valorarà el <u>replegament</u> del catèter baló: la capacitat del baló a tornar a la seva mida original: - Si el catèter baló té un replegament òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter baló té un replegament mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter baló té un replegament baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0

