

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101422742/25/AM

INTRODUCTORS DE CATÈTERS
(COMPLEMENTARI)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 1 de 47

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	8
4.4.1. Condicions de subministrament	8
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges	13
4.5.2. L'albarà	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	15



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 2 de 47

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 3 de 47

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'**Introductors de catèters (complementari)** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Aquest expedient es per codi agrupador. Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama del codi agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 9 del PCAP** en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

En aquest expedient no hi ha Sobre 2, per tant la documentació s'ha de presentar al Sobre 2Bis.

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o



Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

- S'ha d'omplir: **Excel Licitació 1101422742_2bis**
- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Annex D3 Fitxa Resum Criteris Judici de Valor**
- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació



complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 7 de 47

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament



Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.



En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.



4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament



Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 12 de 47

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.



Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'emballatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'emballatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'emballatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor



- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 15 de 47

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 16 de 47

NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 – Llista resum, Criteris judici de valor
- ANNEX E - Presentació de mostres (No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 19 de 47

ANNEXOS
AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE
MATERIAL

CS/CC00/1101422742/25/AM

INTRODUCTORS DE CATÈTERS
(COMPLEMENTARI)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 20 de 47



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 21 de 47

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101422742/25/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	Codi	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	LOT OBLIGATORI	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS
001	Equip introductor arterial radial hidrofilic HEMODINÀMICA	999301420	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
		999301425	A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
		999302954	A - Equip introductor de lliberació, mallat/coilat, punta recta, sense vàlvula hemostàtica, per guia $\geq 0,035"$, per a dispositius de tancament percutani CIA, CIV, FOP, varis diàmetres i longitud ≥ 120	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
002	Introductor arterial accés femoral hidrofilic HEMODINÀMICA	999302385	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	2 PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302981	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb marcador rx, recobriment hidrofilic mínim 5cm, adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas, per guia 0,038"/0,97mm, varis diàmetres i longitud $\geq 45\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$	NO	2 PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
003	Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA	999301199	A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i agulla ecogènica $\leq 5\text{ cm}$, varis diàmetres i llargàries	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
		999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica $>5\text{cm}$ $\leq 10\text{ cm}$, amb cánula rígida, varis diàmetres i llargàries	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
004	Equip introductor arterial accés radial hidrofilic NEURORADIOLOGIA	999302982	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat recobriment hidrofilic, de pared prima, per guia 0,018"/0,021" i 0,025", varis diàmetres i longitud $\geq 10\text{cm}$ $\leq 16\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
005	Equip o introductor arterial accés radial o femoral no hidrofilic NEURORADIOLOGIA	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud estàndard $\geq 4\text{cm}$ $\leq 10\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
		999302978	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic amb vàlvula silicona tall transversal, per guia 0,038"/0,97mm, varis diàmetres i longitud $\geq 10\text{cm}$ $\leq 25\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
006	Equip introductor arterial accés femoral hidrofilic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA	999302711	A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
007	Equip introductor arterial accés femoral no hidrofilic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA	999302970	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, diàmetres $\geq 10\text{F}$ i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR



ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101422742/25/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	Codi	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	LOT OBLIGATORI	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS
008	Introdutor arterial accés femoral hidrofilic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	999302971	A - Introdutor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic , vaina pròximal més rígida i ≥ 2 zones de transició més flexible, per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>45\text{cm} <70\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
		999302972	A - Introdutor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic , vaina pròximal més rígida i ≥ 2 zones de transició més flexible, per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $\geq 80\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
009	Introdutor arterial accés femoral no hidrofilic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	999302973	A - Introdutor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, diàmetres $\geq 8\text{F}$ i longitud $>70\text{cm} <90\text{cm}$	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
010	Equip introductor arterial accés femoral no hidrofilic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	999302979	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic amb vàlvula silicona tall transversal, amb amb mini guia recta i en "J", $0,038"/0,97\text{mm}$,varis diàmetres i 10cm longitud	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
011	INTRODUCTORS D'ENDOPRÒTESI	999302396	A - Introdutor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 22cm i 25cm	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
012	VÀLVULES HEMOSTÀTIQUES	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	NO	3 PROVEIDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302980	A - Vàlvula hemostàtica de tall transversal, amb tub lateral i clau de pas de tres vies, compatible amb mides de catèter de fins a 7F, varies mides	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
013	Equip dilatador endovascular	999301356	A - Equip dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
014	Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons, varies pressions	999302366	A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de $>30\text{atm}$, varies capacitats	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
		999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de $<30\text{atm}$, varies capacitats	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR
		999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de $>30\text{atm}$, varies capacitats	NO	1 PROVEIDOR PER CODI AGRUPADOR





ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 24 de 47

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 24.01.2025 HORA: 12:44:58 PÀGINA: 1 / 5
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 999301199
Descripció llarga: A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i agulla ecogènica </=5 cm, varis diàmetres i llargàries		
Descripció tècnica: A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i agulla ecogènica </=5 cm, varis diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 999301204
Descripció llarga: A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides		
Descripció tècnica: A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 999301206
Descripció llarga: A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats		
Descripció tècnica: A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies cap acitats		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 999301356
Descripció llarga: A - Equip dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries		
Descripció tècnica: A - Equip dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 999301420
Descripció llarga: A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10 cm </=45cm		
Descripció tècnica: A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 999301425
Descripció llarga: A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm		
Descripció tècnica: A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 24.01.2025 HORA: 12:44:58 PÀGINA: 2 / 5
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 999301432
Descripció llarga: A - Introducitor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm		
Descripció tècnica: A - Introducitor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 999302366
Descripció llarga: A - Equip d'inflat ACP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats		
Descripció tècnica: A - Equip d'inflat ACP per a catèters balons de >30atm, varies capacita ts		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 999302367
Descripció llarga: A - Dispositiu d'inflat ACP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats		
Descripció tècnica: A - Dispositiu d'inflat ACP per a catèters balons de >30atm, varies cap acitats		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 999302385
Descripció llarga: A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45 cm		
Descripció tècnica: A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 999302396
Descripció llarga: A - Introducitor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 22cm i 25cm		
Descripció tècnica: A - Introducitor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació en dopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 22cm i 25cm		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 24.01.2025 HORA: 12:44:58 PÀGINA: 3 / 5
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 999302711
Descripció llarga: A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm		
Descripció tècnica: A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 999302954
Descripció llarga: A - Equip introductor de lliberació, mallat/coilat, punta recta, sense vàlvula hemostàtica, per guia >/=0,035", per a dispositius de tancament percutani CIA, CIV, FOP, varis diàmetres i longitud >120		
Descripció tècnica: A - Equip introductor de lliberació, mallat/coilat, punta recta, sense vàlvula hemostàtica, per guia >/=0,035", per a dispositius de tancament percutani CIA, CIV, FOP, varis diàmetres i longitud >120		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 999302969
Descripció llarga: A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, amb cánula rígida, varis diàmetres i llargàries		
Descripció tècnica: A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, amb cánula rígida, varis diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 999302970
Descripció llarga: A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia >/=0,035", diàmetres >= 10F i longitud >10cm <45cm		
Descripció tècnica: A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia >/=0,035", diàmetres >= 10Fr i longitud >10cm <45cm		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 999302971
Descripció llarga: A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic, vaina pròximal més rígida i >=2 zones de transició més flexible, per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm		
Descripció tècnica: A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic, vaina pròximal més rígida i >=2 zones de transició més flexible, per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm		



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0118GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 27 de 47

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 24.01.2025 HORA: 12:44:58 PÀGINA: 4 / 5
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 999302972
Descripció llarga: A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic , vaina pròximal més rígida i >=2 zones de transició més flexible, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >=80cm		
Descripció tècnica: A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic , vaina pròximal més rígida i >=2 zones de transició més flexible, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >=80cm		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 999302973
Descripció llarga: A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia >=0,035", diàmetres >=8F i longitud >=70cm < /=90cm		
Descripció tècnica: A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia >=0,035", diàmetres >=8FR i longitud >=70cm < /=90cm		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 999302978
Descripció llarga: A - Equip introducitor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic amb vàlvula silicona tall transversal, per guia 0,038"/0,97mm ,varis diàmetres i longitud >=10cm < /=25cm		
Descripció tècnica: A - Equip introducitor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic amb vàlvula silicona tall transversal, per guia 0,038"/0,97mm ,varis diàmetres i longitud >=10cm < /=25cm		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 999302979
Descripció llarga: A - Equip introducitor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic amb vàlvula silicona tall transversal, amb amb mini guia recta i en "J", 0,038"/0,97mm,varis diàmetres i 10cm longitud		
Descripció tècnica: A - Equip introducitor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic amb vàlvula silicona tall transversal, amb amb mini guia recta i en "J", 0,038"/0,97mm,varis diàmetres i 10cm longitud		
SOL.COMANDA: 1101422742	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 999302980
Descripció llarga: A - Vàlvula hemostàtica de tall transversal, amb tub lateral i clau de pas de tres vies, compatible amb mides de catèter de fins a 7 F, varies mides		
Descripció tècnica: A - Vàlvula hemostàtica de tall transversal, amb tub lateral i clau de pas de tres vies, compatible amb mides de catèter de fins a 7 F, varies mides		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 24.01.2025
HORA: 12:44:58
PÀGINA: 5 / 5

SOL.COMANDA: 1101422742 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 999302981

Descripció llarga:

A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb marcador rx,recobriments hidrofílic mínim 5cm,adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas,per guia 0,038"/0,97mm, vari s diàmetres i longitud >/=45cm </=90cm

Descripció tècnica:

A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb marcador rx,recobriments hidrofílic mínim 5cm,adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas,per guia 0,038"/0,97mm, vari s diàmetres i longitud >/=45cm </=90cm

SOL.COMANDA: 1101422742 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 999302982

Descripció llarga:

A - Equip introducitor arterial radial no mallat/coilat recobriments hidrofílic, de pared prima, per guia 0,018"/0,021" i 0,025", vari s diàmetres i longitud >/=10cm </=16cm

Descripció tècnica:

A - Equip introducitor arterial radial no mallat/coilat recobriments hidrofílic, de pared prima, per guia 0,018"/0,021" i 0,025", vari s diàmetres i longitud >/=10cm </=16cm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0118GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 29 de 47



ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101422742_2Bis



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 30 de 47



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 31 de 47

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1101422742.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1101422742 MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Form. Exp.:		CS/C006/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:		SUBINSTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																				
NIF:																				
Data																				
Segell Empresa:																				
Signatura:																				
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B																		
Número oferta Variant:																				
Líst.	Partida	Desc.	Partida	Preu.	Material	Descripció Material	Quantitat	Unitat	Preu unitari gordada amb IVA	Par	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Fins	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Codi
						Sabó en gel per a rentar de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compatible compatible SAP														
1	0			400	30030787	10030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
	1	0		420	30030791	10030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
						Sabó en gel, rentas frequent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml														
2	0			380	30030785	10030785	78946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
						Cúmul amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre Compatible														
2	0			670	30030962	10030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
						Dispensador col·lega per sabó rentas frequent 1000ml, compatible amb codi SAP														
2	0			710	30040615	10030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX D . ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 32 de 47

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)**Àrea DADES DEL LICITADOR**

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobrint hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 33 de 47

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u> . Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 34 de 47

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
CS/CC00/1101422742/25/AM	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS (COMPLEMENTARI)		
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom		Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *		Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
(SI/NO)			
Altres acreditacions i/o auto certificació			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnivv_pag1.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0118GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 35 de 47

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

CS/CC00/1101422742/25/AM

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS (COMPLEMENTARI)

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnIndv_pag2.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0118GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 36 de 47



ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 37 de 47

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment Regulació productes sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 38 de 47

ANNEX D2 LLISTAT RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. Expedient

CS/CC00/1101422742/25/AM

Descripció expedient

INTRODUCTORS DE CATÈTERS (COMPLEMENTARI)

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 39 de 47



ANNEX D3

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació (JUDICI DE VALOR)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 40 de 47



ANNEX D3 - FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101422742/25/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS
(COMPLEMENTARI)

DESGLOSSAMENT 1

- Lot 01 - Equip introductor arterial accés radial hidrofílic HEMODINÀMICA
- Lot 02 - Introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA
- Lot 04 - Equip introductor arterial accés radial hidrofílic NEURORADIOLOGIA
- Lot 06 - Equip introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA
- Lot 13 - Equip dilatador endovascular

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)
Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular
Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac
Acabament hidròfil i grau de lliscament

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 41 de 47



ANNEX D3 - FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101422742/25/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS
(COMPLEMENTARI)

DESGLOSSAMENT 2

Lot 03 - Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA

Lot 05 - Equip o Introductor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA

Lot 07 - Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA

Lot 11 - Introductors d'endopròtesi

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular
Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 42 de 47



ANNEX D3 - FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101422742/25/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS (COMPLEMENTARI)

DESGLOSSAMENT 3

Lot 08 - Introducador arterial accés femoral hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular
La resistència a la plicatura en tortuositat vascular
Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac
Acabament hidròfil i grau de lliscament

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 43 de 47



ANNEX D3 - FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101422742/25/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS (COMPLEMENTARI)

DESGLOSSAMENT 4

- Lot 09 - Introducador arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA
Lot 10 – Equip introducador arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular
La resistència a la plicatura en tortuositat vascular
Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 44 de 47



ANNEX D3 - FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101422742/25/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS (COMPLEMENTARI)

DESGLOSSAMENT 5

Lot 12 – Vàlvules hemostàtiques

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Capacitat de segellat (no pèrdues) de la vàlvula, a fi de que el procediment ofereixi la màxima facilitat, fiabilitat i seguretat.

Incorporar un passaguies a fi de facilitar el procediment.

Incorporar un torque a fi de facilitar el procediment.

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 45 de 47



ANNEX D3 - FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101422742/25/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS (COMPLEMENTARI)

DESGLOSSAMENT 6

Lot 14 – Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, varies pressions

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Que l'allargadera lateral de la clau d'intervencionisme no dificulti el procediment a fi d'evitar problemes de trencament, pel fet de no suportar altes pressions.
Que la clau d'intervencionisme no provoqui entrada d'aire en el sistema, un cop verificada aquesta, a fi de que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat.
Que la base del manòmetre sigui l'adequada a fi de no dificultar el seu maneig i facilitar un òptim purgat inicial
Braç de palanca per facilitar l'inflat a fi de que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat.
Que l'equip incorpori els components adequats (vàlvula i/o torque) perquè el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat.

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 46 de 47



ANNEX E - Presentació de mostres

NO HI HA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01I8GD303VO29TSMJL0MGG8470UEY5TR

Data creació còpia:
28/01/2025 08:52:56

Pàgina 47 de 47