

Exp.: 2024/183

Tipus: Subministrament

Procediment: Contractació basada d'Acord marc amb diverses empreses relatiu al "subministrament de material per a sutura mecànica i electrocirurgia per a l'Hospital Clínic de Barcelona" (Exp.: 2024/72)

Objecte: Subministrament del **lot 8**, relatiu a grapadora de pell, de l'Acord marc pel subministrament de material per a sutura mecànica i electrocirurgia per a l'Hospital Clínic de Barcelona

Promotor: Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM); Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU); Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON); Institut Clínic de Cardiologia (ICCV); Institut Clínic Respiratori (ICR); Àrea Quirúrgica

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN CONTRACTE BASAT EN L'ÀMBIT DE L'ACORD MARC 2024-72

De conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de l'Acord marc amb número d'expedient 2024-72, en concret, l'apartat 2.H. del Quadre de característiques relatiu al PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN L'ACORD MARC, l'execució de l'Acord marc es farà segons dos sistemes:

- a) Sense convocar les parts a una nova licitació d'acord amb les condicions fixades a l'Acord marc; o bé
- b) Convocant a totes les parts a una mini licitació. Respecte a aquest sistema, s'estableix que "de conformitat amb el que s'estableix a l'article 221.4.a) de la LCSP, es podran adjudicar contractes basats sense tenir en compte l'ordre de classificació/prelació, sempre i quan es convoqui prèviament a una **nova licitació <mini licitació>** a totes les empreses part en el lot de l'Acord marc que es tracti, i sempre que concorri una raó de caràcter clínic i assistencial que faci necessària l'adquisició d'un subministrament amb un grau de qualitat superior, com de seguretat, facilitat d'ús, ergonomia, precisió i consistència de les sutures, de manera que sigui imprescindible valorar el subministrament d'un determinat lot aplicant criteris d'adjudicació adreçats a garantir dita qualitat. Això es justificarà en l'informe que es realitzarà en el moment de la contractació basada. En aquest cas, els criteris d'adjudicació del contracte basat hauran de ser necessàriament algun dels que s'estableixen en l'**apartat 2.D.2** d'aquest Plec".

En relació amb el **lot 8**, cal afirmar que concorre una raó de caràcter clínic i assistencial que justifica la necessitat de convocar a les empreses adjudicatàries de l'Acord marc a una mini-licitació per adjudicar el contracte basat corresponent amb la finalitat de garantir un nivell de qualitat superior. En aquest cas, es tracta de garantir la cobertura de les necessitats quirúrgiques en pacients sotmesos a intervencions específiques en què els facultatius utilitzen tècniques endoscòpiques per ocluir vasos i altres estructures tubulars, on cal assegurar una manipulació precisa, eficient i segura. Això permet obtenir resultats clínics òptims, protegint tant la seguretat del pacient com la fiabilitat en el treball del personal sanitari. Aquest subministrament requereix valorar criteris que van més enllà de les exigències mínimes definides en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), prioritzant aspectes com la facilitat d'ús, ergonomia, confort per als pacients, control i la seguretat assegurant una aplicació efectiva i mínimament invasiva, i l'eficiència en l'àmbit quirúrgic. En aquest context, i atès que és necessari garantir un major nivell de qualitat, una mini-licitació permetrà seleccionar el subministrament que compleixi amb un nivell de qualitat superior, alineat amb les necessitats específiques de l'àmbit quirúrgic de l'Hospital Clínic, tot garantint els principis de transparència i igualtat de tracte i seguretat jurídica, establerts la LCSP i en els termes de l'Acord marc. La mini licitació es farà d'acord amb el procediment fixat en la clàusula trenta-unena de l'Acord marc i de conformitat amb el previst en l'apartat 6 de l'article 221 de la LCSP, així com el que s'estableixi en els documents de licitació corresponents a la contractació basada.

Barcelona,

Dr. Miguel Pera Román
Cap de Servei de Cirurgia General i Digestiva

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS

LOT 8 (ARTICLE 48)

1. CRITERIS SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR:

Metodologia d'avaluació i atribució de la puntuació:

- La Unitat Técnica encarregada de la valoració dels productes valorarà els materials objecte de licitació mitjançant proves exhaustives de les **mostres** demanades a totes les empreses part de l'AM i convidades a la licitació del contracte basat i sota les mateixes condicions, valorant l'experiència de la utilització d'aquestes en el camp de treball habitual, d'acord amb els criteris d'adjudicació emprats en aquest apartat.
- S'atorgarà la major puntuació a aquella/es empresa/es que s'adapti/n millor als **criteris de valoració**. La resta d'empreses seran valorades comparativament, justificant i motivant la puntuació final en l'informe de valoració. L'atribució de la puntuació es farà en funció de les diferències més rellevants identificades en les ofertes presentades per les empreses licitadores.
- En cas que cap empresa s'adapti correctament al criteri, la màxima puntuació quedarà deserta i s'atorgarà de manera justificada la puntuació corresponent d'acord amb el criteri tècnic dels avaluadors. Així mateix, la resta d'empreses seran valorades de forma comparativament.
- Es valorarà i s'atorgarà la puntuació a la totalitat del lot.

1) Facilitat d'ús i maneig del dispositiu i els seus accessoris (fins a 10 punts):

Es valorarà la **facilitat d'ús i maneig** de la grapadora de pell i els accessoris associats durant totes les fases del seu ús, incloent la preparació, aplicació i eventual retirada de les grapes. Els aspectes específics a avaluar són:

- **Ergonomia, comoditat i intuïtivitat (fins a 5 punts):** es valorarà que el disseny de la grapadora i els seus accessoris associats garanteixi un maneig còmode i intuïtiu al personal sanitari, amb un pes adequat que redueixi la fatiga durant l'ús prolongat, i que faciliti el seu ús sense afectar la precisió ni la seguretat.
- **Fluïdesa en l'aplicació i retirada de les grapes (fins a 5 punts):** es valorarà la capacitat del dispositiu per realitzar el procés de manera àgil i sense interrupcions, minimitzant errors durant l'aplicació.

Justificació: els aspectes avaluats en relació amb la facilitat d'ús i maneig (com l'ergonomia, comoditat, intuïtivitat, i fluïdesa en l'aplicació i retirada de les grapes) són clau en l'ús d'aquest tipus de dispositiu mèdic en contextos sanitaris on l'eficiència i seguretat dels professionals i persones ateses són primordials. Aquest criteri se centra en l'experiència de l'usuari, és a dir, en com el personal sanitari interactua amb la grapadora. L'ergonomia, comoditat, la intuïció en l'ús i la fluïdesa en l'aplicació són aspectes que busquen facilitar el treball del professional, essent el seu enfocament principal la comoditat i eficiència en el maneig.

2) Control i seguretat del dispositiu i els seus accessoris (fins a 40 punts):

Es valorarà que la grapadora de pell i els accessoris associats **millorin el control i la seguretat** durant totes les fases del procediment, incloent-hi la preparació, aplicació i retirada de les grapes. Els aspectes específics a avaluar són:

- **Seguretat per a professionals i pacients (fins a 15 punts):** es valorarà la presència de mecanismes que garanteixin la seguretat dels professionals sanitaris i dels pacients, com dispositius de bloqueig per evitar disparells accidentals, sistemes tàctils, visuals o sonors que indiquin la correcta col·locació i aplicació de les grapes, i materials que redueixin el risc de reaccions adverses, i altres característiques que minimitzin riscos associats al procediment.
- **Control en el posicionament i aplicació de les grapes (fins a 15 punts):** es valorarà que el dispositiu permeti assegurar un posicionament correcte i una aplicació precisa i controlada de les grapes, minimitzant errors que puguin afectar la integritat del teixit i la qualitat del procediment i evitar danys en teixits subjacents com ossos, vasos o vísceres.
- **Consistència en el rendiment (fins a 10 punts):** es valorarà que el dispositiu ofereixi un rendiment constant en diverses aplicacions, garantint que cada engrapat sigui igual d'efectiu i segur, i la capacitat de la grapadora per funcionar de manera fiable en diferents condicions i amb diversos tipus de teixits.

Justificació: en dispositius com les grapadores de pell, el control i la seguretat són crucials per garantir procediments quirúrgics efectius i segurs, protegint tant els pacients com els professionals sanitaris. Aquest criteri s'enfoca en els mecanismes de seguretat i control que protegeixen tant el pacient com al professional. Aquí s'avaluen els sistemes que prevenen errors i accidents, així com la capacitat del dispositiu per a assegurar un posicionament correcte de les grapes. Així mateix, un engrapat precís i consistent no només millora els resultats clínics, sinó que també redueix el risc de complicacions, protegint tant els pacients com els professionals sanitaris.

Tal i com s'estableix al punt 1 de la Directriu 1/2020, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública, en les licitacions de contractes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, amb una pluralitat de criteris de valoració, es valorarà la oferta tècnica presentada en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i, posteriorment, s'han d'ordenar les diferents propostes valorades per ordre decreixent i aplicar la fórmula que tot seguit s'indica per obtenir la puntuació final dels diferents criteris sotmesos a un judici de valor:

Fórmula:

PoP = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VTop = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VTmv = Valoració Tècnica de l'Oferta Millor Valorada

Aquesta fórmula s'aplicarà per a cadascun dels criteris establerts sotmesos a un judici de valor per tal d'obtenir la puntuació total d'aquests criteris.

S'estableix un llindar mínim del 85% de la puntuació per a cada criteri que es valorarà i posteriorment es puntuarà. Això comporta que si cap licitador assoleix aquest llindar un cop valorades les ofertes tècniques, la fórmula no s'aplicarà al/s criteri/s la valoració del/s qual/s no superi el llindar i, per tant, la puntuació final del criteri vindrà donada pel valor obtingut en la fase de valoració de les ofertes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT:

PREU.....FINS A 50 PUNTS

L'oferta econòmica es valorarà d'acord amb la fórmula següent: Fórmula amb valor de ponderació: s'aplicarà un valor de ponderació (VP) de 1,5

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

Puntuació de l'oferta a Valorar= (Pv)

Punts criteri econòmic= (P)

Import de Licitació= (IL)

Oferta Millor= (Om)

Valor de Ponderació= (VP)

Oferta a Valorar= (Ov)