

EXPD. CLILAB 2024/04

**Informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica establerts en el
quadre de característiques específiques**



Licitadors que han presentat oferta:

- PROQUINORTE, S.A
- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U.

El resultat de la valoració és el següent:

		Empresa licitadora		
		PROQUINORTE, S.A	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U	
	Críteris automàtics: fins a 100 punts PUNTS			
VALORACIÓ ECONÒMICA	És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: $P_e = \left[1 - \left(\frac{P_1 - P_2}{P_1} \right) \times \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right) \right] \times P$ <p> <i>P₁</i> = Puntuació de l'oferta a Valorar <i>P</i> = Punts criteri econòmic <i>Q₁</i> = Oferta Millor <i>Q₂</i> = Oferta a Valorar <i>E</i> = Import de Licitació <i>VP</i> = Valor de ponderació, essent 1 </p>	45 38,84 punts (998.296,24€)	45 punts (860.807,08€)	
VALORACIÓ TÈCNICA	Equip d'extracció que permeti treballar directament amb tub primari, de 5 o 10ml, sense necessitat de realitzar alíquotes de cada mostra per a la posterior extracció dels àcids nucleics. SI: 5 punts NO: 0 punts	5	5 punts. L'equip d'extracció permet un flux de treball totalment automatitzat desde la mostra primària fins l'ADN i ARN. Veure Document: CRITERIOS ADJUDICACION_F / MEMORIA TECNICA - PUNTO 4_F	5 punts. L'equip d'extracció permet fer l'extracció d'àcids nucleics a partir de tub primari de 2 a 10ml. Veure Document: 03_ACREC_CRITERIS_
	Equip d'extracció que utilitzi kits "ready-to-use" (kits que no requereixin de preparacions/resuspensions dels reactius prèvies al seu ús). SI: 10 punts NO: 0 punts	10	10 punts. Extracció automàtica utilitzant reactius que no requereixin preparació prèvia. Veure document: MEMORIA TECNICA - PUNTO 4_F / CRITERIOS ADJUDICACION_F	10 punts. S'oferta un únic kit de reactius per qualsevol tipus d'extracció. Es pot utilitzar sense realitzar cap manipulació prèvia. Veure Document: 03_ACREC_CRITERIS_
	Equip d'extracció que permeti la purificació automatitzada de diferents tipus d'àcids nucleics (ADN genòmic, RNA i DNA lliure circulant) a partir de sang o altres fluids biològics i de mostres parafinades. SI: 10 punts NO: 0 punts	10	10 punts. L'equip d'extracció permet extreure ADN genòmic, ADN circulant i ARN a partir de diferents tipus de mostres humanes. Veure Document: MEMORIA TECNICA - PUNTO 4_F / CRITERIOS ADJUDICACION_F	10 punts. L'equip d'extracció permet extreure ADN genòmic, ADN circulant i ARN a partir de diferents tipus de mostres humanes. Veure Document: 03_ACREC_CRITERIS_
	Nombre de canals de detecció a l'equip de RT-PCR per tal de tenir una alta capacitat de multiplexar. 5 canals: 5 punts 6 canals: 10 punts 7 canals: 15 punts	15	10 punts. L'equip porta incorporats 6 canals de detecció. Veure Document: MEMORIA TECNICA - PUNTO 4_F	15 punts. L'equip de PCR a temps real té 7 canals de detecció. Veure Document: 03_ACREC_CRITERIS_
	Per les determinacions de RT-PCR diverses determinacions comparteixen protocol, i per tant, es poden processar en un mateix run, optimitzant al màxim els recursos. 5 o més determinacions amb el mateix protocol = 5 punts Menys de 5 determinacions amb el mateix protocol = 0 punts	5	0 punts. Les determinacions no comparteixen protocol. Veure Document: CRITERIOS ADJUDICACION_F	5 punts. Segons els inserts aportats, hi ha 7 kits diferents ofertats que comparteixen el mateix programa de PCR. Veure inserts dels kits ofertats (01_DOC_TEC_Reactivos).
	El control dels equips es pot fer mitjançant una interfície gràfica d'usuari que s'executi en un PC. SI: 5 punts NO: 0 punts	5	5 punts. El control dels equips ofertats es pot fer mitjançant una interfície gràfica d'usuari. Veure Document: CRITERIOS ADJUDICACION_F	5 punts. El control dels equips ofertats es pot fer mitjançant una interfície gràfica d'usuari. Veure Document: 03_ACREC_CRITERIS_
	El proveïdor és directament el fabricant dels equips. SI: 5 punts NO: 0 punts	5	0 punts. L'empresa proveïdora no és fabricant de cap dels equips ofertats. Veure Document: CRITERIOS ADJUDICACION_F	5 punts. El proveïdor és fabricant dels 2 equips ofertats (extracció i PCR a temps real). Veure Document: 03_ACREC_CRITERIS_
	100	78,84 punts	100 punts	

El tècnic sota signant eleva el present informe a la Mesa de contractació, tot detallant la valoració exposada, amb el fi de que procedeixi d'acord amb la legislació vigent.




Vilafranca del Penedès, 24 de gener de 2025

Dra. Imma Hernan Sendra
 Responsable de l'àrea de Genètica
 Consorci del Laboratori Intercomarcal de
 l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf