

Expedient: CLILAB Diagnòstics 2024/11**Acta de la sessió d'obertura de proposicions.**
(proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)**ACTA C**

Donant compliment a l'establert en el calendari i a la plataforma de contractació pública previst per a la licitació del **Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)**, essent les 14:46 hores del dia 20 de gener de 2025 es dona inici a l'obertura del sobre C del procediment per al **subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari incloent el seu manteniment, per a la realització de l'estudi sistemàtic i sediments d'orines de l'àrea de Microbiologia del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)**, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

De conformitat amb l'ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital, les ofertes presentades per les diferents empreses licitadores s'obriran mitjançant l'eina del sobre digital, en el que tenen accés de manera telemàtica tots els membres de la Mesa de contractació.

Tal i com s'indica en els plecs que regeixen la present licitació i, en concret, en el quadre de característiques específiques, la Mesa de contractació es constitueix pels membres següents:

Presidenta: Sra. Clara Sistané Caldés, assessora legal del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui

Secretària: Sra. Mireia Taboada Villagrasa, responsable del departament de contractació del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui

Vocal: Sra. Yuliya Poliakova, cap de servei de Microbiologia del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui

Vocal: Sra. Clara Marcó de Mas, facultatiu especialista en Microbiologia del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui

Vocal: Sra. Tamara Soler Maniega, facultatiu especialista en Microbiologia del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui

Vocal: Sra. Judith Esplugas Conesa, òrgan control intern econòmic i pressupostari del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui.


Vocal: Sra. Andrea Arbós Haro, assessora jurídica del Servei Agregat de Contractacions Administratives del CSC o persona en qui delegui

Tot seguit s'ha procedit a l'obertura dels Sobres C, essent les propostes, les següents:

		Empresa licitadora	
		SYSMEX ESPAÑA, S.L.	
Criteris automàtics: fins a 100 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: $P_e = \left[1 - \left(\frac{O_m - O_v}{O_m - O_v} \right) \times \left(\frac{P}{P_m} \right) \right] \times P$ P_e = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar P_m = Import de Licitació P = Valor de ponderació, essent 1	51	51 punts (632.204,00 €)
VALORACIÓ TÈCNICA	Es valorarà la presència de paràmetres addicionals de creatinina i albúmina a la tira reactiva: <i>fins a 4 punts</i> Si: 4 punts No: 0 punts	4	4 punts (pàgina 1 Fitxa tècnica Meditape UC 11A) A la fitxa tècnica del reactiu consta la presència dels paràmetres de creatinina (rang de mesura 10 - 300 mg/dL) i albúmina (rang de mesura 10 - 150 mg/L) i el càlcul automàtic de l'índex de proteïna/creatinina i l'índex albúmina/creatinina segons la configuració de l'analitzador.
	Possibilitat de fer l'anàlisi del sediment mitjançant tecnologia de citometria de flux amb fluorescència: <i>fins a 10 punts</i> Si: 10 punts No: 0 punts	10	10 punts (Pàgina 3 en les fitxes tècniques UF-5000 i UF-4000 i pàgina 2 en la fitxa tècnica UF-1500) A les fitxes tècniques dels analitzadors de sediment UF-5000, UF-4000, UF-1500 consta que la tecnologia d'aquests instruments és citometria de flux amb fluorescència amb làser semiconductor blau (488 nm).
	Possibilitat d'analitzar líquids biològics sense pretractament de la mostra, i amb un programari específic, diferent del d'orines: <i>fins a 5 punts</i> Si: 5 punts No: 0 punts	5	0 punts (Manual UF-5000 Capítol 1 Pàgina 8 i Capítol 5, pàgines 45-56 i Manual UF-4000 Capítol 1 Pàgina 9 i Capítol 5 Pàgina 47-48) En els manuals d'analitzadors de sediment UF-5000 i UF-4000 consten diverses taules amb paràmetres mesurables en les mostres de líquids biològics, incloent-hi els límits de detecció, els límits de quantificació, exactitud, precisió, etc. A més, a l'apartat d'ús previst consta que són instruments de diagnòstic in vitro per a la determinació de paràmetres clínics a l'orina humana i en els líquids corporals humans. Però en cap apartat consta que la mostra NO requereixi pretractament.
	Possibilitat de proporcionar de forma automàtica informació sobre la classificació Gram dels bacteris detectats (Gram positiu o negatiu): <i>fins a 5 punts</i> Si: 5 punts No: 0 punts	5	5 punts (Manual UF-5000 Capítol 5 pàgines 72. Manual UF-4000 Capítol 5 pàgina 74. Manual UF-1500 capítol 7 pàgina 75) Als manuals d'analitzadors de sediment consta que l'afinitat gram de les bacteries al colorant s'infereix a partir del diagrama de dispersió de les bacteries (distribució) i es classifica sota el paràmetre BACT-Info amb 4 possibles resultats: Gram positiu? Gram negatiu? Gram Pos/Neg? No classificat
	Determinació automàtica i quantitativa de cèl·lules atípiques: <i>fins a 5 punts</i> Si: 5 punts No: 0 punts	5	5 punts (Manual UF-5000 Capítol 8, pàgines 87-88. Manual UF-4000 Capítol 8 pàgines 89-90. Manual UF-1500 capítol 17 pàgines 309-310) Als manuals d'analitzadors de sediment als capítols dedicats als paràmetres d'investigació s'inclou la detecció de Cèl·lules atípiques en mostra d'orina de manera quantitativa (per microlitre).
	Possibilitat de determinar cèl·lules renals tubulars de manera automàtica i quantitativa: <i>fins a 5 punts</i> Si: 5 punts No: 0 punts	5	5 punts (Manual UF-5000 Capítol 1 pàgina 10 i Capítol 5, pàgines 45-56. Manual UF-4000 Capítol 1 Pàgina 11 i Capítol 5 pàgina 47-48, Manual UF-1500, Capítol 1 Pàgina 13 i Capítol 7 Pàgines 56) Als manuals d'analitzadors de sediment (Manual UF-5000, Manual UF-4000 i Manual UF-1500) consta que entre els paràmetres que poden incloure's en un informe estan inclosos cèl·lules tubulars renals i s'indica l'interval de quantificació per microlitre.
	Es valorarà l'oferta d'equips automàtics de tira reactiva en les centres perifèrics amb equips automàtics de sediment: <i>fins a 10 punts</i> Si: 10 punts No: 0 punts	10	10 punts (Memòria Tècnica Pàgina 1) A la Memòria Tècnica consta que als laboratoris d'Igualada, Sant Camil i Broggi s'ofereixen els equips automàtics de tira d'orina (UC-3500, un per cada centre) juntament amb els analitzadors automàtics de sediment
	Possibilitat d'incloure un equip de back-up tant de tira com de sediment dins de la cadena principal d'urinanàlisi: <i>fins a 5 punts</i> Si: 5 punts No: 0 punts	5	5 punts (Memòria Tècnica Pàgina 1) A la Memòria Tècnica consta que al laboratori Central de Vilafranca a la cadena d'orina es dupliquen els instruments de tira reactiva (2 UC-3500) i de sediment (2 UF-5000).
		100	95 punts

S'ha indicat que la Mesa avaluarà les ofertes i elevarà l'acta amb la seva proposta d'adjudicació i les observacions que estimi pertinents a l'Òrgan de Contractació, el qual decidirà l'adjudicació del contracte.

I, sense cap altre qüestió de què tractar, sent les 16:00 hores, la Presidenta aixeca la sessió, de la qual, s'estén aquesta acta.


 **CLILAB**
DIAGNÒSTICS

La Presidenta

Sra. Clara Sistané Caldés


 **CLILAB**
DIAGNÒSTICS

La Secretària

Sra. Mireia Taboada Villagrasa