

**INFORME D'AVALUACIÓ DE CRITERIS SUBJECTIUS DE
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE
DISPOSITIU PER A LA DETERMINACIÓ DE L'EMBARÀS EN
ORINA**

CS/CC00/1101413394/25/PS

Document signat digitalment per:
Maria Antònia Llopis Diaz (05/02/2025 18:46 CET)



Doc.original signat per:
Maria Antònia Llopis Diaz
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 06/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



016T8082WDOYWCVC52I8HMZFOXNMWMSA

Data creació còpia:
06/02/2025 08:33:40

Pàgina 1 de 7

**INFORME D'AVUACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR RESPECTE AGREGAT DE MATERIAL DE DISPOSITIU
PER A LA DETERMINACIÓ DE L'EMBARÀS EN ORINA**

CS/CC00/1101413394/25/PS

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4.

AVUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitzen una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu, considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius de valoració són els que s'indiquen a continuació:

1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació econòmica màxima serà de **65 punts** i estarà en funció dels lots.

Els preus són de referència, no limiten el preu de les ofertes.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

32_PPT_PS_S_129_25



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 06/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



016T8082WDOYWCVC52I8HMZF0XNMWMSA

Data creació còpia:
06/02/2025 08:33:40

Pàgina 2 de 7

**INFORME D'AVALUACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR RESPECTE AGREGAT DE MATERIAL DE DISPOSITIU
PER A LA DETERMINACIÓ DE L'EMBARÀS EN ORINA**

CS/CC00/1101413394/25/PS

2. PUNTUACIÓ TÈCNICA

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Com a característiques addicionals, en funció del lot, s'aplicaran criteris sotmesos a judici de valor.

- S'aplicaran criteris tècnics que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics. Tots ells són criteris que seran ponderats per un grup d'experts multicèntric compost pels diferents facultatius designats pels hospitals de l'ICS.
- Hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris a valorar són els que s'indiquen a continuació:

La puntuació econòmica serà de 65 punts, la puntuació tècnica objectiva 10 punts i sotmesa a judici de valor de 25 punts.

2.1 Criteris tècnics objectius

Es valorarà la oferta que disposi de diferents tipus de presentacions, com a mínim una de 25 test, especificat a la product data/fixa tècnica del proveïdor. L'oferta que disposi de més presentacions rebrà la **màxima puntuació 10**, resta proporcional.

2.2 Criteris tècnics sotmesos a judici de valor:

Concepte	Criteri	Puntuació
<u>Criteris judici de valor</u>	1.- Interpretació de resultats positius: Es provaran mostres en 5 casos positius recollits en els laboratoris hospitalaris de l'ICS. Els casos amb màxim grau de definició rebran una puntuació de 8 punts . La resta d'ofertes es valorà de forma directament proporcional.	8
	2.- Interpretació de resultats negatius: Es provaran mostres en 5 casos negatius recollits en els laboratoris hospitalaris de l'ICS. Els casos amb màxim grau de definició rebran la màxima puntuació: 8 punts . La resta d'ofertes es valorà de forma directament proporcional.	8
	3.- Interpretació de resultats de mostres amb valors propers al punt discriminant Es provaran mostres en 15 casos amb valors difícils d'interpretar propers al punt discriminant, recollits en els laboratoris hospitalaris de l'ICS. Els casos amb màxim grau de definició rebran la màxima puntuació: 9 punts . La resta d'ofertes es valorà de forma directament	9

32_PPT_PS_S_129_25



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



016T8082WDOYWVCV52I8HMZF0XNMWMSA

Data creació còpia:
06/02/2025 08:33:40

Pàgina 3 de 7

**INFORME D'AVUACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR RESPECTE AGREGAT DE MATERIAL DE DISPOSITIU
PER A LA DETERMINACIÓ DE L'EMBARÀS EN ORINA**

CS/CC00/1101413394/25/PS

3. ANNEXOS DE L'INFORME:

- **ANNEX 1:** BASE DE PONDERACIONS diferenciada per lots i licitador - El desglossament de puntuacions obtinguda en la valoració dels criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor.
- **ANNEX 2:** INFORME VALORACIÓ CRITERIS emès per l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron.

32_PPT_PS_S_129_25



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 06/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



016T8082WDOYWCV52I8HMZF0XNMWMSA

Data creació còpia:
06/02/2025 08:33:40

Pàgina 4 de 7

CS/CC00/1101413394/25/PS										8 (SUBJECTIU)	8 (SUBJECTIU)	9 (SUBJECTIU)				
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Interpretació de resultats positius	Interpretació de resultats negatius	Interpretació de resultats de mostres amb valors propers al punt discriminant	Passa / No passa	Total puntuació TÉCNICA	TOTAL % ASSOLUT	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA
1	10	10003581	Equip per a la determinació de l'embaràs en orina. Inclou: cassette/placa amb tira reactiva i pipeta de plàstic.	B60485687	LINEAR CHEMICALS, S.L.	AT-HCG-U23-25	AT-HCG-U23-25	FASTEP	77300	8	4	7	SI	25	76%	19
1	10	10003581	Equip per a la determinació de l'embaràs en orina. Inclou: cassette/placa amb tira reactiva i pipeta de plàstic.	B61239521	ALEU MEDICAL SL	RD061DP-25	DEEPBLUE	HCG USP	77300	8	4	2	SI	25	56%	14



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



016T8082WDOYWCVVC5218HMZF0XNMWMSA

Data creació còpia:
06/02/2025 08:33:40

Pàgina 5 de 7

Salut/Institut Català de la Salut

CS/CC00/1101413394/25/PS - SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE DISPOSITIU PER A LA DETERMINACIÓ DE L'EMBARÀS EN ORINA

VALORACIÓ DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ ADDICIONALS DE JUDICI DE VALOR

Dades del producte específic:

Expedient: CS/CC00/1101413394/25/PS
Lot: 1
Codi Sap: 10003581
Referència AT-HCG-U23-25
Descripció: Equip per a la determinació de l'embaràs en orina. Inclou: cassette/placa amb tira reactiva i pipeta de plàstic.

Identificació de l'empresa:

Proveïdor: LINEAR CHEMICALS SLU
NIF: B60485687

Informe de valoració:

HOSPITAL: H.U.Vall d'Hebron

Anàlisi CRITERIS JUDICI DE VALOR:

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS DE LA PROVA

(marcar amb una "X" la puntuació obtinguda a cada criteri)

PUNTUACIÓ

0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.1) Màxim grau de definició del resultat POSITIU

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Camp de mostreig: 5 mostres

Observacions del centre:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.2) Màxim grau de definició del resultat NEGATIU

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Camp de mostreig: 5 mostres

Observacions del centre:

Dos falsos positius

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.3) Màxim grau de definició del resultat AMB VALORS DE DIFÍCIL INTERPRETACIÓ

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Camp de mostreig: 15 mostres

Observacions del centre:

Signatura tècnica/especialista designat/da:

(Unitat funcional, nom, cognoms, nomenament i signatura)

Facultativa especialista
Hospital Universitario Vall d'Hebron



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



016T8082WDOYWCVC52I8HMZF0XNMWMSA

Data creació còpia:
06/02/2025 08:33:40

Pàgina 6 de 7

Salut/Institut Català de la Salut

CS/CC00/1101413394/25/PS - SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE DISPOSITIU PER A LA DETERMINACIÓ DE L'EMBARÀS EN ORINA

VALORACIÓ DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ ADDICIONALS DE JUDICI DE VALOR

Dades del producte específic:

Expedient: CS/CC00/1101413394/25/PS
Lot: 1
Codi Sap: 10003581
Referència: KD061DP-25
Descripció: Equip per a la determinació de l'embaràs en orina. Inclou: cassette/placa amb tira reactiva i pipeta de plàstic.

Identificació de l'empresa:

Proveïdor: ALEU MEDICAL, S.L
NIF: B61239521

Informe de valoració:

HOSPITAL: H.U.Vall d'Hebron

Anàlisi CRITERIS JUDICI DE VALOR:

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS DE LA PROVA

PUNTUACIÓ

(marcar amb una "X" la puntuació obtinguda a cada criteri)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.1) Màxim grau de definició del resultat POSITIU

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Camp de mostreig: 5 mostres

Observacions del centre:

Placa con el control a veces poco nítido
Pipeta muy corta

0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.2) Màxim grau de definició del resultat NEGATIU

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Camp de mostreig: 5 mostres

Observacions del centre:

Dos falsos positivos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.3) Màxim grau de definició del resultat AMB VALORS DE DIFÍCIL INTERPRETACIÓ

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Camp de mostreig: 15 mostres

Observacions del centre:

Banda del positivo débil tan intensa como un positivo

Signatura tècnic/a especialista designat/da:

(Unitat funcional, nom, cognoms, nomenament i signatura)

Facultativa especialista
Hospital Universitario Vall d'Hebron



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



016T8082WDOYWCV52I8HMZF0XNMWMSA

Data creació còpia:
06/02/2025 08:33:40

Pàgina 7 de 7