

Fase 01				Tipu B/V		CS/CC00/1101413394/25/PS					MAX:		10 (OBJECTIU)	8 (SUBJECTIU)	8 (SUBJECTIU)	9 (SUBJECTIU)	Passa/No pas	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	
Lot	Pos	Partida	Des	Material	Desc. Material	Referencia	Licitor	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions tècniques	PRES.25TEST MÉS PRES	RESULTATS POSITIUS	RESULTATS NEGATIUS	PROPRIS PUNT DISC.					
	1	10	0		10003581	Equip per a la determinació de l'embaràs en orina. Inclou: cassette/placa amb tira reactiva i pipeta de plàstic.	AT-HCG-U23-25	B60485687	LINEAR CHEMICALS, S.L.	77300	0,142400	0,129000	Dues proves amb falsos positius	0	8	4	7	SI	19	55	74
	1	10	0		10003581	Equip per a la determinació de l'embaràs en orina. Inclou: cassette/placa amb tira reactiva i pipeta de plàstic.	KD061DP-25	B61239521	ALEU MEDICAL SL	77300	0,142400	0,108500	Control amb ocasional falta de nitidesa, pipeta excessivament curta, dues proves amb falsos positius, banda del positiu debíl però tan intensa com un positiu.	10	8	4	2	SI	24	65	89