

NÚM. EXPEDIENT - 25SM0115

SUBMINISTRAMENT SUCCESIU I CONTINUAT DE MATERIAL PEL TRACTAMENT DE LA HIPOTÈRMIA AMB CESSIÓ DE GENERADORS DE FLUX D'AIRE PER DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA DEL PARC TAULÍ

OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte és el subministrament successiu i continuat de material fungible per al tractament de la hipotèrmia i la cessió dels generadors de flux d'aire per poder seguir donant cobertura a les necessitats assistencials del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT).

El licitador adjudicatari es compromet a cedir al CCSPT, durant la vigència del procediment els generadors de flux d'aire que s'especifiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques

Número d'equipaments i distribució:

Nº lot	Ubicació	Generadors
MH02	Quiròfan GIO	3
	Bloc Quirúrgic	42
	Urgències	5
	CQA	7
	RVI	2
	Neonats	2
	Endoscòpia	1
	UCI	4

Requeriments d'obligat compliment pels generadors d'aire del lot MH02:

- Generadors compactes amb unes dimensions aproximades 33x36x33 i de fàcil transport
- Mínim de 3 ajustos de temperatura
- Mínim 2 velocitats
- Soroll inferior a 54 decibels
- Filtre que elimini qualsevol partícula d'aire per evitar contaminacions en el camp quirúrgic.
- Sistema de seguretat amb autodesconnexió si la temperatura puja més de la seleccionada



Els requeriments tècnics dels equips en cessió i del fungible vinculat són d'obligat compliment, les propostes que no compleixin la totalitat del criteris sol·licitats quedaran desestimades.

Obligatorietat d'incloure dins el sobre B la fitxa tècnica de les mantes i dels equips en cessió.

Si algun dels requeriments d'obligat compliment i dels criteris a valorar no consten a les fitxes presentades o en algun altra document aportat es considerarà que no es compleix i per tant quedarà desestimada l'oferta o sense puntuació.

Manteniment:

Serà a càrrec del proveïdor adjudicatari, el manteniment i la reposició en cas d'averia.

El proveïdor adjudicatari serà el responsable, durant la vigència del contracte, del manteniment dels equips, revisions i reparacions.

El manteniment serà preventiu, mínim una revisió anual de tots els equips cedits.

El proveïdor adjudicatari ha de tenir una/es persona/es de referència amb capacitat per donar resposta i solucions a les incidències tècniques que puguin sorgir durant el contracte.

Cal presentar el circuit de manteniment i reparació que l'empresa té previst dur a terme en cas de ser adjudicatari.

En cas de substitució, el canvi es realitzarà en un màxim de 48/72 hores. El transport serà a càrrec del proveïdor.

Mostres:

No es necessari entregar mostres en el moment de presentar l'oferta.

L'òrgan de contractació podrà sol·licitar les mostres necessàries durant el període d'avaluació de les ofertes, donant **5 dies** per ser presentades.

Els generadors d'aire que s'hagin hagut d'entregar per fer les corresponents proves seran retornats un cop finalitzada la prova.

Les despeses que es puguin produir aniran a càrrec del proveïdor. Les mostres aniran identificades amb el nom del licitador, codi de producte de l'hospital, referència de producte, nº de procediment i nº de lot.

El NO lliurament de les mostres, dins el període establert, serà causa d'exclusió del procediment.