

Valoració dels criteris d'adjudicació

Expedient: CSI2024092

1 Criteris d'adjudicació
Criteris subjectius – 37 punts

Concepte	Punts	Justificació puntuació	Punts Steris
Es valorarà la possibilitat i rapidesa en el subministrament d'un equip de préstec en cas d'averia pels equips d'esterilització per vapor en cas de que l'averia no es solucioni en tres dies.	9	Steris es compromet a la instal·lació d'un equip de substitució en 72 hores i a realitzar una bio-descontaminació.	9
Es valorarà la proposta de formació als tècnics del CSI, informació, coneixements, format, etc	6	Steris presenta un pla de formació mes que acceptable.	5
Es valorarà la qualitat de la informació dels informes o albarans emesos pels tècnics de camp al finalitzar les intervencions, informació dels equips de mesura, patrons de imatge i calibració dels mateixos.	7	Steris es compromet ha aportar informació detallada de cada una de les seves intervencions.	7
Es valorarà la proposta del licitador en relació al reciclatge dels recanvis substituïts en les diferents intervencions.	7	Steris es compromet a la gestió i retirada de tots els residus deguts a les seves intervencions d'acord amb la ISO 14001	7
Sistemes de cal·libració i control de qualitat dels equips utilitzats en la reparació dels equips	8	Steris presenta un pla de calibració mes que acceptable.	7
Total	37		35

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès.

Carles Golf Ballvé

Gestor de Procés de Electromedicina de CSI
Consorci Sanitari Integral

Hospitalet de Llobregat, dimarts, 05 de febrer de 2025