



Núm. Expedient: 25SM0172Q

SUBMINISTRAMENT CONTINUAT DE REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER A LES DETERMINACIONS DE L'ÀREA D'AUTOIMMUNITAT DEL SERVEI DE LABORATORIS CLÍNICS DEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

LOT AI01

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

SOL.LUCIÓ GLOBAL PER A LA DETERMINACIÓ D'AUTOANTICOSSOS PER IMMUNOFLUORESCÈNCIA INDIRECTA

Cessió d'equipaments

- Autoanalitzadors pel processament d'IFI amb 4 puntes fixes rentables i independents amb sensor de detecció de volum per capacítància connectat a un Middleware específic que integri tots els equips requerits per autoimmunitat i amb connexió on line amb el SIL.
- Capacitat de treball amb diferents tipus i mides de tubs.
- Llum LEDs i càmera fotomicrogràfica per a la captura d'imatges compatible amb el middleware i microscopi de fluorescència Leitz Laborlux S.
- Que permeti la identificació positiva de les mostres mitjançant codi de barres.
- Possibilitat d'accedir a la base de dades (dades demogràfiques, resultats, imatges) una vegada finalitzi el concurs.

Equipament per dur a terme la determinació de les següents proves:

Per a la determinació d'anti-nuclears (ANA)

- Portes de triple teixit de rata.
- Portes de cèl.lules HEP-2
- Conjugat anti IgG marcat amb FITC.
- Medi de muntatge PBS-glicerol i cobreobjectes.
- Solució de rentat concentrada: Sol. salina tamponada PBS.

Per a la determinació d'anticossos anti-endomisi

- Portes d'esòfag de mico, porció distal.
- Conjugat anti IgA marcat amb FITC.
- Medi de muntatge PBS-glicerol i cobreobjectes.
- Solució de rentat concentrada: Sol. salina tamponada PBS.

Per a la determinació d'anticossos anti-citoplasma de neutròfis (ANCA)

- Portes de neutròfils fixats amb etanol.
- Portes de neutròfils fixats amb formalina.
- Conjugat anti IgG marcat amb FITC.
- Medi de muntatge PBS-glicerol i cobreobjectes.
- Solució de rentat concentrada: Sol. salina tamponada PBS.



Per a la determinació d'anticossos anti-dsDNA

- Portes de Crithidia lucilliae.
- Conjugat anti IgG marcat amb FITC.
- Medi de muntatge PBS-glicerol i cobreobjectes.
- Solució de rentat concentrada: Sol. salina tamponada PBS.

Per a la determinació d'anticossos anti-neuronals

- Portes de cerebel de mico.
- Conjugat anti IgG marcat amb FITC.
- Medi de muntatge PBS-glicerol i cobreobjectes.
- Solució de rentat concentrada: Sol. salina tamponada PBS.

LOT AI02

SOL.LUCIÓ GLOBAL PER A LA DETERMINACIÓ D'AUTOANTICOSSOS PER IMMUNOASSAIG ESPECÍFIC

Cessió d'equipaments:

- Cessió d'autoanalitzadors de quimioluminiscència en numero adient a l'activitat necessària que consta a l'annex I.BIS per a la determinació quantitativa d'autoanticossos, amb connexió on line al SIL.
- Que disposi d'una àrea de reactius refrigerada amb capacitat mínima de 15 reactius.
- Amb un sistema de càrrega contínua de les mostres.
- Que permeti la identificació positiva de mostres i reactius mitjançant codi de barres.
- Capacitat de treball amb diferents tipus i mides de tubs.

LOT 3

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

SOL.LUCIÓ GLOBAL PER A LA DETERMINACIÓ D'AUTOANTICOSSOS PER IMMUNOBLLOT

Cessió d'equipaments:

- Cessió d'autoanalitzadors en número adient a l'activitat necessària que consta a l'annex I BIS pel processament d'immunoblots
- Que permeti la identificació positiva de les mostres mitjançant codi de barres.
- Especificitats mínimes:
 - Pel perfil neuronal: Hu, Yo, Ri, CV2, Ma2 i anfifisina.
 - Pel perfil ANA: PCNA, Ribosomal, DFS-70, nucleosomes i histones.
 - Pel perfil hepàtic: M2, LC1, LKM1, F-actina, SLA, GP210, SP-100.



- Pel perfil miositis: Mi-2, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ.
- Pel perfil esclerosi sistèmica: Scl-70, Centròmer, RNA polimerasa, fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl, Ku.

LOT 4

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

SOL.LUCIÓ GLOBAL PER IMMUNOASSAIG

Cessió d'equipaments:

- Cessió d'autoanalitzador d'ELISA amb capacitat de calefacció, al menys a 37°C, i agitació en numero adient a l'activitat necessària que consta a l'annex I.BIS d'immunoassaig obert (programació de protocols personalitzables per a l'usuari), amb connexió on line al SIL.
- L'autoanalitzador d'ELISA ha de tenir filtres de lectura de 420, 450, 492 i 620 nm.
- Cessió d'autoanalitzador per realitzar assaigs monotest en numero adient a l'activitat necessària que consta a l'annex I.BIS amb connexió on line al SIL.
- Sistema específic de recollida de femta per l'anàlisi de Calprotectina.
- Capacitat de treball amb diferents tipus i mides de tubs.

Requeriments generals

Els adjudicataris hauran de cedir i instal·lar durant tota la vigència del contracte i sense càrrec per l'Hospital, els analitzadors i altre equipament necessari per a la realització de les proves; hauran de fer-se càrrec, també, del manteniment preventiu i correctiu dels analitzadors i altres equips necessaris per dur a terme l'activitat.

Tots els autoanalitzadors es connectaran bidireccionalment al sistema informàtic del laboratori (SIL) actualment Smartlis, corrent a compte de l'adjudicatari totes les despeses de connexió, així com el hardware necessari, llicències i manteniment. Addicionalment s'ha de poder enviar al SIL el resultat dels controls de qualitat. Si durant l'execució del contracte es produeix un canvi de l'empresa subministradora del SIL, la connexió online anirà a càrrec del licitador adjudicatari. Aquesta comunicació ha de complir amb l'estàndard HL7 i doble ACK.

A més dels reactius, l'adjudicatari de cada lot haurà de subministrar calibradors, controls, solucions auxiliars, accessoris i qualsevol altre tipus de material fungible necessari per la realització de les proves especificades en els analitzadors, sense cap cost addicional.

Cal que s'inclouï, en el sobre B, la relació d'aquests materials per poder realitzar l'activitat indicada.



El consum de reactius i altres productes i fungibles derivat de la posada en marxa dels equips així com el material necessari per realitzar la validació dels mètodes segons els requisits de la Norma ISO 9001 o 15189, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

L'adjudicatari haurà d'assumir el cost anual del programa de qualitat analític extern que triï el laboratori.

Els licitadors hauran de garantir l'assistència tècnica personalitzada pel laboratori. Hauran de disposar d'una Hotline per poder fer consultes i obtenir solucions ràpides a incidències els dies laborables. En cas d'averia que necessiti la presència física, el servei tècnic ha de donar resposta en un màxim de 24 hores.

L'adjudicatari es compromet i s'obliga a l'actualització permanent dels equips, productes i sistemes de la informació i a incorporar nova tecnologia, nous autoanalitzadors, nous procediments i avenços en el software que suposin una millora en l'àrea d'autoimmunitat, sense que aquestes actualitzacions comportin cap increment de preu del contracte.

Els licitadors hauran d'aportar un pla específic i un cronograma de les actuacions necessàries per a la instal·lació i posada en funcionament de l'equipament i altres serveis oferts, contemplant sempre la no aturada de l'activitat del laboratori. Aquest pla haurà d'incorporar també la formació de tots els usuaris.

Si durant la duració del contracte son necessaris canvis en el pla inicial (per obres i modificacions d'espais) l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la instal·lació del equips en la nova ubicació.

L'adjudicatari donarà suport al personal del laboratori en la codificació de les proves de laboratori aportant els codis identificadors de la terminologia estàndard LOINC.

L'adjudicatari es farà càrrec de les devolucions de reactius si es rebutja el subministrament, ja sigui per problemes de transport (ruptura, trencament de la cadena de fred, etc) o defectes tècnics (problemes de sensibilitat o especificitat, baixa estabilitat, etc). En aquest cas l'adjudicatari està obligat a canviar els reactius que es retornen per altres amb la qualitat adequada, en 48 hores màxim.

L'adjudicatari s'obliga a reposar sense càrrec els kits de reactius malbaratats per causa d'avaria, mal funcionament dels equips, baixa estabilitat d'algun lot que obligui a repetir en excés, i en definitiva en aquells casos en què, per motius no imputables al laboratori el consum de reactius sigui desproporcionat.



Penalitats Específiques

Per manca de subministrament:

Quan la compra alternativa realitzada per l'òrgan de contractació suposi un augment del preu unitari adjudicat, la diferència entre els imports serà abonada per l'empresa adjudicada en l'import de la factura que correspongui abonar, a més se li aplicarà un 10% en concepte de despeses de gestió.

Quan la compra alternativa no suposi cap alteració del preu unitari adjudicat, a l'empresa contractada se li aplicarà el 10% en l'import de la factura que correspongui abonar en concepte de despeses de gestió.

En els supòsits en que no hi hagi una alternativa vàlida en el mercat i/o només l'empresa contractada pugui subministrar el material adjudicat se li aplicarà la penalització d'un 10% de l'import total del contracte, descomptat en l'import de la factura que correspongui abonar.

Per criteri mediambiental:

En els supòsits que s'hagin obtingut els punts del criteri mediambiental i aquest s'incompleixi, es farà arribar un correu electrònic amb un primer avís per tal que es puguin dur a terme les accions necessàries per al seu compliment; si succeeix una segona vegada, es farà arribar un segon avís per escrit recordant l'obligatorietat del compliment; si malgrat tot es segueix incomplint el criteri, s'aplicarà la penalització d'un 10% de l'import de cada albarà on hi hagi una entrega que no compleixi el criteri, aquest % es descomptarà de l'import de la factura que correspongui abonar.

Per incompliment dels requeriments generals inclosos en aquest PPT:

En el cas d'incompliment de qualsevol dels requeriments generals inclosos en aquest PPT, el licitador serà amonestat per escrit, fins a dues vegades, per tal que pugui dur a terme les rectificacions necessàries.

La tercera vegada que s'incompleixi algun dels requeriments general inclosos en aquest PPT, el licitador serà amonestat, de nou per escrit, i se li aplicarà un 10% de l'import del contracte, que es descomptarà de la factura que correspongui abonar.