



Ajuntament
d'Argentona

2025/117 /POLICIA LOCAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT D'ETILÒMETRE/ALCOHOLÍMETRE DE PRECIÓ I MOSTREIG, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES PER PROVES D'ALCOHOLÈMIES.

1. OBJECTE

L'objecte del contracte és la contractació del subministrament dels consumibles de l'etilòmetre/alcoholímetre referenciats així com el servei de manteniment preventiu i correctiu d'aquests.

El manteniment consistent en les revisions, reparacions i el seu posterior enviament a APPLUS i retorn a la Policia Local de l'Ajuntament d'Argentona degudament certificat per part de l'empresa adjudicatària, d'un equip etilòmetre / alcoholímetre evidencial portàtil marca Dräger model 7510 ES i dels seus accessoris (impressora i carregadors), i un etilòmetre de mostreig marca Dräger model 6810 si bé aquest últim no és necessari enviar a APPLUS.

Les característiques del servei i subministraments estan definides al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que s'especifiquen a continuació per cada lot.

2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES (PAPER D'IMPRESSIÓ I CINTES PER IMPRESSORA)

Paper d'impressora portàtil (Tèrmic)	El rotlló de paper per impressora ha de ser tèrmic d'alta qualitat, vàlid per a impressora portàtil marca Dräger, model Mobile Printer (referència 8319310) o la que pugui substituir i/o sigui equivalent a aquesta, amb estabilitat per a com a mínim 7 anys.
--------------------------------------	---

2.2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES (BROQUETES PER ETILÒMETRE)

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat



Ajuntament
d'Argentona

Broquetes per etilòmetre evidencial 7510	Les broquetes han de contenir una vàlvula antiretorn i han de ser compatibles per la seva utilització en un etilòmetre evidencial marca Dräger, model 7510, amb l'entrada lateral, i hauran de ser Biodegradables i estar fabricades en polipropilè o polietilè
Broquetes per alcoholímetre Alcotest 6810	Les broquetes han de ser compatibles per la seva utilització en un alcoholímetre marca Dräger, model 6810 hauran de ser Biodegradables i estar fabricades en polipropilè o polietilè.

2.3 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI DE MANTENIMENT I VERIFICACIONS)

Els aparells objecte de la prestació del present contracte és l'etilòmetre/alcoholímetre destinats a la detecció de presència d'alcohol en l'organisme, titularitat de la Policia Local de l'Ajuntament d'Argentona.

La Policia Local d'Argentona necessita contractar un servei de manteniment dels equips mesuradors d'alcoholèmia evidencials i de mostreig per tal d'assegurar el seu bon funcionament i amb la finalitat de garantir que els resultats de proves d'alcoholèmia siguin correctes. Aquests aparells han de trobar-se degudament calibrats per tal d'oferir les majors garanties a l'hora d'imposar sancions mitjançant les proves obtingudes. Per aquest motiu, és necessari realitzar la contractació del servei de manteniment ordinari/preventiu, manteniment correctiu/reparacions i verificació organisme notificat APPLUS dels equips esmentats.

Els tècnics encarregats i operaris del servei de manteniment han d'estar especialitzats per realitzar la cal·libració i reparació de tots els aparells que han de ser objecte de revisió. En cap cas l'adjudicatari podrà al·legar desconeixement de la tècnica i particularitats en que es desenvolupa el tipus de servei contractat per eludir responsabilitats o per a repercutir-ho en una demora en els treballs o un increment de preus.

Respecte a les verificacions dels equips, es portaran a APPLUS+ que és Organisme notificat núm. 370 per aquells instruments inclosos a les Directives 2014/31/UE i 2014/32/UE.

A més és l'Organisme de Control metrològic i Organisme Autoritzat de Verificació Metrològica a Espanya terme a les Entitats Acreditades a Catalunya.

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat



Ajuntament
d'Argentona

2.3.1. Aparells que han de ser objecte del manteniment:

- Etilòmetre evidencial marca Dräger model alcotest 7510ES amb número de sèrie ARPE-0014
- Alcoholímetre de mostreig marca Dräger model Alcotest 6810 amb número de sèrie ARYA-0012

2.3.2 Prestació de servei de manteniment preventiu:

El servei de manteniment preventiu i verificació per un centre reconegut per l'Institut Nacional de Metrologia es farà com a mínim un cop l'any.

L'adjudicatari haurà de realitzar una revisió i manteniment dels etilòmetres que permeti que aquests superin posteriorment el corresponent calibratge legalment establert, el qual es realitzarà en un centre reconegut per l'Institut Nacional de Metrologia, en aquest cas APPLUS, obtenint d'aquesta manera el corresponent certificat acreditatiu una vegada a l'any.

Serà l'adjudicatari l'encarregat de transportar els aparells al centre de metrologia homologat per tal que li realitzin les proves metrològiques pertinents.

L'adjudicatari serà l'encarregat de recollir els aparells a revisar i calibrar a les dependències de la Policia Local d'Argentona en un termini màxim de 48 hores des de la petició a través de correu electrònic per part de la Policia Local d'Argentona.

Un cop revisat i calibrat l'aparell, l'adjudicatari el retornarà juntament amb el corresponent certificat de cal. libració emès pel centre metrològic homologat a les dependències de la Policia Local d'Argentona.

Per portar a terme les tasques de manteniment preventiu i calibratge de l'aparell evidencial, l'adjudicatari disposarà d'un termini màxim de 60 dies naturals a comptar des de la recollida dels aparells de les dependències de la Policia Local d'Argentona.

2.3.2.a. Paràmetres tècnics a mantenir i revisar:

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat



Ajuntament
d'Argentona

ETILÒMETRE/ALCOHOLÍMETRE 7510 i 6810	
Inspecció de l'estat de conservació	Exterior: Neteja, sí l'equip ho requereix Interior (si s'obre l'equip per reparació)
Auto comprovació d'indicacions de funcionament	Indicació visual (led ON) i indicació acústica Display: segments i il·luminació Unitat de mesura i indicació GPS
Comprovació dels indicadors d'anomalies	Missatges d'error
Control i canvi de fungibles (si procedeix)	Sensors, per caducitat, manca de sensibilitat o avaria
Comprovació del sistema de presa de mostres	Comprovació del pistó-aspiració Comprovació dels sensors de pressió
Verificació del zero	Verificació de zero amb aire aspirat
Ajust de sensibilitat	Verificació del sensor electroquímic Ajusts amb dissolució d'alcohol en aigua en una concentració de 0.500 mg/l (5 proves)
Comprovació de la unitat d'alimentació	Bateria recarregable i carregador o canvi de piles alcalines
Realització del certificat de revisió i ajustament	Certificat estàndard
Certificat de verificació	Superades aquestes proves, es portarà al Centre de Metrologia homologat que correspongui per a la seva verificació

En relació a l'alcoholímetre marca Dräger model Alcotest 6810 amb número de sèrie ARYA-0012 s'haurà de realitzar les accions adients per a emetre el certificat estàndard de revisió i ajustament.

2.3.2.b Prestació de servei de manteniment correctiu:

Durant el període de vigència del contracte es realitzaran aquelles reparacions que siguin necessàries en funció de les avaries que es produeixin en els equips.

Tots els recanvis i materials utilitzats a les reparacions seran nous i originals de cadascuna de les marques i models atesos en aquest contracte.

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

Signatura 1 de 1		
TIP 1067	28/01/2025	Cap Policia Local



**Ajuntament
d'Argentona**

Si les peces estiguessin disponibles al mercat de forma separada seran sempre de la marca i model del fabricant original de la peça.

Tots els ports, i els desplaçaments necessaris a les dependències de la Policia Local d'Argentona per part de personal i equips de l'adjudicatari per a l'execució del contracte seran per compte de l'adjudicatari.

2.3.2.c Verificació dels equips

En els casos, que la reparació comporti haver de tornar a verificar l'equip per part d'un organisme notificat i autoritzat, l'adjudicatari s'encarregarà de portar-lo a l'organisme corresponent i obtenir el corresponent certificat de verificació de l'aparell.

L'apartat 5 de l'Annex XIII de l'Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer per la qual es regula el control metrològic de l'Estat dels instruments destinats a mesurar la concentració d'alcohol en aire espirat exigeix tanmateix una verificació periòdica anual que es realitzarà conforme al previst al capítol IV i a l'indicat a l'Apèndix IV.

Respecte a les verificacions dels equips es portaran a APPLUS+ que és Organisme notificat núm. 370 per aquells instruments inclosos a les Directives 2014/31/UE i 2014/32/UE. A més és l'Organisme de Control metrològic i Organisme Autoritzat de Verificació Metrològica a Espanya terme a les Entitats Acreditades a Catalunya.

En cas que s'hagi de fer la verificació postreparació, l'adjudicatari, a més, de la factura de la reparació que hagi realitzat, facturarà l'import corresponent a la tarifa vigent establerta per l'organisme notificat

3. MOSTRES

Caldrà que les empreses licitadores presentin mostres dels articles a subministrar:

En relació al Subministrament dels consumibles dels etilòmetres (cinta per impressió i rotllos de paper) els licitadors hauran d'aportar una mostra del rotllo de paper compatible amb impressora marca Dräger, model Mobile Printer (referència 8319310).

En relació al Subministrament dels consumibles dels etilòmetres (Broquetes per etilòmetre) els licitadors hauran d'aportar una mostra de les broquetes compatibles amb l'etilòmetre 7510.

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat



**Ajuntament
d'Argentona**

L'entrega de mostres es realitzarà a l'Ajuntament d'Argentona situat al carrer Gran, núm. 59 d'Argentona.

Les empreses que no presentin, junt amb l'oferta, una mostra dels articles esmentats seran excloses del procediment. Així mateix, les empreses que aportin mostres que no es corresponguin amb les característiques tècniques previstes també seran excloses del procediment.

A més de les mostres, les empreses hauran de presentar junt amb l'oferta i de forma telemàtica les fitxes tècniques o documents acreditatius de característiques tècniques dels articles a subministrar.

3. LLIURAMENT DELS BÉNS

El lliurament es farà a la Comissaria de la Policia Local d'Argentona.

4. TERMINI DE LLIURAMENT

Els adjudicataris tindran un termini de lliurament del material objecte de contracte corresponents a 30 dies naturals com a màxim, a partir de la realització de la comanda.

En relació al termini màxim de lliurament de l'etilòmetre degudament revisat amb el seu corresponent certificat serà de 60 dies naturals a comptar des del dia de la recollida en dependències de la Policia Local.

El Cap de la Policia Local
Isaac Martinez Gimenez

Argentona, a data de la signatura digital

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat