

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE

CS/CC00/1101423334/25/AMUP

**Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA**

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Així mateix, les ofertes que excedeixin el **preu màxim** de sortida també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris de valoració són els que s'indiquen a continuació:

2.1 PUNTUACIÓ ECONÒMICA

- La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots
- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",

O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

O_m és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

IL és preu de licitació

i P són els punts del criteri

2.2 PUNTUACIÓ TÈCNICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Com a característiques addicionals, s'aplicaran criteris subjectes de judici de valor i objectius en funció dels lots. D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:

En aquests lots la puntuació econòmica serà de 55 punts i la tècnica de 45 punts.

Lot 001 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors de Baixa Velocitat o equiv (màxim 40.000 rpm)

Lot 002 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors ELAN 4 o equiv

Lot 003 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Velocity Alpha o equiv

Lot 004 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Anspach EG1 o equiv

Lot 005 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equiv

Lot 007 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Skeeter o equiv

Lot 008 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv

Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv

Lot 010 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equiv

Lot 012 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Diego Elite o equiv

Lot 014 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv

Lot 016 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Signature (Pidrive i Pidrive +), Saber, Sumer o equiv

Lot 017 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equiv

Lot 019 - Freses i perforador per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseostap o equivalent

Lot 020 - Ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseoduo S/120 o equivalent

Lot 022 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Bien Air o equivalent

Lot 023 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equivalent

Lot 024 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/altres motors o equivalent

Lot 032 - Terminals per a procediments d'endoscòpia sinusal compatible amb motor ESSX o equiv

Els criteris tècnics a valorar son els següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor:

1.1 Cimbreg.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració axial durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: el diàmetre de la perforació correspon al diàmetre de la broca.
- 5 punts: el diàmetre de la perforació no es exacte al diàmetre de la broca
- 0 punts: s'observa vibració de la broca després d'introduir-la a la peça de mà, abans de l'ús

1.2 Ancoratge.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra, que la broca quedi fermament subjecta a la peça de mà durant la intervenció quirúrgica. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: ancoratge ferm sense presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 5 punts: ancoratge ferm amb presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 0 punts: ancoratge inestable.

1.3 Precisió de tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 5 punts: Es comprovarà que no hi hagi irregularitats i/o desviacions al tall, que sigui regular.
- 0 punts: presència d'irregularitats i/o desviacions al tall i s'observa vibració de la serra després d'introduir-lo a la peça de mà, abans del seu ús.

1.4 Eficiència de tall.

Es valorarà amb una puntuació de **5 punts**, mitjançant una mostra, el temps i la força necessàries per realitzar el tall complet. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris

- 5 punts: Es comprovarà que el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic es fa en un temps raonable i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu
- 0 punts: Es comprovarà que durant el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic s'observa un augment del temps i/o de l'esforç físic per part del facultatiu

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 15 punts dels criteris de valoració de judici de valor seran desestimades.

2.- Criteris objectius

2.1 Ancoratge ràpid

Es valorarà un mecanisme que permeti fixar i assegurar ràpidament la broca a la peça de mà. Si compleix obtindrà **5 punts**, si l'oferta no presenta cap mecanisme per fixar obtindrà 0 punts.

2.2 Compatibilitat ancoratge compatible amb diferents motors

- 10 punts: es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, l'oferta que presenti el fungible original amb el motor indicat.
- 5 punts: es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, l'oferta que presenti un fungible que no sigui original però sigui compatible amb el motor indicat.
- 0 punts: es valorarà amb una puntuació de 0 punts, l'oferta que no presenti compatibilitat amb el motor indicat.

En aquests lots la puntuació econòmica serà de 100 punts. Atès que les especificacions tècniques d'aquest material ha de ser compatible amb el motor que correspongui, d'acord amb la previsió de l'article 145.3 LCSP, el preu serà l'únic factor o criteri determinant de l'adjudicació sempre que no superi **el preu màxim de licitació.**

Tots aquests lots es consideren material necessari i compatible per dur a terme el procediment i tècnicament es comprovarà l'adequació del material als requeriments tècnics compatibles amb els motors

Lot 006 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Midas Rex MR8 o equivalent

Lot 011 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Indigo/Visao o equivalent

Lot 013 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Diego Elite o equivalent

Lot 015 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Coolflex o equivalent

Lot 018 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equivalent

Lot 021 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motor Bien Air o equivalent

En aquests lots la puntuació econòmica serà de 65 punts i la tècnica de 35 punts.

Lot 025 - Instruments per a craniotomia

Lot 026 - Control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda

Lot 027 - Control d'aspiració per a microcirurgia nasal

Lot 028 - Altre material per a endoscòpia ORL i CMF

Lot 029 - Material per irrigació d'oïda

Lot 030 - Mesuradors Tirolplàstia masculina i femenina

Lot 031 - Endoscòpia tractament disfunció trompa d'Eustaqi

Els criteris tècnics a valorar son els següents:

- **UNE-EN ISO 7153-1: 2016** (Instruments quirúrgics: materials metàl·lics – Part 1: acer inoxidable). Com a garantia d'un aliatge adequat en relació al producte presentat, en aquells materials la composició dels quals sigui acer inoxidable, es puntuarà amb **10 punts** l'oferta que presenti la certificació vigent de la norma emesa per un organisme notificador acreditat. La resta d'ofertes que no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de **0 punts**.
- **UNE-EN-ISO 14001-2015** (Sistemes de gestió mediambiental). Es puntuarà amb **10 punts** el proveïdor que presenti la certificació vigent de la norma emesa per un organisme notificador acreditat. La resta d'ofertes que no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de **0 punts**.
- **Embolcall amb material reciclable:** es valorarà amb una puntuació de **15 punts** que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar auto certificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. Si no es presenta, la puntuació prevista és de 0 punts.

FORMULES APLICADES ALS CRITERIS JUDICI DE VALOR.

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles subjectius i d'acord amb el quadre de sota.

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri a valorar i puntuar	1.1	1.2	1.3	1.4
Puntuació màxima del criteri	10	10	5	5
Llindar mínim de puntuació	≥5	≥5	≥5	≥5

APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES DELS LOTS SEGUENTS:

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, **és obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31 i 32.**

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

C_i: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

N_i: és la quantitat licitada per material;

P_i: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals del lot agrupat després d'aplicar la ponderació indicada.