

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC – COMPLEMENTARI

CS/CC00/1101416764/25/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
12/12/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PHGAO4BSRD0VLFZUHB4E7MEWPWOPRQU

Data creació còpia:
16/01/2025 09:11:15

Pàgina 1 de 12

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Els criteris d'adjudicació fixats per a la selecció d'empreses i d'articles estan diferenciats per agrupacions i lots. Els lots són:

Lot 1 - Instrumental per a examen i diagnòstic
Lot 2 - Tisores Cures
Lot 3 - Tisores Camp Quirúrgic
Lot 4 - Pincers dissecció Cures
Lot 5 - Pincers dissecció Camp Quirúrgic
Lot 6 - Pincers hemostàsia Camp Quirúrgic
Lot 7 - Pincers tracció/aprensió Camp Quirúrgic
Lot 8 - Dissectors Camp Quirúrgic
Lot 9 - Bisturís i instrumental incisió Camp Quirúrgic
Lot 10 - Pincers cossos estranys
Lot 11 - Pincers de Camp
Lot 12 - Clamps
Lot 13 - Pincers per tubs
Lot 14 - Porta agulles i Agulla passa fils
Lot 15 - Sondes i estilets
Lot 16 - Retractors/Separadors/Valves
Lot 17 - Equips instrumental quirúrgic

I s'agrupen de la següent manera:

AGRUPACIÓ	LOT/S
Agrupació 1ª	1
Agrupació 2ª	4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16
Agrupació 3ª	2-3
Agrupació 4ª	9
Agrupació 5ª	17

D'acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules s'estableix que els criteris d'aquest concurs són els següents:

2. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri per a tots els lots serà de **50 punts**.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.



- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent formula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

3. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri per a tots els lots serà de **50 punts** que es distribuïran i es valoraran de la següent manera:

AGRUPACIÓ DE LOTS 1ª

LOT 1 - INSTRUMENTAL PER A EXAMEN I DIAGNOSTIC

- 3.1** Es valorarà la **qualitat de l'acer inoxidable** del que està compost l'instrumental. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Qualitat designada amb el número 1.4021, aliatge X20Cr13, segons la norma europea DIN EN 10088. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte:

- Si l'acer inoxidable de l'instrumental es el catalogat amb el número 1.4021 i l' aliatge es X20Cr13, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'acer inoxidable de l'instrumental no es el catalogat amb el número 1.4021 i l' aliatge es X20Cr13, la puntuació prevista és de 0 punts

- 3.2** Es valorarà la **tracabilitat del material**, mitjançant marcat de l'instrumental, de formar individualitzada i per unitat, amb un sistema de codificació universal tipus *Datamatrix* o equivalent. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'instrumental porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si l'instrumental no porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 0 punts.



3.3 Es valorarà que s'aporti una declaració responsable on s'indiqui que l'empresa compleix amb la certificació vigent de la norma DIN EN ISO 13485 (Productes sanitaris – Sistemes de gestió de qualitat – Requisits per a propòsit reglamentari), com a garantia de qualitat òptima en relació al producte presentat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el producte presentat aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el producte presentat no aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.4 Es valorarà que el material es pugui esterilitzar per autoclau de 134º. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el producte presentat es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si el producte presentat no es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 5 punts.

3.5 Es valorarà la durabilitat de la garantia del material. S'ha d'aportar un auto certificat on s'indiqui aquesta circumstància. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la garantia es igual o superior a 5 anys, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la garantia es inferior a 5 anys, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.6 Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.
- La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\text{Puntuació Criteri} = \frac{\text{Rang de mides a valorar (número de referències ofertes)} \times \text{Puntuació total criteri}}{\text{Rang de mides més ample presentant}}$$



AGRUPACIÓ DE LOTS 2ª

LOT 4 - PINCES DISSECCIÓ CURES

LOT 5 - PINCES DISSECCIÓ CAMP QUIRÚRGIC

LOT 6 - PINCES HEMOSTÀSIA CAMP QUIRÚRGIC

LOT 7 - PINCES TRACCIÓ/APRENSIÓ CAMP QUIRÚRGIC

LOT 8 - DISSECTORS CAMP QUIRÚRGIC

LOT 10 - PINCES COSSOS ESTRANYS

LOT 11 – PINCES CAMP

LOT 12 – CLAMPS VASCULARS, BULLDOGS I PORTABULLDOGS

LOT 13 – PINCES PER A TUBS

LOT 14 – PORTA AGULLES I AGULLES PASSAFILS

LOT 15 – SONDES I ESTILETS

LOT 16 - RETRACTORS/SEPARADORS/VALVES

3.1 Es valorarà la **qualitat de l'acer inoxidable** del que està compost l'instrumental. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Qualitat designada amb el número 1.4021, aliatge X20Cr13, segons la norma europea DIN EN 10088:

- Si l'acer inoxidable de l'instrumental es el catalogat amb el número 1.4021 i l' aliatge es X20Cr13, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'acer inoxidable de l'instrumental no es el catalogat amb el número 1.4021 i l' aliatge es X20Cr13, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.2 Es valorarà que la **duresa del l'instrumental** estigui entre els paràmetres 40 – 50 HRC (Duresa ROCKWELL). Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la duresa de l'instrumental es dintre dels paràmetres especificats, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la duresa de l'instrumental es inferior o superior als paràmetres especificats, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.3 Es valorarà la **traçabilitat del material**, mitjançant marcat de l'instrumental, de formar individualitzada i per unitat, amb un sistema de codificació universal tipus *Datamatrix* o equivalent. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:



- Si l'instrumental porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'instrumental no porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.4 Es valorarà que s'aporti una declaració responsable on s'indiqui que l'empresa compleix amb la certificació vigent de la norma DIN EN ISO 13485 (Productes sanitaris – Sistemes de gestió de qualitat – Requisits per a propòsit reglamentari), com a garantia de qualitat òptima en relació al producte presentat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el producte presentat aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el producte presentat no aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.5 Es valorarà que el material es pugui esterilitzar per autoclau de 134º. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el producte presentat es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el producte presentat no es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.6 Es valorarà la durabilitat de la garantia del material. S'ha d'aportar un auto certificat on s'indiqui aquesta circumstància. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la garantia es igual o superior a 5 anys, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la garantia es inferior a 5 anys, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.7 Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.
- La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\text{Puntuació Criteri} = \frac{\text{Rang de mides a valorar (número de referències ofertes)} \times \text{Puntuació total criteri}}{\text{Rang de mides més ample presentant}}$$



AGRUPACIÓ DE LOTS 3ª

LOT 2 - TISORES CURES

LOT 3 - TISORES CAMP QUIRÚRGIC

3.1 Es valorarà la **qualitat de l'acer inoxidable** del que està compost l'instrumental. Aquesta dada ha de constar a la **product data i/o fitxa tècnica del producte**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Qualitat designada amb el número 1.4117, aliatge X38CrMoV15, segons la norma europea DIN EN 10088:

- Si l'acer inoxidable de l'instrumental es el catalogat amb el número 1.4117 i l'aliatge es X38CrMoV15, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'acer inoxidable de l'instrumental no es el catalogat amb el número 1.4117 i l'aliatge es X38CrMoV15, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.2 Es valorarà que la **duresa del l'instrumental** estigui entre els paràmetres 50 – 58 HRC (Duresa ROCKWELL). Aquesta dada ha de constar a la **product data i/o fitxa tècnica del producte**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la duresa de l'instrumental es dintre dels paràmetres especificats, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la duresa de l'instrumental es inferior o superior als paràmetres especificats, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.3 Es valorarà la **traçabilitat del material**, mitjançant marcat de l'instrumental, de formar individualitzada i per unitat, amb un sistema de codificació universal tipus *Datamatrix* o equivalent. Aquesta dada ha de constar a la **product data i/o fitxa tècnica del producte**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'instrumental porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'instrumental no porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.4 Es valorarà que s'aporti una declaració responsable on s'indiqui que l'empresa compleix amb la **certificació vigent de la norma DIN EN ISO 13485 (Productes sanitaris – Sistemes de gestió de qualitat – Requisits per a propòsit reglamentari)**, com a garantia de qualitat



òptima en relació al producte presentat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el producte presentat aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el producte presentat no aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.5 Es valorarà que el material es pugui **esterilitzar per autoclau de 134º**. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el producte presentat es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el producte presentat no es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.6 Es valorarà la **durabilitat de la garantia del material**. S'ha d'aportar un auto certificat on s'indiqui aquesta circumstància. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la garantia es igual o superior a 5 anys, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la garantia es inferior a 5 anys, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.7 Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.
- La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\text{Puntuació Criteri} = \frac{\text{Rang de mides a valorar (número de referències ofertades)} \times \text{Puntuació total criteri}}{\text{Rang de mides més ample presentant}}$$



AGRUPACIÓ DE LOTS 4^a

LOT 9 - BISTURÍS I INSTRUMENTAL INCISIÓ CAMP QUIRÚRGIC

3.1 Es valorarà la **qualitat de l'acer inoxidable** del que està compost l'instrumental. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Qualitat designada amb el número 1.4034, aliatge X46Cr13, segons la norma europea DIN EN 10088:

Si l'acer inoxidable de l'instrumental es el catalogat amb el número 1.4034 i l'aliatge es X46Cr13, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si l'acer inoxidable de l'instrumental no es el catalogat amb el número 1.4034 i l'aliatge es X46Cr13, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.2 Es valorarà que la **duresa del l'instrumental** estigui entre els paràmetres 40 – 50 HRC (Duresa ROCKWELL). Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la duresa de l'instrumental es dintre dels paràmetres especificats, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la duresa de l'instrumental es inferior o superior als paràmetres especificats, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.3 Es valorarà la **traçabilitat del material**, mitjançant marcat de l'instrumental, de formar individualitzada i per unitat, amb un sistema de codificació universal tipus *Datamatrix* o equivalent. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'instrumental porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'instrumental no porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.4 Es valorarà que s'aporti una declaració responsable on s'indiqui que l'empresa compleix amb la **certificació vigent de la norma DIN EN ISO 13485 (Productes sanitaris – Sistemes de gestió de qualitat – Requisits per a propòsit reglamentari)**, com a garantia de qualitat òptima en relació al producte presentat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:



- Si el producte presentat aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el producte presentat no aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.5 Es valorarà que el material es pugui **esterilitzar per autoclau de 134º**. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el producte presentat es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el producte presentat no es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.6 Es valorarà la **durabilitat de la garantia** del material. S'ha d'aportar un auto certificat on s'indiqui aquesta circumstància. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la garantia es igual o superior a 5 anys, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la garantia es inferior a 5 anys, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.7 Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.
- La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\text{Puntuació Criteri} = \frac{\text{Rang de mides a valorar (número de referències ofertades)} \times \text{Puntuació total criteri}}{\text{Rang de mides més ample presentant}}$$



AGRUPACIÓ DE LOTS 5ª

LOT 17 – EQUIPS INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC

3.1 Es valorarà la qualitat de l'acer inoxidable del que està compost els diferents components del kit d'instrumental:

- Tisores: Qualitat designada amb el número 1.4117, aliatge X38CrMoV15, segons la norma europea DIN EN 10088.
- Pinces: Qualitat designada amb el número 1.4021, aliatge X20Cr13, segons la norma europea DIN EN 10088.

Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'acer inoxidable de les tisores i pinces correspon al definit la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si l'acer inoxidable de les tisores i/o pinces no correspon al definit la puntuació prevista és de 0 punts.

3.2 Es valorarà la duresa del l'instrumental (Duresa ROCKWELL) del que està compost els diferents components del kit d'instrumental:

- Tisores: Duresa Rockwell: 50-58 HRC.
- Pinces: Duresa Rockwell: 40-50 HRC.

Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la duresa Rockwell de les tisores i pinces correspon al definit la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la duresa Rockwell de les tisores i/o pinces no correspon al definit la puntuació prevista és de 0 punts.

3.3 Es valorarà que s'aporti una declaració responsable on s'indiqui que l'empresa compleix amb la certificació vigent de la norma DIN EN ISO 13485 (Productes sanitaris – Sistemes de gestió de qualitat – Requisits per a propòsit reglamentari), com a garantia de qualitat òptima en relació al producte presentat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el producte presentat aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el producte presentat no aporta la declaració esmentada, la puntuació prevista és de 0 punts.



3.4 Es valorarà la **traçabilitat del material**, mitjançant marcat de l'instrumental, de formar individualitzada i per unitat, amb un sistema de codificació universal tipus *Datamatrix* o equivalent. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'instrumental porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'instrumental no porta la codificació esmentada en el criteri, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.5 Es valorarà que el material es pugui **esterilitzar per autoclau de 134º**. Aquesta dada ha de constar a la product data i/o fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el producte presentat es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si el producte presentat no es autoclavable a 134º, la puntuació prevista és de 0 punts.

3.6 Es valorarà la **durabilitat de la garantia del material**. S'ha d'aportar un auto certificat on s'indiqui aquesta circumstància. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la garantia es igual o superior a 5 anys, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la garantia es inferior a 5 anys, la puntuació prevista és de 0 punts.

2. Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles. Ofertes conjuntes.

No hi ha lots obligatoris

