

Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell, Barcelona
93 723 10 10
www.tauli.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PUNCIÓ, PER AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

Número d'expedient: 25SM0028P

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament de material de punció, per al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT en endavant). El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació i definir les qualitats tècniques mínimes generals dels materials a adquirir.

Els productes presentats en aquest procediment seran totalment nous i no podran tenir cap component usat o reutilitzat. Es divideixen en nou lots, indicats en el quadre següent:

Lot	Nom	Descripció
MP05	AGULLA MICRODISSECCIÓ RECTA	Agulles de microdissecció per als serveis de Oftalmologia i Otorinolaringologia.
MP09	AGULLA AMB VENTILACIÓ	Agulla amb ventilació per a ús farmacèutic.
MP11	AGULLA ECOBRONCOSCOPI	Agulles de biòpsia de pneumologia.
MP21	AGULLA LUER	Agulles hipodèrmiques d'un sol ús.
MP25	AGULLA EMG	Agulles per a Electromiografia.
MP26	LLANCETA PUNCIÓ CAPILAR	Llanceta de seguretat per a punció capil·lar.
MP36	AGULLA CHIBA 22-20	Agulla d'un sol ús per a biòpsia citològica.



MP41	AGULLA INJECTOR INSULINA	Agulles per a la injecció d'insulina.
MP47	AGULLA BIOPSIA DISTANCIADOR AMB	Instrument de biòpsia d'un sol ús.

L'oferta de preus per lot superior al previst en el plec suposarà l'exclusió de l'oferta i del licitador.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

2.1 GENÈRIC PER A TOTS ELS LOTS

Característiques mínimes:

Els materials sol·licitats en tots els lots han de complir necessàriament les característiques indicades a continuació:

- Seran nous i amb marcat CE quan resulti legalment exigible.
- L'emmagatzematge i manipulació dels articles sol·licitats es farà seguint les recomanacions del fabricant des de la sortida de fàbrica fins a l'arribada al nostre magatzem.
- Tots els articles s'hauran de subministrar degudament embalats, amb les proteccions corresponents si s'escau i precintats per al correcte tancament de la caixa o recipient de transport.

2.1.1 LOT MP05 Agulla microdissecció recta.

- Agulles de microdissecció recta per a ús amb mànec estàndard de diàmetre d'inserció de 2.35mm.
- Puntetes actives ultra-esmolades de 3mm de longitud i 5 micres de gruix.
- Punta de tungstè, de fàcil neteja i que no acumuli residu.
- Exempts de làtex.
- Envàs unitari estèril d'un sol ús.

2.1.2 LOT MP09 Agulla amb ventilació

- Agulles amb ventilació per a ús farmacèutic, per a extreure o afegir medicament en un vial.
- Fabricada en acer inoxidable, amb punta Huber.



- Longitud de la cànula de 25mm +/- 2mm i part de ventilació de 13mm +/-2mm
- Exempts de làtex.
- Envàs unitari, estèril d'un sol ús.

2.1.3 LOT MP11 Agulla ecobroncoscopi.

- Agulla 22g per a la presa de mostra a través d'ecobroncoscopi amb extrem distal fenestrat per a una bona visibilitat i amb fre.
- Longitud variable entre 20-40cm.
- Màneg de seguretat amb dos possibles ajustaments.
- Xeringa d'aspiració de 20mm amb bloqueig.
- Correcte encaix amb el model ebus de la casa Fuji.
- Correcta fixació amb el model ebus de la casa Fuji.
- Inclou mecanisme de seguretat de bloqueig de l'agulla.
- Envàs unitari estèril.

2.1.4 LOT MP21 Agulla luer

- Agulla hipodèrmica amb punta atraumàtica de triple bisell i con luer de polipropilè translúcid.
- Codificació de colors normalitzats internacionalment.
- Exempts de làtex.
- Envàs unitari, estèril d'un sol ús.

2.1.5 LOT MP25 Agulla EMG

- Elèctrode d'agulla hipodèrmica de 50mm de longitud, amb cable incorporat de mínim 76cm de llarg.
- Connector 1,5mm (DIN 42 802). Compatible amb aparell Clavix.
- Recomanat per a Electromiografia i injecció toxina botulínica.
- Agulla en acer inoxidable i recobert per a minimitzar la fricció.
- L'agulla ha de tenir un caputxó protector transparent i més llarg que l'agulla que permeti visualitzar-la en tot moment.
- L'agulla ha de ser flexible i resistent. No es pot trencar en cas de contracció muscular.
- L'agulla ha d'estar inclosa en una família de productes en la que s'inclogui també la mida de 75mm.
- Exempt de làtex.
- Envàs unitari, estèril d'un sol ús.



2.1.6 LOT MP26 Llanceta punció capil·lar

- Llanceta i punxador integrats en un sol dispositiu ergonòmic que permeti la subjecció i activació del dispositiu amb una sola mà.
- Agulla 29G amb profunditat de punció mitjana de 1.5mm aproximadament.
- Tap de la llanceta incorporat.
- Agulla amb punta siliconada i bisell de tres cares.
- Exempts de làtex.
- Envàs unitari, estèril d'un sol ús.

2.1.7 LOT MP36 Agulla chiba 22-20

- Agulla chiba 22G x 20cm, amb punta tipus Quincke, centimetrada i amb topall mòbil.
- Empunyadura transparent amb lupa.
- Marcador intern distal ecogènic.
- Exempts de làtex.
- Envàs unitari, estèril d'un sol ús.

2.1.8 LOT MP41 Agulla injector insulina

- Agulla de triple bisell per a injecció subcutània d'insulina.
- Compatible amb totes les plomes, bolígrafs i xeringues precarregades tipus "A" EN ISO 11608-2
- Agulles amb envàs unitari, estèril i amb la informació visible.
- Caputxó o cànula de protecció de l'agulla, a més de l'envàs individual per a les agulles sense seguretat.

2.1.9 LOT MP47 Agulla biòpsia amb distanciador

- Dispositiu de biòpsia core d'un sol ús.
- Codificació de colors d'algun element del set que permeti identificar visualment la mesura de l'agulla.
- Inclou l'instrument i l'agulla per a la biòpsia coaxial compatible.
- Gatell automàtic i semiautomàtic.
- Calibre 18G longitud 25cm.
- Disponibles profunditats de penetració diferents, de com a mínim 15mm.
- Indicador visible de llest per a disparar.
- Exempts de làtex.
- Envàs unitari, estèril d'un sol ús.



2.2 GARANTIA

- Tot el material ha de tenir la garantia mínima establerta legalment que cobrirà qualsevol defecte o averia.
- El contractista es compromet a substituir els materials defectuosos o que no es corresponguin amb els oferts. Aquestes substitucions no comportaran cap despesa per al CCSPT.
- El CCSPT farà un control dels articles subministrats que resultin defectuosos i que, per tant, comportin devolucions i substitucions. El CCSPT admetrà un màxim del 5% de devolucions sobre el total de productes a subministrar en la comanda. Si el contractista sobrepassés el 5% de devolucions, el CCSPT el requerirà per tal que ho corregeixi en el termini indicat.
 - En el cas que el contractista, després de ser requerit per a què corregís la situació, seguis subministrant articles defectuosos que comportessin unes devolucions superiors al 30% de les unitats, el CCSPT podrà acordar la resolució del contracte per causa imputable al contractista.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT

Els lliuraments de material es duran a terme, ordinàriament, en un termini màxim de 7 dies naturals des de la recepció de la comanda, en horari de dilluns a divendres, excepte dissabtes i festius, entre les 8'00 i les 14'00 hores. L'entrega es realitzarà al nostre magatzem de Coordinació Logística Sanitària (CLS) del carrer Creueta s/n, 08130 de Santa Perpètua de la Mogoda.

En cas que l'empresa licitadora hagi indicat un termini de lliurament inferior a 7 dies, per a la valoració del criteri de Reducció del termini de lliurament, serà aquest segon el que tindrà prevalença a l'hora d'efectuar els lliuraments.

Si una vegada iniciada la fase de subministrament, el contractista es veïés obligat, per causes alienes a la seva voluntat, a canviar les característiques d'algun article, aprovades pel CCSPT, el contractista ho haurà de comunicar per escrit prèviament al CCSPT, a través de la persona o persones de contacte. L'article substitutori, en cap cas podrà tenir un preu superior al substituït i haurà de ser d'igual o superior qualitat que l'original.

Els lliuraments de material de punció no produiran despeses addicionals al CCSPT. Totes les despeses de transport de material, fins a arribar al lloc de lliurament que figuri a la comanda, aniran a càrrec de l'empresa contractista.

Les empreses hauran de disposar d'uns mitjans de transport i de logística d'emmagatzematge d'estoc, així com uns mitjans humans i tècnics de distribució



(propis o contractats externament) per fer el lliurament dels articles a les dependències indicades pel CCSPT a la comanda.

Les comandes es lliuraran acompanyades de qualsevol sistema de comprovant que justifiqui que l'empresa ha efectuat el subministrament, com un rebut, albarà, nota de recollida o anàleg. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà l'albarà o comprovant al que correspon. En aquest albarà cal que consti la següent informació:

- Número de comanda intern del CCSPT.
- Descripció material subministrat (desglossat).
- Indicació de les quantitats.
- Preu unitari de cada material.

Si la comanda lliurada al CCSPT conté un o més articles no sol·licitats per aquesta, la persona encarregada de la recepció del subministrament deixarà constància d'aquest fet al comprovant de rebuda per tal que aquest/s article/s no siguin facturats. A banda, caldrà que aquests articles siguin retornats a l'empresa contractista proveïdora d'aquests.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.

- El contractista emetrà factura ELECTRÒNICA d'acord amb els preus unitaris adjudicats i que s'indican en les comandes emeses. Les factures que no incloguin les dades requerides en les comandes, seran retornades per tal que el proveïdor les torni a presentar complint aquestes especificacions.
- Es podran realitzar lliuraments parcials sempre que s'informin de les dates de lliurament de la totalitat de la comanda i prèvia conformitat del CCSPT. S'emetrà factura per cada albarà de lliurament.
- En tota factura emesa per el contractista s'haurà de fer constar la següent informació:
 - Corresponent número de comanda.
 - Descripció del material.
 - Nombre d'unitats.
 - Preu unitari.



5. MOSTRES

Inicialment no procedeix lliurar mostres, en cas que sigui necessària la presentació de mostres, aquestes seran requerides durant la fase de valoració tècnica i els licitadors disposaran de cinc dies hàbils per a fer la seva entrega en el lloc que s'hagi indicat en el correu electrònic de sol·licitud. En cas de no presentació de les mostres en el termini establert el licitador quedarà exclòs del procediment per aquest motiu.

Les mostres que es requeriran per a la seva valoració tècnica subjectiva s'indiquen en el quadre següent. dels quals el centre orgànic encarregat de llur valoració contrastarà el grau de compliment de certs elements predefinits a la fitxa de valoració de l'annex núm. IV.I d'aquest plec tècnic.

En el correu electrònic de sol·licitud de mostres es tornarà a fer referència a aquest quadre.

MP05 - AGULLA MICRODISSECCIÓ RECTA	2 Un.	100001216	AGUJA MICRODISECCION RECTA 4,0 CM X 1CM
	2 Un.	100001275	AGUJA MICRODISEC. RECTA 3CM OFTALMO
	2 Un.	100001277	AGUJA MICRODISEC. 7,6CM X 1MM OTORRINO
MP09 - AGULLA AMB VENTILACIÓ	15 Un.	100001523	AGUJA 16G TWO-FER
MP11 - AGULLA ECOBRONCOSCOPIO	1 Un.	100001801	AGUJA PUNCIÓN ECOBRONCOSCOPIO
MP21 - AGULLA LUER	50 Un.	100001529	AGUJA LUER 20G X 1 (0.9x25MM)
	50 Un.	100001535	AGUJA LUER DE CARGA 18GX40MM
MP25 - AGULLA EMG	5 Un.	100001585	AGUJA E.M.G. TOXINA BOTULINICA 50MM.
MP26 - LLANCETA PUNCIÓ CAPILAR	1 caixa	100001521	LANCETA PUNCIÓN CAPILAR
MP36 - AGULLA CHIBA 22-20	5 Un.	100001563	AGUJA CHIBA 22-20
MP41 - AGULLA INYECTOR INSULINA	10 Un.	100001637	AGUJA INYECTOR DE INSULINA 5MM SEGUR
	1 caixa	100001639	AGUJA INYECTOR DE INSULINA 5MM
MP47 - AGULLA BIOPSIA AMB DISTANCIADOR	2 Un.	100001476	SET AGUJA BIOPSIA 18G 25CM

Aquestes mostres es presentaran degudament embalades i identificades mitjançant una etiqueta en la qual constaran les dades de l'empresa licitadora, número d'expedient i lot al qual es licita, la denominació del producte que conté (amb indicació del codi de l'article). Una vegada finalitzada la contractació, no es retornaran.

Caldrà indicar que la unitat destinatària és el Departament de Compres del Taulí, ubicat a l'edifici Salut, Parc taulí, 1, 08208 de Sabadell.

Totes les mostres, encara que siguin de lots diferents en aquest cas, es podran incloure dins una caixa única.