

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/11001423816/25/AMUP

MATERIAL PER A INTERVENCIONISME BILIAR I HEPÀTIC



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 1 de 51

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1. Condicions de subministrament	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges	14
4.5.2. L'albarà	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	15



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 2 de 51

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..16
- 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 3 de 51

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material per a intervencionisme biliar i hepàtic per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclòs a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.



2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Per a aquesta licitació no s'especifiquen requisits obligatoris addicionals.
No s'annexa ANNEX D3 per a emplenar.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101423816_2bis**

- Annex D6 - Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor (document informatiu)



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxes tècniques resum criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4, detallats al document "ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració", del plec administratiu, "Plantilla Puntuació PCAP".**
- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data, ANNEX D5, del codi de material ofert.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.



Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

No és necessària la presentació de mostres dels codis de materials inclosos a aquesta licitació.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu



tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.



4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de



preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)



- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- PO10-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	



Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDERS D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 13 de 51


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:



- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.



2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	



3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE  ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---



8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris
ANNEX D4 - Desglossament Criteris de valoració
ANNEX D5 - Product data material ofert
ANNEX D6 - Fitxa-resum, Criteris addicionals de judici de valor
ANNEX E - Presentació de mostres



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 19 de 51

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 20 de 51

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101423816/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
1	Cateters de drenatge	Obert - No obligatori
2	Catèters de dilatació biliar	Tancat - Obligatori
3	Catèters baló d'extracció càlculs biliars amb inflat progressiu	Obert - No obligatori
4	Sistema d'accès biliar percutani per via transhepàtica	Obert - No obligatori
5	Equip per a biòpsia hepàtica transjugular	Obert - No obligatori
6	Equip per a biòpsia biliar	Obert - No obligatori
7	Catèters de drenatge nasobiliar	Tancat - Obligatori



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 21 de 51

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 22 de 51

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.01.2025 HORA: 13:34:57 PÀGINA: 1 / 4
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30003572	Descripció llarga: Catèter drenatge percutani vies biliars, poliuretà (PUR) flexible ,Ø8Fx40cm+/-2cm, marcador radiopac, recobriments hidrofílics, part distal a/forats, llaç fixació/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles: 1plàstic, 1metall, part proximal a/connector, estèril, 1ús	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30003573	Descripció llarga: Catèter drenatge percutani vies biliars, poliuretà (PUR) flexible ,Ø12Fx40cm+/-2cm, marcador radiopac, recobriments hidrofílics, part distal a/forats, llaç fixació/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles: 1plàstic, 1metall, part proximal a/connector, estèril, 1ús	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30003609	Descripció llarga: Equip per a biòpsia hepàtica transjugular, compost per: 1catèter recte 5Fx65cm+/-2cm+1catèter corb 5Fx76cm+/-2cm amb puntes de tungstè, introductor rigid 7Fx60cm+/-2cm, agulla biòpsia flexible i forta 18G, 4 hisops, lliure de làtex, estèril, 1ús	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30003773	Descripció llarga: Equip/sist introductor percutani compost per: agulla chiba 21Gx15cm+/-2cm, dilatador coaxial Ø4Fx20'5cm+/-2,5cm (PTFE), introductor Ø6Fx19cm+/-2cm a/marca radiopaca i cànula rígida tanc, guia Ø,038x145cm, guia nitinol Ø,018"x60cm+/-10cm, est 1ús"	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30008006	Descripció llarga: Catèter baló dilatació biliar Ø8mmx4cm, baix perfil, 2marques radiopaques, intercanvi ràpid 21lums, Ø5,8Fx193cm+/-5cm, guia recomanada Ø,035", canal de treball Ø3,2mm, estèril, 1ús, Hurricane o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30008810	Descripció llarga: Catèter baló dilatació biliar Ø4mmx2cm, baix perfil, 2marques radiopaques, pressió màxima inflat 12atm; catèter (RX) intercanvi ràpid 21lums, Ø5,8Fx180cm+/-5cm, guia recomanada Ø,035", canal de treball Ø3,2mm, estèril, 1ús, Hurricane o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30008811	Descripció llarga: Catèter baló dilatació biliar Ø4mmx4cm, baix perfil, 2marques radiopaques, pressió màxima inflat 12atm; catèter (RX) intercanvi ràpid 21lums, Ø5,8Fx180cm+/-5cm, guia recomanada Ø,035", canal de treball Ø3,2mm, estèril, 1ús, Hurricane o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30008812	Descripció llarga: Catèter baló dilatació biliar Ø6mmx2cm, baix perfil, 2marques radiopaques, pressió màxima inflat 11atm; catèter (RX) intercanvi ràpid 21lums, Ø5,8Fx180cm+/-5cm, guia recomanada Ø,035", canal de treball Ø3,2mm, estèril, 1ús, Hurricane o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.01.2025 HORA: 13:34:57 PÀGINA: 2 / 4
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30008813	Descripció llarga: Catèter baló dilatació biliar Ø6mmx4cm,baix perfil,2marques radiopaques ,pressió màxima inflat 11atm;catèter (RX) intercanvi ràpid 2 llums,Ø5,8Fx180cm+/-5cm,guia recomenada Ø,035",canal de treball Ø3,2mm ,estèril,1ús,Hurricane o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30008814	Descripció llarga: Catèter baló dilatació biliar Ø8mmx2cm,baix perfil,2marques radiopaques ,pressió màxima inflat 11atm;catèter (RX) intercanvi ràpid 21 lums,Ø5,8Fx180cm+/-5cm,guia recomenada Ø,035",canal de treball Ø3,2mm ,estèril,1ús,Hurricane o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30015061	Descripció llarga: Catèter baló d'extracció càlculs biliars,inflat baló"hombreira",2 mides de baló 12-15mm, Ø7/6Fx200cm+/-5cm,afilat (en la punta),1 mar ca radiopaca ,per a guia recomenada de Ø,035",canal d'accés mínim 2,8mm.Estèril,1ús	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30017071	Descripció llarga: Equip punció miniaccés proced intervenc n/vasculars,parell coaxial:introduct PE Ø6F punta a/marca radiop+dilatad PE 4F i cànula refo rç a/longitud nominal 20cm+/-2cm;ag tròcar 21Gx15cm+/-2cm,conn mascle-feme ,p/introduc guies Ø</=Ø,018"/Ø,46mm,estèril,1ús	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30037806	Descripció llarga: Catèter drenatge percutani vies biliars,poliuretà (PUR) flexible ,Ø10Fx40cm+/-5cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,tancament tipus pigtail a/dos reforços extraïbles un de plàstic i un de metall,estèril,1ús	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30040114	Descripció llarga: Equip d'accés hepàtic trans-jugular compost per,introductor Ø10Fx40cm+/-2cm,cat recte a/estilet punta trocar Ø,038"/Ø,97mmx62,5cm +/-2,5cm,Cat 10,Ø Fr a/cànula 14G i long 51,5cm+/-1,5cm punta radiopaca ,Dilatador Ø 12,Ø Fr.long20 cm,lliure làtex,est,1ús.	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30040778	Descripció llarga: Catèter baló d'extracció càlculs biliars,inflat baló "hombreira",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 9-12mm per catèter.Precarregat a/ estilet de reforç ,punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1ús,tipus EXTRACTOR PRO RX-S o equi.	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30040779	Descripció llarga: Catèter baló d'extracció càlculs biliars,inflat baló"hombreira",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 12-15mm per catèter.Precarregat a/ estilet de reforç ,punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1ús,tipus EXTRACTOR PRO RX-S o equi.	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.01.2025 HORA: 13:34:57 PÀGINA: 3 / 4
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30040780	Descripció llarga: Catèter baló d'extracció càlculs biliars,inflat baló"hombreira",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 15-18mm per catèter.Precarregat a/ estilet de reforç ,punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1ús,tipus EXTRACTOR PRO RX-S o equi.	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30041465	Descripció llarga: Equip d'accés percutani compost per agulla tròcar 21Gx15cm+/-2cm amb recobriment hidròfilic i marques radiopaques,dilatador coaxial Ø6Fx18cm+/-2 cm,guia Amplatz Ø,035x150cm+/-5cm i guia nitinol Ø ,018"x80cm+/-2cm.Estèril,1ús"	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30043168	Descripció llarga: Equip de pinces per a biòpsia biliar transluminal,compost per:pinces flexibles 5,2Fx60cm+/-2cm;beina introducØ7Fx30cm+/-1cm.Estèril, 1ús	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30059539	Descripció llarga: Eq punció miniaccés proced intervenc n/vasculars,parell coaxial:introduct PE Ø6F punta a/marca radiop+dilatad PE 4F i cànula reforç a/longitud nominal 20cm+/-2cm; ag Chiba 22Gx15cm+/-2cm,conn mascle-femella,p/introduc guies Ø</=Ø,038/Ø,97mm,estèril,1ús."	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30061840	Descripció llarga: Equip introductor percutani coaxial per proced n/vasculars: introductor Ø6Fx20cm marcador rx,amb agulla ecogènica tipus Chiba Ø21Gx1 5cm i marques de profunditat, dilatador 4F, guia nit Ø,018 punta corbada de tungstè daurat 60cm, estèril, 1ús.	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30062087	Descripció llarga: Equip drenatge nasobiliar tipus pigtail compost :catèter drenatge Ø5Fx250cm+/-10cm amb 5orificis laterals,tub de transferència nasal ,tub connexió drenatge,per guia Ø,035"/Ø,89"compatible amb endoscops amb canal Ømínim 2mm,estèril,1ús	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30062088	Descripció llarga: Equip drenatge nasobiliar tipus pigtail compost per:catèter drenatge Ø6Fx250cm+/-10cm amb 5 orificis laterals,tub de transferència n asal,tub connexió drenatge,per guia Ø,035"/Ø,89"compatible compatible endoscops amb canal Ømínim 2mm,estèril,1ús	
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30064003	Descripció llarga: Equip drenatge nasobiliar,PE,Ø7Fx 250cm+/-5cm,marcador radiop,recobr hidrofílic,tancament tipus pigtail,a/guia Ø,035/Ø,89mm,5orifici s laterals ,tub transferència nasal i tub connexió per a drenatge,estèril ,1ús,compatible endoscop canal mínim 2mm	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.01.2025 HORA: 13:34:57 PÀGINA: 4 / 4
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30064004
Descripció llarga: Catèter drenatge nasobiliar,PE,Ø8,5Fx250cm+/-5cm,marcador radiop,recobr hidrofílic,tancament tipus pigtail,a/guia 0,035/0,89mm,5orif icis laterals ,tub transferència nasal i tub connexió per a drenatge,estèril,iús,comp endoscop canal mínim 2mm		
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30069222
Descripció llarga: Catèter baló d'extracció càlculs biliars,inflat baló "hombrera",intercanvi ràpid,8,5-12-15mm p/catèter,punta atraumàtica 6,6F-5,4Fx2 00cm(+/-5cm),guia 0,035",canal mínim accés 3,2mm,injecció p/sobre i sota baló,estèril,iús,tipus Fusion o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30069223
Descripció llarga: Catèter baló d'extracció càlculs biliars,inflat baló "hombrera",OTW, 8 ,5/11,5/15mm i 15/18/20mm, p/catèter,punta atraumàtica 4,5Fx20 0cm(+/-5cm),guia 0,035",canal mínim accés 2,8mm,injecció p/sobre i sota baló,estèril,iús,tipus Multi 3Vo equivalent		
SOL.COMANDA: 1101423816	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30069224
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva,colangioscòpia terapèutica(sistema biliar i hepàtic),cullera ovalada fenestrada a/dents, s/agulla,Øext1,0mmx270cm±10cm long de treball,286cm long total,obert pinça 4,1mm,Ømín canal treball 1,2mm,estèril,1 sol ús		

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma
electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 27 de 51

S'ha d'omplir el Excel **Licitació 1101423816_2bis**.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofilic,diaèmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofilic,diaèmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A- Guia híbrida extra-rigida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobrimnt hidrofilic,diaèmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 28 de 51

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B . Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V .	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 29 de 51



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 30 de 51

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofert

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofert. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofert. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 32 de 51

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofert	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u> . Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 33 de 51

Salut/Institut Català de la Salut

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101423816/25/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER A INTERVENCIÓ BILIAR I HEPÀTIC

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

(IMATGE OBLIGATÒRIA)

Dades d'acreditacions

Marcat CE/Tipus de classe

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

(SI/NO)

Altres acreditacions i/o auto certificació

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Logo de l'empresa

Institut Català de la Salut

52-25 ANNEX D1 - FitxTecniv. pag1



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 34 de 51

Salut/Institut Català de la Salut

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

CS/CC00/1101423816/25/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER A INTERVENCIÓ BILIAR I HEPÀTIC

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

52-25 ANNEX D1 - FitxTecnIndv_pag2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 35 de 51

ANNEX D2 – Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 36 de 51

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació.

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 37 de 51

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101423816/25/AMUP

Descripció expedient


SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER A INTERVENCIONISME BILIAR I HEPÀTIC

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 38 de 51



Annex D3 - Llistat-resum Requeriments Obligatoris



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 39 de 51



Per aquesta licitació no hi ha requeriments obligatoris.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 40 de 51



Annex D5 – Fitxa tècnica material ofert Product Data

(format lliure)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 41 de 51



Annex D6 – Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 42 de 51



FITXE-RESUM CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (CRITERIS SUBJECTIUS)

ANNEX D6 CS/CC00/1101423816/25/AMUP

(annex informatiu)

LOT 1 Cateters de drenatge

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat o facilitat d'introducció del catèter
Adaptabilitat de la guia/ànima i catèter
Facilitat d'extracció de l'ànima i de la guia un cop finalitzat el procés
Sistema tancament de seguretat del catèter per tal de no crear desconfort al pacient.

(No existeix un model del document a presentar per acreditar el compliment del criteri. L'empresa licitadora decidirà el format a presentar)

És OBLIGATORI presentar aquest annex. _____

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques sol·licitades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX D6 CRIT JUD VALOR-LOT 1



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 43 de 51



FITXE-RESUM CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (CRITERIS SUBJECTIUS)

ANNEX D6_CS/CC00/1101423816/25/AMUP

(annex informatiu)

LOT 2 Catèters de dilatació biliar

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat del catèter baló (visibilitat) durant el procediment intervencionista
Rapidesa de buidament del catèter baló (facilitat) durant el procediment intervencionista
Replegament del catèter baló mesurant la capacitat del baló de tornar a la seva mida original

(No existeix un model del document a presentar per acreditar el compliment del criteri. L'empresa licitadora decidirà el format a presentar)

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques sol·licitades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX D6 CRIT JUD VALOR-LOT 2]



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 44 de 51



FITXE-RESUM CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (CRITERIS SUBJECTIUS)

ANNEX D6_CS/CC00/1101423816/25/AMUP

(annex informatiu)

LOT 3 Catèters baló d'extracció càlculs biliars amb inflat progressiu

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Resistència del baló durant el procediment intervencionista
No deformació del catèter durant el procediment intervencionista
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat del catèter baló (visibilitat) durant el procediment intervencionista

(No existeix un model del document a presentar per acreditar el compliment del criteri. L'empresa licitadora decidirà el format a presentar)

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques sol·licitades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX D6 CRIT JUD VALOR-LOT 3



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 45 de 51



FITXE-RESUM CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (CRITERIS SUBJECTIUS)

ANNEX D6_CS/CC00/1101423816/25/AMUP
(annex informatiu)

LOT 4 Sistema d'accès biliar percutani per via transhepàtica

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat a causa de la curvatura de la guia
Ecogenicitat de l'agulla (visibilitat) durant el procediment intervencionista

(No existeix un model del document a presentar per acreditar el compliment del criteri. L'empresa licitadora decidirà el format a presentar)

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques sol·licitades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX D6 CRIT JUD VALOR-LOT 4



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 46 de 51



FITXE-RESUM CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (CRITERIS SUBJECTIUS)

ANNEX D6_CS/CC00/1101423816/25/AMUP
(annex informatiu)

LOT 5 Equip per a biòpsia hepàtica transjugular

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Resiliència a la deformitat de l'agulla de punció
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat a causa de la curvatura de la guia

(No existeix un model del document a presentar per acreditar el compliment del criteri. L'empresa licitadora decidirà el format a presentar)

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques sol·licitades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX D6 CRIT JUD VALOR-LOT 5



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 47 de 51



FITXE-RESUM CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (CRITERIS SUBJECTIUS)

ANNEX D6_CS/CC00/1101423816/25/AMUP
(annex informatiu)

LOT 6 Equip per a biòpsia biliar

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Capacitat d'extracció de la mostra
Adaptabilitat de la punta dels forçaeps al canal de treball

(No existeix un model del document a presentar per acreditar el compliment del criteri. L'empresa licitadora decidirà el format a presentar)

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques sol·licitades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX D6 CRIT JUD VALOR-LOT 6



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 48 de 51



FITXE-RESUM CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (CRITERIS SUBJECTIUS)

ANNEX D6_CS/CC00/1101423816/25/AMUP
(annex informatiu)

LOT 7 Equip per a biòpsia biliar

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Radiopacitat del catèter (visibilitat) durant el procediment intervencionista

(No existeix un model del document a presentar per acreditar el compliment del criteri. L'empresa licitadora decidirà el format a presentar)

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques sol·licitades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX D6 CRIT JUD VALOR-LOT 7



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 49 de 51

ANNEX E – Presentació de mostres



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 50 de 51

Per aquesta licitació no es obligatori la presentació de mostra del material licitat.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SRUEKXU3HTARBHZRQX4TPA4523ON82U

Data creació còpia:
21/02/2025 07:59:51

Pàgina 51 de 51