



Núm. expedient: 25SM0294

Centre orgànic: Endoscòpia Digestiva

Responsable orgànic: Mercè Vergara Gómez

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament d'un sistema de manometria d'alta resolució, per al Servei d'Endoscòpia Digestiva, del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

CODI CPV: - Equips Mèdics 33141620-2

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

Es sol·licita un nou equip de manometria per a proves funcionals com a obsolescència funcional de l'actual, pels següents motius:

- Obsolescència del dispositiu actual per a l'estudi dels trastorns motors esofàgic. El dispositiu que utilitzem no permet fer exploracions en sedestació, això impedeix fer estudi de la motilitat esofàgica segons els estàndards més recents (Chicago 4.0).
- El nou dispositiu i les noves sondes - dotades de major definició espacial - permetrien millorar la qualitat i la sensibilitat de les manometries esofàgiques i anorrectal. Així mateix podrem estudiar trastorns que requereixen la integració de sondes de manometria i d'impedanciometria (ex la disfàgia orofaríngia i trastorns esofàgics com síndrome de remugació, l'eructació i les alteracions de la unió esòfag-gàstrica). Actualment per a aquestes exploracions se sol·liciten les exploracions com a externes.
- Les sondes de manometria ESOFÀGIQUES tenen 32 canals, per a la neteja a rentadores d'endoscòpia necessitem "pops" que ja no es produeixen. l'empresa Matachana ens ha donat una alternativa provisional que en el supòsit d'algun incident no tenim cap garantia. L'adquisició del nou aparell solventaria el tema de la desinfecció, entre altres, atenen que les sondes utilitzen fundes protectores d'un sol ús.
- En canvi, les sondes de manometria anorrectal que s'utilitzen per a biofeedback tenen 4 o 8 canals, per la qual cosa es podrien netejar manualment com es feia anteriorment i segons les indicacions del fabricant i sense perjudici per als pacients. Seguir utilitzant aquestes sondes per al biofeedback permetria allargar la vida útil de les noves sondes de manometria anorectal i abatre els costos de la prova.



Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell, Barcelona
93 723 10 10
www.tauli.cat

EXPEDIENT 25SM0294

La contractació d'aquest equipament és imprescindible per poder desenvolupar l'activitat assistencial prevista.

3. LOTS

☒ No ☐ Sí

L'objecte del contracte no es divideix en lots d'acord amb el previst a l'article 99.3 b) de la LCSP. La prestació que es contracta és d'una naturalesa que no permet aquesta divisió.

No és divisible l'objecte del contracte en lots per a la seva realització, al tractar-se d'un únic producte, el qual no es pot separar en més d'un lot.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ I DURADA

La data d'inici de la vigència del contracte serà el dia següent a la seva formalització. S'estima que l'inici serà durant el 1r o 2n trimestre de 2025 i no podrà excedir el termini de 60 dies comptats des de la formalització.

5. TRAMITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

La tramitació de l'expedient es proposa que sigui:

Ordinària: __X__

Urgent: __

6. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Els requisits mínims de solvència que han de reunir els licitadors i els mitjans d'acreditació exigits es detallen en l'Annex IV del PCAP. Els llistats exigits i els seus mitjans d'acreditació estan vinculats a l'objecte del contracte i són proporcionals a aquest sense limitar de forma injustificada la concurrència ni afectar les normes de competència.

7. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els criteris de valoració i adjudicació s'han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat tècnica que busca obtenir la millor relació qualitat – preu. Estan vinculats a l'objecte del contracte i no són restrictius de l'efectiva competència entre els operadors del mercat.

Les fórmules emprades, tant l'aplicada com a regla de valoració dels criteris susceptibles de judici de valor, com l'aplicada sobre el preu són les establertes en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions.



8. OFERTES DESPROPORCIONADES

La identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes. Per a la determinació d'una oferta amb valors presumptament anormals i la seva avaluació serà d'aplicació el procediment regulat al PCAP.

9. MODIFICACIONS

No es preveuen modificacions: __X__

10. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT

Per a l'elaboració del pressupost s'han tingut en compte els costos directes, indirectes i el benefici industrial necessaris per desenvolupar el subministrament objecte del contracte, durant el temps d'execució d'aquest. S'han estimat els costos del sector per anàlisi dels preus assolits en altres licitacions realitzades pel CCSPT i per altres de similars i assumint la imputació de despeses generals i de benefici industrial habituals en aquests tipus de contractes.

Pressupost base de licitació per al total de durada del contracte: 99.704,00 € (IVA inclòs).

Distribuït en les anualitat següents:

PBL	Import sense IVA	Import IVA*	Import IVA inclòs
Exercici 2025	82.400,00 €	17.304,00 €	99.704,00 €
TOTAL	82.400,00 €	17.304,00 €	99.704,00 €

*TIPUS D'IVA APLICABLE: 21 %

Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte (pressupost + pròrrogues + possibles modificacions) és de 82.400,00 € (IVA exclòs).

VEC	Import sense IVA
Pressupost Base Licitació	82.400,00 €
TOTAL	82.400,00 €



11. ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L'import de licitació anirà amb càrrec a la partida 620.0001.06 – Aparells Medico-Assistencials, d'acord amb les bases d'execució pressupostàries aprovades pel Consell de Govern de l'entitat de data 20 d'octubre del 2021.

12. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, ha d'incorporar condicions especials ambientals, que persegueixin: la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i el manteniment o millora dels valors mediambientals que puguin veure's afectats per l'execució del contracte.

Aquesta condició deriva de l'obligació imposada als òrgans de contractació per l'article 202 de la LCSP de garantir el compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral i es considera especial atès que els efectes del seu compliment comportaria la millora objectiva de l'execució del contracte, respon a l'objectiu social de disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i és un indicador de la qualitat i eficiència de la prestació, que pot redundar en una reducció de costos de producció que s'acabin aplicant al client administració pública.

13. PENALITATS

SÍ ☒X___ d'acord amb el PCA.

NO ☐

14. RESPONSABLE EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Direcció de Servei de l'Aparell Digestiu

15. SUBCONTRACTACIÓ

SÍ ☒X___

NO ☐

16. PROTOCOL ELECTRONIC WATCH

☒No ☐Sí

17. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL



L'execució del contracte requerirà l'accés i/o tractament de dades de caràcter personal del CCSPT per part de l'adjudicatari:

☒ No ☐ Sí

Sabadell, data i signat digitalment

Dra. Mercè Vergara Gómez

Direcció de Servei de
l'Aparell Digestiu

Responsable de la
descripció de la necessitat

Dr. Jordi Gratacós Masmitjà

Direcció Mèdica

Responsable orgànic

Sr. Vicente Martín López

Coordinació de Tresoreria

Responsable pressupostari