

Acta de la reunió de valoració dels sobres C de l'expedient**Identificació de la reunió****Dia:** 25 de febrer de 2025**Hora:** 15:00 hores**Lloc:** Dependències del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.**Contractació:** Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, incloent el seu manteniment, per a la realització de les antigenúries de l'àrea de Microbiologia del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics), mitjançant procediment Obert, subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari**Òrgan de Contractació:** Gerent del CLILAB Diagnòstics**Assistents Mesa de contractació****Presidenta:** Sra. Clara Sistané Caldés, assessora legal del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui**Secretària:** Sra. Mireia Taboada Villagrasa, responsable del departament de contractació del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui**Vocal:** Sra. Yuliya Poliakova, cap de servei de Microbiologia del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui**Vocal:** Sra. Clara Marcó de Mas, facultatiu especialista en Microbiologia del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui**Vocal:** Sra. Tamara Soler Maniega, facultatiu especialista en Microbiologia del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui**Vocal:** Sra. Judith Esplugas Conesa, òrgan control intern econòmic i pressupostari del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui.**Vocal:** Sra. Andrea Arbós Haro, assessora jurídica del Servei Agregat de Contractacions Administratives del CSC o persona en qui delegui

En aquesta sessió es constitueix la mesa de contractació amb l'objectiu d'analitzar les propostes presentades al **sobre C (proposició econòmica i criteris avaluable de forma automàtica)**.

Tal i com consta a l'informe de valoració de data 17 de febrer de 2025, emès pel Cap de servei de Microbiologia es comprova que l'empresa **BIOSYNEX IBÉRICA S.L** ha aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs al no complir amb els requisits mínims establerts al plec de prescripcions tècniques.

A l'apartat 3.2.1., pàgina 10, del Plec de Prescripcions Tècniques s'estableix que la tecnologia d'equips ha de ser per immunofluorescència i l'oferta presentada per aquesta és per reflexió òptica i no per immunofluorescència, tal i com s'estableix en el plec.


Atès que el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques estableixen els requeriments mínims exigits i l'obligació de complir les característiques mínimes especificades;

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que l'empresa **BIOSYNEX IBÉRICA S.L** ha aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es proposa l'exclusió de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i en aplicació de l'article 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en relació amb l'article 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Sense cap altre qüestió a considerar, sent les 15:58 hores, l'Òrgan de Contractació dóna per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present Acta.

 **CLILAB**
DIAGNÒSTICS

La Presidenta
Sra. Clara Sistané Caldes

 **CLILAB**
DIAGNÒSTICS

La Secretaria
Sra. Mireia Taboada Villagrasa