

EXPD. CLILAB 2024/07

**Informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica establerts en el
quadre de característiques específiques**



Licitadors que han presentat oferta:

- BIOSYNEX IBÉRICA S.L
- VIRCELL SPAIN, S.L.U.

Un cop feta l'obertura de sobres C i entrat en matèria per tal de fer la valoració de cadascuna de les empreses, respecte a **BIOSYNEX IBÉRICA SL**, s'ha detectat que no compleix els requisits mínims del Plec de Prescripcions Tècniques tal i com estableix l'apartat 3.2.1. en la seva pàgina 10:

“3.2.1. Equips per a la lectura de les antigenúries.

Per a la lectura objectiva de totes les determinacions especificades a l'Annex I. **Activitat estimada per centre** al final d'aquest plec de prescripcions tècniques, s'hauran d'oferir un mínim de 7 equips, un per centre, que estiguin connectats amb el LIS. A més, cal disposar d'un equip back-up a tots els centres. **La tecnologia dels equips ha de ser per immunofluorescència.**”

Atès que l'empresa **BIOSYNEX IBÉRICA S.L.**, no compleix els requisits mínims del Plec de Prescripcions on s'estableix que la tecnologia d'equips ha de ser per immunofluorescència i l'oferta presentada per aquesta és per reflexió òptica i no per immunofluorescència, tal i com s'estableix en el plec, no es pot entrar a valorar.

Respecte a **VIRCELL SPAIN SLU**, un cop observat que compleix amb tots els requisits del Plec de Prescripcions Tècniques, el resultat de la valoració és el següent:

		Empresa licitadora	
		VIRCELL SPAIN, S.L.U.	
Criteris avaluable de forma automàtica: fins a 100 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<u>És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</u> Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació, essent 1	51	51 punts (560.000,00 €)
	Disponibilitat de l'escaner interior que permet identificar el número de mostra si s'ha escrit al dispositiu de prova: fins a 4 punts	4	4 punts En el document "Analizador STANDARD F2400 2022", a la pàgina 3, consta que existeix l'escàner que permet visualitzar el número escrit a mà en el dispositiu.
CRITERIS TÈCNICS	Capacitat de lectura de dispositius tant per fluorescència com a òptica: fins a 10 punts	10	10 punts En el document "Analizador STANDARD F2400 2022", a la pàgina 3, consta que l'instrument permet lectura òptica a més de per fluorescència.
	Possibilitat de quantificació numèrica del resultat: fins a 5 punts	5	5 punts En el document "Analizador STANDARD F2400 2022", a la pàgina 3, consta que hi ha quantificació numèrica del resultat (índex COI).
	Major nombre de tècniques que es puguin realitzar a l'instrument: fins a 10 punts	10	10 punts En el document "Analizador STANDARD F2400 2022", a la pàgina 4, consta que hi ha 24 tècniques actualment disponibles per a aquest instrument.
	Possibilitat de processar més d'una mostra a la vegada: fins a 10 punts	10	10 punts En el document "Analizador STANDARD F2400 2022", a la pàgina 3, consta que es poden fer fins a 24 proves a la vegada en l'instrument F2400.
	Tècnica que permeti la detecció dels serotips 1, 3, 4 i 6 de Legionella pneumophila: fins a 10 punts	10	0 punts En el document "Serotips Legionella SD Biosensor F kit", a la pàgina 1, consta que es detecten els serotips 1, 3, 5, 6 i 8. No consta el serotip 4.
		100	90

El tècnic sota signant eleva el present informe a la Mesa de contractació, tot detallant la valoració exposada, amb el fi de que procedeixi d'acord amb la legislació vigent.



Vilafranca del Penedès, 17 de febrer de 2025



Sra. Yuliya Poliakova

Cap de servei de Microbiologia de CLILAB Diagnòstics