

Acta de la reunió de valoració dels sobres C de l'expedient**Identificació de la reunió****Dia:** 26 de febrer de 2025**Hora:** 13:30 hores**Lloc:** Dependències del Consorci Sanitari Integral**Contractació:** Subministrament de bioconnectors amb allargadissa i bioconnectors dobles amb allargadissa per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral mitjançant procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari.**Òrgan de Contractació:** Director General del Consorci Sanitari Integral**Assistents Mesa de contractació****Presidenta:** Meritxell Serra Garreta, Directora del departament de Logística i Contractació Administrativa del CSI**Secretari:** Héctor López, Responsable de Control de Gestió Assistencial del CSI.**Vocal:** Sergio Oleaga, Director economicofinancer del CSI.**Vocal:** Juan Miguel Arellano, Tècnic del departament de Logística del CSI.**Vocal:** Marta Coca, Tècnica del departament de Logística del CSI.**Vocal:** Ana Grau, assessora jurídica del servei agregat de contractacions administratives del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

En aquesta sessió es constitueix la mesa de contractació amb l'objectiu d'analitzar les propostes presentades al **sobre C (proposició econòmica i criteris avaluable de forma automàtica)**

Abans de procedir a puntuar les propostes es comprova que les empreses següents, **BECTON DICKINSON S.A.U., ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS S.L., INTRAVEN, S.L., LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U., PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L., i PROSAC PRODUCTOS SL** tal i com consta a l'informe de valoració de data 26 de febrer de 2025 emès per la Sra. Mireia Labarta Tomás, Responsable de Recursos Materials i equipament del CSI, no compleixen amb els requeriments tècnics d'obligat compliment, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i el quadre de característiques:

Llicitador: BECTON DICKINSON S.A.U.**Article Bioconnector amb allargadissa****Motius:**

- No es un sistema com a tal, no és un sistema únic, els bioconnectors es separen de l'allargadissa i pot ocasionar problemes de seguretat.

- La fitxa tècnica presentada està incompleta ja que no recull la dada sobre si la vàlvula està lliure de PVC i de DEPH, requisit d'obligat compliment segons consta a l'Annex Tècnic
- No té luer lock flotant. Requisit d'obligat compliment segons consta a l'Annex Tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.
- Medeix 15cm, supera la mida d'obligat compliment de 10 a 12 cm segons consta a l'Annex tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.

Article Bioconector DOBLE amb allargadissa

Motius:

- No es un sistema com a tal, no és un sistema únic, els bioconnectors es separen de l'allargadissa i pot ocasionar problemes de seguretat.
- La fitxa tècnica presentada està incompleta ja que no recull la dada sobre si la vàlvula està lliure de PVC i de DEPH, requisit d'obligat compliment segons consta a l'Annex Tècnic
- Medeix 15cm, supera la mida d'obligat compliment de 12 a 14 cm segons consta a l'Annex tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.

Licitador: ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.

Article Bioconector amb allargadissa

Motius:

- Medeix 18cm, supera la mida d'obligat compliment de 10 a 12 cm segons consta a l'Annex tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.

Article Bioconector DOBLE amb allargadissa

Motius:

- Medeix 15cm, supera la mida d'obligat compliment de 12 a 14 cm segons consta a l'Annex tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.

Licitador: INTRAVEN, S.L.

Article Bioconector amb allargadissa

Article Bioconector DOBLE amb allargadissa

Motius:

- La fitxa tècnica presentada està incompleta ja que no recull la dada sobre si la vàlvula està lliure de PVC i de DEPH i si es de doble direcció, requisit d'obligat compliment segons consta a l'Annex Tècnic.
- La fitxa tècnica presentada està incompleta ja que no recull la dada sobre la resistència del sistema a la pressió aprox de 30 psi (2,06 bar), requisit d'obligat compliment segons consta a l'Annex Tècnic.

- No té luer lock flotant. Requisit d'obligat compliment segons consta a l'Annex Tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.

Licitador: LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.

Article Bioconector amb allargadissa

Motiu:

- Medeix 19cm, supera la mida d'obligat compliment de 10 a 12 cm segons consta a l'Annex tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.

Article Bioconector DOBLE amb allargadissa

Motius:

- Medeix 18cm, supera la mida d'obligat compliment de 12 a 14 cm segons consta a l'Annex tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.

Licitador: PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.

Article Bioconector amb allargadissa

Motiu:

- No compleix requisit d'obligat compliment de volum d'infusió de la vàlvula superior al fluxe de 14G (equivalent a 343ml/min) donat que a la fitxa tècnica indica que té un caudal de 110-150ml/min

Article Bioconector DOBLE amb allargadissa

Motius:

- No compleix requisit d'obligat compliment de volum d'infusió superior de la vàlvula al fluxe de 14G (equivalent a 343ml/min) donat que a la fitxa tècnica indica que té un caudal de 110-150ml/min
- Medeix 16cm, supera la mida d'obligat compliment de 12 a 14 cm segons consta a l'Annex tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.
- Un dels clamps es extraïble. No compleix amb el criteri de les allargadisses han de portar un clamp no extraïble segons consta a l'annex tècnic.

Licitador: PROSAC PRODUCTOS SL

Article Bioconector amb allargadissa

Motiu:

- No es un sistema com a tal, no és un sistema únic, els bioconnectors es separen de l'allargadissa i pot ocasionar problemes de seguretat.
- Medeix 16,5 cm, supera la mida d'obligat compliment de 10 a 12 cm segons consta a l'Annex tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.

Article Bioconector DOBLE amb allargadissa

Motius:

- No es un sistema com a tal, no és un sistema únic, els bioconectors es separen de l'allargadissa i pot ocasionar problemes de seguretat.
- Medeix 21 cm, supera la mida d'obligat compliment de 12 a 14 cm segons consta a l'Annex tècnic. Comprovat amb la mostra presentada.

Atès que el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques estableixen els requeriments mínims exigits i l'obligació de complir les característiques mínimes especificades;

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquestes empreses han aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es decideix excloure-les de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sense cap altre qüestió a considerar, sent les 12:30 hores, la Mesa de Contractació dóna per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present Acta.

La Presidenta
Meritxell Serra

El Secretari
Héctor López