

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER EXCLUSIVITAT PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN DETECTOR FPD PER A UN EQUIP PORTÀTIL RX MARCA FUJIFILM MODEL FDR GO PLUS AMB NÚMERO DE SÈRIE MQ00012A2012 DEL CENTRE IDI · TARRAGONA - HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir les característiques tècniques i funcionals del subministrament i instal·lació d'un detector FDP per a un equip de RX, per al següent centre:

- **IDI Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII [Tarragona]**
Carrer Doctor Mallafrè i Guasch, 4 - 43007 Tarragona

2. CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

Detector digital *DR-ID 1811 SE E* compatible amb l'equip portàtil de RX marca Fujifilm model FDR GO Plus amb s/n MQ00012A2012 del centre IDI · Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII.

- Dimensions del detector: 460 mm x 384 mm x 15 mm
- Pes aproximat: 2,2 kg
- Dimensió de píxel: 0,15 mm
- Resolució d'imatge: 2836 x 2336 píxels.
- Material escintil·lador: Iodur de Cesi (CsI)

3. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA

Les condicions de subministrament, la instal·lació i posada en marxa són les mateixes es descriuen a continuació.

El contractista haurà de garantir el subministrament del detector en un termini no superior a 30 dies des de la signatura del contracte.

Detector digital FDP *DR-ID 1811 SE E* compatible amb l'equip portàtil de RX marca Fujifilm model FDR GO Plus amb s/n MQ00012A2012 per al centre IDI · Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII.

L'equip no s'entendrà subministrat fins la seva prèvia instal·lació i conformitat per l'IDI, una vegada verificat el funcionament i en un termini màxim no superior a 30 dies.

4. GARANTIA

Un any des de la signatura de l'acta de recepció.

5. DISPOSICIONS GENERALS

L'adjudicatari resta obligat a prestar l'assessorament tècnic necessari per a la utilització dels productes subministrats al personal designat de l'IDI.

En cas que l'adjudicatari modifiqués el número de referència o les característiques del producte per causes

tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació a Serveis Generals, presentant el document tot indicant l'antiga i la nova denominació, assumint l'adjudicatari qualsevol cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. En tot cas, qualsevol canvi en les condicions contractuals estarà subjecte a la prèvia aprovació per part de l'IDI d'acord amb la normativa de contractació pública i els plecs que regeixen la present licitació. Així mateix, si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats de l'IDI no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

Barcelona,

Sergi Ortiz Torres
Enginyer Biomèdic
Direcció de Serveis Generals
Institut de Diagnòstic per la Imatge