

SOBRE B: Informe de valoració dels criteris susceptibles de judici de valor establerts en el Quadre de característiques específiques

Licitadors que han presentat oferta:

- LEICA MICROSISTEMAS, SLU

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 27 PUNTS

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatiu/tècnics (o, si s'escau, subcriteris) susceptibles d'un judici de valor es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 80% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri (o, si s'escau, subcriteri), s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri o subcriteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri o subcriteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 80 % de la puntuació de cada criteri o subcriteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

És obligatori presentar documentació específica i detallada per tots els criteris de valoració.

Criteris susceptibles de judici de valor: fins a 27 punts	PUNTS
Solució equips automatitzats d'immunohistoquímica: fins a 9 punts Es valorarà que un dels equips tingui un sistema de reconeixement que identifiqui les ampolles / contenidors mitjançant un sistema que desbloquegi exclusivament el recipient que s'ha d'omplir amb el reactiu identificat prèviament.	9
Característiques Sistema Gestió de la Traçabilitat: fins a 6 punts Es valorarà que operi de manera segura amb el SIL del servei d'Anatomia patològica i garanteixi la visualització de les dades de manera immediata en ambdós sistemes.	6
Solució analítica al laboratori central d'Anatomia Patològica de CLILAB Diagnòstics: fins a 6 punts Es valorarà la superfície (m2) de la solució global oferta (m2 totals de la instal·lació), el número d'equips i el seu rendiment, les condicions mediambientals i de confort (soroll, temperatura, consum elèctric, producció de residus), la millora de processos d'altres àrees del laboratori no incloses directament en la licitació. No queden exclosos d'avaluar altres criteris rellevants que es manifestin al presentar les ofertes.	6
Solució a tots els laboratoris d'Anatomia Patològica de CLILAB Diagnòstics: fins a 6 punts Es valorarà en els centres perifèrics i el central que el sistema de gestió de la traçabilitat i la instal·lació de les impressores de cassets siguin de la manera més adequada per a l'ergonomia dels treballadors,	6
	27

No seran acceptades aquelles ofertes les quals la puntuació tècnica obtinguda no arribi, com a mínim, al 50 per cent del total dels punts.

Solució equips automatitzats d'immunohistoquímica (fins a 9 punts)

Es valorarà que un dels equips tingui un sistema de reconeixement que identifiqui les ampolles / contenidors mitjançant un sistema que desbloquegi exclusivament el recipient que s'ha d'omplir amb el reactiu identificat prèviament.

Ofereixen un equip que incorpora un lector de codis de barres que ens permet obtenir la informació requerida, per a la traçabilitat d'alguns dels reactius de manera inequívoca desbloquejant el contenidor que correspon al reactiu seleccionat per evitar errors.

Puntuació obtinguda: 9 punts

Característiques Sistema Gestió de la Traçabilitat (fins a 6 punts)

Es valorarà que operi de manera segura amb el SIL del servei d'Anatomia patològica i garanteixi la visualització de les dades de manera immediata en ambdós sistemes.

Presenten informació que ofereix una integració segura amb la resta d'equips existents en el servei, assegurant una correcta integració amb els sistemes actuals i de manera bidireccional. Des de l'arribada de la mostra al lliurament al patòleg, el sistema registra correctament la traçabilitat de la mostra i en el punt del procés tècnic en que es troba.

Puntuació obtinguda: 6 punts

Solució analítica al laboratori central d'Anatomia Patològica de CLILAB Diagnòstics (fins a 6 punts)

Es valorarà la superfície (m²) de la solució global oferta (m² totals de la instal·lació), el número d'equips i el seu rendiment, les condicions mediambientals i de confort (soroll, temperatura, consum elèctric, producció de residus), la millora de processos d'altres àrees del laboratori no incloses directament en la licitació. No queden exclosos d'avaluar altres criteris rellevants que es manifestin al presentar les ofertes.

Ofereixen equips de mida reduïda que s'adapten perfectament a l'espai disponible en el servei d'Anatomia Patològica, així com el nivell acústic i de temperatures que és l'adequada.
La producció de residus és molt baixa, sent assimilable pel nostre servei.
Amb un dels equips subministren una taula per a la seva col·locació i amb espais per emmagatzemar els reactius de l'equip.

Puntuació obtinguda: 6 punts

Solució a tots els laboratoris d'Anatomia Patològica de CLILAB Diagnòstics (fins a 6 punts)

Es valorarà en els centres perifèrics i el central, que el sistema de gestió de la traçabilitat i la instal·lació de les impressores de cassets, sigui de la manera més adequada, per a la correcta ergonomia dels treballadors

No es troba cap informació en relació a l'ergonomia.

Puntuació obtinguda: 0 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

LEICA MICROSISTEMAS, SLU	21
---------------------------------	-----------

En base al que s'estableix en el **Quadre de característiques específiques** on, per a cadascun dels criteris de valoració qualitatiu/tècnic (o, si s'escau, subcriteris) susceptibles d'un judici de valor es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

En cada criteri o subcriteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

Un cop aplicada dita fórmula, el resultat obtingut és el següent:

Criteris susceptibles de judici de valor: fins a 27 punts		Empresa licitadora LEICA MICROSISTEMAS, SLU
	PUNTS	
Solució equips automatitzats d'immunohistoquímica: fins a 9 punts Es valorarà que un dels equips tingui un sistema de reconeixement que identifiqui les ampolles / contenidors mitjançant un sistema que desbloquegi exclusivament el recipient que s'ha d'omplir amb el reactiu identificat prèviament.	9	$P_{op}=9 * [9/9] = 9$
Característiques Sistema Gestió de la Traçabilitat: fins a 6 punts Es valorarà que operi de manera segura amb el SIL del servei d'Anatomia patològica i garanteixi la visualització de les dades de manera immediata en ambdós sistemes.	6	$P_{op}=6 * [6/6] = 6$
Solució analítica al laboratori central d'Anatomia Patològica de CLILAB Diagnòstics: fins a 6 punts Es valorarà la superfície (m2) de la solució global oferta (m2 totals de la instal·lació), el número d'equips i el seu rendiment, les condicions mediambientals i de confort (soroll, temperatura, consum elèctric, producció de residus), la millora de processos d'altres àrees del laboratori no incloses directament en la licitació. No queden exclosos d'avaluar altres criteris rellevants que es manifestin al presentar les ofertes.	6	$P_{op}=6 * [6/6] = 6$
Solució a tots els laboratoris d'Anatomia Patològica de CLILAB Diagnòstics: fins a 6 punts Es valoraran els centres perifèrics i el central, que el sistema de gestió de la traçabilitat i la instal·lació de les impressores de cassetts, sigui de la manera més adequada, per a la correcta ergonomia dels treballadors	0	$P_{op}=9 * [0/0] = 0$
	21	21

PUNTUACIÓ TOTAL FINAL

LEICA MICROSISTEMAS, SLU	21
---------------------------------	-----------

Per tot l'exposat, el tècnic sota signant eleva el present informe a la Mesa de contractació, tot detallant la valoració exposada, amb el fi de que procedeixi d'acord amb la legislació vigent.

Vilafranca del Penedès, 19 de febrer de 2025



Juan Dasilva
 Coordinador Tècnic Servei Anatomia Patològica
 Consorci del Laboratori Intercomarcal de
 l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Salut/  **CLILAB**
 DIAGNÒSTICS

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf. NIF: Q5850025-G

Seu central Vilafranca
 c/Espirall, s/n
 08720 Vilafranca del Penedès
 cli@cli.cat

Vilafranca Tel. 93 892 25 68
 Fax 93 892 35 08

Igualada 93 805 32 33
 St. Pere Ribes 93 896 48 97

Dos de Maig (BCN) 93 446 26 53
 H. Hospitalet 93 440 75 00
 St. Joan Despí 93 447 81 80