

Expedient: 0465/25

Entitat: EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: Subministrament d'equipament mèdic: un colposcopi avançat i el seu material derivat necessari per al seu funcionament, per al Servei d'obstetrícia i ginecologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B

I. INTRODUCCIÓ

L'elaboració del present informe és conseqüència de l'encàrrec realitzat per la Mesa de Contractació en sessió de 20 de novembre de 2024.

Els responsables designats per a l'elaboració d'aquest informe, d'acord amb la clàusula W del quadre de característiques, són:

- Dr. Pere Cavallé Busquets, Director del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

II. OFERTES QUE ES VALORARAN

Es fa lliurament als responsables de l'elaboració d'aquest informe de la documentació lliurada en el sobre B per part de les empreses següents:

- **OPTOMIC ESPAÑA, S.A.**
- **OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.**

III. ANÀLISI DELS REQUERIMENTS MÍNIMS EXIGITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les ofertes presentades compleixen tots els requisits mínims exigits al plec de prestacions tècniques.

IV. ANÀLISI DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

IV.I. VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICIS DE VALOR (40 punts)

Facilitat d'ús dels diferents components, incloent-hi el software i la capacitat d'imatges: 10 punts (molt complicat: 0 punts, molt fàcil: 10 punts).

- **OPTOMIC ESPAÑA, S.A.**

De l'oferta presentada per OPTOMIC ESPAÑA, S.A. s'observa:

1. que la captura de la imatge i posterior abocament al programa no es senzill.

2. L'aparell necessita d'un ordinador portàtil a fi de poder du a terme tots el processos de emmagatzemament i processament de les imatges.
3. La llum es correcta per a gran augment perd potència en detriment de pèrdua de qualitat de l'imatge amb detall

per la qual cosa se li atorga la puntuació de **3 punts**.

- **OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.**

De l'oferta presentada per OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L. s'observa.

1. La captura d'imatge es senzilla i pot ser manual o amb el peu.
2. No precisa d'un ordinador adjacent al colposcopi per captar i processar les imatges
3. La captació de les imatges i vídeos, queden emmagatzemats a la pantalla principal del colposcopi, d'on mitjançant un programa molt intuïtiu es pot fàcilment editar
4. La llum es molt bona i no hi ha cap necessitat de posar la llum a màxima per obtenir una imatge excel·lent a màxim augment
5. Es podem fer marcacions a les fotos per ressaltar parts importants de la lesió
6. El resultat de la colposcòpia s'obté de manera senzilla només clicant a la pantalla el report que està configurat segons les guies de la AEPCC

per la qual cosa se li atorga la puntuació de **10 punts**.

-Ergonomia de treball: facilitat de moviment, ajustament dels oculars: 10 punts (poc ergonòmic: 0 punts, molt ergonòmic: 10 punts).

- **OPTOMIC ESPAÑA, S.A.**

De l'oferta presentada per OPTOMIC ESPAÑA, S.A. s'observa que:

1. La estructura del colposcopi es gran i més difícil de poder fer-ho servir invariablement d'un costat o d'un altre, la qual cosa es un problema amb la limitació d'espai a la consulta.
2. El fet de la necessitat de que el colposcopi tingui un altre braç per poder posar un ordinador portàtil, treu maniobrabilitat i ocupa espai necessari per la resta de l'equip. Això es especialment important quan es realitzen les conitzacions.
3. L'ajustament de les lents per obtenir una imatge adequada no es del tot facilitadora.
4. La distància desde la lent al cèrvix es curta, la qual cosa disminueix la maniobrabilitat al fer les conitzacions i podria suposar un problema davant complicacions hemorràgiques.

5. La captura d'imatges pot ser tant per pedal com amb el comandaments del colposcopi

per la qual cosa se li atorga la puntuació de **3 punts**.

- **OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.**

De l'oferta presentada per OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L. s'observa que:

1. La estructura del colposcopi es compacta, ocupa poc espai i es pot adaptar perfectament a la limitació d'espai de les consultes.
2. El colposcopi es pot fer servir invariablement des de ambdós costats sense interferir en l'espai on es troben el assistents
3. L'enfoque del cèrvix es molt intuïtiu i fàcil de fer, no es requereix d'habilitats especials per poder acostumar-se ràpidament. Aixà dinamitza les visites i fa que no s'allarguin
4. La distancia focal al cèrvix es molt bona facilitant la mobilitat i permetent realitzar la conització amb garanties de seguretat en el cas de complicacions.
5. Llum automàtica al posicionar el colposcopi.
6. Panell d'operacions al mànec per les funcions foto/ vídeo/ mode de visió/ llum.
7. No hi han cables que molestin durant els procediments

per la qual cosa se li atorga la puntuació de **10 punts**.

Qualitat de les imatges, tant amb els binoculars, com al monitor, incloent-hi la visió amb el filtre HASI, la il·luminació o el filtre verd: 20 punts (poca qualitat: 0 punts, molta qualitat: 20 punts).

- **OPTOMIC ESPAÑA, S.A.**

De l'oferta presentada per OPTOMIC ESPAÑA, S.A. s'observa que tot i que la qualitat de la imatge és correcte a petit augment al magnificar la imatge perd lluminositat pel que disminueix la qualitat de la imatge i la precisió de la colposcòpia, per la qual cosa se li atorga la puntuació de 5 punts.

- **OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.**

De l'oferta presentada per OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L. s'observa que la qualitat de la imatge directe com la de monitor són excel·lents, amb bona lluminositat i resolució tant a petit com a gran augment, per la qual cosa se li atorga la puntuació de **20 punts**.

V. TOTAL PUNTUACIÓ

D'acord amb la motivació anterior, la puntuació final que resulta és la següent:

- OPTOMIC ESPAÑA, S.A. = 11 punts
- OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L. = 40 punts

Pere Cavallé Busquets

Director del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia

Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

Reus, a 28 de Gener de 2025