

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2025-15

Ecògrafs portàtils de prestacions diverses per al nou bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona

1150010300

Ecògraf portàtil

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

FUJIFILM SONOSITE IBÉRICA, SLU

MATCLINIC, S.L

PHILIPS IBÉRICA, SAU

Queden excloses les ofertes tècniques presentades per:

MATCLINIC, S.L

PHILIPS IBÉRICA, SAU

Pels següent motius:

MATCLINIC, S.L

Incompleix el punt 10 de les característiques tècniques d'obligat compliment, no permet fer regulació de l'alçada de l'equip mitjançant pedal.

PHILIPS IBÉRICA, SAU

Incompleix el punt 10 de les característiques tècniques d'obligat compliment, no permet fer regulació de l'alçada de l'equip mitjançant pedal.

Incompleix el punt 44 de les característiques d'obligat compliment no envia dades estructurades en format HL7

La proposta tècnica vlaorada a continuació compleix els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

FUJIFILM SONOSITE IBÉRICA, SLU

1150010300 Ecògraf portàtil		Puntuació màxima		FUJIFILM SONOSITE IBÉRICA, SLU
SCS-2025-15	Ecògrafs portàtils de prestacions diverses per al nou bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona	44,00	Puntuació total	Sonosite PX
			44,00	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	Puntuació tècnica	
1.1. Característiques tècniques bàsiques		19,00	19,00	
Característiques a valorar				
Grau d'estanqueïtat i resistència a la intrusió de líquids i cossos estranys de l'ecògraf IP22 o superior		5,00	5,00	IP22
Ecògraf resistent a caigudes accidentals de mínim 1 metre d'altura que es pugui contrastar mitjançant certificats oficials		4,00	4,00	Acredita la resistència indicada amb els certificats corresponents
Temps d'engegada inferior o igual a 50 segons des d'ecògraf apagat (no en mode standby)		3,00	3,00	Menor a 20 segons
Maneig dels ajustaments, mesures, posicionament de cursors, etc., mitjançant el comandament tàctil (sense trackball), fora de l'àrea d'imatge per evitar contaminar/embrutar la pantalla de visualització		4,00	4,00	Disposa d'un "Touchpad" fora de l'àrea d'imatge
Pes del conjunt de l'ecògraf i del carro de transport, incloent-hi bateries i carregador (no inclou el pes de les sondes)		3,00	3,00	38,9 Kg
1.2. Configuració de sondes		13,00	13,00	
Característiques a valorar				
Sondes que permetin la desinfecció per immersió completa d'aquesta i part del cable, per assegurar una correcta desinfecció de la zona de connexions		5,00	5,00	Desinfecció mitjançant immersió completa tant de la sonda com del cable, IPX7
Sondes resistents a caiguda accidental de mínim 1 metre d'altura (alçària de la taula de treball) que es pugui contrastar mitjançant certificats externs o documents de validació		4,00	4,00	Acredita la resistència indicada amb els certificats corresponents
Tecnologia de generació de la imatge ecogràfica per banda ampla de freqüència decreixent automàtica, en funció de la profunditat d'exploració		4,00	4,00	Disposa de tecnologia de generació de la imatge ecogràfica per banda ampla de freqüència decreixent automàtica
1.4. Valoració de la mostra		12,00	12,00	
Característiques a valorar				
Adequació a les necessitats del servei		3,00	3,00	S'adjunta informe de l'Hospital
Qualitat de la imatge dels modes demanats		5,00	5,00	S'adjunta informe de l'Hospital
Interfície d'usuari i facilitat d'ús		4,00	4,00	S'adjunta informe de l'Hospital

*El criteri "1.3. Programari i integració" no conté característiques a valorar.

*Donat que només hi ha una empresa no s'efectua maximització

Resum de la valoració tècnica

1150010300

Ecògraf portàtil

Les valoracions finals són les següents:

Empresa

TOTAL

FUJIFILM SONOSITE IBÉRICA, SLU

44,00

Núria Curriu Navarro

Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments



**Generalitat
de Catalunya**