

**CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT – EXPEDIENT
25SM0068P**

**CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR -
SOBRE B**

VALORACIÓ TECNICA - QUALITAT

En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no aconsegueixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que aconsegueixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri (Criteris A, B i C). Posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun dels criteris : La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTm}$$

Pop=Puntuació de l'oferta a puntuar

P=Puntuació del criteri

VTop= Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VTm=Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

Condicció per a la puntuació de les valoracions:

S'estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d'aplicació de la fórmula.

- 1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les valoracions finals han de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.
- 2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de superar el llindar de qualitat establert en cada lot per poder passa a la valoració del sobre C.

Lot BY01 -BY03

Màxim 50 punts

- **Flexibilitat (fins a 10 punts)** – Es valorarà que la flexibilitat del catèter afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions)
- **Suport (10 punts)** Capacitat del catèter en mantenir-se en posició durant la cateterització supraselectiva
- **Capacitat de transmissió torque (fins a 10 punts)** A més capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat per transmetre els moviments que realitza l'operador.
- **Visibilitat radioscòpica** - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima **(fins a 10 punts)**
- **Perfil d'entrada de la beina (fins a 10 punts)** De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

BY02

Màxim 50 punts

- Òptima transició de la punta **(fins a 10 punts)** - canvi en la posició, correcta ubicació...
- **Suport (10 punts)** - Capacitat del catèter en mantenir-se en posició durant la cateterització supraselectiva
- **Recobriment hidrofílic (fins a 10 punts)** - Es valorarà que no perdi la part hidrofílica durant el procediment quirúrgic.
- Àmplia gama de longituds i calibres **(fins a 5 punts)** – es valorarà que s'ofereixin més referències a part de les obligades pel PPT. Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que contingui més referències a part de les obligades pel PPT i la resta d'ofertes es donarà la puntuació proporcional que resulti.
- Possibilitat de diferents diàmetre de PIG TAIL **(fins a 5 punts)**
SÍ – 5 PUNTS
NO – 0 PUNTS

- Capacitat de drenar i limitar l'oclusió dels orificis laterals **(10 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

BY04

Màxim 50 punts

- **Flexibilitat (fins a 10 punts)** Flexibilitat del catèter que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions)
- **Suport (fins a 10 punts)** Capacitat del catèter en mantenir-se en posició durant la cateterització.
- **Visibilitat radioscòpica (fins a 10 punts)** - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima
- **Qualitat de la mostra obtinguda (fins a 10 punts)**– es valorarà que no es fragmenti i que el cilindre mantingui les característiques biològiques del teixit
- **Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:** es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. **(fins a 10 punts).**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY05

Màxim 50 punts

Ergonomia en l'ús i adaptació del producte: (fins a 50 punts)

- **Navegabilitat (fins a 10 punts)** A més navegabilitat, més puntuació. Es valorarà la capacitat de les guies per navegar a través d'arteries, tant en anatomies tortuoses, bifurcacions, com a l'hora de creuar lesions severes.
- **Perfil d'entrada de la beina (fins a 10 punts)** De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.
- **Capacitat de transmissió torque (fins a 10 punts)** A més capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat per transmetre els moviments que realitza l'operador.
- **Visibilitat radioscòpica (fins a 10 punts)** - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima
- **Llaç recuperador (fins a 10 punts)** – Es valorarà el correcte funcionament del llaç recuperador

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY06

Màxim 50 punts

- Facilitat d'ús i comoditat en la manipulació **(fins a 10 punts)**
- Desplegament a través del mateix introductor fet servir en el procediment **(fins a 10 punts)**
- Desplegament ràpid. Es valorarà positivament que sigui en el menor temps possible **(fins a 10 punts)**
- Indicadors visuals pel desplegament del tap **(fins a 10 punts)**
- Tap bioabsorbible **(fins a 10 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY07

Màxim 50 punts

- Facilitat d'ús i comoditat en la manipulació **(fins a 10 punts)**
- Desplegament ràpid. Es valorarà positivament que sigui en el menor temps possible **(fins a 10 punts)**
- Indicadors de pressió pel correcte desplegament del segell **(fins a 10 punts)**
- **Suport de la guia (10 punts)** - Capacitat em mantenir la pressió en la introducció del catèter introductor específic
- **Flexibilitat de la guia (10 punts)** - Capacitat per transitar l'eix arterial.

➤ **No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llistats mínims indicats:**

Llistat mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**

Llistat mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY08

Màxim 50 punts

- Sistema d'obertura i tancament **(fins a 20 punts)**
 - Que la manipulació per obrir i tancar es dugui a terme sense força i de manera àgil **(fins a 10 punts)**
 - Tancament efectiu, sense mínima pèrdua **(fins a 10 punts)**
- Control de torque **(fins a 10 punts)** - Es valorarà que permeti un control precís del torque.
- La clau manté la integritat dels stens, guies i catèters i els seus recobriments **(fins a 10 punts)**
- **Adequació del producte als procediments assistencials:** es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. **(fins a 10 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llistats mínims indicats:

- Llistat mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**

- Llistat mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

BY09

Màxim 50 punts

- **Navegabilitat (fins a 10 punts)** A més navegabilitat , més puntuació. Es valorarà la capacitat de les guies per navegar a través de l'arbre biliar, com a l'hora de creuar lesions severes.
- **Suport (10 punts)** Capacitat del catèter en mantenir-se en posició durant la cateterització supraselectiva
- **Capacitat de transmissió torque (fins a 10 punts)** A més capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat per transmetre els moviments que realitza l'operador
- **Visibilitat radioscòpica** - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui optima **(fins a 10 punts)**
- **Perfil d'entrada de la beina (fins a 10 punts)** De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

BY10

Màxim 50 punts

- **Visualització (fins a 8 punts)** – Es valorarà que la visualització radioscòpica del dispositiu sigui òptima
- **Compatibilitat** – Que sigui compatible amb guia de 0.014" **(fins a 6 punts)**
- **Idoneïtat (fins a 6 punts)** El productes que es presenten als procediments de RVI, ha de està aprovat per l'ús a intervencionisme en caròtides
- Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació **(fins 10 punts)**
- Adequació del producte als procediments assistencials: es valoraran aspectes i elements que facilitin en el moment d'ús del stent així com l'absència de possibles efectes desfavorables **(fins a 10 punts)**
- Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents tipus d'anatomies vasculars segon la densitat del agent embolitzant **(fins a 10 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY11

Màxim 50 punts

- Facilitat en la introducció del transductor ecogràfic dins de la funda (**fins a 10 punts**)
- Adaptabilitat al capçal de cristalls del transductor (**fins a 10 punts**)
- Rapidesa en inserta la guia d'agulla en el transductor (**fins a 10 punts**)
- Flexibilitat de les gomes i adaptació en el coll del transductor (**fins a 10 punts**)
- **Adequació del producte als procediments assistencials:** es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. (**fins a 10 punts**)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

BY12-BY13-BY14-BY16-BY30

Màxim 50 punts

- **Navegabilitat** – Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions (**fins a 10 punts**)
- **Capacitat de creuament** – Capacitat per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals cròniques (**fins a 10 punts**)
- **Torque** – Capacitat de transmissió de l'extrem proximal al distal. (**fins a 10 punts**)
- **Flexibilitat** – Flexibilitat que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions) (**fins a 10 punts**) A més flexibilitat més puntuació.
- **Visibilitat radioscòpica** - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima (**fins a 10 punts**)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lots-BY15 - BY28

Màxim 50 punts

- **Flexibilitat (fins a 10 punts)** A mes flexibilitat, mes puntuació. Es valorarà la flexibilitat del microcatèter sense perdre el seu suport (força per passar el material a través de les lesions)
- **Navegabilitat (fins a 10 punts)** A mes navegabilitat, mes puntuació. Es valorarà la capacitat del microcatèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, artèries ectàsiques, vasos petits, bifurcacions.
- **Capacitat de transmissió torque (fins a 10 punts)**, A mes capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat de les guies per transmetre els moviments que realitza l'operador, fins a la punta de la guia.
- **Múltiples corbes dels extrems distals (fins a 10 punts)**, A mes varietat de corbes més puntuació
- **Punta no traumàtica (fins a 10 punts)** - Es valoraran les característiques de la punta del microcatèter, ja que és la part més important a l'hora de navegar i creuar lesions, La punta del microcatèter ha de ser de bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY17

Màxim 50 punts

- **Guia (fins a 10 punts)** – Qualitat de la guia, que tingui una bona navegabilitat i no sigui traumàtica, per afavorir el pas a través de l'agulla i l'artèria.
- **Flexibilitat (fins a 10 punts)** – La flexibilitat de l'introducció afavoreix el pas a través dels teixits i a l'entrada de l'artèria, especialment per anatomies tortuoses.
- **Vàlvula amb absència de pèrdues (fins a 10 punts)**
- **Punta no traumàtica (fins a 10 punts)** – La punta de l'introducció no traumàtica és molt important per disminuir el risc de complicacions a l'artèria
- **Navegabilitat** – Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions **(fins a 10 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

BY18

Màxim 50 punts

- Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació **(fins 10 punts)**
- Facilitat en el sistema de purgat de la clau. **(fins a 10 punts)**
- Reflux dins de la vàlvula amb sistema d'alta pressió **(fins 10 punts)**
- Adaptabilitat de la clau als diferents tipus de catèters sense que presentin fuites en sistemes d'alta pressió. **(fins 10 punts)**
- **Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:** es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos **(fins a 10 punts).**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

BY19-BY21

Màxim 50 punts

- **Navegabilitat** – Capacitat del catèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions **(fins a 10 punts)**
- **guia (fins a 10 punts)** – Qualitat de la guia, que tingui una bona navegabilitat i no sigui traumàtica, per afavorir el pas a través de l'agulla.
- **Punta no traumàtica (fins a 10 punts)** – La punta de l'introduïdor i del catèter no traumàtica és molt important per disminuir el risc de complicacions
- **Visibilitat radioscòpica** - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima **(fins a 10 punts)**
- **Perfil d'entrada de la beina (fins a 10 punts)** De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

BY20

Màxim 50 punts

- **Guia (fins a 10 punts)** – Qualitat de la guia, que tingui una bona navegabilitat i no sigui traumàtica, per afavorir el pas a través de l'agulla.
- **Punta no traumàtica (fins a 10 punts)** – La punta de l'introduïdor i del catèter no traumàtica és molt important per disminuir el risc de complicacions
- **Visibilitat radioscòpica de la guia** - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica de la guia sigui òptima **(fins a 10 punts)**
- **Visibilitat ecogràfica de l'agulla** - Es valorarà que la visibilitat ecogràfica de l'agulla sigui òptima **(fins a 10 punts)**
- **Navegabilitat** – Capacitat de la guia per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions **(fins a 10 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llíndar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llíndar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY22

Màxim 50 punts

- **Navegabilitat** – Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions **(fins a 10 punts)**
- **Capacitat de creuament** – Capacitat per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals cròniques **(fins a 10 punts)**
- **Capacitat de visualització sonogràfica** – es valorarà la qualitat d'imatge ecogràfica que genera el catèter. **(fins a 10 punts)**
- **Flexibilitat** – Flexibilitat que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions) **(fins a 10 punts)** A més flexibilitat més puntuació.
- **Visibilitat radioscòpica** - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima **(fins a 10 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llíndar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llíndar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lots BY23 - BY25

Màxim 50 punts

- **Navegabilitat (fins a 10 punts)** –Es valorarà la capacitat de transmissió del catèter dins el sistema vascular així com la capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions.
- **Facilitat de col·lapse (fins a 10 punts)** – es valorarà la rapidesa a l'hora de desinflar el baló i la seva capacitat de plegament
- **Perfil d'entrada (fins a 10 punts)** – De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.
- **Visibilitat radioscòpica** - Es valorarà la visibilitat de les marques radiopaques (**fins a 10 punts**)
- **Pressions màximes de trencament (fins a 10 punts)** – Capacitat del baló de suportar altes pressions d'inflat i també de transmetre aquesta pressió sobre la lesió (especialment en lesions cròniques i calcificades), sense trancar-se

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY24

Màxim 50 punts

- **Capacitat de creuament (fins a 10 punts)**, A mes capacitat de creuament , més puntuació. Es valorarà la capacitat del catèter per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals agudes
- **Navegabilitat (fins a 10 punts)** A mes navegabilitat , mes puntuació. Es valorarà la capacitat del catèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, artèries ectàsiques, vasos petits, bifurcacions.
- **Capacitat de reolisi (fins a 10 punts)** – Es valorarà la capacitat del catèter per segmentar el trombo i aspiració del mateix disminuint el risc d'embòlia distal
- **Punta no traumàtica (fins a 10 punts)** - Es valoraran les característiques de la punta del catèter, ja que és la part més important a l'hora de navegar i creuar lesions, La punta del catèter ha de ser de bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions
- **Capacitat de lisar el trombo** de forma fàrmaco-mecànica i/o mecànica (**fins a 10 punts**)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**

- Llímit mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY26

Màxim 50 punts

- **Capacitat de creuament (fins a 10 punts)**, A mes capacitat de creuament , més puntuació. Es valorarà la capacitat del catèter per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals agudes
- **Navegabilitat (fins a 10 punts)** A mes navegabilitat , mes puntuació. Es valorarà la capacitat del catèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, artèries ectàsiques, vasos petits, bifurcacions.
- **Capacitat d'aspiració (fins a 10 punts)** – Es valorarà la capacitat de l'extractor per aspirar la major quantitat de trombo possible, disminuint el risc d'embòlia distal
- **Punta no traumàtica (fins a 10 punts)** - Es valoraran les característiques de la punta del catèter, ja que és la part més important a l'hora de navegar i creuar lesions, La punta del catèter ha de ser de bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions
- **Adequació del producte als procediments assistencials:** es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. **(fins a 10 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els límits mínims indicats:

- Límit mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Límit mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot BY27

Màxim 50 punts

- **Navegabilitat (fins a 10 punts)** –Es valorarà la capacitat de transmissió del catèter dins el sistema vascular així com la capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions.
- **Facilitat de col·lapse (fins a 10 punts)** – es valorarà la rapidesa a l'hora de desinflar el baló i la seva capacitat de plegament
- **Perfil d'entrada (fins a 10 punts)** – De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.
- **Visibilitat radioscòpica** - Es valorarà la visibilitat de les marques radiopaques **(fins a 10 punts)**
- **Adequació del producte als procediments assistencials:** es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. **(fins a 10 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

Lot - BY29-

Màxim 50 punts

- **Flexibilitat (fins a 10 punts)** A mes flexibilitat, mes puntuació. Es valorarà la flexibilitat del microcatèter sense perdre el seu suport (força per passar el material a través de les lesions)
- **Navegabilitat (fins a 10 punts)** A mes navegabilitat, mes puntuació. Es valorarà la capacitat del microcatèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, artèries ectàsiques, vasos petits, bifurcacions.
- **Capacitat de transmissió torque (fins a 10 punts)**, A mes capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat de les guies per transmetre els moviments que realitza l'operador, fins a la punta de la guia.
- **Capacitat de creuament (fins a 10 punts)**, A mes capacitat de creuament, més puntuació. Es valorarà la capacitat del microcatèter per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals cròniques
- **Punta no traumàtica (fins a 10 punts)** - Es valoraran les característiques de la punta del microcatèter, ja que és la part més important a l'hora de navegar i creuar lesions, La punta del microcatèter ha de ser de bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 26 punts.**

Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula – **puntuació mínima de 27 punts.**

CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA SOBRE C

TOTS ELS LOTS

Oferta econòmica (fins a 48 punts)

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{I_L} \right) \times \frac{1}{M} \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

I_L = Import de Licitació

$M=2$ (factor de modulació)

CRITERI AMBIENTAL

Màxim 2 punts

Composició de l'embalatge de transport (embalatge secundari) del material que es presenta en aquesta licitació:

- L'embalatge de cartó està compost, com a mínim, per un 50 % de material reciclat: (SÍ = 2 punts; NO = 0 punts)

Per acreditar-ho, i poder obtenir la puntuació que s'estableix per aquest criteri, caldrà que les empreses licitadores presentin els certificats corresponents.

S'estableix un règim específic de penalitats per aquest procediment, en les situacions següents:

1. Per manca de subministrament:

Quan la compra alternativa realitzada per l'òrgan de contractació suposi un augment del preu unitari adjudicat, la diferència entre els imports serà abonada per l'empresa adjudicada en l'import de la factura que correspongui abonar, a més se li aplicarà un 10 per 100 en concepte de despeses de gestió.

Quan la compra alternativa no suposi cap alteració del preu unitari adjudicat, a l'empresa contractada se li aplicarà el 10 per 100 en l'import de la factura que correspongui abonar en concepte de despeses de gestió.

En els supòsits en que no hi hagi una alternativa vàlida en el mercat i/o només l'empresa contractada pugui subministrar el material adjudicat se li aplicarà la penalització d'un 10 per 100 de l'import total del contracte, descomptat en l'import de la factura que correspongui abonar.

2. Per incompliment dels requeriments generals inclosos en aquest PPT:

En el cas d'incompliment de qualsevol dels requeriments generals inclosos en aquest PPT, el licitador serà amonestat per escrit, fins a dues vegades, per tal que pugui dur a terme les rectificacions necessàries.

La tercera vegada que s'incompleixi algun dels requeriments general inclosos en aquest PPT, el licitador serà amonestat, de nou per escrit, i se li aplicarà un 10 per 100 de l'import del contracte, que es descomptarà de la factura que correspongui abonar.