

Salut/Institut
Català de la Salut

Núm. d'expedient:	CS/CC00/1101425506/25/AMUP
Tipus:	Subministraments
Procediment:	Obert
Objecte:	Material per monitoratge hemodinàmic, hipnosi, SpO2 (anestèsia)

Resolució de modificació

Acord marc per al subministrament agregat de material per monitoratge hemodinàmic, hipnosi, SpO2 (anestèsia)

Antecedents

Mitjançant resolució de la direcció gerència de l'Institut Català de la Salut, en data 19 de febrer de 2025 es va incoar l'expedient CS/CC00/1101425506/25/AMUP corresponent a la contractació del subministrament de material per monitoratge hemodinàmic, hipnosi, SpO2 (anestèsia) per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits: Consorci Hospitalari de Vic, Gestió de Serveis Sanitaris, Salut Catalunya Central - Hospital de Berga, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Consorci Sanitari de l'Anoia.

En data 25 de febrer de 2025 mitjançant resolució de la Direcció gerència de l'ICS, es va aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació, així com la despesa corresponent.

En data 18 de març de 2025 s'han detectat unes errades que calen corregir: en la redacció del punt 2.3 requisits obligatoris del Plec de prescripcions tècniques tal com s'indica en l'annex 1 d'aquesta resolució, en l'annex 4 criteris d'adjudicació i en l'annex D3.

Fonaments jurídics

D'acord amb l'article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic.

Segons l'article 124 de la LCSP, s'ha procedit a la retroacció de les actuacions al moment d'aprovació dels plecs.

D'acord amb l'article 136.2 de la LCSP, donat que la modificació és significativa, s'ha procedit a ampliar el termini de presentació de les ofertes.

Vist el que preveu l'art. 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

Resolc

Primer. Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, aprovant-los de nou amb les modificacions que s'assenyalen en aquesta resolució.

Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Resolució retroacció i modificació



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
19/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/03/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02JABSQQDDCH3SSIS1AU0SXSFO0TQE4P6

Data creació còpia:
20/03/2025 08:38:59

Pàgina 1 de 5

Salut/Institut
Català de la Salut

Segon. Modificar:

- La redacció del punt 2.3 del Plec de prescripcions tècniques tal com s'indica en l'annex 1 d'aquesta resolució.
- Eliminar els criteris objectius del Lot 8 de l'annex 4 criteris d'adjudicació
- Canviar un codi del lot 1 al 2 a l'annex D3 (30029557)

Tercer. Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins al 31 de març de 2025, a les 14:00 hores.

Quart. Publicar aquesta modificació en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>) i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Barcelona,

Josep M. Pomar Reynés
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

Exp. CS/CC00/1101425506/25/AMUP
MB/egp

Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Resolució retroacció i modificació



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
19/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/03/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02JABSQQDDCH3SSIS1AU0SXSFOQE4P6

Data creació còpia:
20/03/2025 08:38:59

Pàgina 2 de 5

Salut/Institut
Català de la Salut

**ANNEX 1 LLISTAT MODIFICACIONS PUNT 2.3 REQUISIT OBLIGATORIS DE PLEC PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES**

LOT 4

On deia:

Els monitors del lot 4 (Oximetria Cerebral) han de complir les següents característiques obligatòries:

Els mòduls d'aquest lot hauran d'aportar:

- Valor d'oximetria cerebral/regional/tissular de forma bilateral

Ara diu:

Els monitors del lot 4 (Oximetria Cerebral) han de complir les següents característiques obligatòries:

- Per al monitor dels codis: 30002572 30006924 30014351 30051802 30064131
- Monitor d'oximetria cerebral i somàtica amb monitoratge en temps real dels canvis registrats en la saturació d'oxigen regional (rSO₂) en adults, nens, lactants i nounats.
- Avaluació de les dades d'oxigenació regional (rSO₂). Valor d'oximetria cerebral/regional/tissular de forma bilateral.
- Característiques:

PLATAFORMA (MODULS per sensors Oximetria 30002572 30006924 30014351 30051802 30064131)

1. Interfase d'usuari.
2. Funció de pantalla tàtil.
3. Valor basal definit automàticament.
4. Identificació de sensors.
5. Detecció de desconnexió dels sensor.
6. Dispositiu ergonòmic, fàcil transport.
7. Continuïtat de dades. Revisió de valors i resposta de les intervencions realitzades a altres àrees assistencials.
8. Monitoratge simultani de l'oximetria regional i el nivell d'hipnosi, sense interferències.
9. Accés directe a les dades des de memòria USB portàtil.
10. Representació gràfica automàtica de les dades.
11. Informes resumits de dades i de casos personalitzats.
12. Paràmetres d'anàlisis avançats (temps per sota de l'ombrall i promig de les línies de tendència)

- Pel materials 30039128 30051645 30061443 actualment estan als nostres centres en forma de mòduls compatibles i integrats amb plataforma multimodal de monitorització i connectivitat amb ports tipus MOC-9, per pacients adults, pediàtrics, lactants i nounats.

Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Resolució retroacció i modificació



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
19/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/03/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02JABSQQDDCH3SSIS1AU0SXSFO0TQE4P6

Data creació còpia:
20/03/2025 08:38:59

Pàgina 3 de 5

Salut/Institut
Català de la Salut

PLATAFORMA (MODULS per sensors Oximetria amb port tipus MOC-9) 30039128 30051645
30061443

1. Pantalla d'interpretació immediata i ampla visibilitat amb navegació intuïtiva multi tàctil i senzilla
2. Adaptable a entorn hospitalaris
3. Capacitat de mesuratge expansible mitjançant actualitzacions de software i extensió de mesuratges de tercers
4. Possibilitat de 2 sensors per mòdul.
5. Mínim 3 ports tipus MOC-9

LOT 5 I LOT 6

On deia:

Els monitors del lot 5 (Pulsioximetria nounats ≥ 3 kg, pediatria i adult) i lot 6 (Pulsioximetria nounats prematurs < 3 kg) han de complir les següents característiques obligatòries:

- Monitor per mesurar de forma no invasiva la saturació d'oxigen en sang (de 0 a 100%)
- SpO2.
- Freqüència cardíaca (de 25-240 bpm) i/o (de 25-250 bpm)
- Index de perfusió (de 0,02 al 20%) – PI
- Corba pletismogràfica d'alta qualitat
- Index de Variabilitat Pletismogràfica (de 0 a 100%) - PVIR
- Contingut d'oxigen en sang (de 0 a 35 ml O2 / dl de sang) – SpOCTM

Ara diu:

Els monitors del lot 5 (Pulsioximetria nounats ≥ 3 kg, pediatria i adult) i lot 6 (Pulsioximetria nounats prematurs < 3 kg) han de complir les següents característiques obligatòries:

- Monitor per mesurar de forma no invasiva la saturació d'oxigen en sang (de 1 a 100%)
- SpO2.
- Freqüència cardíaca (de 20 250bpm) – FC
- Index de perfusió (de 0,02 al 20%) – PI
- Corba pletismogràfica d'alta qualitat
- Index de Variabilitat Pletismogràfica (de 0 a 100%) - PVIR
- Contingut d'oxigen en sang (de 0 a 35 ml O2 / dl de sang) – SpOCTM

Sistema de
Salut de Catalunya

 **Generalitat
de Catalunya**

Resolució retroacció i modificació



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
19/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/03/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02JABSQQDDCH3SSIS1AU0SXSFO0TQE4P6

Data creació còpia:
20/03/2025 08:38:59

Pàgina 4 de 5

Salut/Institut
Català de la Salut

LOT 8

On deia:

Els monitors del lot 8 (Monitorització transcutània de CO₂) vinculats al codi 30043461 són propietat dels Hospitals i per tant no es sol·licita cessió d'equipaments. Per aquest motiu la necessitat és que les ofertes presentades al codi 30043461 compleixin amb la descripció tècnica del codi (Annex B) i siguin compatibles amb el model de monitor indicat en aquesta descripció.

Ara diu:

Els monitors del lot 8 (Monitorització transcutània de CO₂) combinen el monitoratge de tcpCO₂, SPO₂ i freqüència de pols per a pacients pediàtrics i adults i disposen de connexió a polisomnògrafs per monitorització durant la nit la ventilació i la saturació d'oxigen. Aquests monitors vinculats al codi 30043461 són propietat dels Hospitals i per tant no es sol·licita cessió d'equipaments. Per aquest motiu la necessitat és que les ofertes presentades al codi 30043461 compleixin amb la descripció tècnica del codi (Annex B) i siguin compatibles amb el model de monitor indicat en aquesta descripció.

Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Resolució retroacció i modificació



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
19/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/03/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02JABSQQDDCH3SSIS1AU0SXSFO0TQE4P6

Data creació còpia:
20/03/2025 08:38:59

Pàgina 5 de 5