

LOT 1 ELECTRODES D'UN SOL US PER A MONITORIZACIÓ D' ECG PER ADULT

La puntuació obtinguda serà el resultat de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en cadascun dels codis que componen el lot i de la totalitat del lot dins d'aquest apartat després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta.

				LICITADOR	FIRMA AMBU, S.L		KCI CLINIC SPAIN, S.L	ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A	AB MEDICA GROUP, S.A			
				REFERÈNCIA	SU-00-A/60		2330	50543	9983245			
Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres		Puntuació màxima (30 punts)	Observacions	Puntuació	ES REQUEREIX: "Mides: Ovalat 49 mm x 34 mm (amb una tolerància de +/- 4 mm)" i presenten 30*20mm FORMA QUADRADA	ES REQUEREIX: "Mides: Ovalat 49 mm x 34 mm (amb una tolerància de +/- 4 mm)" i presenten 44*28mm FORMA QUADRADA		0		
7036	Electrode d'un sol ús per ECG de repòs (diagnostic)	Grau adherència	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts)	10	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova	10						
			Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)									
			Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)									
		Conductivitat	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG (10 punts)	10	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG	10						
			Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal d'ECG (0 Punts)									
		Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (8 punts)	8	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient	8						
			Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)									
		Facilitat d'obertura i d'ús dels pegats	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats (2 punts)	2	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats	2						
			Obertura i col·locació complexa (0 punts)									
		Criteris a valorar sobre la documentació aportada			Puntuació màxima (20 punts)	INDICAR amb una X, la casella corresponent					Puntuació	
						SI					NO	
		Connexió tipus banana descentrada			SI=5 punts/NO=0 punts	X						5
Connexió tipus banana rotatoria			SI=5 punts/NO=0 punts	X		5						
Segona connexió integrada tipus gafet universal			SI=5 punts/NO=0 punts	X		5						
Presentació en làmina o en bossa de 10 electrodes, quantitat estàndard per prova			SI=5 punts/NO=0 punts	X		5						
TOTAL PUNTUACIO CODI				50	TOTAL PUNTACIO	50	EXCLOS	EXCLOS				

			LICITADOR	FIRMA AMBU, S.L		KCI CLINIC SPAIN, S.L	ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A		AB MEDICA GROUP, S.A			
Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres		REFERÈNCIA	VL-00-S/10		2560	50548	9983248			
7037	Elèctrode d'un sol ús per a monitorització d'ECG de llarga durada i holter	Grau adherència	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts)	10	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova	10	ES REQUEREIX: "Tipus de connexió: estàndard amb gafet metàl·lic i descentrat" i presenten GAFET METAL.LIC PERO NO DESCENTRAT			ES REQUEREIX: " Material suport: Teixit microporós i transpirable" i presenten Material de suport d'escuma FOAM/ " Diàmetre de 68 mm (amb una tolerància de +/- 6 mm)" i presenten un electrodo de mides 53,5*50mm ovalat		
			Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)									
			Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)									
		Conductivitat	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG (10 punts)	10	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG	10						
			Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal d'ECG (0 Punts)									
		Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (8 punts)	8	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient	8						
			Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)									
		Facilitat d'obertura i d'ús dels pegats	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats (2 punts)	2	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats	2						
			Obertura i col·locació complexa (0 punts)									
		Criteris a valorar sobre la documentació aportada			Puntuació màxima (20 punts)	INDICAR amb una X, la casella corresponent					Puntuació	
						SI						NO
		Doble anell adhesiu per assegurar procediments de llarga durada			SI=10 punts/NO=0 punts	X						10
		Electrode lliure de flatatos			SI=5 punts/NO=0 punts	X						5
Presentació en làmina o en bossa de 10 electrodes, quantitat estàndard per prova			SI=5 punts/NO=0 punts	X		5						
TOTAL PUNTUACIO CODI			50	TOTAL PUNTACIO		50	EXCLOS		0	EXCLOS		

			LICITADOR	FIRMA AMBU, S.L		KCI CLINIC SPAIN, S.L	ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A	AB MEDICA GROUP, S.A			
Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	REFERÈNCIA	WS-00-S/50		2330	50575	9983018			
7038	Elèctrode d'un sol ús per a monitorització d'ECG de curta durada	Grau adherència	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts)	10	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova	10	ES REQUEREIX: "Tipus de connexió: estàndard amb gafet central metàl.lic" i presenten SENSE GAFET CENTRAL METAL.LIC	ES REQUEREIX: " Diàmetre de 36 mm (amb una tolerància de +/- 4 mm)" i presenten 41*32MM			
			Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)								
			Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)								
		Conductivitat	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal de ECG (10 punts)	10	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal de ECG	10					
			Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal de ECG (0 Punts)								
		Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (8 punts)	8	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient	8					
			Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)								
		Facilitat d'obertura i d'ús dels pegats	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats (2 punts)	2	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats	2					
			Obertura i col·locació complexa (0 punts)								
		Criteris a valorar sobre la documentació aportada			Puntuació màxima (20 punts)	INDICAR amb una X, la casella corresponent				Puntuació	
						SI					NO
		Pestanya lateral per a desenganxar electrode			SI=10 punts/NO=0 punts	X					10
		Reforc en la zona central en el perímetre de la connexió			SI=5 punts/NO=0 punts	X					5
Electrode lliure de flatatos			SI=5 punts/NO=0 punts	X		5					
TOTAL PUNTUACIO CODI			50	TOTAL PUNTACIO		50	EXCLOS	EXCLOS	0		

			LICITADOR	FIRMA AMBU, S.L		KCI CLINIC SPAIN, S.L		ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A	AB MEDICA GROUP, S.A					
Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	REFERÈNCIA	SP-00-S/50		2560		58030	9983014					
			Puntuació màxima (30 punts)	Observacions	Puntuació									
7041	Elèctrode d'un sol ús per a proves d'esforç	Grau adherència durant la prova	Adherència a la pell inclús amb la suor del pacient sense desenganxar-se en cap moment de la prova (10 punts)	10	Adherencia a la pell inclús amb la suor del pacient sense desenganxar-se en cap moment de la prova	10	ES REQUEREIX: "Gel conductor: Tipus líquid adhesiu" i presenten AQUA TAC (GEL SOLID) ES REQUEREIX: " Diàmetre de 38 mm (amb una tolerància de +/- 4 mm)" i presenten un electrodo ovalat de mides 50*48mm							
			Adherència a la pell pero quan el pacient comença a suar comença a desenganxar-se (5 punts)											
			Es desenganxa continuament inclús quan el pacient encara no sua (0 punts)											
		Conductivitat	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal de ECG (10 punts)	10	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal de ECG	10								
			Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal de ECG (0 Punts)											
		Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (8 punts)	8	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient	8								
			Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)											
		Facilitat d'obertura i d'ús dels pegats	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats (2 punts)	2	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats	2								
			Obertura i col·locació complexa (0 punts)											
		Criteris a valorar sobre la documentació aportada			Puntuació màxima (20 punts)	INDICAR amb una X, la casella corresponent					Puntuació			
						SI					NO			
		Pestanya lateral per a desanganxar electrode			SI=10 punts/NO=0 punts	X						10		
		Connexió tipus gafet descentrat			SI=5 punts/NO=0 punts	X						5		
Electrode lliure de flatatos			SI=5 punts/NO=0 punts	X		5								
TOTAL PUNTUACIO CODI			50	TOTAL PUNTACIO		50								
							0	EXCLOS	EXCLOS					

TOTAL PUNTUACIO LOT						50	EXCLOS	EXCLOS	EXCLOS
---------------------	--	--	--	--	--	----	--------	--------	--------

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM i equipament CSI (representant comissió tècnica)

LOT 2 ELECTRODES PER MONITORITZACIÓ I PER ECG DE REPÒS NEONATALS

La puntuació obtinguda serà el resultat de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en cadascun dels codis que componen el lot i de la totalitat del lot dins d'aquest apartat després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta.

				LICITADOR REFERÈNCIA	FIRMA AMBU, S.L BRS-50-K/EU/2		TELIC, S.A.U KFS-140
Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres		Puntuació màxima (30 punts)	Observacions	Puntuació	ES REQUEREIX: " Material suport: teixit de poliester sense teixir" i presenten electrode de escuma PE / "Tipus de connexió: Directe a l'aparell a través de connexió tipus mascle 1,5mm" i presenten conexio tipus femella de 1,5mm
44820	Electrode d'un sol us per a monitorització d' EGG neonatal	Grau adherència	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts)	10	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova	10	
			Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)				
			Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)				
		Conductivitat	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG (10 punts)	10	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG	10	
			Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal d'ECG (0 Punts)				
		Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (8 punts)	8	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient	8	
			Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)				
		Facilitat d'obertura i d'ús dels pegats	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats (2 punts)	2	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats	2	
			Obertura i col·locació complexa (0 punts)				
		Criteris a valorar sobre la documentació aportada			Puntuació màxima (20 punts)	INDICAR amb una X, la casella corresponent	
Radiotransparencia			SI=10 punts/NO=0 punts	X		10	
Conector amb cable integrat			SI=5 punts/NO=0 punts	X		5	
Biocompatible			SI=5 punts/NO=0 punts	X		5	
TOTAL PUNTUACIO CODI				50	TOTAL PUNTACIO	50	EXCLÒS

ES REQUEREIX: " Material suport: teixit de poliester sense teixir" i presenten electrode de escuma PE / "Tipus de connexió: Directe a l'aparell a través de connexió tipus mascle 1,5mm" i presenten conexio tipus femella de 1,5mm

EXCLÒS

				LICITADOR	FIRMA AMBU, S.L		TELIC, S.A.U
				REFERÈNCIA	N-10-A/25		KFS-150
Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres		Puntuació màxima (30 punts)	Observacions	Puntuació	ES REQUEREIX: " Gel conductor:gel liquid adhesiu" i presenten gel sòlid
19738	Electrode d'un sol us per ECG neonatal	Grau adherència	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts)	10	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova	10	
			Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)				
			Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)				
		Conductivitat	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG (10 punts)	10	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG	10	
			Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal d'ECG (0 Punts)				
		Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (8 punts)	8	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient	8	
			Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)				
		Facilitat d'obertura i d'ús dels pegats	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats (2 punts)	2	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats	2	
			Obertura i col·locació complexa (0 punts)				
				Criteris a valorar sobre la documentació aportada	Puntuació màxima (20 punts)	INDICAR amb una X, la casella corresponent	
		Radiotransparencia	SI=10 punts/NO=0 punts	SI	NO	10	
		Conector amb cable integrat	SI=5 punts/NO=0 punts	X		5	
		Biocompatible	SI=5 punts/NO=0 punts	X		5	
TOTAL PUNTUACIO CODI				30	TOTAL PUNTACIO		
							EXCLÒS

ES REQUEREIX: " Gel conductor:gel liquid adhesiu" i presenten gel sòlid

EXCLÒS

TOTAL PUNTUACIO LOT	50	EXCLÒS
---------------------	----	--------

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM i equipament CSI (representant comissió tècnica)

VALORACIÓ TÈCNICA: CSI2024076

LOT 3 ELECTRODES ADULT PRE-CONECTATS PER DESFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTAR XL /XL+

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.

			LICITADOR	ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A		AB MEDICA GROUP, S.A		ABAST MEDICA , S.L		TELIC, S.A.U			
			REFERÈNCIA	DF27N		9983500		303A5030		EDC-2020			
Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres		Puntuació màxima (30 punts)	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació			Observacions	Puntuació	
34042	Electrode multifuncio pre-conectat per adult per desfibrilador Philips	Grau adherència	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts)	10	Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova	5	Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova	5			No hi ha una bona adherencia,sent aquesta causa de possibles incidencies en la traçabilitat de ECG en el moment de les	5	
			Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)										
			Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)										
		Conductivitat	Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal (10 punts)	10	Baixa conductivitat, es necesesari que quedi més assegurat el contacte	0	Té una bona conductivitat	10			La conductiitvitat es un ítem molt relacionat amb la aherencia, per tant com la adherencia no es bona	0	
			Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal (0 Punts)										
		Lesió cutània després de descàrrega	Electrode que no provoca algun tipus de lesio cutània després de la descarrega (8 punts)	8	Retirada correcta sense lesió	8	Retirada correcta sense lesió, sense dolor i sense coisor a la pell	8			Lleugera lesió externa	0	
			Electrode que provoca algun tipus de lesio cutània després de la descarrega (0 punts)										
		Facilitat d'obertura i d'ús dels pegats	Fàcil d'obrir i col·locar els pegats (2 punts)	2	Els pegats resulten fàcils d'obrir i col·locar	2	Obertura i col·locació complexa	0			Una part de l'embolcall es queda enganxat	0	
			Obertura i col·locació complexa (0 punts)										
		Criteris a valorar sobre la documentació aportada			Puntuació màxima (20 punts)	INDICAR amb una X, la casella corresponent		Puntuació			INDICAR amb una X, la casella corresponent		Puntuació
						SI	NO				SI	NO	
		Incorporacio de gràfics e indicacions als pegats per tal de facilitar la col.locació del electrodes i la reducció d'estrés per col·locar-lo			SI=10 punts/NO=0 punts	X		10			X		10
Quantitat de descargas tolerable per potencia màxima (360 J): 50			SI=10 punts/NO=0 punts	X		10	X		0				
TOTAL PUNTUACIO			50	TOTAL PUNTACIO		35	TOTAL PUNTACIO		43	TOTAL PUNTACIO		15	
									EXCLÒS - per no presentació de mostres		EXCLÒS - per puntuació mínima		

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM i equipament CSI (representant comissió tècnica)

VALORACIÓ TÈCNICA: CSI2024076

LOT 8 PLACA ELECTROQUIRURGICA DE SECCIO PARTIDA ADULT REBUTJABLE

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.

				LICITADOR	ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A		TELIC, S.A.U		PRIM, S.A			
				REFERÈNCIA	RS25		2500-TPIT1		1031A			
Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres		Puntuació màxima (30 punts)	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació		
7043	Placa electroquirúrgica de secció partida per adult rebutjable	Grau adherència	Placa que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts)	10	Placa que no es desangaxa en la duració de la prova	10	Placa es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova	5	Placa es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova	5		
			Placa es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)									
			Placa que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)									
		Conductivitat i dispersió de la corrent electrica	Placa té una alta conductivitat elèctrica i afavoreix una bona dipersió de la corrent (10 punts)	10	Placa té una alta conductivitat elèctrica i afavoreix una bona dipersió de la corrent	10	Placa té una alta conductivitat elèctrica i afavoreix una bona dipersió de la corrent	10	Placa té una alta conductivitat elèctrica i afavoreix una bona dipersió de la corrent	10		
			Placa té una baixa conductivitat elèctrica e inadecuada dispersió de la corrent (0 punts)									
		Lesió cutània després de la seva aplicació	Placa que no provoca cap tipus de lesó cutània després de la seva aplicació (8 punts)	8	Placa que no provoca cap tipus de lesó cutània després de la seva aplicació	8	Placa que provoca irritació cutània després de la seva aplicació	0	Placa que no provoca cap tipus de lesó cutània després de la seva aplicació	8		
			Placa que provoca algun tipus de lesió cutània després de la seva aplicació (0 punts)									
		Facilitat de manipulació i col·locació de la placa	Fàcil d'obrir, manipular i col·locar les plaques sobre el pacient (2 punts)	2	Fàcil d'obrir, manipular i col·locar les plaques sobre el pacient	2	Obertura de l'embolcall complexa	0	Obertura de l'embolcall complexa	0		
			Obertura, manipulació i col·locació de les plaques sobre el pacient complexa (0 punts)									
		Criteris a valorar sobre la documentació aportada		Puntuació màxima (20 punts)	INDICAR amb una X, la casella corresponent		Puntuació	INDICAR amb una X, la casella corresponent		Puntuació	INDICAR amb una X, la casella corresponent	
		SI	NO		SI	NO		SI	NO			
Conté etiqueta adhesiva per unitat de placa pel control de traçabilitat		SI=10 punts/NO=0 punts		X		10	X			X	0	
Presentació en sobre de 5 unitats		SI=10 punts/NO=0 punts		X		10		X		X	0	
TOTAL PUNTUACIO		50		TOTAL PUNTACIO		50	TOTAL PUNTACIO		25	TOTAL PUNTACIO		23
							EXCLÒS - per puntuació mínima		EXCLÒS - per puntuació mínima			

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM i equipament CSI (representant comissió tècnica)

LOT 10 . ELECTRODES ESTIMULACIÓ ADHESIUS TEIXIT SENSE TEIXIR PER REHABILITACIO

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 20 punts en la totalitat del lot dins d'aquest apartat després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

				LICITADOR	DISERTECSA, S.L		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		CALVO IZQUIERDO, S.L		SANROSAN, S.A		TELIC, S.A.U	AB MEDICA GROUP, S.A	GVB-SPES ESPO, S.L	BASTOS MEDICAL, S.L	PRIM, S.A
				REFERENCIA	DST-10554 + DST-10553		TC4848 + TC5090		70101 + 70102		3667 + 3668		ST-50 + ST-100	8712002A + 8712031A	TEON1F5045 + TEON1F5090	910-187 + 910-188	3667 + 3668
Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres		Puntuació màxima (35 punts)	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació	ES REQUEREIX: " Gel conductor:gel líquid adhesiu" i no es líquid", també en el cas del codi 41896 es demana una mida de 50*90 i la mida que es presenta es de 50*100	ES REQUEREIX: " Dimensions de 50*90mm en el codi 41896 i presenten una mida de 50*100mm"	ES REQUEREIX: les fitxes tècniques de tots els materials que conformen el lot, pero només es presenta la fitxa tècnica que fa referencia a un dels codis, en aquest cas la del 41896	ES REQUEREIX: " Dimensions de 50*90mm en el codi 41896 i presenten una mida de 50*100mm"	ES REQUEREIX: " Dimensions de 50*90mm en el codi 41896 i presenten una mida de 50*100mm"
41895 +41896	Electrode estimulacio adhesiu teixit sense teixir de 50x50mm i 50x90mm	Grau adherència	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (12 punts)	12	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova	12	Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova	6	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova	12	Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova	12					
			Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (6 punts)														
			Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)														
		Conductivitat	Presenta una alta conductivitat durant el seu ús que fa que s'obtingui una qualitat òptima assegurant que els estímuls elèctrics es transmetin de manera eficient i sense causar molèsties al pacient (12 punts)	12	Presenta una alta conductivitat durant el seu ús que fa que s'obtingui una qualitat òptima assegurant que els estímuls elèctrics es transmetin de manera eficient i sense causar molèsties al pacient	12	Presenta una alta conductivitat durant el seu ús que fa que s'obtingui una qualitat òptima assegurant que els estímuls elèctrics es transmetin de manera eficient i sense causar molèsties al pacient	12	Presenta una alta conductivitat durant el seu ús que fa que s'obtingui una qualitat òptima assegurant que els estímuls elèctrics es transmetin de manera eficient i sense causar molèsties al pacient	12							
			Presenta una baixa conductivitat durant el seu ús que fa que no s'obtingui una qualitat òptima assegurant que els estímuls elèctrics es transmetin de manera eficient i sense causar molèsties al pacient (0 punts)														
		Durabilitat	> a 15 sessions per pacient sense perdre les seves propietats i funcions (8 punts)	8	> a 15 sessions per pacient sense perdre les seves propietats i funcions	8	entre 14 i 10 sessions per pacient sense perdre les seves propietats i funcions	4	> a 15 sessions per pacient sense perdre les seves propietats i funcions	8							
entre 14 i 10 sessions per pacient sense perdre les seves propietats i funcions (4 punts)																	
Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (3 punts)	3	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient	3	Presenta irritació en la pell del pacient	0	No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient	3									
	Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)																
TOTAL PUNTUACIO					TOTAL PUNTACIO	35	TOTAL PUNTACIO	22	TOTAL PUNTACIO	35	TOTAL PUNTACIO	35	EXCLÒS	EXCLÒS	EXCLÒS	EXCLÒS	EXCLÒS

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM i equipament CSI (representant comissió tècnica)