

INFORME TÉCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Expedient número	245M0033P MATERIAL NEUROCIRURGIA - HIDROCEFÀLIA
Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.	
Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions.	

		Empresas presentadas																						
Lot	Descripció	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, SA.	Cook España S.L.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	MEDICAL DEVICES SYSTEM, S.L.	LOGIMED SLU	BALT SPAIN MEDICAL S.L.	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	Abbott Medical España, S.A.	Gestión Integral de Clínicas, S.L.	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CARDIVA 2, S.L.	CARDIOLIN K S.L.	MercéV Electromedicina S.L.	Medtronic Ibérica S.A.	ANGIONAUTIX S.L.	STRYKER IBERIA SL	Palex Meclal S.A.	VYGON S.A.U.	Becton Dickinson S.L.	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	W.L. Gore y Asociados S.L.	
BIL02	PRÓTESIS BILIAR DE NITINOL	V	V	V	V																			
BIL04	PRÓTESIS BILIAR NITINOL - NUCLI DE PLATI	V	V																					
BIL05	PRÓTESIS BILIAR BIODEGRADABLE					V																		
CAVA01	PRÓTESIS DE CAVA			V			V																	
CAVA02	PRÓTESIS DE CAVA II																							
EMB01	COIL PLATINO FIBRADO Y NO FIBRADO EMPUJABLE	V						V																
EMB03	COIL PLATINO LIBERACION CONTRO	V		V				V																
EMB04	OCCLUSOR VASCULAR								V	V														
EMB05	MICRO ESFERAS COMPRESIBLES PARA EMBOLIZACION								V															
EMB06	PARTICULAS NO ESFERICAS POLIVI											V												
EMB07	PARTICULAS ESFERICAS EN JERIN												V											
EMB08	PARTICULAS ESFERICAS PARA CAR								V				V											
EMB09	COLA QUIRURGICA EMBOLIZACION													V										
EMB10	KIT EMBOLIZANTE LIQUIDO							V																
EMB11	OCCLUSOR VASCULAR														V									
EMB12	KIT EMBOLIZANTE LIQUIDO YODO			V																				
EMB13	MICRO ESFERAS DE EMBILIZACIÓN											V												
EMB14	MICRO OCCLUSOR VASCULAR															V								
EMB15	PARTICULAS ESFERICAS CARGAR FARMACOS	V															V							
ENT01	PRÓTESIS DIGESTIVAS	V			V																			
ENT02	PRÓTESIS ENTERAL	V	V		V																			
GASTRO-01	KITS Y SONDAS GASTRICAS			V																				
NEURO-BALON	BALON PTA INTRACRANIAL	V																V	V					
NEURO-COIL	COIL OCCLUSION LIBERACION ELECTROLISIS											V	V					V	V					
PICC-PORT	PICC-PORT DE TITANIO												V							V	V			
PN05	CATETER TUNELIZADO PARA HEMODIALISIS															V								
PN06	KIT CATETER TUNELIZADO HEMODIALISIS																				V			
RESER-SUB	RESERVORIO SUBCUTANEO																				V			
RV05	FILTRO VENA CAVA TEMPORAL I		V																		V			
RV06	PRÓTESIS VASCULAR RECUBIERTA(I																					V		
RV07	FILTRO V. CAVA VASOS TURTUOSOS																			V			V	
RV08	STENT AUTOEX. NITINOL RECUBIERTO																					V		
RV09	STENT RECUBIERTO																							
RV10	ENDOPROTESIS.CITOIMPERMEABLE											V												

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	BIL02 PRÓTESIS BILIAR DE NITINOL

		Empreses presentades				
		BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA.	CooK España S.L.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació				Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Versatilitat (fins a 4 punts) :	4	4	4	-	
	Composició (fins a 4 punts) :	4	1	4	-	CooK España S.L., L'stent presentat te poca força radial.
	Idoneïtat (fins a 2 punts)	2	2	2	-	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	10	10	-	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies biliars (fins a 10 punts)	10	10	10	-	
	• Adequació del producte als procediments assistencials: (10 punts)	10	5	10	-	Cook, poca adaptabilitat a llessions molt estenotiques.
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	10	10	10	-	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	42	50	0	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		-	-	-		

Izasa no presenta els diàmetres de 8mm-. Tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	BIL-04 PRÓTESIS BILIAR NITINOL - NUCLI DE PLATI

		Empreses presentades		
		BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA.	Cook España S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Versatilitat (fins a 4 punts) :	4	-	
	Composició (fins a 4 punts) :	4	-	
	Idoneïtat (fins a 2 punts)	2	-	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	-	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies biliars (fins a 10 punts)	10	-	
	• Adequació del producte als procediments assistencials: (10 punts)	10	-	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	10	-	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	0	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració				

Cook España S.L. l'stent que han presentat es de nitinol no te nucli de platí, tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	BIL-05 PRÓTESIS BILIAR BIODEGRADABLE

		Empreses presentades	
		MEDICAL DEVICES SYSTEM, S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Versatilitat (fins a 4 punts) :	4	
	Composició (fins a 4 punts) :	4	
	Idoneïtat (fins a 2 punts)	2	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	
	- Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies biliars (fins a 10 punts)	10	
	• Adequació del producte als procediments assistencials: (10 punts)	10	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració			

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	CAVA-01 PRÓTESIS DE CAVA

		Empreses presentades		
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	LOGIMED SLU	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 50 punts)	La possibilitat del us d' catèter d'accés distal de 6 o 10 Fr amb sistema antisalt (fins a 10 punts)	10	-	
	- Comportament del stent una vegada obert en quant al flux distal (fins a 10 punts)	10	-	
	Radiopacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals la possibilitat de la visualització per fluoroscòpia de tot el stent amb marques radiopaques en a cada extrem de la seva extensió per poder valorar la seva eficàcia (fins a 10 punts)	10	-	
	Es valorarà la seva força radial (fins a 5 punts) a mes força radial mes punts	5	-	
	Es valorarà la navegabilitat del portador del stent tan a nivell proximal com a nivell distal (fins a 5 punts)	5	-	
	• Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	10	-	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	-	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	-	

LOGIMED SLU, no presenta l'stent de extrem distal oblic tal i com es sol·licita al material 11104.

Expedient número	24SM0039P MATERIAL NEUROCIRURGIA - HIDROCEFÀLIA
Lot	
Aquest lot no ha licitat cap proveïdor.	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-01 COIL PLATINO FIBRADO Y NO FIBRADO EMPUJABLE

		Empreses presentades		
		BALT SPAIN MEDICAL S.L.	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècnica i funcionals (fins a 50 punts)	☐ Visualització (fins a 5 punts)	5	-	
	☐ Composició (fins a 5 punts)	5	-	
	- Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 5 punts)	5	-	
	- Radi opacitat completa del coil , amb marques (fins a 5 punts)	5	-	
	- Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies vasculars cerebrals (fins a 20 punts)	20	-	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 5 punts):	0	-	BALT SPAIN MEDICAL S.L., no presenta formació professionals.
	• Millores en la cessió de recursos/equipos/instrumental vinculades a l'objecte del contracte. (fins a 5 punts)	0	-	BALT SPAIN MEDICAL S.L. no presenta millores.
Valoració Global (màxim 50 punts)		40	0	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		45,00		

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA., el codi 11105 coil sense fibres no presenta la mida de 2mm de diàmetre, tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-03 COIL PLATINO LIBERACIÓN CONTROLADA

		Empreses presentades				Motius, si la puntuació no és la màxima.
		BALT SPAIN MEDICAL S.L.	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació				
Prestació tècniques i funcionals (fins a 50 punts)	Visualització (fins a 5 punts)	5	-	-	-	
	Composició (fins a 5 punts)	5	-	-	-	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 5 punts)	5	-	-	-	
	Radi opacitat completa del coil , amb marques (fins a 5 punts)	5	-	-	-	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies vasculars cerebrals (fins a 20 punts)	20	-	-	-	
Altres Elements (fins a 10 punts)	Formació als professionals assistencials (fins a 5 punts):	0	-	-	-	BALT SPAIN MEDICAL S.L., no presenta formació professionals.
	Millores en la cessió de recursos/equipis/instrumental vinculades a l'objecte del contracte. (fins a 5 punts)	0	-	-	-	BALT SPAIN MEDICAL S.L. no presenta millores.
Valoració Global (màxim 50 punts)		40	-	-	-	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		40,00	-	-	-	

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA. no presenta la mida de 24mm de diàmetre , i la mida de 65mm de longitud, tal i como es sol·licita al plec tècnic.

GRIFOLS MOVACO, S.A., les mesures que presenta sols son fins a 30cm de longitud y es sol·licita fins 65cm, tal i como es sol·licita al plec tècnic.

TERUMO EUROPE ESPAÑA SL, no compleix mesures es sol·licita fins a 24mm diàmetre i sols tenen fins 20mm, y la longitud sols presenten fins 40cm y se sol·licita fins a 65cm, tal i como es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-04 COIL OCLUSOR VASCULAR

		Empreses presentades		
		Abbott Medical España, S.A.	Gestión Integral de Clínicas, S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècnica i funcional (fins a 50 punts)	☐ Visualització (fins a 4 punts)	4	-	
	☐ Composició (fins a 4 punts)	4	-	
	☐ Idoneïtat (fins a 2 punts)	2	-	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	-	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies (fins a 10 punts)	10	-	
	• Adequació del producte als procediments assistencials: (fins a 10 punts)	10	-	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	10	-	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	-	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	-	

Gestión Integral de Clínicas, S.L. , no presenta les mesures de 3mm de diàmetre, i no presenten mesures de longituds de 16 a 24mm, tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-05 MICRO ESFERAS COMPRESIBLES PARA EMBOLIZACION

		Empreses presentades	
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	
Punts regla valoració	Criteris de valoració		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Mètode de preparació (fins a 4 punts):	4	
	Visualització i facilitat d'injecció (fins a 4 punts):	4	
	Idoneïtat (fins a 2 punts)	2	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies (fins a 10 punts)	10	
	Adequació del producte als procediments assistencials	10	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-06 PARTÍCULAS NO ESFÉRICAS POLIVI

		Empreses presentades	
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	
Punts regla valoració	Criteris de valoració		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Mètode de preparació (fins a 4 punts):	4	
	Visualització i facilitat d'injecció (fins a 4 punts):	4	
	Idoneïtat (fins a 2 punts)	2	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies (fins a 10 punts)	10	
	Adequació del producte als procediments assistencials	10	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	0	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU, no presenta formció professionals.
Valoració Global (màxim 50 punts)		40	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		40,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-07 PARTÍCULAS ESFÉRICAS EN JERINGA

		Empreses presentades	
		CARDIVA 2, S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècnica i funcional (fins a 40 punts)	Mètode de preparació (fins a 4 punts):	4	
	Visualització i facilitat d'injecció (fins a 4 punts):	4	
	Idoneïtat (fins a 2 punts)	2	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies (fins a 10 punts)	10	
	Adequació del producte als procediments assistencials	10	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-08 PARTÍCULAS ESFÉRICAS PARA CARGADAS

		Empreses presentades		
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Mètode de preparació (fins a 4 punts):	-	4	
	Visualització i facilitat d'injecció (fins a 4 punts):	-	4	
	Idoneïtat (fins a 2 punts)	-	2	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	-	10	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies (fins a 10 punts)	-	10	
	Adequació del producte als procediments assistencials (fins a 10punts)	-	10	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	-	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		-	50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		-	50,00	

Merit Medical, no pesenten la mida fins a 500 micres sols presenten fins a 300 micres, tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-09 COLA QUIRÚRGICA EMBOLIZACION

		Empreses presentades	
		CARDIOLINK S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 50 punts)	Visualització (fins a 8 punts	8	
	Composició (fins a 6 punts)	6	
	Idoneïtat (fins a 6 punts)	6	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	
	Que compti amb adaptadors para la disminució del espai mort del catèter (si aporta 10 punts , no aporta 0 punts)	10	
	- Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents tipus d'anatomies vasculars segon la densitat del agent embolizant (fins a 10 punts)	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-10 KIT EMBOLIZANTE LÍQUIDO

		Empreses presentades	
		BALT SPAIN MEDICAL S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Visualització (fins a 8 punts)	8	
	Composició (fins a 6 punts)	6	
	Idoneïtat (fins a 6 punts)	6	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	
	Que compti amb adaptadors para la disminució del espai mort del catèter (si aporta 10 punts , no aporta 0 punts)	10	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents tipus d'anatomies vasculars segon la densitat del agent embolizant (fins a 10 punts)	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-11 OCLUSOR VASCULAR

		Empreses presentades	
		MercèV Electromedicina S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècnica i funcional (fins a 50 punts)	☐ Visualització (fins a 5 punts)	5	
	☐ Composició (fins a 5 punts)	5	
	☐ Idoneïtat (fins a 2 punts)	5	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	5	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies (fins a 10 punts)	20	
	• Adequació del producte als procediments assistencials	5	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	5	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-12 KIT EMBOLIZANTE LIQUIDO YODO

		Empreses presentades	
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Visualització (fins a 8 punts)	8	
	Composició (fins a 6 punts)	6	
	Idoneïtat (fins a 6 punts)	6	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	
	Que compti amb adaptadors para la disminució del espai mort del catèter (si aporta 10 punts , no aporta 0 punts)	10	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents tipus d'anatomies vasculars segon la densitat del agent embolizant (fins a 10 punts)	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-13 MICRO ESFERAS DE EMBILIZACIÓN

		Empreses presentades	
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	
Punts regla valoració	Criteris de valoració		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Mètode de preparació (fins a 4 punts):	4	
	Visualització i facilitat d'injecció (fins a 4 punts):	4	
	Idoneïtat (fins a 2 punts)	2	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies (fins a 10 punts)	10	
	Adequació del producte als procediments assistencials: (fins a 10punts)	10	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	0	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU, no presenta formació per a professionals.
Valoració Global (màxim 50 punts)		40	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		40,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-14 MICRO OCLUSOR VASCULAR

		Empreses presentades	
		Medtronic Ibérica S.A.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 50 punts)	☐ Visualització (fins a 5 punts)	5	
	☐ Composició (fins a 5 punts)	5	
	☐ Idoneïtat (fins a 2 punts)	5	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	5	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies (fins a 10 punts	20	
	• Adequació del producte als procediments assistencials	5	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	5	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	EMB-15 PARTÍCULAS ESFÉRICAS CARGAR FÁRMACOS

		Empreses presentades	
		BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Mètode de preparació (fins a 4 punts):	4	
	Visualització i facilitat d'injecció (fins a 4 punts):	4	
	Idoneïtat (fins a 2 punts)	2	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies (fins a 10 punts)	10	
	Adequació del producte als procediments assistencials: (fins a 10 punts)	10	
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	ENT-01 PRÓTESIS DIGESTIVAS

		Empreses presentades			Motius, si la puntuació no és la màxima.
		BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA.	Cook España S.L.	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació			
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Composició del material (fins a 5punts):	5	5	5	
	Idoneïtat (fins a 5 punts)	5	5	5	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	10	10	10	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies digestives (fins a 10 punts)	6	6	10	IZASA HOSPITAL, S.L.U. tiene una variedad de prótesis esofágicas en cuanto a morfología de las copas, variedad de áreas cubiertas y recubiertas dentro de las copas y variedad de diámetros progresivos que no tienen Boston ni Cook y que los hace especialmente útiles en esófago y duodeno
	• Adequació del producte als procediments assistencials: es valoraran aspectes i elements que facilitin en el moment d'ús de l'stent així com l'absència de possibles efectes desfavorables (fins a 10 punts)	7	7	10	IZASA HOSPITAL, S.L.U. tiene una variedad de prótesis esofágicas en cuanto a morfología de las copas, variedad de áreas cubiertas y recubiertas dentro de las copas y variedad de diámetros progresivos que no tienen Boston ni Cook y que los hace especialmente útiles en esófago y duodeno
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	10	10	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		43	43	50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		43,00	43,00	50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	ENT-02 PRÓTESIS ENTERAL

		Empreses presentades			
		BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA.	CooK España S.L.	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	Puntuació			Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Composició del material (fins a 5 punts):	3	5	3	El trenzado o tamaño de las celdas de las prótesis de Cook es diferente al de las otras prótesis de manera que presenta menor acortamiento al desplegarla. Esto es particularmente útil en el colon donde hay una tendencia alta de las prótesis a acortarse y migrar.
	Idoneïtat (fins a 5 punts)	5	5	5	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	6	10	6	El sistema de "pistola" de Cook permite un control muy gradual y fiable del despliegue de la prótesis para evitar la migración
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies digestives (fins a 10 punts)	7	9	8	El trenzado o tamaño de las celdas de las prótesis de Cook es diferente al de las otras prótesis de manera que presenta menor acortamiento al desplegarla. Esto permite que se adapte mejor a algunas anatomías. Por otro lado las prótesis de Izasa tienen mayor variabilidad de formas de manera que también las hacen útiles.
	• Adequació del producte als procediments assistencials: es valoraran aspectes i elements que facilitin en el moment d'ús de l'stent així com l'absència de possibles efectes desfavorables (fins a 10 punts)	8	10	8	El sistema de pistola de Cook permite que el propio endoscopista pueda desplegar la prótesis sin necesidad de la enfermera en caso necesario
Altres Elements (fins a 10 punts)	• Formació als professionals assistencials (fins a 10 punts):	10	10	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		39	49	40	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		37,74	50,00	40,76	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	GASTRO-01 KITS Y SONDAS GASTRICAS

		Empreses presentades	
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies (fins a 10 punts)	10	
	- Es valorarà navegabilitat dels dilatadors, així com la presencia de dilatador pelable (fins a 10 punts)	10	
	- Es valorarà la capacitat de preservació del calibre del catèter en àrees potencialment kinkables (fins a 10 punts)	10	
	Es valorarà la seva facilitat durant el seu ús i la capacitat de no obstrucció del mateix. A més facilitat, més punts (fins a 10 punts)	10	
	• Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	NEURO-BALON - BALÓN PTA INTRACRANIAL

		Empreses presentades			Motius, si la puntuació no és la màxima.
		ANGIONAUTIX S.L.	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA.	STRYKER IBERIA SL	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació			
Prestació tècniques i funcionals (fins a 50 punts)	- Compliança – es valorarà l'adaptabilitat del baló a les diferents formes d'arteria. (fins a 10 punts)	10	-	-	
	- Adaptabilitat - Es valorarà l'adaptabilitat als vasos intracraneals, en concret a les bifurcacions i estenosis. (fins a 10 punts)	10	-	-	
	- Purgat - Facilitat en el sistema de purgat del baló. (fins a 10 punts)	10	-	-	
	Navegabilitat - es valorarà la capacitat de transmissió del catèter dins el sistema vascular. (fins a 5 punts)	5	-	-	
	- Compatibilitat – Que sigui compatible amb guia de 0.007 fins a 0.014" (fins a 5 punts)	5	-	-	
	• Adequació del producte als procediments assistencials: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. (fins a 10 punts)	10	-	-	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	-	-	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50	-	-	

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA.. No disposa de les mesures de 8 fins a 20mm, tal i com es sol·licita al plec tècnic.
STRYKER IBERIA SL presenta una baló de 0,014" de llum interior i es sol·licita de 0,0165", tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	NEURO-COIL - COIL OCLUSIÓN LIBERACIÓN ELECTRÓLISIS

		Empreses presentades			Motius, si la puntuació no és la màxima.
		ANGIONAUTIX S.L.	CARDIVA 2, S.L.	STRYKER IBERIA SL	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació			
Prestació tècniques i funcionals (fins a 50 punts)	Visualització (fins a 5 punts)	-	-	5	
	Composició (fins a 5 punts)	-	-	5	
	Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 5 punts)	-	-	5	
	Radi opacitat completa del coil , amb marques (fins a 5 punts)	-	-	5	
	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents anatomies vasculars cerebrals (fins a 20 punts)	-	-	20	
Altres Elements (fins a 10 punts)	Formació als professionals assistencials (fins a 5 punts):	-	-	0	STRYKER IBERIA SL, no presenta formació professionals.
	• Millores en la cessió de recursos/equip/instrumental vinculades a l'objecte del contracte. (fins a 5 punts):	-	-	0	STRYKER IBERIA SL no presenta millores.
Valoració Global (màxim 50 punts)		-	-	40	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		-	-	40,00	

CARDIVA 2, S.L. no disposa de la mida de 1,0mm i superiors de 20mm de diàmetre, i la longitud presentada es fins a 30cm i es sol·licita fins a 50cm, tal com es sol·licita al plec tècnic.
ANGIONAUTIX S.L., sols te 2 configuracions tridimensionals i es sol·liciten 4 configuracions, i el coils que ha presentat son sols de platí i es sol·licita de platí/tungstè, tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	PICC-PORT - PICC PORT DE TITANIO

		Empreses presentades			Motius, si la puntuació no és la màxima.
		CARDIVA 2, S.L.	Palex Mecial S.A.	VYGON S.A.U.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació			
Prestació tècniques i funcionals (fins a 50 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies vasculars (fins a 5 punts)	-	5	-	
	Es valorarà navegabilitat dels dilatadors, així com la presència de dilatador pelable valvulat (fins a 10 punts)	-	10	-	
	Es valorarà la capacitat de preservació del calibre del catèter en àrees potencialment kinkables (fins a 10 punts)	-	10	-	
	Radi opacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals del dispositiu (fins a 10 punts)	-	10	-	
	Es valorarà la seva facilitat durant el seu ús (ja sigui punció del reversori, esterilització de les potes de les vies centrals, ...). A més facilitat, més punts (fins a 10 punts)	-	10	-	
	Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 5 punts).	-	5	-	
Valoració Global (màxim 50 punts)		-	50	-	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		-	50	-	

VYGON S.A.U. la zona de punció es inferior a 8mm de 7,8mm, tal i com es sol·licita al plec tècnic.

CARDIVA 2, S.L. No inclou es set de micropunició, no inclou a la microguia, el perfil de reservori es de 10,8mm i es sol·licita de 9mm, tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	PN05 - CATÉTER TUNELIZADO PARA HEMODIÁLISIS

		Empreses presentades	
		Medtronic Ibérica S.A.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies (fins a 10 punts)	5	
	- Es valorarà navegabilitat dels dilatadors, així com la presencia de dilatador pelable (fins a 10 punts)	10	
	- Es valorarà la capacitat de preservació del calibre del catèter en àrees potencialment kinkables (fins a 10 punts)	10	
	Radi opacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals del dispositiu (fins a 10 punts)	10	
	Es valorarà la seva facilitat durant el seu ús (ja sigui punció del reversori, esterilització de les potes de les vies centrals, ...). A més facilitat, més punts (fins a 10 punts)	10	
	• Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	5	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	PN06 -KIT CATÉTER TUNELIZADO HEMODIÁLISIS

		Empreses presentades	
		Becton Dickinson S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies (fins a 10 punts)	5	
	- Es valorarà navegabilitat dels dilatadors, així com la presencia de dilatador pelable (fins a 10 punts)	10	
	- Es valorarà la capacitat de preservació del calibre del catèter en àrees potencialment kinkables (fins a 10 punts)	10	
	Radi opacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals del dispositiu (fins a 10 punts)	10	
	Es valorarà la seva facilitat durant el seu ús (ja sigui punció del reversori, esterilització de les potes de les vies centrals, ...). A més facilitat, més punts (fins a 10 punts)	10	
	• Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	5	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	RESER-SUB - RESERVORIO SUBCUTANEO

		Empreses presentades		
		Becton Dickinson S.L.	Palex Mecial S.A.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies (fins a 5 punts)	-	5	
	- Es valorarà navegabilitat dels dilatadors, així com la presencia de dilatador pelable (fins a 10 punts)	-	10	
	- Es valorarà la capacitat de preservació del calibre del catèter en àrees potencialment kinkables (fins a 10 punts)	-	10	
	Radi opacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals del dispositiu (fins a 10 punts)	-	10	
	Es valorarà la seva facilitat durant el seu ús (ja sigui punció del reversori, esterilització de les potes de les vies centrals, ...). A més facilitat, més punts (fins a 10 punts)	-	10	
	- Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 5 punts).	-	5	
Valoració Global (màxim 50 punts)		-	50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		-	50,00	

Becton Dickinson. No compleixien els Psi sol·licitats sols arriben fins a 143psi, i es sol·licita 325psi. tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	RVL05 - FILTRO VENA CAVA TEMPORAL I

		Empreses presentades		
		Cook España S.L.	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 50 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies vasculars (fins a 10 punts)	10	-	
	Es valorarà navegabilitat del filtre tant a nivell del jugular com a nivell ilíac (fins a 10 punts)	10	-	
	Radi opacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals del dispositiu (fins a 10 punts)	10	-	
	Es valorarà la seva força radial (fins a 10 punts)	10	-	
	• Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	10	-	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	-	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		-	-	

CORDIS MEDICAL SPAIN SLU, no disposa del sistema de alliberació semiautomàtica, que impedeixi l'alliberació accidental de l'implant, tal i com es sol·licita al plec tècnic.

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	RVI06 - PRÓTESIS VASCULAR RECUBIERTA

		Empreses presentades	
		W.L. Gore y Asociados S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies (fins a 10 punts)	5	
	- Es valorarà navegabilitat dels dilatadors, així com la presencia de dilatador pelable (fins a 10 punts)	10	
	- Es valorarà la capacitat de preservació del calibre del catèter en àrees potencialment kinkables (fins a 10 punts)	10	
	Radi opacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals del dispositiu (fins a 10 punts)	10	
	Es valorarà la seva facilitat durant el seu ús (ja sigui punció del reversori, esterilització de les potes de les vies centrals, ...). A més facilitat, més punts (fins a 10 punts)	10	
	• Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	5	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00 €	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	RVI.07 - FILTRO V. CAVA VASOS TURTUOSOS

		Empreses presentades	
		Palex Mecial S.A.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestacio tècniques i funcionals (fins a 50 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies vasculars (fins a 10 punts)	10	
	Es valorarà navegabilitat del filtre tant a nivell del jugular com a nivell ilíac (fins a 10 punts)	10	
	Radi opacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals del dispositiu (fins a 10 punts)	10	
	Es valorarà la seva força radial (fins a 10 punts)	10	
	• Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	10	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	RVI.09 - STENT RECUBIERTO
Aquest lot no ha licitat cap proveïdor.	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	RVI08 - STENT AUTOEX. NITINOL RECUBIERTO

		Empreses presentades	
		Becton Dickinson S.L.	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies (fins a 10 punts)	5	
	- Es valorarà navegabilitat dels dilatadors, així com la presencia de dilatador pelable (fins a 10 punts)	10	
	- Es valorarà la capacitat de preservació del calibre del catèter en àrees potencialment kinkables (fins a 10 punts)	10	
	Radi opacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals del dispositiu (fins a 10 punts)	10	
	Es valorarà la seva facilitat durant el seu ús (ja sigui punció del reversori, esterilització de les potes de les vies centrals, ...). A més facilitat, més punts (fins a 10 punts)	10	
	• Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	5	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	24SM0033P IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Lot	RVI10 - ENDOPROTESIS CITOIMPERMEABLE

		Empreses presentades	
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	
Punts regla valoració	Criteris de valoració	puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Prestació tècniques i funcionals (fins a 40 punts)	Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a las diferents anatomies (fins a 10 punts)	5	
	- Es valorarà navegabilitat dels dilatadors, així com la presencia de dilatador pelable (fins a 10 punts)	10	
	- Es valorarà la capacitat de preservació del calibre del catèter en àrees potencialment kinkables (fins a 10 punts)	10	
	Radi opacitat completa del dispositiu, a part de les marques distals i proximals del dispositiu (fins a 10 punts)	10	
	Es valorarà la seva facilitat durant el seu ús (ja sigui punció del reversori, esterilització de les potes de les vies centrals, ...). A més facilitat, més punts (fins a 10 punts)	10	
	• Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	5	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	