

Expedient: SSJRBC 0548/25

Entitat: EDP Salut Sant Joan Reus – Baix Camp

Tipus: Serveis

Procediment: Negociat sense publicitat

Tràmit: Ordinari

Objecte: Contractació del servei integral de manteniment de l'equip de braquiteràpia V5 – FLEXITRON DIGITAL HDR 40ch PREMIER FLEXITRON, Oncentra Brachy i Oncentra Prostate de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

La present memòria s'emet de conformitat amb l'assenyalat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), per justificar els extrems que s'assenyalen en aquest document, en especial l'elecció del procediment de licitació, els criteris de solvència, i els criteris que es consideren per adjudicar el contracte.

1. Necessitats a satisfer

Actualment, l'Entitat de Dret Públic Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp (en endavant, SSJRBC) disposa a les instal·lacions de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (en endavant, HUSJR, de l'equipament de de braquiteràpia V5 – FLEXITRON DIGITAL HDR 40ch PREMIER FLEXITRON, així com de Oncentra Brachy i Oncentra Prostate.

Aquest equipament requereix d'un manteniment periòdic preventiu i de les actuacions de manteniment correctives i actualitzacions de software que s'escaiguin per al seu correcte funcionament i llur durabilitat.

En termes generals, el conjunt de les actuacions que seran objecte d'aquest contracte i que es troben àmpliament descrites al Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara endavant, PPT) tenen la finalitat de:

- Garantir la seguretat dels pacients, professionals i usuaris.
- Assegurar el funcionament ininterromput de l'equip, minimitzant les possibles parades per avaria i assolint el màxim índex de disponibilitat.
- Realitzar totes les tasques incloses en les revisions necessàries per garantir la seguretat, bon funcionament i legislació vigent del equip.
- Que l'equip, segons la legislació específica, disposi d'un registre on es reflectiran totes les intervencions preventives i correctives, així com les actualitzacions de software dutes a terme.

- Disposar de la planificació dels protocols de manteniment preventiu i correctiu, tenint en compte les recomanacions realitzades pel Ministeri de Sanitat i Consum, en especial a la Circular Informativa 3/12, el Real Decret 1591/2009 i la Directiva Europea 93/42/CEE que regulen la utilització dels productes sanitaris, o qualsevol altra norma que entri en vigor en el transcurs del període de vigència del contracte.
- Garantir la continuïtat i la durabilitat de l'equip, la seva seguretat, i així, poder allargar la seva vida útil.
- Realitzar tasques de revisió de seguretat i control de funcionament, reparació d'avaries i actualitzacions de hardware i software obligades pel fabricant de l'aparell si així es requereixen.

Atesa la naturalesa del contracte i el fet que l'HUSJR no disposa de mitjans materials ni personals adequats i suficients per a la prestació d'aquest tipus de servei de manteniment tan especialitzat i complex, l'entitat es veu obligada a recórrer a la contractació d'aquest servei amb una empresa autoritzada oficialment i especialitzada en l'assistència tècnica d'aquesta tipologia d'equipament.

2. Objecte del contracte

El servei contractat consisteix en un manteniment integral, que inclourà les actuacions de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i material que requereixi l'equipament assenyalat, així com les actualitzacions de hardware i software específiques per l'equip de braquiteràpia V5 – FLEXITRON DIGITAL HDR 40ch PREMIER FLEXITRON, licitat pel Servei Català de la Salut en l'expedient SCS-2022-400 (Pla INVEAT), instal·lat a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus al mes de setembre de 2023.

El servei contractat té la consideració de manteniment integral per a l'equipament descrit al punt 2 del PPT i, haurà de realitzar-se conforme els protocols d'actuació que el fabricant tingui establerts, i d'acord amb les especificacions previstes al PPT.

3. Codi CPV (Vocabulari Comú de Contractes)

La codificació corresponent al Codi de Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), regulat al Reglament de la Comissió 213/2008 és:

- 50421000-2 – *Servicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos*

4. Existència de lots

No procedeix la divisió en lots del present expedient atès que la realització independent de les diverses prestacions incloses en el contracte dificultaria la correcta execució del contracte des d'un punt de vista tècnic donat que totes elles estan interrelacionades,

recauen sobre un mateix equip i, alhora, pel fet que només poden ser exectudes amb totes les garanties per una única entitat.

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

El **valor estimat del contracte** ascendeix a **409.235,00 € (IVA exclòs)**, desglossat en els següents imports:

CONCEPTE	Import IVA exclòs (5 anys)
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	409.235,00 €
Valor estimat del contracte (IVA exclòs)	409.235,00 €

El **pressupost base de licitació** ascendeix a **409.235,00 € (IVA exclòs) / 495.174,35 € (IVA inclòs)**, sent desglossat d'acord amb l'import següent:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	IMPORT (IVA exclòs)
Import IVA exclòs	409.235,00 €
IVA	85.939,35 €
Import IVA inclòs	495.174,35 €

El preu del contracte s'ha establert a tant alçat, tenint en compte per a la determinació del pressupost la informació de la qual disposa l'entitat en relació a l'evolució dels preus de mercat, i considerant inclosos en el preu tant els costos directes com indirectes de la seva execució, des de sous, desplaçaments i altres eventuals despeses derivades de l'execució del contracte.

Desglossament del pressupost de licitació

El pressupost base de licitació s'ha elaborat a partir dels costos directes, costos indirectes, beneficis empresarials i l'IVA.

Pel càlcul del desglossament del pressupost net (sense IVA), del servei de manteniment, s'han tingut en compte les ràtios sectorials per exercici d'activitat del Banc d'Espanya, sector d'activitat CNAE S ALTRES SERVEIS.

- Costos directes: 74,35 %
- Costos indirectes: 21,38 %

- Marge comercial: 4,27 %

A la quantitat resultant de la suma dels apartats anteriors s'ha d'afegir el 21% d'IVA.

El pressupost de licitació serveix per cobrir els costos associats al compliment i aplicació de la normativa i obligacions aplicables al contracte, en especial les relatives a les condicions de treball i als costos salarials conforme el Conveni Col·lectiu Sectorial que resulti d'aplicació.

6. Termini de durada del contracte i pròrrogues

Termini de vigència: 5 anys.

El termini del contracte tindrà una vigència de CINC (5) anys i, començarà a comptar des de la formalització del contracte.

Lloc de lliurament: Hospital Universitari Sant Joan de Reus (avinguda del Dr. Josep Laporte, núm. 2, de Reus).

○ Contracte del servei de manteniment

Un cop formalitzat el contracte, s'iniciarà el contracte de manteniment.

Considerant l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, que disposa que els contractes de subministrament i serveis de prestació successiva tenen un termini màxim de durada de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues, es proposa que el servei de manteniment que és objecte d'aquest contracte tingui una durada de CINC (5) anys.

Possibilitat i durada de les pròrrogues: No se'n preveuen.

La vigència d'aquestes prestacions resta condicionada a que es mantingui la vigència de la exclusivitat de conformitat amb l'article 29.1 LCSP atesa la naturalesa de les prestacions, i en aplicació dels principis reconeguts a l'article 1 de la LCSP de salvaguarda de la lliure competència, i en connexió amb els objectius d'estabilitat pressupostària i control de la despesa i gestió eficient dels fons públics.

7. Revisió de preus

No es preveuen.

8. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

Es tramitarà per procediment de contractació negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat tècnica, d'acord amb l'exposat als articles 168 a) 2.º, 169 i 170 de la LCSP.

L'equip de braquiteràpia V5 – FLEXITRON DIGITAL HDR 40ch PREMIER FLEXITRON, així com, Oncentra Brachy i Oncentra Prostate va ser licitat pel Servei Català de la Salut en l'expedient SCS-2022-400, emmarcat en el Pla INVEAT amb número 460, mitjançant un procediment basat en acord marc tramitat de forma ordinària.

L'equipament subministrat per l'empresa adjudicatària ELEKTA MEDICAL, S.A.U. fou instal·lat a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus al mes de setembre de 2023. Atesa la finalització de la garantia de l'equip prevista pel termini d'un any, l'HUSJR ha de licitar-ne el servei de manteniment integral, a l'objecte de continuar amb el seu òptim funcionament i gaudir de la garantia necessària d'aquesta instal·lació d'alta tecnologia.

L'especialització i la complexitat dels equips mèdics de braquiteràpia fan imprescindible comptar amb un servei expert, especialitzat i degudament format i capacitat. El servei tècnic de manteniment que se sol·licita preveu totes les actuacions necessàries, fins i tot, en remot, per poder actuar i garantir el màxim funcionament de l'aparell.

És imprescindible que els mantenidors de l'equip estiguin capacitats i certificats pel propi fabricant i només amb aquest requisit es pot treballar en el manteniment de la maquinària. ELEKTA MEDICAL, S.A.U. disposa dels tècnics professionals amb la formació i experiència específica per realitzar el manteniment i les actuacions necessàries que permetin l'òptim funcionament de l'equip a llarg termini.

D'altra banda, es requereix que sigui l'empresa que ha desenvolupat el software Oncentra Brachy i Oncentra Prostate la que el mantingui actualitzat. Així doncs, atès que ELEKTA MEDICAL, S.A.U. és la propietària del codi font del software, tota intervenció que s'hi faci només la pot fer ella. Qualsevol intervenció de tercers no autoritzats posaria en risc l'equipament.

Cal destacar que segons certifica el Consell de Seguretat Nuclear (únic òrgan competent en matèria de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica), l'empresa ELEKTA MEDICAL, S.A.U. és l'única empresa a Espanya autoritzada per la comercialització i assistència tècnica (amb inclusió de càrrega i descàrrega de fonts radioactives encapsulades) de l'equipament de braquiteràpia, model Flexitron (PDR/HDR).

S'adjunta autorització de comercialització i assistència tècnica per part del Consell de Seguretat Nuclear.

Així mateix, el fabricant certifica que ELEKTA MEDICAL, S.A.U. és l'única empresa amb capacitat legal per comercialitzar i prestar suport tècnic a Espanya de qualsevol producte Elekta, inclosos els programes informàtics. (S'adjunta certificat d'exclusivitat del fabricant).

Donar cabuda a altres empreses per fer el manteniment d'una maquinària d'alta tecnologia que no ha fabricat posaria en risc el funcionament de l'equipament del qual SSJRBC disposa des de fa tant sols 1 any, i pel que es preveu una llarga vida útil. El que es requereix és perllongar el servei de manteniment expert d'aquesta maquinària, que només pot executar-se amb totes les garanties necessàries (de procediments, de manteniment i adequació de software, de seguretat de la informació i de perfils professionals) pel propi fabricant.

En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la contractació del servei descrit a l'encapçalament, mitjançant aquest procediment, per raons d'exclusivitat tècnica.

Es proposa tramitar aquest expedient mitjançant tramitació ordinària i per mitjans electrònics.

9. Requisits mínims de solvència i mitjans d'acreditació. Classificació

a) Solvència econòmica i financera

1. **Ràtio entre actius i passius**, al tancament de l'últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per import superior a la unitat, en els termes d'allò establert a l'apartat 87 de la LCSP (la solvència total de l'empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes dues magnituds: actiu total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini).
2. **Volum anual de negocis** mínim de dues vegades el valor anual mig del contracte, com a mínim, en un dels tres darrers exercicis aprovats.

El valor anual mig del contracte sorgirà de la divisió entre el valor estimat del contracte i el número màxim de mensualitats previstes, multiplicat per 12. Pel còmput de mensualitats s'inclouran les pròrrogues previstes, si s'escau.

En aquest cas: 163.694,00 €

L'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'acreditat la seva solvència econòmica i financera mitjançant l'aportació dels estats de comptes corresponents als tres darrers exercicis que tingui obligació d'haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l'empresari està inscrit al

Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d'estar inscrit). Els empresaris individuals han de presentar els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Solvència professional o tècnica

- 1. Relació dels principals serveis efectuats** en els 3 últims anys, de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import anual acumulat dels quals l'any de més execució sigui igual o superior al 70% de l'annualitat mitjana del contracte.

En aquest cas: 57.292,90 €

Per determinar si els treballs són d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte del contracte es tindrà en compte que coincideixin amb els descrits als plecs.

L'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'acreditar la seva solvència tècnica mitjançant l'aportació d'una relació dels principals serveis realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import i dates, acompanyada dels corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l'import mínim requerit. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

b) Justificació dels criteris proposats

Els anteriors requisits de solvència s'han establert segons els requeriments assenyalats a l'article 74.2 de la LCSP.

Pel que fa als requisits de la solvència econòmica exigida es consideren proporcionats atès que l'objectiu principal consisteix en garantir que l'empresa sigui viable econòmicament, de manera que es vol evitar que estigui a punt d'incórrer en causa de dissolució, extrem que posaria en perill el contracte.

I alhora també es vol garantir que l'empresa hagi tingut activitat relacionada amb l'objecte del contracte, extrem que s'analitzarà a través del seu volum anual de negocis (ingressos que una empresa ha obtingut per la seva activitat durant el període de temps que es demana).

La xifra del volum anual de negocis requerida als licitadors de, com a mínim, dues vegades el valor anual mig del contracte, es considera proporcionada, alhora que es troba dins els marges màxims que permet la normativa d'aplicació.

Pel que fa al requisit que la solvència tècnica estigui vinculada a l'objecte del contracte, resulti proporcional a aquest i la seva acreditació s'efectuï a través del previst a l'article 90.1 de la LCSP, escau analitzar les característiques particulars de l'objecte del contracte.

Analitzant la descripció que es fa en aquest document, als apartats primer i segon, sobre l'objecte del contracte, es constata que estem davant d'un contracte de serveis.

Considerant l'anterior, la solvència professional i tècnica que es demana a les empreses consisteix en acreditar que han prestat serveis de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen objecte del contracte durant els darrers 3 anys, l'import anual acumulat dels quals l'any de més execució sigui igual o superior al 70% de l'annualitat mitjana del contracte.

L'exigència consistent en demanar que s'hagin prestat treballs de similar naturalesa pels imports anuals acumulats en l'any de major execució assenyalats, a més de respectar els límits màxims legalment establerts, és un requisit vinculat a l'objecte del contracte i a la capacitat tècnica de l'empresa per poder executar el contracte d'acord amb les exigències amb què s'ha configurat el PPT.

10. Garantia

10.1. Garantia provisional

No s'exigeix.

10.2. Garantia definitiva

5 per 100 de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

11. Criteris d'adjudicació

11.1. Justificació

Atès que la contractació del servei de manteniment i suport tècnic per a l'equipament del Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica de Salut Sant Joan de Reus es tramita via procediment negociat sense publicitat amb un únic empresari per raons d'exclusivitat tècnica, i que les prestacions i condicions tècniques de l'execució del present contracte estan incloses i perfectament definides i acotades al PPT i no és possible oferir-ne modificacions, de conformitat amb els articles 146.1, 169 i 170 de la LCSP es proposen els següents criteris d'adjudicació: oferta econòmica (preu).

11.2. Criteris d'adjudicació

Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 100 punts.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

S'exposa que el valor de ponderació (VP) és 1, d'acord amb el punt sisè de la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

D'acord amb la clàusula F. del present Quadre, un cop presentada l'oferta inicial, s'enviarà invitació amb proposta de millorar l'oferta inicialment presentada una única vegada (art. 169.5 LCSP), i en cap cas es negociaran els requisits mínims de la prestació del servei objecte del contracte. Les negociacions es duran a terme per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, i se'n deixarà constància a l'expedient.

Això no obstant, si l'EDP SSJRBC considerés que l'oferta presentada satisfà les seves necessitats, no serà necessari negociar amb el licitador, al qual se li podrà adjudicar directament el contracte, mitjançant resolució motivada, d'acord amb l'article 29.4 de la Directiva 2014/24/UE.

12. Variants

No es preveuen.

13. Modificacions

No es preveuen.

14. Cessió

No es permet.

15. Subcontractació

No es permet.

16. Termini de garantia

No es preveu.

17. Programa de treball

No es requereix.

18. Tractament de dades

En el marc de l'assenyalat al Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, aquest contracte podrà requerir la cessió de dades al contractista en els termes que seran exposats a la documentació de tractament de dades que es farà constar a l'expedient.

19. Responsable del contracte

Es designa al Director del Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica de l'EDP Salut Sant Joan Reus – Baix Camp com el Responsable del contracte

20. Petició d'inici de l'expedient

Es fa arribar a l'Àrea de Licitacions i Contractació de l'EDP SSJRBC, aquesta petició, perquè es formalitzi la contractació descrita, de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic, un cop presentada la petició d'incoació de l'expedient i autoritzada per l'òrgan de contractació.

Reus, amb data de signatura digital

Manel Artigues Pedrola
Director de Protecció Radiològica i Física Mèdica
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

**Subdirección de Protección
Radiológica Operacional**

ML

ELEKTA MEDICAL SAU

C/ Manuel Tovar, 43
28034 Madrid

Atn.: D. Michele Neirotti
(Apoderado)

Correo electrónico: elekta.spain@elekta.com

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

El Consejo de Seguridad Nuclear es el único organismo competente en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica confirmando mediante este escrito que la entidad denominada Elekta Medical, SAU (NIF A81886731) (IRA-0735 B) es la única en España autorizada a llevar a cabo:

- La comercialización y asistencia técnica de los aceleradores lineales de electrones de uso médico de la firma ELEKTA (antes PHILIPS), modelos SL 75/5, SL 75/14, SL 75/20, SL 15, SL 18, SL 20, SLi, SLi Plus, Elekta Precise Treatment System, Elekta Compact, Elekta Versa HD Elekta Synergy Platform, Elekta Synergy, Elekta Axesse, Elekta Infinity, Elekta Harmony Pro, y Elekta Unity (compuesto por un acelerador lineal y una resonancia magnética).
- Comercialización (del equipo sin fuentes) y asistencia técnica (mantenimiento preventivo y correctivo, no incluyendo ni instalación ni cambios de fuentes) de los equipos de Radiocirugía Leksell Gamma Knife® C (LGK), Leksell Gamma Knife® Perfexion™, Leksell Gamma Knife® Icon y Leksell Gamma Knife® Esprit, que pueden contener fuentes encapsuladas de Co-60.
- Comercialización y asistencia técnica (con inclusión de carga y descarga de fuentes radiactivas encapsuladas) de los siguientes equipos y material radiactivo. Equipos de braquiterapia, modelo Selectron LDR/MDR, modelos microSelectron PDR classic y V2, modelos microSelectron HDR classic y V2, modelo microSelectron V3 (PDR/HDR), modelo Flexitron (PDR/HDR), pudiendo contener fuentes encapsuladas de Cs-137 o de Ir-192 según modelo y equipos de radioterapia superficial con denominación comercial Esteya, asimismo otros equipos como son Sistema FIRST y SourceLink, sistemas de administración de semillas de I-125.
- Comercialización y asistencia técnica de los siguientes equipos, equipos simuladores de radioterapia marca Simulix, modelos HP, HQ y Evolution y Sistema de imagen guiada para tratamiento de braquiterapia, modelo AccuBoost.
- Comercialización y asistencia técnica de equipos de rayos X móviles, fabricados por medPhoton GmbH (Austria), marca medPhoton, modelo ImagingRing m (IRm) que complementan los sistemas de tratamiento mediante braquiterapia.

*Firmado electrónicamente por Subdirectora de Protección Radiológica Operacional
María Isabel Villanueva*

CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD

Elekta Solutions AB, empresa registrada en Suecia con el número de registro 55 91 57-5286 y con domicilio social en Kungstengsgatan 18, apartado de correos 7593, SE 103-93, Estocolmo ("Fabricante").

CERTIFICA

Que **ELEKTA MEDICAL S.A.U.** sociedad registrada en España con CIF *A81886731* y domicilio social en *C/ Manuel Tovar, 43, 28034, Madrid ("Representante")* es el único representante autorizado en España del Fabricante, equipos de radioterapia, y que no ha autorizado a ninguna otra empresa o persona física en España para la comercialización, instalación y mantenimiento de los siguientes equipos Elekta:


- Aceleradores lineales Elekta Precise Treatment System, Elekta Compact, Elekta Versa HD Elekta Synergy Platform, Elekta Synergy, Elekta Axesse, Elekta Infinity, Elekta Harmony Pro y Elekta Unity
- Equipos de radiocirugía Leksell Gamma Knife® C (LGK), Leksell Gamma Knife® Perfexion y Leksell Gamma Knife® Icon y Elekta Esprit
- Máquinas de braquiterapia Microselectron (HDR y PDR), Flexitron (HDR y PDR) y Imaging Ring
- Planificadores de tratamiento Monaco, Oncentra Brachy y Oncentra Prostate
- Software de gestión departamental Mosaik

Asimismo, el Fabricante certifica que el Representante es la única empresa con capacidad legal para comercializar y prestar soporte técnico en España de cualquier producto Elekta, incluidos los programas informáticos. Por razones de cumplimiento de los requisitos de calidad, el personal que preste los servicios de soporte y mantenimiento de los productos del Fabricante estará debidamente acreditado profesionalmente para las tareas que realice y formado en materia de seguridad de acuerdo con la normativa vigente, observando en todo momento su cumplimiento así como las medidas aportadas por el cliente.

Por estas razones, el Representante no subcontrata servicios de apoyo y mantenimiento.

El presente documento se extiende para hacer constar que **ELEKTA MEDICAL S.A.U.**, representa en exclusiva al Fabricante a todos los efectos y propósitos.

En Estocolmo, a 04 de julio de 2023


D. Jonas Bolander
Posición: EVP Group Functions &
General Counsel
Empresa: Elekta Solutions AB


D. Tobias Hägglov
Posición: Chief Finance Officer
Empresa: Elekta Solutions AB