



CSI2025016 SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT D'UN DENSITÒMETRE PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Criteris d'adjudicació:

		PUNTUACIÓ MÀXIMA
CRITERIS OBJECTIUS		100
PROPOSTA ECONÒMICA DE L'EQUIP	D'acord amb la fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ P_v Puntuació de l'oferta a Valorar P Punts criteri econòmic $O_{\overline{m}}$ Oferta Millor $O_{\overline{v}}$ Oferta a Valorar IL Import de Licitació VP Valor de ponderació Factor de modulació: 1	30
PROPOSTA ECONÒMICA DEL MANTENIMENT	D'acord amb la fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ P_v Puntuació de l'oferta a Valorar P Punts criteri econòmic $O_{\overline{m}}$ Oferta Millor $O_{\overline{v}}$ Oferta a Valorar IL Import de Licitació VP Valor de ponderació Factor de modulació: 1	10
	Menor temps d'escaneig per l'exploració de columna (en minuts): Un escaneig més ràpid redueix el temps que el pacient ha de romandre immòbil i permet realitzar més exploracions en una jornada, millorant així la productivitat del servei. Es calcularà mitjançant la formula: P= puntuació T=temps $P = \left(\frac{T_{màx} - T_{equip}}{T_{màx} - T_{mínim}} \right) \times P_{màx}$	5
	Menor temps d'escaneig per l'exploració de fèmur (en minuts): Un escaneig més ràpid redueix el temps que el pacient ha de romandre immòbil i permet realitzar més exploracions en una jornada, millorant així la productivitat del servei.	

CRITERIS DE VALORACIÓ QUALITATIUS/TECNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA	Es calcularà mitjançant la formula: P= puntuació T=temps $P = \left(\frac{T_{màx} - T_{equip}}{T_{màx} - T_{mínim}} \right) \times P_{màx}$	5
	Menor temps d'escaneig per l'exploració de cos sencer (en minuts): Un escaneig més ràpid redueix el temps que el pacient ha de romandre immòbil i permet realitzar més exploracions en una jornada, millorant així la productivitat del servei. Es calcularà mitjançant la formula: P= puntuació T=temps $P = \left(\frac{T_{màx} - T_{equip}}{T_{màx} - T_{mínim}} \right) \times P_{màx}$	5
	Detector digital directe de contactge de fotó únic (photon counting detector). SI: 10 punts NO: 0 punts Això permet una millor resolució espacial i un contrast més elevat, essencial per detectar anomalies òssies subtils.	10
	Narrow fan beam o 2D Fan Beam. SI: 5 punts NO: 0 punts Millora la qualitat d'imatge, redueix els artefactes i minimitza la radiació innecessaria	5
	Coefficient Variació DMO < 1% en els diferents estudis (columna AP, columna lateral, maluc únic, ambdós malucs, avantbraç) SI: 5 punts NO: 0 punts Aquest criteri assegura que l'equip escollit proporcionarà mesures precises i fiables, millorant la qualitat assistencial i la seguretat del pacient.	5
	Possibilitat d'exploració i càlcul corporal directe per a pacients obesos SI: 5 punts NO: 0 punts Aquesta valoració garanteix que el densitòmetre sigui accessible per a tots els pacients i que els resultats siguin fiables independentment del pes corporal.	5
	Programari avançat addicional SI: 5 punts NO: 0 punts Aquest criteri assegura que el densitòmetre seleccionat no només obtingui imatges de qualitat, sinó que també optimitzi el diagnòstic, el seguiment i la gestió del pacient.	5
	Actualització del programari durant la vida útil de l'equip SI: 5 punts NO: 0 punts Aquest criteri assegura que l'equip es mantindrà actualitzat i eficient al llarg del temps, millorant la qualitat assistencial i optimitzant la inversió pública	5
	Corbes de referència validades de la població no espanyola SI: 5 punts NO: 0 punts Aquest criteri assegura que el densitòmetre pugui adaptar-se a la realitat demogràfica dels pacients atesos i millorar la precisió del diagnòstic.	5
	Major mida del monitor (mida requerida 19") Major de 19": 5 punts 19": 0 punts Assegura una millor qualitat d'imatge, més comoditat per als professionals i una inversió a llarg termini en un equip ergonòmic i eficient.	5
TOTAL PUNTS		100

