

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REALITZACIÓ VERIFICACIÓ DELS ETILOMETRES PER AL SERVEI DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PIERA

1. NECESSITATS DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és el servei de verificació en laboratori homologat de l'alcoholímetre propietat de l'Ajuntament de Piera.

2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Els aparells objecte de la prestació del present lot són els etilòmetres, destinats a la detecció de presència d'alcohol en l'organisme, titularitat de la Policia Local del l'Ajuntament de Piera.

Saf'IR amb N° sèrie SESA1S051003186

La Policia Local de Piera necessita contractar un servei de verificació i manteniment dels mesuradors d'alcoholèmia per tal d'assegurar el seu bon funcionament, i amb la finalitat de garantir els resultats de les proves d'alcoholèmia. Aquests aparells han de trobar-se degudament calibrats per tal d'oferir les majors garanties a l'hora d'imposar sancions mitjançant les proves obtingudes.

En cap cas l'adjudicatari podrà al·legar desconeixement de la tècnica i particularitats en que es desenvolupa el tipus de servei contractat per eludir responsabilitats o per a repercutir-ho en una demora en els treballs o un increment de preus.

El responsable del contracte nomenarà una persona encarregada de realitzar les peticions mitjançant e-mail. L'adjudicatari serà l'encarregat de recollir de les dependències de la Policia Local de Piera, l'aparell a mantenir i calibrar, en un termini màxim de 48 hores des de la petició a l'adjudicatari. Aquesta petició es realitzarà mitjançant correu electrònic per part de la Policia Local.

Un cop efectuat el manteniment, calibrat i verificació de l'aparell, l'adjudicatari lliurarà l'aparell juntament amb el corresponent certificat de verificació emès pel centre metrològic homologat, a les dependències de la Policia Local de Piera.

Per portar a terme les tasques de calibratge dels etilòmetres, l'adjudicatari disposarà d'un termini màxim de 30 dies naturals. En aquest termini estan inclosos els moments en que es recullen i retornen els equips de les dependències de la Policia Local.

En relació a l'etilòmetre Saf'IR amb N° sèrie SESA1S051003186, l'adjudicatari haurà de realitzar un servei de revisió, manteniment i calibratge amb una periodicitat anual per tal d'obtenir el certificat de verificació.

L'adjudicatari haurà de realitzar una revisió i manteniment dels etilòmetres que permeti que aquests superin posteriorment el corresponent calibratge legalment establert, el qual es realitzarà en un centre reconegut per l'Institut Nacional de Metrologia, obtenint d'aquesta manera el corresponent certificat acreditatiu.

Serà l'adjudicatari l'encarregat de transportar els aparells al centre de metrologia homologat per tal que li realitzin les proves metrològiques pertinents.

Paràmetres tècnics a mantenir i revisar:



Inspecció de l'estat de conservació	Exterior: Neteja, sí l'equip ho requereix Interior (si s'obre l'equip per reparació)
Auto comprovació d'indicacions de funcionament	Indicació visual (led ON) i indicació acústica Display: segments i il·luminació Unitat de mesura i indicació GPS
Comprovació dels indicadors d'anomalies	Missatges d'error
Control i canvi de fungibles (si procedeix)	Sensors, per caducitat, manca de sensibilitat o avaria
Comprovació del sistema de presa de mostres	Comprovació del pistó-aspiració Comprovació dels sensors de pressió
Verificació del zero	Verificació de zero amb aire aspirat
Ajust de sensibilitat	Verificació del sensor electroquímic Ajusts amb dissolució d'alcohol en aigua en una concentració de 0.500 mg/l (5 proves)
Comprovació de la unitat d'alimentació	Bateria recarregable i carregador o canvi de piles alcalines
Realització del certificat de revisió i ajustament	Certificat estàndard
Certificat de verificació	Superades aquestes proves, es portarà al Centre de Metrologia homologat que correspongui per a la seva verificació

L'empresa adjudicatària assumirà els costos de recollida i lliurament dels etilòmetres.

