

**SCS-2025-51 VALORACIÓ DE MOSTRES**

**Codi Equip:** 2595010200

**Descripció equip:** Sistema d'escàners de patologia digital

**Proveïdor:** Palex Medical S.A.

**Marca:** 3DHISTECH

**Model:** Panoramic 480 DX Digital Scanner i Panoramic 250 FLASH III DX Digital Scanner

**Data presentació de mostres:** 24 a 28 de febrer de 2025

**Compliment de les característiques obligatòries comprovables en la mostra:** SI / NO

Característiques a valorar	Descripció valoració de la mostra
Adequació a les necessitats assistencials	<p>P480: Equip molt correcte, s'adequa a les necessitats assistencials. És l'equip que en general durant la prova ha treballat a millor velocitat. En quant a fallades, no va tenir cap aturada total, i el percentatge de vidres no diagnosticables és dels més baixos dels comparats.</p> <p>P250: Equip correcte, s'adequa a les necessitats assistencials. L'equip treballa a una velocitat adequada. En quant a fallades, no va tenir cap aturada total, i el percentatge de vidres no diagnosticables és dels més baixos dels comparats.</p>
Qualitat de la imatge	<p>P480 i P250: Molt bona qualitat d'imatge d'HE, tècnica de CISH subòptima en perfil de rutina.</p>
Facilitat d'ús	<p>P480: Càrrega de vidres en rack, senzilla i ràpida. Porta transparent, permet visibilitat directa del total de vidres carregats a l'equip. Es pot visualitzar l'estat d'escaneig de tots els vidres amb leds de colors, facilitant la feina al tècnic. També indica l'estat d'escaneig a la pantalla integrada.</p> <p>P250: Càrrega de vidres en rack, senzilla i ràpida. Porta opaca, permet visualitzar l'estat de l'escaneig a una pantalla a banda.</p>

**Codi Equip:** 2595010300

**Descripció equip:** Sistema de gestió d'imatge/visor per escàners de patologia digital

**Proveïdor:** Palex Medical S.A.

**Marca:** 3DHISTECH

**Model:** Case Manager i ClinicalViewer

**Data presentació de mostres:** 24 a 28 de febrer de 2025

**Compliment de les característiques obligatòries comprovables en la mostra:** SI / NO

Característiques a valorar	Descripció valoració de la mostra
Facilitat d'ús del sistema, interfície d'usuari intuïtiva	<p>Interfície d'usuari molt intuïtiva i molt fàcil d'utilitzar. Permet escollir la mida de les icones de les diferents eines a preferència de l'usuari.</p> <p>Zoom continu. Permet fer imatge especular en els dos sentits dreta/esquerra i dalt/baix.</p>
Adequació a les necessitats assistencials	<p>Molt alt grau de modificació dels paràmetres de l'histograma directament des del gràfic, es valora la possibilitat de modificar el color per canals.</p> <p>Eines de marcatge i quantificació molt completes. Anotacions molt parametritzables</p> <p>Permet crear anotacions de molts tipus, formes lliures i predefinides, i es poden editar un cop fetes. Permet a l'usuari definir una anotació d'una determinada àrea predefinida.</p> <p>Permet alineament d'imatges automàtic (image registration).</p> <p>Quan exportes imatges permet escollir la resolució, que aporta valor per publicacions oficials</p> <p>Permet incorporar eines de suport al diagnòstic amb IA.</p>

Joan Carles Ferreres Piñas  
Director del Servei d'Anatomia  
Patològica. Consorci Corporació  
Sanitària Parc Taulí

Francesc Sant Masoliver  
Cap del Servei d'Anatomia  
Patològica. Fundació Althaia

Daniel Badia Jobal.  
Servei d'Anatomia Patològica.  
Consorci Hospitalari de Vic