

## **Informe de resposta a la petició de SIEMENS de repetir la valoració de mostra de l'expedient SCS-2025-51**

En resposta a la petició feta per l'empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L., informar que la setmana passada es va publicar l'informe tècnic i que amb aquest queden resolts molts dels punts als que feu referència. Respecte l'indicat a la petició:

- 1) El rendiment dels escàners s'ha valorat tenint en compte només el grup de vidres que es van utilitzar per la valoració del visor i qualitat d'imatge, que van ser els mateixos per tots els licitadors.  
La facilitat d'ús de l'escàner és inherent a l'equip i no hauria de ser dependent del vidre a escanejar.
- 2) La valoració pròpiament de l'escàner tractava de tenir-los en funcionament constant durant la resta del temps i veure'ls funcionar, no tant una presentació de les característiques, que com podreu veure a l'informe s'han avaluat sobre documentació adjunta amb l'oferta
- 3) Respecte la manipulació de mostra, no es va manipular pròpiament el vidre/portaobjectes sinó que es va demanar tallar un tros d'etiqueta que sobresortia del vidre. A la reunió inicial que es va fer el dilluns de la setmana de les valoracions es va indicar que si algun vidre es considerava problemàtic o subòptim es podia comunicar abans de l'escaneig i retirar en cas necessari, no es van donar altres indicacions al respecte.  
Respecte la privacitat, es va informar que la sala era diàfana. Els licitadors eren lliures de portar els seus separadors/biombos.  
No tenim constància de cap membre avaluador donant recomanacions tècniques a cap licitador.

Considerem que no hi ha motius per haver de repetir la valoració de la mostra, ja que el procediment es va dur a terme segons el que s'havia indicat, s'ha tractat a tots els licitadors per igual.