

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101429448/25/AM

INTERVENCIONISME CORONARI (CATÈTERS
ANGIOGRÀFICS, CATÈTERS GUIA, MICROCATÈTERS I
FÒRCEPS DE BIÒPSIA ENDOMIOCÀRDICA) I CATÈTERS
BALÓ



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 1 de 73

INDEX

1.	Condicions generals	4
1.1.	Objecte de la contractació	4
1.2.	Característiques de la contractació.....	4
1.3.	Tècnics	4
2.	Requeriments obligatoris.....	4
2.1.	Normativa aplicable	4
2.2.	Especificacions tècniques generals.....	5
2.3.	Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	6
3.	Com presentar la oferta	6
3.1.	Oferta tècnica.....	6
3.2.	Model d'oferta tècnica.....	6
3.3.	Presentació de mostres.....	8
3.4.	Documentació confidencial.....	8
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1.	Prevenió de riscos laborals	9
4.2.	Formació.....	9
4.3.	Manual d'usuari.....	9
4.4.	Condicions logístiques i de subministrament	10
4.4.1.	Condicions de subministrament.....	10
4.4.2.	Garantia de subministrament	10
4.4.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	10
4.4.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte	11
4.4.2.3.	Termini de lliurament	12
4.4.2.4.	Unitats mínimes de comanda.....	12
4.4.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes	12
4.4.3.	Sistema EDI	12
4.5.	Condicions de l'operador logístic.....	15
4.5.1.	Embalatges	15



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 2 de 73

4.5.2.	L'albarà.....	16
4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	16
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	17
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	17
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic).....	20



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 3 de 73

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'Intervencionisme coronari (catèters angiogràfics, catèters guia, microcatèters i fòrceps de biòpsia endomiocàrdica) i catèters baló per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida. **(veure Annex E)**

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà excloua a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - **Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Lot 9

Les empreses licitadores que no presentin aquestes característiques obligatòries al lot 9 no seran valorades.

Les consoles del lot 9 han de complir les següents característiques obligatòries:

Consola per codi agrupador 999300130:

- Consola compacta i interactiva
- Extracció superràpida:
 - Per reduir el temps del procediment de minuts a segons.
 - Per reduir al màxim els artefactes de moviment i el risc isquèmic.

Consola per codi agrupador 999300020:

- Models 2D en escala de grisos i Doppler d'alta resolució
- Visualització precisa, en temps real, de detalls anatòmics i fisiològics
- Visió millorada de l'anatomia proximal i dels possibles perills
- Imatge Doppler del flux, la velocitat de la sang i del moviment de la paret del miocardi
- Direcció de quatre direccions a 160 °, per a un posicionament precís i noves vistes del cor.

Les consoles hauran de ser la darrera versió que hi ha al mercat.

La informació relativa a aquestes consoles s'haurà d'aportar en el sobre 2.

Lot 11 i 12

L'empresa adjudicatària del codi agrupador del lot 12 haurà de ser la mateixa que la empresa adjudicatària del lot 11 per així poder garantir la compatibilitat dels fòrceps amb els introductors de fòrceps.

En cas que les ofertes presentades per una empresa no passin les valoracions tècniques/econòmiques en un dels lots, tant del lot 11 o 12, quedaran desestimades en els dos lots.



2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101429448_2bis**

- Annex D3 Fitxa Resum Criteris Judici de Valor

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.



Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi agrupador.xls**

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.



Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot- Codi agrupador**

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**, S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 8 de 73

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no és possible, en castellà.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 9 de 73

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.



L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)



- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu



Documents obligatoris a annexar

- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 14 de 73

EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@evidersa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:



- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

	Doc. original signat per: Olga Santamaria Herrero 14/03/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028	Data creació còpia: 01/04/2025 08:49:02
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD	Pàgina 15 de 73

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 16 de 73

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ









0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 17 de 73

NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:


<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p>	



No utilitzeu el telèfon fins a nou avis.

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avis.	



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 19 de 73

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 20 de 73

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3- Fitxa Resum Criteris Judici de Valor
- ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris puntuables objectius.
- ANNEX E - Estructura codi agrupador



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 21 de 73



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 22 de 73

**ANNEX A_CHARACTERÍSTIQUES LICITACIÓ
CS/CC00/1101429448/25/AM**

Lot	Descripció LOT	LOTS OBLIGATORIS	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS
001	CATÈTER GUIA CORONARI	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR, EXCEPTE 999300016 SÓN TRES PROVEÏDORS
002	SISTEMA D'EXTENSIÓ DE CATÈTER GUIA CORONARI D'INTERCANVI RÀPID RX/COAXIAL OTW	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
003	SISTEMA D'EXTENSIÓ DE CATÈTER GUIA CORONARI D'INTERCANVI RÀPID RX AMB SISTEMA DE BALÓ PER ATRAPAMENT DE GUIA	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	UN PROVEÏDOR PER CODI AGRUPADOR
004	MICROCATÈTER CORONARI	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	UN PROVEÏDOR PER CODI AGRUPADOR, EXCEPTE EL 999301223 SÓN TRES PROVEÏDORS I EL 999301229 SÓN DOS PROVEÏDORS
005	MICROCATÈTER CORONARI D'INTERCANVI GUIES I INFUSIÓ AGENTS TERAPÈUTICS, PUNTA CÒNICA	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR, EXCEPTE 999303004 ÉS UN PROVEÏDOR
006	MICROCATÈTER CORONARI D'INTERCANVI GUIES I INFUSIÓ AGENTS TERAPÈUTICS AMB BOBINA DISTAL	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	UN PROVEÏDOR PER CODI AGRUPADOR
007	CATÈTER ANGIOGRÀFIC PER A DIAGNÒSTIC CORONARI	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR, EXCEPTE 999300119 I 999300128 SÓN UN PROVEÏDOR
008	CATÈTER ANGIOGRÀFIC PER A DIAGNÒSTIC VENTRICULOGRAFIA	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
009	CATÈTER ANGIOGRÀFIC PER A DIAGNÒSTIC ACTP ECOGRAFIA INTRACORONARI	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	UN PROVEÏDOR PEL CODI AGRUPADOR 999300020 I TRES PROVEÏDORS PEL 999300130
010	EQUIP PERICARDIOCENTESI	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
011	FÒRCEPS BIÒPSIA	LOT OBLIGATORI, MATEIX ADJUDICATARI QUE EL LOT 12	DOS PROVEÏDORS PER LOT
012	INTRODUCTORS PER FÒRCEPS BIÒPSIA	LOT OBLIGATORI, MATEIX ADJUDICATARI QUE EL LOT 11	DOS PROVEÏDORS PER LOT
013	CATÈTERS BALÓ ACTP COAXIAL	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	UN PROVEÏDOR PEL CODI AGRUPADOR 999301219, 999302666 I DOS PROVEÏDORS PEL 999301534
014	CATÈTERS BALÓ ACTP MONORAIL	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR, EXCEPTE ELS CODIS 999301542, 999301550, 999302611, 999302617, 999300089, 999300090, 999301557, 999302987, 999302986 SÓN UN PROVEÏDOR I EL 999301536, 999300103 SÓN TRES PROVEÏDORS
015	CATÈTERS BALÓ ACTP ALLIBERADOR FÀRMACS	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR, EXCEPTE EL 999302737 ÉS UN PROVEÏDOR
016	CATÈTERS BALÓ ACTP DE TALL	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	UN PROVEÏDOR PER CODI AGRUPADOR
017	CATÈTERS BALÓ ACTP TRENCAMENT DE PLACA RE-ESTENOSI	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	UN PROVEÏDOR PEL CODI AGRUPADOR 999301190, I TRES PROVEÏDORS PEL 999300094
018	MICROCATÈTER FFR D'INTERCANVI RÀPID	LOT OBERT ADJUDICACIÓ PER AGRUPADOR	UN PROVEÏDOR PER CODI AGRUPADOR



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 23 de 73

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 24 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 1 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 999300011
Descripció llarga: A - Catèter angiogràfic/diagnòstic PER A VENTRICULOGRAFIA tipus PIGTAIL ANGULAT, amb marques radiopaques, diàmetre extern 4F/5F/5,2/6F , diferents longituds		
SOL.COMANDA: 1101429448	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 999300012
Descripció llarga: A - Catèter angiogràfic/diagnòstic PER A VENTRICULOGRAFIA tipus PIGTAIL RECTE amb marques radiopaques, diàmetre extern 4F/5F/5,2F/6F, diferents longituds		
SOL.COMANDA: 1101429448	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 999300013
Descripció llarga: A - Catèter angiogràfic/diagnòstic coronari tipus AMPLATZ ESQUERRE diferents corbes, diferents diàmetres externs 4F/5F/5,2F/6F, diferents longituds		
SOL.COMANDA: 1101429448	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 999300014
Descripció llarga: A - Catèter angiogràfic/diagnòstic coronari tipus RADIAL BILATERAL, diferents corbes, diferents diàmetres externs 5F-6F, diferents longituds		
SOL.COMANDA: 1101429448	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 999300016
Descripció llarga: A - Catèter guia per a coronaries ACTP corba AMPLATZ ESQUERRE (AL) de diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds		
SOL.COMANDA: 1101429448	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 999300017
Descripció llarga: A - Catèter angiogràfic/diagnòstic coronari tipus MAMARIA INTERNA , diferents diàmetres externs 4F/5F/5,2F/6F, diferents longituds		
SOL.COMANDA: 1101429448	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 999300018
Descripció llarga: A - Catèter guia per a coronaries ACTP tipus BYPASS ESQUERRE, diferents diàmetres externs, diàmetres interns i longituds		
SOL.COMANDA: 1101429448	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 999300019
Descripció llarga: A - Microcatèter oclusions totals CTO híbrid dilatació i suport, punta conificada, via anterògrada/retrògrada, recobriment hidrofílic, marques rx , sist avanç rotacional/no rotacional, punta distal $\leq 0,018''$ i proximal 0,021" a 0,026", diferents diàmetres i longituds		



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD2O7VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 25 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 2 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999300020

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic ACTP ECOGRAFIA INTRACORONARI Intraluminal per ultrasons (IVUS) reprocessament electrònic, diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999300021

Descripció llarga:

A - Catèter guia ACTP TRANSRADIAL/TRANSBRAQUIAL per a cateterisme cardíac, diferents corbes, diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999300024

Descripció llarga:

A - Microcatèter per col·locació i intercanvi de guies i infusió agents terapèutics i/o diagnòstic vasculatura coronària i/o perifèric a ,multicapa,bobina distal i punta rx tungstè,recobriments hidrofílic,per guia 0,014", diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999300079

Descripció llarga:

A - Catèter guia per a coronàries ACTP corba JUDKINS ESQUERRE (JL) de diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 999300081

Descripció llarga:

A - Catèter guia d'alt suport per a coronàries ACTP tipus BACKUP ESQUERRE de diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 999300083

Descripció llarga:

A - Catèter guia per a coronàries ACTP corba multius/multipropòsit (MP) de diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 999300084

Descripció llarga:

A - Catèter guia per a cateterisme cardíac corbes especials tipus WILLIAMS ,diferents corbes, diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 999300089

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastrats en el cos del catèter.Alta pressió.Recobriments hidrofílic.Perfil d'encreuament 0,021"/0,54mm,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 999300090

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastrats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílic.Perfil d'entrada 0,0157",diferents Ø i longituds



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD2O7VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 26 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PAGINA: 3 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 999300091

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastrats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílic. Amb distensibilitat </=3%,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 999300092

Descripció llarga:

A - Sistema d'extensió cateter guia d'intercanvi ràpid RX amb sistema de baló per atrapament de guia,amb recobriments hidrofílic,vasc ulatura coronària i/o perifèrica,diferents mides,diàmetres externs,diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 999300093

Descripció llarga:

A - Cateter baló ACTP de tall amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastrats en cos catèter.Recobriments hidrofílic.Baixa pressió. Baixa Perfil d'entrada =< 0,017",diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 999300094

Descripció llarga:

A - Catèter baló de tall semi-distensible/semi-COMPLIANT ,a/microfilaments(xtècnica scoring),per guia 0,014",diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 999300099

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP semi-distensible/SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastrats en cos catèter.Recobriments hidrofílic,alliberador de fàrmac antiproliferatiu Paclitaxel amb perfil d'encreuament #0,03",diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 999300103

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL,per a CTO tractament lesions coronàries totals cròniques.PUNTA CÒNICA,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 999300116

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic coronari tipus MULTIÚS/MULTIPROPÒSIT A, diferents corbes, diferents diàmetres externs 4F/5F/5,2F/ 6F/7F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 999300119

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic coronari alt flux corba tipus Extra BACK-UP,diferents diàmetres i longituds



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 27 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 4 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 999300121

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic coronari tipus CORBES ESPECIALS TIPUS WILLIAMS, totes les corbes, diferents diàmetres externs: 4-5-5,2-6Fr, longitud aproximada 110cm

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 999300127

Descripció llarga:

A - Fòrceps per a biòpsia endomiocàrdica diferents mides, diferents diàmetres externs 5-6-7F, per a femoral i jugular, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999300128

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic PER A VENTRICULOGRÀFIA tipus PIGTAIL MILIMETRAT, amb marques radiopaques, diàmetre extern 4F/5F/5,2 F/6F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999300130

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic ACTP ECOGRÀFIA INTRACORONARI, rotacional, a/ bossa i suport, diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999300169

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic coronari tipus JUDKINS ESQUERRE, diferents corbes, diferents diàmetres externs 4F/5F/5,2F/6F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999300233

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP semi-distensible/SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL. Marcadors radiopacs encastats en cos catèter. Recobr hidròfilic, alliberador de fàrmac antiproliferatiu Paclitaxel sistema multicapa, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999301183

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic coronari tipus AMPLATZ DRETA MODIFICAT diferents corbes, diferents diàmetres externs 4F/5F/5,2F/6F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999301186

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic coronari tipus JUDKINS DRET, diferents corbes, diferents diàmetres externs 4F/5F/5,2F/6F, diferents longituds



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD2O7VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 28 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 5 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999301187

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT, per atrapament de guia dins del catèter guia. Marcadors radiopacs encastats en cos catèter. Recobrint hidrofílic. BAIX PERFIL, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999301190

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP semi-COMPLIANT trencament de placa, re-estenosi i calcificació extrema. Marcadors radiopacs encastats en cos catèter. Recobrint hidrofílic. PUNTA CÒNICA </=4mm. Baix perfil entrada 0,020", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999301194

Descripció llarga:

A - Catèter guia per a coronaries ACTP corba AMPLATZ DRETA (AR) de diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999301201

Descripció llarga:

A - Catèter guia per a coronaries ACTP corba JUDKINS DRETA (JR) de diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999301208

Descripció llarga:

A - Catèter guia d'alt suport per a coronaries ACTP tipus BACKUP DRETA de diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999301214

Descripció llarga:

A - Microcatèter per col·locació i intercanvi de guies i infusió, rotacional, agents terapèutics i/o diagnòstic vasculatura coronària i/o perifèrica, multicapa, baix perfil, punta cònica flexible, adult, recobrint hidrofílic, per guia 0,014", diferents diàmetres

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999301215

Descripció llarga:

A - Catèter guia per a coronaries ACTP CORBES ESPECIALS MAMÀRIA INTERNA (IM) de diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999301217

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO COMPLIANT amb disseny MONORRAIL. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter. Recobrint hidrofílic, tractament lesions coronàries totals cròniques. Perfil entrada 0,016". PUNTA CÒNICA long </=4mm, diferents Ø i



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD2O7VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 29 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 6 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999301218

Descripció llarga:

A - Microcatèter ACTP doble llum per mesura de flux coronari, resistència microvascular, T^a, i infusió fàrmacs, diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999301219

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI COMPLIANT a/disseny COAXIAL. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter, recobr hidrofílic, CTO tra ctam lesions coron totals cròniques. Per guia 0,014". DISSENY BALO PLÀ D'ORIENTACIÓ AUTOMÀTICA, PUNTA ATRAUMÀTICA, difø i long

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999301221

Descripció llarga:

A - Catèter guia per a coronaries ACTP RADIAL sense introductor i amb dilatador, diferents corbes, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999301222

Descripció llarga:

A - Equip per a pericardiocentesi adult amb catèter pigtail/recte diferents diàmetres i longituds, guia d'alt suport 0,038" punta J, agulles punció, dilatador, bisturi i maneg i bossa, estèril

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 999301223

Descripció llarga:

A - Microcatèter oclusions totals CTO via anterògrada/retrògrada, amb recobriment hidrofílic i marques radiopagues, punta distal $\leq 0,18''$ i proximal de 0,021" a 0,026", diferents diàmetres i longituds de 135 a 150cm

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 999301224

Descripció llarga:

A - Microcatèter per col·locació i intercanvi de guies i infusió agents terapèutics i/o diagnòstic vasculatura coronària i/o perifèric a , multicapa, punta cònica flexible, recobriment hidrofílic, per guia 0,014", diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 999301225

Descripció llarga:

A - Microcatèter ACTP amb doble llum, monorail/coaxial, diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 999301226

Descripció llarga:

A - Sistema d'extensió cateter guia, d'intercanvi rapid RX/coaxial OTW , reforçat, per alineació coaxial, inserció distal i administració de contrast, vasculatura coronària i/o perifèrica, diferents diàmetres i longituds



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 30 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 7 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 999301227

Descripció llarga:

A - Microcatèter per a angioplàstia coronària percutània ACTP per tractament IAM, diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 999301229

Descripció llarga:

A - Microcateter monorrail/coaxial amb punta angulada, diferents mides i angles, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 999301534

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny COAXIAL. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter. Recobriments hidrofílics. Longitud del baló <10mm, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 999301536

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter. Recobriments hidrofílics. PRESIÓ DE TRENCAMENT >28 ATM, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 999301540

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter. Recobriments hidrofílics. PERFIL D'ENTRADA </=0,016", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999301541

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter. Recobriments hidrofílics. PUNTA CONIFICADA, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999301542

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter, recobriments hidrofílics, baló de doble capa amb pressió de trencament >=32ATM, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999301543

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter. Recobriments hidrofílics. LONGITUTS DELS BALONS FINS a 30mm, diferents Ø i longituds



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 31 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 8 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 999301545

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílics.
c.MARCADORS RADIOPACS DE TUNGSTÈ,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999301547

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílics c.AMB RECOBRIMENT ESPECÍFIC DEL BALÓ,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999301548

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílics c.LONGITUD DE TREBALL >/=145cm,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999301549

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílics c.AMB PERFIL DE LA PUNTA </=0,016",diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999301550

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílics c.AMB BALÓ DE 3 A 4 PLEGS,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 999301551

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílics c.LONGITUD DE LA PUNTA </=2mm,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 999301555

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP semi-distensible/SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en cos catèter.Recobriment hidrofílic ,alliberador de fàrmac antiproliferatiu Paclitaxel a/matriu portadora lliure de polímer iopromida,diferents Ø i long

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 999301556

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en cos catèter,alliberador de fàrmac Paclitaxel , antiproliferatiu amb dosi #3mcg/ml,diferents Ø i longituds



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 32 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 9 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 999301557

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílics c.CÒNIC ,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 999301558

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs,recobriments hidrofílics Øbaló #1mm,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 999302394

Descripció llarga:

A - Introduïdor arterial per catèter fórceps de biòpsia endomiocàrdica, diferents diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 999302424

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP dual SEMI-COMPLIANT+NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílics.AMB PERFIL DE LA PUNTA </=0,016",diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 999302611

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Elastòmer termoplàstic c.Recobriments hidrofílics.Punta CÒNICA.Per guia 0,014",diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 999302613

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP SEMI-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.De Polímer.Recobriments hidrofílics.PUNTA CÒNICA.PERFIL PUNTA 0,016".Compatible amb tècnica Kissing Ballon,diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 999302614

Descripció llarga:

A - Catèter baló de dilatació coronària ACTP semi distensible/SEMI COMPLIANT disseny MONORRAIL.Marcadors rx encastats en cos catèter, alliberador fàrmac a/excipient fosfolípid Sirolimus.Punta tova.PERFIL D'ENTRADA 0,016"/0,36mm.Per guia 0,014",dif Ø i long

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 999302617

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL.Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter.Recobriments hidrofílics. PUNTA ESFÈRICA.PERFIL ENTRADA 0,039",diferents Ø i longituds



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 33 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 10 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 999302627

Descripció llarga:

A - Microcatèter oclusions totals CTO via anterògrada/retrògrada, amb recobriment hidrofílic i marques radiopaques, punta distal $\leq 0,018$ " i proximal de $0,021$ " a $0,026$ ", sense canvi en llum interna, diferents diàmetres i longituds de 130 a 150cm

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 999302630

Descripció llarga:

A - Catèter guia d'alt suport per coronaries ACTP, mallat, lumens extragrans, punta distal altament radiopaca, memòria de forma, per guia $0,038$ ", diferents corbes, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 999302666

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT perfil col·lapsat i laminat, amb disseny COAXIAL. Marcadors radiopacs a baló i encastats a cos ca teter, per guia $0,035$ ", diferents \emptyset i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 999302737

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP no-distensible/NO-COMPLIANT amb disseny MONORRAIL. Marcadors radiopacs encastats en cos catèter. Recobr hidrofílic, alliberador de fàrmac antiproliferatiu Paclitaxel a/matriu portadora lliure de polímer iopromida, diferents \emptyset i long

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 999302986

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO COMPLIANT, intercanvi ràpid. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter. Recobriment hidrofílic, homb ros ≥ 6 Mm, diferents \emptyset i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 999302987

Descripció llarga:

A - Catèter baló ACTP NO-COMPLIANT, intercanvi ràpid. Marcadors radiopacs encastats en el cos del catèter. Recobriment hidrofílic. Perfi l d'entrada $\leq 0,016$ ", diferents \emptyset i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 999303002

Descripció llarga:

A - Sistema d'extensió cateter guia, d'intercanvi rapid RX/coaxial OTW, reforçat, per alineció coaxial, inserció distal i administració de contrast, vasculatura coronària i/o perifèrica, forats laterals, diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 999303003

Descripció llarga:

A - Microcatèter ACTP amb doble llum, 2 coaxials, diferents mides, diàmetres externs, diàmetres interns i longituds



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 34 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.03.2025
HORA: 10:58:06
PÀGINA: 11 / 11

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 999303004

Descripció llarga:

A - Microcatèter per col·locació i intercanvi de guies i infusió agents terapèutics i/o diagnòstic vasculatura coronària i/o perifèric a amb extensió guia intracoronària, incorporat, dif. Diàmetres i mides

SOL.COMANDA: 1101429448 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 999303007

Descripció llarga:

A - Microcatèter FFR d'intercanvi ràpid, mesura de la pressió arterial en els vasos coronaris del cor per diagnòstic gravetat de l'e stenosi funcional, compatible guia de 0,014" v/m



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD2O7VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 35 de 73

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 36 de 73

S'ha d'omplir el excel Licitació 11014xxxxx_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:	CS/CC00/1101288868/22/AM													
2	Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A													
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B													
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimet polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 5g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimet polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 5g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A- Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobrimet hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cónica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 37 de 73

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 38 de 73



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 39 de 73

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Ord.	Partida	Desc. Partida	Preu	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari oferta amb IVA	Preu	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marcia	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu (EAN)	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentar de mans pH neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentas freqüent (pH 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Càpsula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador rosca per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 40 de 73

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.
Exemple:
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.
Exemple:
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'emalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.
Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 41 de 73

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 42 de 73

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
<input type="text"/>			<input type="text"/>
		LOT	Tipus oferta
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Distribuidor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (SI / NO)	<input type="checkbox"/> (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Descripció breu del producte	* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Dades d'acreditacions			
Marcat CE/Tipus de classe	Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC		Logo de l'empresa
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Compliment regulació prod sanitaris	(SI/NO)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag1_cat_180718



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 43 de 73

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
<input type="text"/>			<input type="text"/>
			LOT
			Tipus oferta
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Fabricant <input type="checkbox"/> (SI / NO) Distribuidor <input type="checkbox"/> (SI / NO)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Descripció ampliada del producte			
<input type="text"/>			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecniv pag2_cat_180718

Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD2O7VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 44 de 73



ANNEX D2

Lista resum de referències dels productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 45 de 73

Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació	
Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació	
Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada codi nacional ofert a la licitació	
Lot	Informar el NOM de l'empresa.
Codi agrupador	Informar el codi agrupador que es licita.
Codi SAP	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada SEMPRE caldrà completar-la manualment, ja que no correspondria al GTIN/EAN de la referència detall de l'oferta econòmica
Referència proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Referència distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES (continuació)	
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 46 de 73

Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Pels codis agrupadors hi ha camps que cal completar **OBLIGATORIAMENT** i en els que s'ha d'informar la dada que es demana de les referències DETALL presentades al codi agrupador al qual es licita.

DADES OBLIGATÒRIES per a codis agrupadors

DADES DEL LICITADOR: IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA		
NIF	Informar el NIF del proveïdor	Obligatori
Nom	Informar el NOM de l'empresa	Obligatori
DADES RESUM TÈCNiques		
Lot	Informar el Lot al qual es licita	Obligatori
Codi Agrupador	Informar el codi agrupador al qual es licita	Obligatori
Codi Sap	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment	OPCIONAL
Tipus oferta		Obligatori
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta	Obligatori



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 47 de 73

ANNEX D3

Fitxa resum Judici de Valor



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 49 de 73



LOT 1

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Support/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Punta tova atraumàtica
Radiopacitat: visibilitat del catèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 50 de 73



LOT 2

ANNEX D3_FIXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Punta tova atraumàtica
Canal de transició: facilitar l'alineament de dispositius i evitar interaccions amb l'extensió de la guia

**En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada**



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 51 de 73



LOT 3

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Punta tova atraumàtica
Radiopacitat: visibilitat del catèter
Canal de transició: facilitar l'alineament de dispositius i evitar interaccions amb l'extensió de la guia

**En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada**



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 52 de 73



LOT 4

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 53 de 73



LOT 5

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Coil bidireccional: capacitat il.limitada del torque
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 54 de 73



LOT 6

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Coil bidireccional: capacitat il.limitada del torque
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter
Bobina distal: mantingui la posició del vas sense interactuar amb els batecs del cor

**En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada**



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 55 de 73



LOT 7

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Support/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Capacitat de torque: capacitat de transmetre la força al girar el catèter
Radiopacitat: visibilitat del catèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 56 de 73



LOT 8

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Support/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Capacitat de torque: capacitat de transmetre la força al girar el catèter
Radiopacitat: visibilitat del catèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 57 de 73



LOT 9

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Qualitat imatge: nivell de resolució i contrast
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat: visibilitat del catèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 58 de 73



LOT 10

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Support/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Capacitat de penetració: capacitat d'introduir el catèter
Radiopacitat: visibilitat del catèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 59 de 73



LOT 11

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Capacitat d'extracció: mostra homogènia preservant la seva integritat
Flexibilitat: quantitat mínima de força necessària per deformar el catèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 60 de 73



LOT 12

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Resistència a la plicatura del catèter
Capacitat de torque: capacitat de transmetre la força al girar el catèter
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 61 de 73



LOT 13

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Support/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter
Rapidesa de buidament: facilitat de buidament
Replegament: capacitat del baló a tornar a la seva mida original

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 62 de 73



LOT 14

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter
Rapidesa de buidament: facilitat de buidament
Replegament: capacitat del baló a tornar a la seva mida original

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 63 de 73



LOT 15

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se)
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter
Rapidesa de buidament: facilitat de buidament
Replegament: capacitat del baló a tornar a la seva mida original

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor. S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 64 de 73



LOT 16

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se)
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter
Rapidesa de buidament: facilitat de buidament
Replegament: capacitat del baló a tornar a la seva mida original

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 65 de 73



LOT 17

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter
Rapidesa de buidament: facilitat de buidament
Replegament: capacitat del baló a tornar a la seva mida original

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 66 de 73



LOT 18

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/estabilitat: capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegarse)
Navegabilitat: capacitat d'arribar a la lesió
Radiopacitat: visibilitat del microcatèter

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 67 de 73

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 68 de 73

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya proveïdor**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 69 de 73

2. **Pestanya lot i/o lots**

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. **Dades NO modificables de la pestanya lot x**

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x**

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situ entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat. III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situ entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricots,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricots,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L.L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 70 de 73

ANNEX E- Estructura del codi agrupador



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 71 de 73

ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES

Estructura del catàleg	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
GRUP D'ARTICLES	Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs	Desfibril·ladors implantables	Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs
CODI AGRUPADOR	999200129 Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	999200025 Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	999400022 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm
CODI SAP	20031235 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678	20018300 Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001	40000235 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG
	20003442 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679	20004543 Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB
	20003444 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22 CRONOS 45680	20005526 Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25
	20029875 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324		
	20029876 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325		

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUFD

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 72 de 73



CONFIGURACIÓ/ESTRUCTURA D'UN CONCURS AMB CODIS AGRUPADORS

- Configurat per lots
- Articles per codi agrupador
- Import de licitació: preu màxim o de referència per a tots els productes que es presentin contra el codi agrupador

EXEMPLES

LOT 1 - Endopròtesi coronàries amb alliberament de fàrmacs

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		939200129	A - Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	200	1.650,00

LOT 1 - Desfibri·ladors implantables

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		939200025	A - Desfibri·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	45	21.500,00

ESQUEMA PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES BASE I VARIANTS DE CODIS AGRUPADORS

- Possibilitat de presentació d'ofertes: oferta base i variants
- Número de variants limitat o il·limitat segons s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques i en la caràtula del plec de clàusules administratives
- Tipologia de l'oferta base i/o variants: gammes de productes diferenciades, condicions econòmiques diferents per a productes d'una mateixa gamma (per exemple, condicions econòmiques diferenciades segons rang de mides), etc.

OFERTA BASE				OFERTA VARIANT 1				OFERTA VARIANT 2			
Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador	Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador	Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 20 a 25mm	1.550,00	Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 25 a 30mm	1.590,00	Veure annex (vàries referències)	BIO PLUS K	De diàmetre 2/3mm i totes les llargària de 20 a 40mm	1.645,00

Cadascuna de les ofertes per codi agrupador (oferta base, variant 1, variant 2, etc.) inclouran totes les referències de la gamma corresponent d'acord amb les característiques essencials i/o diferenciadores. L'import unitari per a totes i cadascuna d'aquestes referències incloues en un codi agrupador i tipus d'oferta serà el mateix. Les referències que s'inclouen per cada codi agrupador i tipus d'oferta es relacionen en el quadre de la pestanya de l'oferta econòmica.

Ofertes diferenciades d'una mateixa gamma per condicions econòmiques diferents

Ofertes diferenciades per diferent gamma de productes

OFERTA BASE				OFERTA VARIANT 2			
Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador	Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005	MONO B	Monocameral bàsic	19.000,00	MH005A	MONO PLUS	Monocameral, transmissió de dades...	21.500,00



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MSQQ95K5KL060RGWG8UTGALD207VUF0

Data creació còpia:
01/04/2025 08:49:02

Pàgina 73 de 73