

Expedient: CT2025310

Entitat: Salut Terres de l'Ebre

Tipus: Subministrament, obres i serveis

Procediment: Obert

Tràmit: Ordinari

Objecte: Contractació del subministrament i adequació dels espais d'una Ressonància Magnètica (RM) 1,5 Tesles per l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, així com el seu manteniment associat.

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

La present memòria s'emet de conformitat amb l'assenyalat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), per justificar els extrems que s'assenyalen en aquest document, en especial l'elecció del procediment de licitació, els criteris de solvència, i els criteris que es consideren per adjudicar el contracte.

1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer

L'objecte principal de la contractació és el subministrament i adequació dels espais d'una Ressonància Magnètica (RM) 1,5 Tesles per l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, així com el seu manteniment associat, en els termes establerts al PPT.

La proposta d'aquest document és la Instal·lació d'un aparell de Ressonància Magnètica a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, com una oportunitat de millora en l'atenció a la població de referència i una oportunitat d'estalvi amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió de l'entitat Salut Terres de l'Ebre.

La ubicació de la ressonància és proposa dins el mateix servei de Diagnòstic actual, aprofitant una de les antigues sales de radiologia simple que actualment està sense utilitzar.

Per tant, la proposta consisteix també en treballar un Pla de Proximitat que permeti la possibilitat d'assumir des del nostre centre, la realització de totes aquelles ressonàncies que es demanin des d'altres centres a la nostra població de referència. Aquest fet suposaria un estalvi en el desplaçament de la persona atesa a més, de reduir la despesa derivada del transport sanitari associat a aquests desplaçaments que poden ser a Tortosa, Reus, Tarragona i Barcelona i apropiàriem així un servei que actualment ja no es considera d'alta tecnologia, i que permet garantir la prestació de cartera de serveis a tot el territori.

La licitació es proposa com una adquisició de l'equip en modalitat claus en mà i per tant, els cost d'adquisició contempla els costos d'adequació dels espais i instal·lacions addicionals necessàries.

A prop teu per cuidar-te.

Donant compliment a l'encàrrec rebut pel respectiu òrgan de contractació, s'elabora la present memòria justificativa, on es detalla la necessitat de contractar.

2. Existència de lots

La realització de l'obra, la prestació del subministrament i dels serveis derivats del manteniment es configuren com una prestació global des de l'inici al final de la seva execució. Així mateix, les característiques de la licitació no fan adequada la seva fragmentació en lots atès que la realització independent de les diferents prestacions dificultaria la correcta execució i coordinació de les mateixes des del punt de vista tècnic. Per altra banda, la integració de totes les prestacions que conforma el subministrament, juntament amb la seva posada en funcionament i manteniment, permet que hi hagi una major eficàcia i eficiència en l'execució de les mateixes.

Segons la justificació exposada, no procedeix la divisió en lots.

3. Responsable del contracte

Es designa com a responsable de la unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: Al Cap de Servei de Diagnòstic per la imatge de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre.

Es designa com a responsable del contracte: a la Direcció de Serveis i Recursos de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre.

4. Termini de durada del contracte

L'òrgan de contractació ha de vetllar perquè la durada del contracte sigui l'adequada i a aquests efectes l'article 29.1 de la LCSP disposa que ha de tenir en compte:

- La naturalesa de les prestacions
- Les característiques del seu finançament
- La necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les prestacions.

Com a regla general, els contractes poden tenir una durada màxima de 5 anys, incloent les pròrrogues.

Excepcionalment, i tenint en compte l'Informe per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat sobre les novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en matèria de durada del contracte, de data 12 de març del 2018, d'acord amb l'article 29.4 LCSP es podrà establir una durada superior als 5 anys en els casos següents:

o Quan el contracte de serveis de manteniment que es concerta conjuntament amb el de la compra del bé a mantenir i aquest manteniment només pugui ser prestat per raons d'exclusivitat per l'empresa que va subministrar aquest bé, es podrà tenir com a termini de durada el de la vida útil del producte adquirit.

En el cas que ens ocupa, es tracta d'un equipament complex, la manipulació inapropiada del qual pot comportar riscos per a pacients i treballadors, i el seu funcionament anòmal o discontinuat pot posar en risc les persones i/o l'activitat de l'HCME; motiu pel qual és recomanable que sigui el mateix fabricant o la persona homologada per aquest, qui faci el seu manteniment.

o Quan parlem dels contractes de serveis relatius als serveis a les persones i un termini de durada més gran sigui necessari per a la continuitat d'aquells tractaments als usuaris en els quals el canvi del prestador pugui repercutir negativament, el termini s'adaptarà segons sigui necessari per a la finalitat en concret.

El servei de ressonància magnètica es tracta d'un servei que afecta a l'atenció assistencial de persones, motiu pel qual es pretén garantir el continu assistencial a través del seu funcionament correcte, el que requereix un bon manteniment per part del fabricant o persona homologada per aquest.

Tenint en compte l'anterior, el **termini** serà el següent: L'inici d'execució de les obres haurà de ser, en tot cas, dins del termini màxim d'un (1) mes a comptar des de la formalització del contracte, tot de conformitat amb el que estableixin els plecs prescripcions tècniques. En aquest moment, s'aixecarà un **acta d'inici de les obres**. Així mateix, en el moment en que els treballs estiguin finalitzats i a plena satisfacció de la propietat, i els espais estiguin disponibles per a instal·lar l'equipament, s'aixecarà **una acta de recepció i/o finalització de les obres** a favor de Salut Terres de l'Ebre. Si s'escau, es faran actes de posada a disposició parcials.

En còmput global, la realització de les obres d'adequació, així com la instal·lació, la posta en marxa i les proves d'acceptació s'hauran de realitzar en un termini màxim de sis (6) mesos des de la signatura del contracte, i en tot cas abans del 22 de desembre de 2025, data en la que també s'haurà d'haver emès la factura de l'equipament.

Per tant, el termini d'execució de les obres, subministrament de l'equipament i la instal·lació i posada en marxa del mateix, així com la presentació de la factura electrònica per E-FACT, serà en tot cas abans del **22 de desembre de 2025**.

Lloc: Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, ubicat al c/ de Benet Messeguer s/n (43740, Móra d'Ebre - Tarragona).

Un cop entregat l'equipament, s'aixecarà un **acta de recepció de l'equipament**.

D'altra banda, finalitzada la instal·lació i posada en funcionament efectiu de l'equipament i un cop superat el termini de garantia previst, es preveu un manteniment de VUIT (8) ANYS. El termini del contracte començarà a comptar a partir de l'aixecament de l'esmentada **acta de posta en marxa de l'equipament** que servirà com a data de referència per l'inici del període de garantia. Un cop finalitzat aquest període de garantirà, s'iniciarà el contracte per la part del manteniment; tot de conformitat al que estableix el plec tècnic pel que fa al manteniment i sense perjudici de les cobertures previstes durant el període de garantia.

Possibilitat i durada de les pròrrogues: NO.

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte ascendeix a **1.896.000,00.-€** (IVA no inclòs).

Concepte	Import IVA no inclòs
Pressupost base de licitació (sense IVA)	1.896.000,00.-€
Valor estimat del contracte (IVA no inclòs)	1.896.000,00.-€

El pressupost base de licitació ascendeix a **2.294.160,00.-€** (IVA 21% inclòs), i desglossat de la següent manera:

Concepte	Import IVA no inclòs
Equipament	870.000,00.- €
Obres d'adequació	330.000,00.- €
Manteniment 8 anys	696.000, 00.-€
Primer any:	87.000,00.-€
Segon any:	87.000,00.-€
Tercer any:	87.000,00.-€
Quart any:	87.000,00.-€
Cinquè any:	87.000,00.-€
Sisè any:	87.000,00.-€
Setè any:	87.000,00.-€
Vuitè any:	87.000,00.-€
IVA (21%)	398.160,00.-€
Pressupost base de licitació	2.294.160,00.-€

6. Codi CPV (Vocabulari Comú de Contractes)

L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és:

- 33111610-0 Unitat de Resonància Magnètica
- 33124200-7-Aparells per radiodiagnòstic

7. Revisió de preus

No es preveuen.

Aquest contracte no serà objecte de revisió de preus, d'acord amb el que s'indica en la disposició final tercera, apartat segon de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.

8. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

Es tramitarà per procediment obert d'acord amb l'article 156 de la LCSP i subjecte a regulació harmonitzada.

Aquest expedient es tramita de forma ordinària i per mitjans electrònics.

El valor estimat del contracte i la necessitat de disposar de la màxima concurrència entre els potencials licitadors, amb la finalitat d'obtenir el millor preu possible, motiven l'elecció d'aquest tipus de procediment.

9. Requisits mínims de solvència i mitjans d'acreditació

a) Solvència econòmica i financera

1. Ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per import superior a la unitat, en els termes d'allò establert a l'apartat 87 de la LCSP (la solvència total de l'empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes dues magnituds: actiu total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini).
2. Volum anual de negocis mínim d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte en, com a mínim, un del tres darrers exercicis aprovats.

L'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'acreditar la seva solvència econòmica i financera a requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l'aportació dels estats de comptes corresponents als tres darrers exercicis que tingui obligació d'haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l'empresari està inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre

oficial en què hagi d'estar inscrit). Els empresaris individuals han de presentar els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

3. L'adjudicatari haurà d'acreditar haver constituït una assegurança/pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi els danys ocasionats tant a tercers, pacients i usuaris, al personal del Centre i al propi Centre Sanitari, per fets derivats de la presentació del servei contractat per un import de 1.000.000,00.- €.

Aquesta pòlissa caldrà mantenir-la vigent durant tot el termini de vigència del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar una declaració responsable on es compromet a mantenir vigent la pòlissa sol·licitada durant el període d'execució del contracte.

b) Solvència professional o tècnica

1. Els licitadors hauran d'acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l'objecte del contracte és d'almenys el 70% del valor estimat del contracte.

Per determinar si els subministraments són d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte del contracte es tindrà en compte que coincideixin amb els descrits als plecs.

L'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'acreditar la seva solvència tècnica mitjançant l'aportació dels següents documents: relació dels principals subministraments realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import i dates, acompanyada dels corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l'import mínim requerit. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

c) Integració de la solvència amb mitjans externs (art. 75 LCSP):

Per acreditar la solvència necessària indicada, el licitador podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb aquestes, sempre que demostrin que, per a l'execució del contracte, disposa efectivament d'aquests mitjans.

En cas que l'empresa proposada com a adjudicatària hagi optat per aquesta possibilitat, juntament amb la documentació indicada anteriorment haurà de presentar el compromís de disponibilitat de la solvència i mitjans d'aquesta entitat signat per ambdues parts, acompanyat de la documentació acreditativa dels elements de solvència compromesos.

d) Justificació dels criteris proposats

Els anteriors requisits de solvència s'han establert segons els requeriments assenyalats a l'article 74.2 de la LCSP.

Pel que fa als requisits de la solvència econòmica exigida es consideren proporcionats atès que l'objectiu principal consisteix en garantir que l'empresa sigui viable econòmicament, de manera que es vol evitar que s'estigui a punt d'incórrer en causa de dissolució, extrem que posaria en perill el contracte. I alhora també es vol garantir que l'empresa hagi tingut activitat relacionada amb l'objecte del contracte, extrem que s'analitzarà a través del seu volum anual de negocis (ingressos que una empresa ha obtingut per la seva activitat durant el període de temps que es demana). La xifra de l'import una vegada i mitja el valor estimat del contracte es considera proporcionada, alhora que es troba dins els marges màxims que permet la normativa d'aplicació.

Pel que fa al requisit que la solvència tècnica estigui vinculada a l'objecte del contracte, resulti proporcional a aquest i la seva acreditació a través del previst a l'article 89.1 de la LCSP, escau analitzar les característiques particulars de l'objecte del contracte.

Analitzant la descripció que es fa en aquest document, a l'apartat primer, sobre l'objecte del contracte, es constata que estem davant d'un contracte mixt de subministrament, obra i serveis.

Vist l'objecte del contracte s'aprecia que l'exigència consistent en demanar que s'hagin prestat treballs de similar naturalesa pels imports anuals acumulats en l'any de major execució assenyalats, a més de respectar els llindars màxims legalment establerts, alhora és un requisit vinculat a l'objecte del contracte i a la capacitat tècnica de l'empresa per poder executar el contracte d'acord amb les exigències amb què s'ha configurat el plec de prescripcions tècniques.

10. Garanties

10.1. Garantia provisional

No s'exigeix.

10.2. Garantia definitiva

5 per 100 de l'import d'adjudicació, sense IVA.

11. Criteris d'adjudicació

11.1. Justificació

Des del punt de vista normatiu, des de l'Àrea de licitacions i contractació de Salut Terres de l'Ebre se'ns indica que la normativa en matèria de contractació estableix un llistat ampli de possibles criteris d'adjudicació a incorporar, quedant superat el concepte "oferta econòmicament més avantatjosa", i essent d'aplicació el criteri "millor relació qualitat-preu".

En aquest context, i considerant que la llei de contractes no assenyalava en cap cas ni en cap precepte que el preu ni que els criteris automàtics hagin de tenir una ponderació mínima obligatòria, considerant l'objecte del contracte (que ha estat àmpliament definit a l'apartat primer), es creu oportú ponderar els criteris avaluable de forma automàtica amb 200 punts.

En el seu conjunt, es dona compliment al que disposa l'article 145 de la LCSP respecte dels criteris d'adjudicació que permeten contractar un servei de qualitat. Tots els criteris, basats en la qualitat-preu, estan vinculats a l'objecte del contracte i permeten mantenir condicions de competència efectiva.

11.2. Aspectes generals dels criteris d'adjudicació

- Qualsevol xifra s'haurà d'indicar amb dos decimals, si escau. Els decimals que resultin de qualsevol operació sempre s'arrodoniran de la següent manera: si el decimal és major o igual que cinc (5), s'augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està.
- Superar el pressupost de licitació assenyalats en cada cas en cada partida serà causa d'exclusió.

La valoració de les proposicions objecte de la licitació es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris econòmics i qualitatius:

Puntuació Màxima	
200	VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA
	Característiques a valorar
20	GRUP 1. Imant
5	Diàmetre del túnel en la zona més estreta >70cm. Valoració SI-NO.
5	Tamany de l'imat inferior a 150cm. Valoració directament proporcional
5	FOV superior a 50 x 50x 50 cm. Valoració SI-NO.

5	Homogeneïtat del camp magnètic, en 50 x 50 x 50 DSV garantida ≤ 2 ppm (es demanen valors reals no típics). Valoració inversament proporcional.
12	GRUP 2. Gradients
3	Amplitud superior a 34 mT/m en cada eix (es demanen valors reals, no equivalent). Es valorarà major amplitud. Valoració directament proporcional.
3	Acceleració màxima (Slew Rate) real per eix >150 mT/m/ms. Es valorarà major acceleració. Valoració directament proporcional.
4	Temps de pujada (Rise Time) $< 0,25$ ms. Es valorarà menor temps de pujada. Valoració directament proporcional.
2	Possibilitat de combinar el màxim valor d'intensitat de gradient i el màxim valor de slew rate simultàniament. Valoració SI-NO
11	GRUP 3. Sistema de radiofreqüència
2	Connectors simultanis d'antenes de RF a la taula superior a 6. Valoració SI-NO.
3	Potència nominal màxima del sistema de transmissió de RF >20 kW. Valoració directament proporcional.
4	Nº de receptors independents capaços de rebre el senyal simultàniament ≥ 64 . Valoració SI-NO
2	Integració del sistema de transmissió de RF en el imant. SI-NO.
7	GRUP 4. Bobines de RF
2	Nombre d'elements de la bobina tòrax-abdomen sense combinació amb cap altra bobina per cobrir FOV de 50 x 50 x 50 cm. Valoració directament proporcional.
2	Número d'elements de la bobina de columna integrada a la taula ≥ 32 . Valoració directament proporcional
3	Inclusió de 2 bobines flexibles de 16 o més elements que permetin la realització d'estudis de múltiples anatomies incloses condicions especials, com extremitats embenades o enguixades, articulacions flexionades total o parcialment. Valoració SI-NO.
19	GRUP 5. Sistema de pacient i accessoris
3	Taula del pacient
1	Rang d'adquisició > 200 cm. Valoració directament proporcional.
2	Alçada mínima taula ≤ 50 cm. Valoració inversament proporcional.
16	Sistema del Pacient
2	Centratge automàtic basat en IA sense la necessitat de làsers i en un sol clic. Explicar sistema. Valoració SI-NO.
2	Sistema de reducció del soroll acústic durant l'estudi superior al 90% compatible amb totes les seqüències. Valoració SI-NO.
2	Tablet portàtil de gestió de taula i pacient, amb informació completa amb valors de monitoratge de pacient, posició, antenes i que permeti canviar l'orientació del pacient (prono, supí, peus primer, cap primer). Valoració SI-NO.

2	Tablet portàtil que permeti visualització de la worklist. Valoració SI-NO.
2	Tablet portàtil que permeti registrar pacient d'emergència. Valoració SI-NO.
2	Tablet portàtil que permeti modificar protocols afegint o eliminant seqüències. Valoració SI-NO.
2	Tablet portàtil que permeti rebre avisos d'alertes i comunicacions del pacient. Valoració SI-NO.
2	Tablet portàtil que permeti canviar les antenes utilitzades en la exploració. Valoració SI-NO.
5	GRUP 6. Sistema informàtic
1	Major velocitat de reconstrucció (imatges per segon) > 60.000. Les imatges han de ser de matriu 256 x 256 FFT, camp de visió complet, sense adquisició en paral·lel ni interpolat de cap tipus. Valoració directament proporcional.
4	Monitor específic de diagnòstic multi modalitat de almenys 30" 6MP (megapixels)
4	GRUP 7. Interfície d'Usuari i Programació d'Estudi
4	Previsualització en temps real de la imatge resultant de la planificació, prèvia al llançament de la seqüència. Descripció del funcionament. Valoració SI-NO.
22	GRUP 8. Tècniques Avançades d'Adquisició i Reconstrucció d'Imatges
2	Eina d'eliminació de soroll en la imatge basada en Deep Learning Reconstruction compatible amb seqüència 2D i 3D. Valoració SI-NO.
1	Eina d'eliminació de soroll en la imatge basada en Deep Learning Reconstruction compatible amb totes les seqüències SE i TSE. Valoració SI-NO.
1	Eina d'eliminació de soroll en la imatge basada en Deep Learning Reconstruction compatible amb totes les seqüències GE i FGE incloent SSFP. Valoració SI-NO.
1	Eina d'eliminació de soroll en la imatge basada en Deep Learning Reconstruction compatible amb tècniques compressed sense. Valoració SI-NO.
1	Eina d'eliminació de soroll en la imatge basada en Deep Learning Reconstruction compatible amb tècniques de correcció de moviment basades en IA. Valoració SI-NO.
2	Eina d'eliminació de soroll en la imatge basada en Deep Learning Reconstruction compatible amb seqüències DWI. Valoració SI-NO.
4	Tècnica de correcció de moviment per a seqüències cartesianes (no radial) basada en Deep Learning. Descripció del funcionament. Valoració SI-NO.
4	Tècnica de correcció de distorsió en imatges de DWI en totes les regions anatòmiques basada en la tècnica top-up correction. Implementació automàtica en adquisició, sense requeriment de

	post-processat manual. Mencionar regions anatòmiques amb la que és compatible. Valoració SI-NO.
4	Seqüència UTE (Ultra Short TE) multi-Echo i tècnica CT-Like. Especificar número de ecos. Valoració directament proporcional.
2	Tècnica de acceleració en paral·lel amb reconstrucció de dades en l'espai K per evitar artefactes de aliasing, compatible en seqüències 2D i 3D, i angiogràfiques. Valoració SI-NO
4	GRUP 10. Requeriments energètics
4	Requeriment de potència elèctrica en KVA. Valoració inversament proporcional.
36	GRUP 12. Servei postvenda i manteniment
30	Cost manteniment anual
2	Perfil professional i qualificació del personal del servei tècnic (els licitadors hauran d'adjuntar certificació en cas de formació professional, graus/llicenciatures/diplomatures, màsters, postgraus i doctorats, mitjançant la presentació del títol propi de l'ens emissor o el títol oficial en el cas de les titulacions oficials). Criteri SI-NO.
	Per a cada enginyer, amb una dedicació superior al 50% de treball a donar servei tècnic a equips de Resonància Magnètica (RM), s'atorgaran 0,5 punts fins a un màxim de 1,5 punts .
	Per a cada tècnic amb FPll o equivalent, amb una dedicació superior al 50% de treball a donar servei tècnic a equips de Resonància Magnètica (RM), s'atorgaran 0,25 punts fins a un màxim de 0,5 punts.
2	Formació tècnica en Resonància Magnètica (RM de l'equip tècnic (historial de cursos tècnics; els licitadors hauran d'adjuntar certificació per a la seva acreditació i valoració). Criteri SI-NO.
	Un o més tècnics amb formació específica en l'equip, objecte de l'oferta tècnic del concurs, 1 punts .
	Dos tècnics amb formació específica en l'equip, objecte de l'oferta tècnic del concurs, 1,5 punts .
1	Garantia de temps d'utilització de l'equip superior a 95 %/any durant el termini de garantia i extensió de garantia. Criteri directament proporcional.
1	Garantia de disponibilitat de recanvis en menys de 24 hores. Criteri SI-NO,
60	GRUP 13. ALTRES
50	Preu Total : Equipament + Obra
10	Termini execució total projecte: expressat en setmanes

12. Variants

No es preveuen.

13. Modificacions

En termes generals, no es preveuen modificacions, les quals no es poden preveure en el moment atesa la naturalesa del contracte, actuant amb la màxima diligència i planificació possibles.

No obstant això, quan concorrin les circumstàncies previstes expressament a l'article 205 de la LCSP cal atènyer-se al que disposi aquest. Aquestes modificacions podran ser obligatòries per al contractista segons el que indica l'article 206 de la LCSP. En aquests supòsits, la modificació del contracte es realitzarà d'acord amb el procediment regulat a l'article 191 de la LCSP, amb les particularitats previstes a l'article 207 de la LCSP, i haurà de formalitzar-se conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP i publicar-se d'acord amb el que estableixen els articles 207 i 63 de la LCSP. En el supòsit que la determinació del preu es realitzi mitjançant preus unitaris es podrà incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al percentatge del 10% del preu del contracte a què fa referència l'article 205.2 C 3a secció de la LCSP sense que calgui tramitar el corresponent expedient de modificació.

Tot i això no tindran la consideració de modificacions:

- L'excés de mesuraments entenent aquest com la variació que durant la correcta execució de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes als mesuraments del projecte sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments serà recollit a la certificació final d'obra.
- La inclusió de preus nous fixats contradictòriament pels procediments establerts a la LCSP i en les seves normes de desenvolupament sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en conjunt excedeixi el 3% del pressupost primitiu del contracte.

En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització.

Quan les modificacions suposin la introducció d'unitats d'obra no previstes en el projecte o les característiques de les quals difereixin de les fixades en aquest i no sigui necessari realitzar una nova licitació, els preus aplicables a aquestes seran fixats per l'administració prèvia audiència del contractista per termini mínim de 3 dies hàbils. Quan el contractista no acceptés els preus fixats, l'òrgan de contractació les podrà contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagués fixat executar-les directament o optar per la resolució del contracte conforme l'article 211 de la LCSP.

14. Cessió

Sí, es permet.

15. Subcontractació

Sí, es permet. Prèvia autorització expressa de l'òrgan de contractació, que la podrà denegar, d'acord amb l'article 215 de la LCSP.

16. Termini de garantia

Termini: 2 anys a comptar a partir de la posada en funcionament de l'equipament (ACTA).

17. Programa de treball

No es requereix, excepte l'assenyalat de forma específica en el plec de prescripcions tècniques.

18. Tractament de dades

En el marc de l'assenyalat al Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, aquest contracte podrà requerir la cessió de dades al contractista en els termes que seran exposats a la documentació de tractament de dades que es farà constar a l'expedient (article 116.1 de la LCSP).

19. Identificació de les persones que intervenen en el procediment

- Presidenta: Pilar Vernet Moya; Direcció Serveis i Recursos de Salut Terres de l'Ebre.
- Vocal: Ricard Peris Murria, Cap de Manteniment de Salut Terres de l'Ebre.
- Vocal: Montserrat Martori i Hostau, Cap Unitat Atenció al Client de Salut Terres de l'Ebre.
- Vocal jurídic: Eduard Fuster Ventosa, Responsable Àrea jurídica i Contractació de Salut Terres de l'Ebre.

- Representant de l'òrgan de control intern: Jordi Estrada Gutiérrez, Director de Gestió i Econòmic financer i Òrgan de control intern de Salut Terres de l'Ebre.
- Actuarà com a secretaria de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot: Virgínia González Alba, de l'Àrea jurídica i Contractació de Salut Terres de l'Ebre.

Els vocals tècnics no membres de la mesa de contractació seran:

- José Angel Abreu De Con, Coordinador de l'Atenció continuada de Radiologia de Salut Terres de l'Ebre.

20. Petició d'inici de l'expedient

Es fa arribar a l'Àrea de Licitacions i Contractació de Salut Terres de l'Ebre aquesta petició, perquè es formalitzi la contractació descrita, de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic, un cop presentada la petició d'incoació de l'expedient i autoritzada per l'òrgan de contractació.

Móra d'Ebre, a data de la signatura digital

Pilar Vernet Moya
Directora de Serveis i Recursos de l'HCME
SALUT TERRES DE L'EBRE