



PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Codi: FS233_2025

Concepte: Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del manteniment trimestral i subministrament de fungibles del sistema de sondes de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals EDAR de Figueres

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE	2
CLÀUSULA 2. ABAST DEL SERVEI.....	2
CLÀUSULA 3. CONDICIONS DEL SERVEI CONTRACTAT	2
CLAUSULA 4. DURADA DEL CONTRACTE	3
CLAUSULA 5. LLOC D'EXECUCIÓ DEL SERVEI I HORARI	3
CLAUSULA 6. PLANIFICACIÓ	3
CLAUSULA 7. GARANTIA	4



CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte té per objecte la realització del manteniment trimestral (4 manteniments anuals) i el subministrament dels fungibles necessaris pel bon funcionament de tot l'equip de sondes HACH de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals EDAR de Figueres.

CLÀUSULA 2. ABAST DEL SERVEI

L'equip de sondes HACH de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals EDAR de Figueres, inclou els següents equips:

- Sonda Conductividad (x2)
- Sonda pH (x2)
- Sonda ORP (x4)
- SOLITAX (x12)
- LDO (x6)
- ANISE (x3)
- AISE (x4)
- NITRATAX (x3)
- AMTAX (x2)
- PHOSPHAX (x2)
- FILTRAX (x3)
- SONTAX (x3)
- DR3900 (x1)
- AS950 (x3)

Clàusula 3. CONDICIONS DEL SERVEI CONTRACTAT

L'empresa contractista queda obligada durant la vigència del contracte a disposar i utilitzar tot l'instrumental, eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat necessaris per a la prestació del servei.

El servei contractat ha d'incloure:

- 1- Realització del manteniment trimestral de tots els equips.
- 2- Subministrament de fungibles.
- 3- Subministrament de qualsevol accessori o element complementari que sigui necessari pel bon funcionament de l'equip.
- 4- Qualsevol tipus d'eina o utilitatge especial que sigui necessària.



- 5- Actualització de documentació tècnica, en català o espanyol, manuals, i certificats C.E Declaració de conformitat dels equips de l'abast.
- 6- Transferir el coneixement al personal de la EDAR per al bon ús dels equips.

En el cas que s'hagi de renovar els equips, durant la vigència del contracte, podran ser substituïts per uns de nous de les mateixes característiques sense afectació del servei contractat.

L'oferta tècnica haurà d'expressar, clarament, la metodologia de treball que proposa per a la prestació d'aquest servei.

Seran a càrrec de l'empresa licitadora tots els recursos humans, materials i de transport necessaris, així com la resta de necessitats per a la realització del servei.

CLAUSULA 4. DURADA DEL CONTRACTE

Aquest contracte tindrà una durada de TRES (3) ANYS, a comptar des de la data de formalització del corresponent contracte.

CLAUSULA 5. LLOC D'EXECUCIÓ DEL SERVEI I HORARI

L'execució del servei es durà a terme a la EDAR de Figueres, Estació de Depuradora d'Aigües Residuals, Camí Vell de Vilatenim s/n, 17600 Figueres (Girona),

Es realitzarà en horari laboral de 8:00 a 15:00 hores.

CLAUSULA 6. PLANIFICACIÓ

L'empresa adjudicatària, un cop acceptada l'adjudicació, haurà de definir clarament l'organització i planificació a posar en pràctica per al millor compliment del servei.



CLAUSULA 7. GARANTIA

La garantia mínima exigible general pels serveis contractats és de 2 anys.

Aquesta garantia significa que l'adjudicatari repararà o subministrarà les peces necessàries sense càrrec per substituir aquelles que durant el període de garantia fallin degut a defectes de materials, i aquelles que durant la realització del manteniment preventiu es consideri que no segueixen el seu desgast previst. Les que no cobrirà la garantia seran només es les que l'esmentada fallada sigui atribuïble a una mala manipulació.

Si el subministrament tingués defectes o fallades l'adjudicatari serà el responsable de reparar aquests defectes en el temps més breu possible. Els costos del lliurament i muntatge de les peces defectuoses aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Totes les reparacions o substitucions de peces efectuades en el període de garantia tindran un nou període de garantia mínima de 2 anys.

La garantia dels components instal·lats ha de cobrir el funcionament d'aquests en les condicions ambientals i de producció de les instal·lacions de l'EDAR de Figueres.

Figueres, 13 de març de 2025

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquest Plec de Clàusules Tècniques, que consta de 4 pàgines, ha estat aprovat pel Director gerent i el Conseller delegat de Figueres de Serveis, SA, de data 12 de març de 2025.

Dono fe,

El dia que signo,

Cap de Serveis Jurídics

de Figueres de Serveis, SA