
Consorci de Salut i Social de Catalunya

Av. Tibidabo, 21
08022 Barcelona
consorci@consorci.org
www.consorci.org

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN L'ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE PRÒTESIS MALUC,
ESPATLLA, COLUMNA, TURMELL, MA I
CANELL TRAMITAT PEL CONSORCI DE
SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I
TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 13/23

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PRÒTESIS MALUC, ESPATLLA, COLUMNA, TURMELL, MA I CANELL TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

1. Càlcul de necessitats

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2023 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. Comanda mínima

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a l'oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

3. Termini de lliurament

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a **3** dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta. No és un criteri d'adjudicació valorable objectivament.

4. Normativa MDR

En el document "**Model oferta CSC M 13/23**" (format excel) s'haurà de complimentar els següents camps:

- En cas de disposar del certificat del nou **reglament MDR** (UE) 2017/745. S'haurà de marcar la casella corresponent de cada producte: codi UDI/DI, número de certificat, data inici

validesa, data final de validesa i número de l'Organisme Notificat. Addicionalment, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar en el mateix document el nom de l'arxiu i pàgina on es troba la informació.

- En cas de no disposar del certificat del nou reglament MDR (UE) 2017/745 s'haurà d'adjuntar la carta de confirmació de l'acord signat amb l'Organisme Notificat. També hauran de completar les següents caselles: data inici validesa, data final de validesa i número de l'Organisme Notificat. Addicionalment, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar en el mateix document el nom de l'arxiu i pàgina on es troba la informació.

Serà obligatori complir les **dues** pestanyes del document.

La documentació a presentar al sobre C referent a la normativa MDR s'haurà de lliurar en una carpeta per cada producte, especificant el codi CSC en tots els documents relacionats amb aquest apartat segons correspongui (Certificats MDR o Acord Signat amb Organisme Notificat).

5. Informació de trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

6. Caducitat i retorn de productes

L'adjudicatari de la present licitació té l'obligació de subministrar els productes amb un mínim de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producte. És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació de l'adjudicatari és servir productes amb una data de caducitat superior a 3 anys.

Retirarà els materials quan estenguin a prop de caducar i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari. Per poder complir amb aquesta obligació el centre haurà d'informar el proveïdor quan el producte encara tingui $\frac{1}{4}$ de la seva vida útil (caducitat).

És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació del centre peticionari és de comunicar la data de caducitat dels productes amb una antelació superior a 1 any.

Retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

7. Material en dipòsit

Les empreses posaran a disposició dels centres un dipòsit de material en estoc prèviament pactat en funció del volum d'activitat previst. El centre disposarà d'un espai d'emmagatzematge on aquest material serà custodiat (possibilitat de custòdia amb armaris intel·ligents que seran puntuats com a criteris de valoració objectius). El dipòsit inicial es formalitzarà per escrit (segons les indicacions que es detallen posteriorment en aquest mateix apartat) i anirà acompanyat dels albarans de cadascun dels materials, indicant el número de lot i/o sèrie. Serà responsabilitat del proveïdor la reposició, prèvia sol·licitud, en un termini màxim de 48 hores, sempre acompanyada del seu albarà, indicant el número de lot i/o sèrie.

Cada centre designarà la persona o persones encarregades de la recepció del material i la seva custòdia, indicant l'horari i el lloc establert per a aquesta funció.

Amb la col·laboració de l'empresa adjudicatària, el centre serà responsable de controlar les caducitats dels productes en estoc, així com de verificar, abans de l'ús del producte, que aquest es trobi en perfectes condicions per a la seva utilització. El centre hospitalari es compromet a prioritzar l'ús dels productes amb una data de caducitat més propera.

L'empresa adjudicatària haurà de reposar, a sol·licitud del centre hospitalari, els productes amb una caducitat inferior a 45 dies, sempre que aquests es trobin en bones condicions i en l'embalatge original.

Prèvia sol·licitud al centre hospitalari, l'empresa adjudicatària podrà accedir a l'estoc degudament acompanyada per un responsable del centre. S'haurà de redactar un acta davant qualsevol discrepància o incidència amb els productes en estoc. El centre haurà d'emetre la sol·licitud de reposició, i l'empresa tindrà dret, si s'escau, a emetre una factura.

Un cop finalitzada la vigència del contracte el centre realitzarà la devolució del material, i les despeses generades pel transport i la devolució aniran a càrrec de l'empresa.

La constitució del dipòsit es formalitzarà per escrit i inclourà la següent informació:

- Dades d'identificació del material (referència, marca, model, número de sèrie i/o lot, data de caducitat i esterilització).
- Ubicació física del magatzem on s'integra el dipòsit.
- Lloc habitual d'entrega.
- Dades d'identificació de l'interlocutor del dipòsit per part del centre.
- Dades d'identificació de les persones responsables del dipòsit per part de l'empresa.
- Número del contracte administratiu de l'expedient del qual es deriva la constitució del dipòsit.
- Lloc, data i signatura de les persones responsables de l'empresa i del centre.

Compromisos de l'empresa adjudicatària:

- Millores tecnològiques: L'empresa es compromet a oferir al Centre els avenços i millores tecnològiques que els materials experimentin durant l'execució del contracte, sempre respectant els requisits mínims i el preu de l'oferta del material adjudicat, prèvia autorització per part del Centre.
- Subministrament i manteniment de l'instrumental necessari i específic per a la implantació de les pròtesis per part de l'adjudicatari sense càrrec pels centres peticionaris. L'adjudicatari garantirà l'existència suficient en funció de l'activitat assistencial.

- En referència a la traçabilitat dels productes i per tal d'assegurar el compliment del reglament UE (2017/745 i RD192/2023), l'adjudicatari, sota la seva responsabilitat, assegurarà la correcta (i idèntica) identificació de cadascun dels productes als envasos i a l'albarà, i portaran la corresponent targeta d'implantació del producte a l'envàs. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes on s'identificarà, com a mínim, el nombre de lot i la caducitat.

8. Etiquetatge

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

9. Embalatges

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte als embalatges dels embalatges primaris i secundaris, tal com s'especifica a continuació:

- EAN/GTIN
- Unitats/caixa

10. Formació

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

11. Característiques complementàries

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

12. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

13. Requisits mínims dels productes

- En general certificats necessaris que acreditin els requisits tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i europea, així com qualsevol altre certificat/normativa exigible o aplicable segons cada producte descrit.
- Que els productes que s'ofereixen en el procediment de contractació de referència compleixen les prescripcions establertes en el Reial decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris i en el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017 sobre els productes sanitaris, pel qual es modifiquen la Directiva 2001/83/CE, el Reglament (CE) núm. 178/2002 i el Reglament (CE) núm. 1223/2009 i pel qual es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell que substitueix la Directiva sobre productes sanitaris esmentada (93/42/CEE).
- Reglament (UE) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, si s'escau.
- Certificat de la Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE, si s'escau.
- Compliment obligacions i responsabilitats d'acord amb el del RD 1055/2022 referent a residus i envasos.
- Etiquetatge i marcatge: Els productes han de tenir etiquetes clares i llegibles amb informació rellevant: instruccions d'ús, advertiments i dades del fabricant. El marcatge CE també ha de ser present al producte, RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.
- Tots els productes han de complir amb les normes de seguretat, etiquetatge, envasament i comercialització establertes a la UE. Això inclou aspectes com ara la qualitat del material, la precisió de la utilització i la seguretat de l'usuari.
- Els proveïdors han de mantenir una documentació tècnica completa que recolzi la conformitat dels seus productes amb els requisits de la UE. Això inclou informació sobre el disseny, fabricació, proves i avaluació de riscos.
- L'empresa ha de garantir que els productes compleixin els requisits de la UE en matèria de protecció de la salut humana i animal, medi ambient i drets dels consumidors.

Quedaran **exclosos** de la licitació les ofertes que **no compleixin amb els requisits mínims** que consten a les descripcions de cadascun dels productes **o amb la normativa exigible segons cada producte descrit**.

14. Productes estèrils

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa d'aquest. En tots s'haurà d'indicar aquesta característica.

15. Proves de laboratori

En cas que el contractant consideri necessari, es duran a terme proves en un laboratori extern acreditat que aniran a càrrec de cadascuna de les empreses.

16. Llicències de software

El proveïdor adjudicatari podrà aportar les llicències de *software* necessari amb el catàleg precarregat de les seves pròtesis perquè el personal sanitari pugui fer les proves de mides sobre les radiografies del pacient abans de la intervenció. L'aportació d'aquestes llicències serà un criteri valorable objectivament.

17. Descripcions específiques

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	DESCRIPCIÓ PRODUCTE
G.01	PTM1151310301	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA ALIATGE METÀL·LIC RECTA + ACETABUL IMPACTAT ALIATGE METÀL·LIC + CAP ARTICULAR ALIATGE METÀL·LIC	PRÒTESI MALUC TOTAL PRIMÀRIA NO CIMENTADA PER PACIENTS AMB DEMANDA FUNCIONAL MODERADA / BAIXA SENSE DEFORMITAT FEMORAL PROXIMAL SEVERA I/O AMB COXA VARA-VALGA DINS DELS LÍMITS NORMALS O ANATÒMICS: TIJA MONOBLOC CO-CR RECTA DE SUPERFÍCIE ALIATGE METÀL·LIC NO CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133° * MODEL LATERALITZAT 123°/135° OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MODULAR DE ALIATGE METÀL·LIC IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÈ AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR ALIATGE METÀL·LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM1151310303	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA TITANI RECTA + ACETABUL IMPACTAT TITANI + CAP ARTICULAR ALIATGE METÀL·LIC	PRÒTESI MALUC TOTAL PRIMÀRIA NO CIMENTADA PER PACIENTS AMB DEMANDA FUNCIONAL MODERADA / BAIXA SENSE DEFORMITAT FEMORAL PROXIMAL SEVERA I/O AMB COXA VARA-VALGA DINS DELS LÍMITS NORMALS O ANATÒMICS: TIJA MONOBLOC TITANI RECTA * NO CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133° * MODEL LATERALITZAT 123°/135° OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MODULAR DE TITANI * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÈ AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR ALIATGE METÀL·LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM1151310705	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA RECTA + ACETABUL IMPACTAT + CAP ARTICULAR CERAMIC	PRÒTESI MALUC TOTAL PRIMÀRIA NO CIMENTADA PER PACIENTS AMB DEMANDA FUNCIONAL MODERADA / BAIXA SENSE DEFORMITAT FEMORAL PROXIMAL SEVERA I/O AMB COXA VARA-VALGA DINS DELS LÍMITS NORMALS O ANATÒMICS: TIJA MONOBLOC RECTA * NO CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133° * MODEL LATERALITZAT 123°/135° OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MODULAR DE TITANI * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÈ AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR CERAMIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.

G.01	PTM1151311503	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA RECTA AMB RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA + ACETABUL IMPACTAT	PRÒTESI MALUC TOTAL PRIMÀRIA NO CIMENTADA PER PACIENTS AMB COXARTROSI MODERADA * TIJA RECTA EN TITANI AMB RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * NO CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * ANGLE CCD COBRINT LA COXA VARA I VALGA * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MODULAR EN TITANI AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÈ /CERÀMIC AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR CERÀMIC/METÀL·LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM1151310307	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA RECTA + ACETABUL IMPACTAT , DOBLE MOVILITAT. INSERT DE DOBLE MOBILITAT	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA RECTA + ACETÀBUL IMPACTAT = PRÒTESI MALUC TOTAL PRIMÀRIA NO CIMENTADA PER PACIENTS AMB DEMANDA FUNCIONAL MODERADA / BAIXA SENSE DEFORMITAT FEMORAL PROXIMAL SEVERA I/O AMB COXA VARA-VALGA DINS DELS LÍMITS NORMALS O ANATÒMICS: TIJA MONOBLOC RECTA * NO CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133° * MODEL LATERALITZAT 123°/135° OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MODULAR DE ALIATGE METÀL·LIC * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÈ AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR CERÀMIC/METÀL·LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL * INSERT DOBLE MOBILITAT
G.01	PTM1151310313	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA RECTA AMB COLL MODULAR + ACETABUL IMPACTAT	PRÒTESI MALUC TOTAL PRIMÀRIA NO CIMENTADA PER PACIENTS AMB COXARTROSI MODERADA * TIJA RECTA EN TITANI AMB COLL MODULAR * NO CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * DIVERSES ASSORTIMENTS DE COLL PER CORRECCIONS OFFSSET, ANGLES CCD I LONGITUDS * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MODULAR EN TITANI AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÈ /CERÀMIC AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR CERÀMIC/METÀL·LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM1151310703	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA TITANI CORBA + ACETABUL IMPACTAT METALL PORÒS	PRÒTESI MALUC TOTAL PRIMÀRIA NO CIMENTADA PER PACIENTS AMB COXARTROSI MODERADA I ALTA DEMANDA FUNCIONAL / JOVES / ACTIUS: TIJA MONOBLOC CORBA EN TITANI * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * NO CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * ANGLE CCD COBRINT LA COXA VARA I VALGA * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MODULAR EN TITANI * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÈ /CERÀMIC AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR CERÀMIC/METÀL·LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM1151312103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA ANATÒMICA + ACETABUL IMPACTAT	PRÒTESI MALUC TOTAL PRIMÀRIA NO CIMENTADA PER PACIENTS AMB COXARTROSI MODERADA * TIJA ANATÒMICA EN TITANI * NO CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * LATERALITAT DRETA I ESQUERRA * ANGLE CCD COBRINT LA COXA VARA I VALGA * CONUS MORSE 12/14 * CÒTILA MODULAR EN TITANI AMB/SENSE RECOBRIMENT

			HIDROXIAPATITA * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÈ /CERÀMIC AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR CERÀMIC/METÀL·LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM5101313503	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR AMB CÒTILA IMPACTADA METALL PORÒS CAP ARTICULAR METÀL·LIC	CÒTILA ACETABULAR IMPACTADA EN TITANI/METALL PORÒS * MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR, O NO PERFORADA * MODULAR * CÒTILA DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * NUCLIS EN PHMW POLIETILÈ /CERÀMICA DE DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * DIÀMETRES INTERNS 22/28/32/36 MM * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR METÀL·LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL * AUMENTS OPCIONALS EN METALL PORÒS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS SEVERS * DIFERENTS MIDES * TALLE PETITES PER DISPLASIES OPTATIU.
G.01	PTM5101313505	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR AMB CÒTILA IMPACTADA METALL PORÒS. CAP ARTICULAR CERÀMIC+C27:E34	CÒTILA ACETABULAR IMPACTADA EN TITANI/METALL PORÒS * MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR, O NO PERFORADA * MODULAR * CÒTILA DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * NUCLIS EN PHMW POLIETILÈ /CERÀMICA DE DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * DIÀMETRES INTERNS 22/28/32/36 MM * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR CERÀMIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL * AUMENTS OPCIONALS EN METALL PORÒS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS SEVERS * DIFERENTS MIDES * TALLE PETITES PER DISPLASIES OPTATIU.
G.01	PTM5101313903	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR PER DEFECTES COMPLEXES PER INESTABILITAT MAJOR AMB CÒTILA RETENTIVA NO CIMENTADA. CAP ALIATGE METÀL·LIC	CÒTILA RETENTIVA NO CIMENTADA: CÒTILA ACETABULAR IMPACTADA EN TITANI/METALL PORÒS * MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR, O NO PERFORADA * MODULAR * CÒTILA DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * NUCLIS EN PHMW POLIETILÈ * AMB SISTEMA ANTILUXACIÓ * CUPULES EN POLIETILÈ UHMW AMB/SENSE TRACTAMENT ANTIOXIDATIU * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS E INTERNS * CAP ARTICULAR METÀL·LIC DIVERSES MIDES AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.* AUMENTS OPCIONALS EN METALL PORÒS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS SEVERS * DIFERENTS MIDES * TALLE PETITES PER DISPLASIES OPTATIU.
G.01	PTM5101313905	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR PER DEFECTES COMPLEXES PER INESTABILITAT MAJOR AMB CÒTILA RETENTIVA NO CIMENTADA. CAP CERÀMIC	CÒTILA RETENTIVA NO CIMENTADA: CÒTILA ACETABULAR IMPACTADA EN TITANI/METALL PORÒS * MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR, O NO PERFORADA * MODULAR * CÒTILA DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * NUCLIS EN PHMW POLIETILÈ * AMB SISTEMA ANTILUXACIÓ * CUPULES EN POLIETILÈ UHMW AMB/SENSE TRACTAMENT ANTIOXIDATIU * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS E INTERNS * CAP ARTICULAR CERÀMIC DIVERSES MIDES AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.* AUMENTS OPCIONALS EN METALL PORÒS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS SEVERS * DIFERENTS MIDES * TALLE PETITES PER DISPLASIES OPTATIU.
G.01	PTM5105310103	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL FEMORAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ DEFECTES FEMORALS AMB TIJA	TIJA DE RECONSTRUCCIÓ FEMORAL MONOBLOC ALIATGE METÀL·LIC * NO CIMENTADA * SUPERFÍCIE RUGOSA I/O ESTRIADA * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * CONUS MORSE 12/14 * ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA (OPCIONAL) * DIFERENTS TALLE * AMB/SENSE COLLAR * ANGLES CCD MÍNIM 125° I MÀXIM 145° * LONGITUD DE TIJES DIFERENTS

		DE RECONSTRUCCIÓ MONOBLOC	PER FIXACIONS METAFISÀRIES I/O DIAFISÀRIES * CAP ARTICULAR METÀL·LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS (OPCIONAL)* DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM5105312103	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL FEMORAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ DEFECTES FEMORALS AMB TIJA DE RECONSTRUCCIÓ MODULAR	TIJA DE RECONSTRUCCIÓ FEMORAL MODULAR EN TITANI AMB PART PROXIMAL Y PART DISTAL * NO CIMENTADA * SUPERFÍCIE RUGOSA I/O ESTRIADA * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * CONUS MORSE 12/14 * ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA * DIFERENTS TALLES * AMB/SENSE COLLAR * ANGLES CCD MÍNIM 125° I MÀXIM 145° * LONGITUD DE TIJES DIFERENTS PER FIXACIONS METAFISÀRIES I/O DIAFISÀRIES * CAP ARTICULAR METÀL·LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM5151310103	PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL NO CIMENTADA TIJA MONOBLOC	CÒTILA ACETABULAR IMPACTADA EN TITANI/METALL PORÒS * MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR, O NO PERFORADA * CÒTILA DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * NUCLIS EN PHMW POLIETILÈ DE DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * DIÀMETRES INTERNS 22/28/32/36 MM * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * AUMENTS ACETABULARS OPCIONALS EN METALL PORÒS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS SEVERS * DIFERENTS MIDES * TIJA FEMORAL MONOBLOC EN ALIATGE METÀL·LIC * NO CIMENTADA * POSSIBILITAT ENFORRELLAT DISTAL OPTATIU * CONUS MORSE 12/14 * ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA (OPCIONAL) * DIFERENTS TALLES * AMB/SENSE COLLAR * ANGLES CCD MÍNIM 125° I MÀXIM 145° * LONGITUD DE TIJES DIFERENTS DEPENDENTS PER FIXACIONS METAFISÀRIES I/O DIAFISÀRIES * MODEL LATERALITZAT OPTATIU * CAP ARTICULAR METÀL·LIC 22/28/32/36 MM * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS (OPCIONAL)* DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM5151312303	PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL NO CIMENTADA TIJA MODULAR CAP ARTICULAR METÀL·LIC	CÒTILA ACETABULAR IMPACTADA EN TITANI/METALL PORÒS * MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR, O NO PERFORADA * CÒTILA DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * NUCLIS EN PHMW POLIETILÈ DE DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * DIÀMETRES INTERNS 22/28/32/36 MM * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * AUMENTS ACETABULARS OPCIONALS EN METALL PORÒS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS SEVERS * DIFERENTS MIDES * TIJA FEMORAL MODULAR EN TITANI AMB PART PROXIMAL Y PART DISTAL * NO CIMENTADA * POSSIBILITAT ENFORRELLAT DISTAL OPTATIU * CONUS MORSE 12/14 * ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA * DIFERENTS TALLES * AMB/SENSE COLLAR * ANGLES CCD MÍNIM 125° I MÀXIM 145° * LONGITUD DE TIJES DIFERENTS DEPENDENTS PER FIXACIONS METAFISÀRIES I/O DIAFISÀRIES * MODEL LATERALITZAT OPTATIU * CAP ARTICULAR METÀL·LIC 22/28/32/36 MM * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM5151313305	PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL NO CIMENTADA TIJA MODULAR CAP ARTICULAR CERÀMIC	CÒTILA ACETABULAR IMPACTADA EN TITANI PORÒS * MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR, O NO PERFORADA * CÒTILA DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * NUCLIS EN PHMW POLIETILÈ DE DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * DIÀMETRES INTERNS 22/28/32/36 MM * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * AUMENTS ACETABULARS OPCIONALS EN METALL PORÒS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS SEVERS * DIFERENTS MIDES * TIJA FEMORAL MODULAR EN TITANI AMB PART PROXIMAL Y PART DISTAL * NO CIMENTADA * POSSIBILITAT ENFORRELLAT DISTAL OPTATIU * CONUS MORSE 12/14 *

			<p>ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA * DIFERENTS TALLES * AMB/SENSE COLLAR * ANGLES CCD MÍNIM 125° I MÀXIM 145° * LONGITUD DE TIJES DIFERENTS DEPENDENTS PER FIXACIONS METAFISÀRIES I/O DIAFISÀRIES * MODEL LATERALITZAT OPTATIU * CAP ARTICULAR CERÀMIC 22/28/32/36 MM * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.</p>
G.01	PTM5151313307	<p>PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL NO CIMENTADA TIJA MODULAR AMB AUGMENT ACETABULAR</p>	<p>CÒTILA ACETABULAR IMPACTADA EN TITANI PORÓS * MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR, O NO PERFORADA * CÒTILA DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * NUCLIS EN PHMW POLIETILÈ DE DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * DIÀMETRES INTERNS 22/28/32/36 MM * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * AUMENTS ACETABULARS OPCIONALS EN METALL PORÓS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS SEVERS * DIFERENTS MIDES * TIJA FEMORAL MODULAR EN TITANI AMB PART PROXIMAL Y PART DISTAL * NO CIMENTADA * POSSIBILITAT ENFORRELLAT DISTAL OPTATIU * CONUS MORSE 12/14 * ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA * DIFERENTS TALLES * AMB/SENSE COLLAR * ANGLES CCD MÍNIM 125° I MÀXIM 145° * LONGITUD DE TIJES DIFERENTS DEPENDENTS PER FIXACIONS METAFISÀRIES I/O DIAFISÀRIES * MODEL LATERALITZAT OPTATIU * CAP ARTICULAR CERÀMIC 22/28/32/36 MM * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL. AUGMENTS ACETUBULARS MONOBLOC EN TITANI O METALL PORÓS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS I/O ILÍACS SEVERS * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I FORMES</p>
G.01	PTM5151510505	<p>PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL HÍBRIDA CÒTILA IMPACTADA + TIJA CIMENTADA</p>	<p>CÒTILA ACETABULAR IMPACTADA EN TITANI/METALL PORÓS * MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR, NO PERFORADA * CÒTILA DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * NUCLIS EN PHMW POLIETILÈ DE DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * DIÀMETRES INTERNS 22/28/32/36 MM * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * AUMENTS ACETABULARS OPCIONALS EN METALL PORÓS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS SEVERS * DIFERENTS MIDES * TIJA FEMORAL DE RECONSTRUCCIÓ MONOBLOC A CIMENTAR EN TI/CR-CO * CONUS MORSE 12/14 * ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA (OPCIONAL) * DIFERENTS TALLES * AMB/SENSE COLLAR * SUPERFÍCIE LLISA PER CIMENTAR * ANGLES CCD MÍNIM 125° I MÀXIM 145° * CENTRALITZADOR OPCIONAL * LONGITUD DE TIJES DIFERENTS PER FIXACIONS METAFISÀRIES I/O DIAFISÀRIES * MODEL LATERALITZAT OPTATIU * CAP ARTICULAR METÀL·LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS (OPCIONAL) * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.</p>
G.01	PTM7171030303	<p>PRÒTESI MALUC ESPECIALS TUMORAL RESECCIONS FEMORALS</p>	<p>TIJA FEMORAL MODULAR EN TITANI AMB PARTS PROXIMAL Y PARTS DISTALS MODULARS * SUPERFÍCIE RUGOSA I/O ESTRIADA * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * DIFERENTS TALLES * MÒDULS EPIFISARIS PROXIMALS AMB/SENSE COLLAR * POSSIBILITAT CONTROL ANTEVERSIÓ * POSSIBILITAT ANCLATGE MUSCULAR I TENDINÓS ALS IMPANTS (DIFERENTS SISTEMES) * ANGLES CCD MÍNIM 125° I MÀXIM 145° * LONGITUD DE TIJES I PARTS MODULARS DIFERENTS PER ADAPTACIÓ LONGITUD EXTREMITAT * TIJES ENDOMEDULARS CIMENTADES/NO CIMENTADES/ENFORRELLADES OPTATIU * MÒDULS METAFISÀRIES I/O DIAFISÀRIS DIFERENTS MIDES * CAP ARTICULAR METÀL·LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS *</p>

			ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.
G.01	PTM7171150303	PRÒTESI MALUC ESPECIALS DISPLÀSIQUES CIMENTADA	TIJA FEMORAL MODULAR/MONOBLOC EN TITANI O CR-CO * CIMENTADA * TIJA AMB SUPERFICIE LLISA * CONUS MORSE 12/14 * ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA * DIFERENTS TALLE * AMB/SENSE RECOLÇAMENT CALCAR * ANGLES CCD MINIM 125° I MAXIM 145° * MORFOLOGIA DE TIJES ADAPTADES A NIVELL DIAFISÀRI PER FEMURS PETITS/ESTRETS * CÒTILA MODULAR EN TITANI/METALL PORÒS TALLE PETITES I GRANS * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÉ/CERÀMIC AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS E INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE/CERAMICA AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR METAL·LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS.
G.01	PTM7171170303	PRÒTESI MALUC ESPECIALS DISPLÀSIQUES NO CIMENTADA CAP ARTICULAR METÀL·LIC	TIJA FEMORAL MODULAR/MONOBLOC EN TITANI O CR-CO * NO CIMENTADA * NO CIMENTADES AMB ANCORATGE METAFISO-DIAFISARI I SUPERFICIE RUGOSA I/O ESTRIADA * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * CONUS MORSE 12/14 * ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA * DIFERENTS TALLE * AMB/SENSE RECOLÇAMENT CALCAR * ANGLES CCD MINIM 125° I MAXIM 145° * LONGITUD DE TIJES I PARTS MODULARS DIFERENTS (EN CAS DE MODULARITAT) PER ADAPTACIO DIAFISÀRIA FEMURS PETITS/ESTRETS * CÒTILA MODULAR EN TITANI/METALL PORÒS TALLE PETITES I GRANS * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÉ/CERÀMIC AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS E INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE/CERAMICA AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR METAL·LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS.
G.01	PTM7171170305	PRÒTESI MALUC ESPECIALS DISPLÀSIQUES NO CIMENTADA CAP ARTICULAR CERÀMIC	TIJA FEMORAL MODULAR/MONOBLOC EN TITANI O CR-CO * NO CIMENTADA * NO CIMENTADES AMB ANCORATGE METAFISO-DIAFISARI I SUPERFICIE RUGOSA I/O ESTRIADA * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * CONUS MORSE 12/14 * ALTRES CONUS MORSE ALTERNATIUS PER CASOS PETITA TALLA * DIFERENTS TALLE * AMB/SENSE RECOLÇAMENT CALCAR * ANGLES CCD MINIM 125° I MAXIM 145° * LONGITUD DE TIJES I PARTS MODULARS DIFERENTS (EN CAS DE MODULARITAT) PER ADAPTACIO DIAFISÀRIA FEMURS PETITS/ESTRETS * CÒTILA MODULAR EN TITANI/METALL PORÒS TALLE PETITES I GRANS * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÉ/CERÀMIC AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS E INTERNS 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE/CERAMICA AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR CERÀMIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL * COMPATIBILITATS AMB CONUS MORSE PROPOSATS.
G.02	PTE7171030303	PRÒTESI ESPATLLA ESPECIALS TUMORAL	PRÒTESI D'ESPATLLA EN TI PER GRANS RESECCIONS/DEFECTES TUMORALS * COMPONENTS MODULARS * TIJA ESTRIADA/RUGOSA PER ÚS SENSE CIMENTAR * TIJA LLISA PER CIMENTAR * PERFORACIONS O SISTEMES PER ANCLATGE TUBEROSITATS * DIFERENTS TALLE TIGES * MÒDULS INTERCALARS METAFISARIS/DIAFISARIS PER RECONSTRUCCIÓ HUMERAL * DIFERENTS MIDES * CAPS HUMERALS MODULARS * DIFERENTS DIÀMETRES I OFFSETS * GLENA MODULAR AMB SISTEMES DE FIXACIÓ IMACTAT I FIXACIÓ VISOS *

			DIFERENTS TALLES * NUCLIS GLENOIDALS ARTICULARS EN PE * DIFERENTS TALLES * OPTATIU GLÈNES LATERALITZADES * POSIBILITAT MÒDULS PER TOTALITZACIÓ HUMERAL I/O TOTALITZACIÓ FINS EL COLZE
G.02	PTE7171310909	PRÒTESI ESPATLLA ESPECIALS A MIDA	PRÒTESI D'ESPATLLA EN TI FETA A MIDA, PER GRANS RECONSTRUCCIONS (TUMORS O DEFECTES OSSIS MAJORS) * COMPONENTS A MIDA, MODULARS O MONOBLOC * TIJA ESTRIADA/RUGOSA PER ÚS SENSE CIMENTAR * TIJA LLISA PER CIMENTAR * PERFORACIONS O SISTEMES PER ANCLATGE TUBEROSITATS * DIFERENTS TALLES TIGES * CAPS HUMERALS MODULARS * DIFERENTS DIÀMETRES I OFFSETS * GLENA MONOBLOC DE RESECCIÓ/OPCIONALMENT GLENA MODULAR * AMB SISTEMES DE FIXACIÓ GLENOIDAL * DIFERENTS TALLES * NUCLIS GLENOIDALS ARTICULARS EN PE * DIFERENTS TALLES

TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

- Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
- Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Foto del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte
- Classificació MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...

- Descripció d'embalatge i etiquetat

Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi CSC – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi CSC – Nom proveïdor – ref – lot - descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc ...).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la informació específica de:

- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. A més a més, hauran d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expressades per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	BSA	CHVIC	CSMS	CST	STE	HOCG	HSJR	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	PTM1101012103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA PARCIAL CIMENTADA BIPOLAR MODULAR	TIJA MONOBLOC DE SUPERFÍCIE POLIDA * PER CIMENTAR * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * DIFERENTS TALLES * CÒTILA BIARTICULAR * DIFERENTS DIÀMETRES * IMPLANT MODULAR ARTICULAR EN POLIETILÈ UHMW * DIFERENTS MIDES * CAP ARTICULAR METÀL-LIC 28MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	940,00000	22	30	15	65	20		9		161
G.01	PTM1101013103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA PARCIAL CIMENTADA DOBLE MOBILITAT TIJA MONOBLOC CIMENTADA	TIJA MONOBLOC DE SUPERFÍCIE POLIDA * PER CIMENTAR * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MÒBIL DE DOBLE MOBILITAT * DIFERENTS DIÀMETRES * IMPLANT MODULAR ARTICULAR EN POLIETILÈ UHMW * DIFERENTS MIDES * CAP ARTICULAR METÀL-LIC 28MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	1.300,00000						34			34
G.01	PTM1101014103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA PARCIAL NO CIMENTADA DOBLE MOBILITAT TIJA MONOBLOC NO CIMENTADA	TIJA MONOBLOC NO CIMENTADA DE SUPERFÍCIE POLIDA * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MÒBIL DE DOBLE MOBILITAT * DIFERENTS DIÀMETRES * IMPLANT MODULAR ARTICULAR EN POLIETILÈ UHMW * DIFERENTS MIDES * CAP ARTICULAR METÀL-LIC 28MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	1.900,00000							1		1
G.01	PTM1101310103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA PARCIAL NO CIMENTADA FEMORAL MONOBLOC	TIJA MONOBLOC UNIDA AL CAP PROTÈTIC * NO CIMENTADA * DIFERENTS TALLES * AMB COLL DE RECOLZAMENT A CALCAR.	250,00000	7	37			5				49
G.01	PTM1101312103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA PARCIAL NO CIMENTADA BIPOLAR MODULAR	TIJA MONOBLOC * NO CIMENTADA * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA BIARTICULAR * DIFERENTS DIÀMETRES * IMPLANT MODULAR ARTICULAR EN POLIETILÈ UHMW * DIFERENTS MIDES * CAP ARTICULAR METÀL-LIC 28MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	1.200,00000			47		20		100		167
G.01	PTM1101313103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA PARCIAL NO CIMENTADA DOBLE MOBILITAT	TIJA MONOBLOC * NO CIMENTADA * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA MÒBIL DE DOBLE MOBILITAT * DIFERENTS DIÀMETRES * IMPLANT MODULAR ARTICULAR EN POLIETILÈ UHMW * DIFERENTS MIDES * CAP ARTICULAR METÀL-LIC 28MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	2.200,00000					0		1		1
G.01	PTM1101610304	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA PARCIAL NO CIMENTADA CAP CERÀMIC	TIJA MONOBLOC * NO CIMENTADA * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA BIARTICULAR * DIFERENTS DIÀMETRES * IMPLANT MODULAR ARTICULAR EN POLIETILÈ UHMW * DIFERENTS MIDES * CAP ARTICULAR CERÀMIC 28MM * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL * CONUS MORSE 12/14.	1.200,00000							5		5
G.01	PTM1101610305	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA PARCIAL CAP CERÀMIC AMB ADAPTADORS MODULARS CONUS MORSE EN TITANI	TIJA MONOBLOC * NO CIMENTADA * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES * CÒTILA BIARTICULAR * DIFERENTS DIÀMETRES * IMPLANT MODULAR ARTICULAR EN POLIETILÈ UHMW * DIFERENTS MIDES * CAP ARTICULAR CERÀMIC ESPECIAL AMB ADAPTADORS CONUS MORSE EN TITANI, ESPECÍFIC PER PRIMÀRIA / REVISIONS * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL * CONUS MORSE 12/14.	1.400,00000					0		5		5
G.01	PTM1101612106	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA PARCIAL CAP METÀL-LIC	CAP ARTICULAR METÀL-LIC 28MM * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL * CONUS MORSE 12/14.	1.200,00000		16			30		8		54
G.01	PTM1151010301	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL CIMENTADA TIJA ALIATGE METÀL-LIC RECTA CIMENTADA + ACETABUL CIMENTAT	TIJA MONOBLOC RECTA DE SUPERFÍCIE POLIDA PER COXARTROSI MODERADA SENSE GRANS DEFORMITATS * CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * ANGLE CCD ESTÀNDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * DIFERENTS TALLES * CÒTILA DE UHMW POLIETILÈ MONOBLOC PER CIMENTAR * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I INTERNS 22/28/32/36 MM * CAP ARTICULAR METÀLIC 22,2/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	1.200,00000		2	5	5	5	58			75
G.01	PTM1151310301	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA ALIATGE METÀL-LIC RECTA + ACETABUL IMPACTAT ALIATGE METÀL-LIC + CAP ARTICULAR ALIATGE METÀL-LIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.200,00000						80			80
G.01	PTM1151310303	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA TITANI RECTA + ACETABUL IMPACTAT TITANI + CAP ARTICULAR ALIATGE METÀL-LIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.500,00000	8		112	60	3		180	27	390
G.01	PTM1151310307	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA RECTA + ACETABUL IMPACTAT , DOBLE MOVILITAT. INSERT DE DOBLE MOBILITAT	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	3.600,00000				30					30

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	BSA	CHVIC	CSMS	CST	STE	HOCG	HSJR	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	PTM1151310313	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA RECTA AMB COLL MODULAR + ACETABUL IMPACTAT	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	3.300,00000	46								46
G.01	PTM1151310703	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA TITANI CORBA + ACETABUL IMPACTAT METALL PORÒS	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	3.300,00000							15		15
G.01	PTM1151310705	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA RECTA + ACETABUL IMPACTAT + CAP ARTICULAR CERAMIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.600,00000							1		1
G.01	PTM1151311503	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA RECTA AMB RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA + ACETABUL IMPACTAT	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.600,00000		130		20	70				220
G.01	PTM1151312103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL NO CIMENTADA TIJA ANATÒMICA + ACETABUL IMPACTAT	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.300,00000				20					20
G.01	PTM1151325103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL HÍBRIDA TIJA CIMENTADA + ACETABUL NO CIMENTAT	TIJA MONOBLOC RECTA LLISA DE SUPERFÍCIE CR-CO-MB / TITANI * CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * ANGLE CCD ESTANDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * OFFSET VARIABLE OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES AMB INCREMENTS DE 2 MM * CÒTILA MODULAR DE CR-CO / TITANI * IMPACTADA NO CIMENTADA * MODULAR O MONOBLOC * PERFORADA/NO PERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÉ AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNES I INTERNES 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR METÀL-LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	2.200,00000	22			10	20				52
G.01	PTM1151335103	PRÒTESI MALUC PRIMÀRIA TOTAL HÍBRIDA TIJA CIMENTADA + ACETABUL NO CIMENTAT, DOBLE MOVILITAT. INSERT DE DOBLE MOBILITAT	TIJA MONOBLOC RECTA LLISA DE SUPERFÍCIE CR-CO-MB / TITANI * CIMENTADA * AMB/SENSE COLLAR * ANGLE CCD ESTANDARD > 133º * MODEL LATERALITZAT 123º/135º OPCIONAL * OFFSET VARIABLE OPCIONAL * CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS TALLES AMB INCREMENTS DE 2 MM * CÒTILA MODULAR DE CR-CO / TITANI * IMPACTADA NO CIMENTADA * MOBIL DE DOBLE MOBILITAT * PERFORADA/NO PERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÉ AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNES I INTERNES 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR METÀL-LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	2.930,00000				10					10
G.01	PTM5101010303	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL CIMENTADA CÒTILA ACETABULAR POLIETILÈ	PRÒTESI MALUC PER RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR CIMENTADA: CÒTILA ACETABULAR MONOBLOC EN POLIETILÈ UHMW / COCR O TITANI, PER CIMENTAR * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNES I INTERNES 22,2/28/32/36 MM * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR METÀL-LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	2.200,00000					3	31	2		36
G.01	PTM5101010503	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL CIMENTADA CÒTILA ACETABULAR DOBLE MOBILITAT	CÒTILA MODULAR DE ALIATGE METÀL-LIC * IMPACTADA/MULTIPERFORADA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERIORS * INSERT EN UHMW POLIETILÈ AMB DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNES I INTERNES 22/28/32/36 MM * NUCLIS UHMW PE AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * CAP ARTICULAR CERÀMIC/METÀL-LIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	2.200,00000					3		10		13
G.01	PTM5101012303	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR PER DEFECTES COMPLEXES AMB ANELLA DE RECONSTRUCCIÓ I CÒTILA	ANELLA DE RECONSTRUCCIÓ: SUPORT ACETABULAR EN FORMA DE GÀBIA MONOBLOC CONCAVA/CONVEXA AMB/SENSE EXTENSIONS ILIAQUES E ISQUIÀTIQUES / MULTIPERFORADA PER FIXACIÓ AMB VISOS EN TI/COCR / CUPULES MONOBLOC EN POLIETILÈ UHMW / COCR O TITANI, PER CIMENTAR * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNES I INTERNES 22/28/32/36 MM * AMB/SENSE CELLA ANTILUXANT * AMB/SENSE TRACTAMENT ANTIOXIDATIU * CAP ARTICULAR METÀL-LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	1.600,00000							2		2
G.01	PTM5101012503	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR PER DEFECTES COMPLEXES PER INESTABILITAT MAJOR AMB CÒTILA RETENTIVA	CÒTILA RETENTIVA CIMENTADA: ACETABUL EN COCR/POLIETILE PER CIMENTACIÓ, DE FORMA HEMISFÈRICA / AMB SISTEMA ANTILUXACIO / CUPULES EN POLIETILÈ UHMW / COCR O TITANI AMB/SENSE TRACTAMENT ANTIOXIDATIU * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNES I INTERNES 22/28/32/36 MM * CAP ARTICULAR METÀL-LIC/CERÀMIC 22/28/32/36 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL.	2.300,00000							2		2

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	BSA	CHVIC	CSMS	CST	STE	HOCG	HSJR	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	PTM5101313503	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR AMB CÒTILA IMPACTADA METALL PORÒS CAP ARTICULAR METÀL·LIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.300,00000							10		10
G.01	PTM5101313505	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR AMB CÒTILA IMPACTADA METALL PORÒS. CAP ARTICULAR CERÀMIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	3.300,00000							1		1
G.01	PTM5101313703	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR AMB CÒTILA DOBLE MOBILITAT. CAP ARTICULAR METÀL·LIC	CÒTILA ACETABULAR MONOBLOC EN ALIATGE METAL·LIC NO CIMENTADA AMB CAVITAT ARTICULAR VALIDA PER NUCLI DOBLE MOBILITAT * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * SISTEMES DE FIXACIÓ SECUNDÀRIA (VISOS/PIONS) OPCIONALS * NUCLIS DOBLE MOBILITAT EN HMW POLIETILÈ * DIFERENTS DIÀMETRES * CAP ARTICULAR METÀL·LIC 22/28 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL	3.150,00000					5		20		25
G.01	PTM5101313705	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR AMB CÒTILA DOBLE MOBILITAT CAP ARTICULAR CERÀMIC	CÒTILA ACETABULAR MONOBLOC EN ALIATGE METAL·LIC NO CIMENTADA AMB CAVITAT ARTICULAR VALIDA PER NUCLI DOBLE MOBILITAT * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS * SISTEMES DE FIXACIÓ SECUNDÀRIA (VISOS/PIONS) OPCIONALS * NUCLIS DOBLE MOBILITAT EN HMW POLIETILÈ * DIFERENTS DIÀMETRES * CAP ARTICULAR CERÀMIC 22/28 MM AMB CONUS MORSE 12/14 * DIFERENTS DIMENSIONS DE COLL	3.400,00000							1		1
G.01	PTM5101313903	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR PER DEFECTES COMPLEXES PER INESTABILITAT MAJOR AMB CÒTILA RETENTIVA NO CIMENTADA. CAP ALIATGE METÀL·LIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.700,00000							2		2
G.01	PTM5101313905	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ ACETABULAR PER DEFECTES COMPLEXES PER INESTABILITAT MAJOR AMB CÒTILA RETENTIVA NO CIMENTADA. CAP CERÀMIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	3.000,00000							2		2
G.01	PTM5101314103	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL NO CIMENTADA AUMENTS ACETABULARS	AUMENTS ACETABULARS MONOBLOC EN TITANI O METALL PORÒS PER RECONSTRUCCIONS DE DEFECTES ACETABULARS I/O ILÍACS SEVERS * AMB/SENSE RECOBRIMENT HIDROXIAPATITA * DIFERENTS DIÀMETRES EXTERNS I FORMES * SISTEMES DE FIXACIÓ SECUNDÀRIA (VISOS/PIONS) OPCIONALS * COMPATIBLES AMB ALTRES SISTÈMES ACETABULARS.	1.800,00000							4		4
G.01	PTM5105310103	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL FEMORAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ DEFECTES FEMORALS AMB TIJA DE RECONSTRUCCIÓ MONOBLOC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.000,00000							1		1
G.01	PTM5105312103	PRÒTESI MALUC REVISIÓ PARCIAL FEMORAL NO CIMENTADA RECONSTRUCCIÓ DEFECTES FEMORALS AMB TIJA DE RECONSTRUCCIÓ MODULAR	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.200,00000					3		10		13
G.01	PTM5151310103	PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL NO CIMENTADA TIJA MONOBLOC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	3.900,00000							1		1
G.01	PTM5151312303	PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL NO CIMENTADA TIJA MODULAR CAP ARTICULAR METÀL·LIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	4.370,00000		5		12	3		10		30
G.01	PTM5151313305	PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL NO CIMENTADA TIJA MODULAR CAP ARTICULAR CERÀMIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	4.500,00000							1		1
G.01	PTM5151313307	PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL NO CIMENTADA TIJA MODULAR AMB AUGMENT ACETABULAR	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	6.300,00000		5		12	3		10		30
G.01	PTM5151510505	PRÒTESI MALUC REVISIÓ TOTAL HÍBRIDA CÒTILA IMPACTADA + TIJA CIMENTADA	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	4.370,00000					2				2
G.01	PTM7171030303	PRÒTESI MALUC ESPECIALS TUMORAL RESECCIONS FEMORALS	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	3.200,00000		11					6		17
G.01	PTM7171150303	PRÒTESI MALUC ESPECIALS DISPLÀSIQUES CIMENTADA	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	1.700,00000							1		1

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNiques

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	BSA	CHVIC	CSMS	CST	STE	HOCG	HSJR	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	PTM7171170303	PRÒTESI MALUC ESPECIALS DISPLÀSIQUES NO CIMENTADA CAP ARTICULAR METÀL·LIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	2.350,00000							6		6
G.01	PTM7171170305	PRÒTESI MALUC ESPECIALS DISPLÀSIQUES NO CIMENTADA CAP ARTICULAR CERÀMIC	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	4.500,00000							1		1
G.02	PTE0301010303	PRÒTESI ESPATLLA PARCIAL CIMENTADA	PRÒTESI HUMERAL MONOBLOC EN CO-CR/TI * TIJA LLISA PER CIMENTAR * AMB PERFORACIONS PER ANCLATGE TUBEROSITATS * DIFERENTS TALLES TIGES * DIFERENTS TALLES CAPS HUMERALS MODULARS/MONOBLOC.	2.100,00000							2		2
G.02	PTE0301310505	PRÒTESI ESPATLLA PARCIAL NO CIMENTADA	PRÒTESI HUMERAL MONOBLOC EN CO-CR/TI * TIJA RUGOSA/ESTRIADA PER ÚS SENSE CIMENT * AMB PERFORACIONS PER ANCLATGE TUBEROSITATS * DIFERENTS TALLES TIGES * DIFERENTS TALLES CAPS HUMERALS MODULARS/MONOBLOC.	2.500,00000							2		2
G.02	PTE0351010707	PRÒTESI ESPATLLA TOTAL CIMENTADA	PRÒTESI D'ESPATLLA EN TI * COMPONENTS MODULARS * TIJA LLISA PER CIMENTAR * AMB PERFORACIONS PER ANCLATGE TUBEROSITATS * DIFERENTS TALLES TIGES * DIFERENTS TALLES CAPS HUMERALS MODULARS * GLENA PER CIMENTAR EN PE * DIFERENTS TALLES * OPTATIU GLENES LATERALITZADES	1.712,00000	2				3		2		7
G.02	PTE0351310909	PRÒTESI ESPATLLA TOTAL NO CIMENTADA	PRÒTESI D'ESPATLLA EN TI * COMPONENTS MODULARS * TIJA ESTRIADA/RUGOSA PER ÚS SENSE CIMENTAR * AMB PERFORACIONS PER ANCLATGE TUBEROSITATS * DIFERENTS TALLES TIGES * DIFERENTS TALLES CAPS HUMERALS MODULARS * OPTATIU GLENA MODULAR AMB SISTEMES DE FIXACIÓ IMACTAT I FIXACIÓ VISOS * DIFERENTS TALLES * NUCLIS GLENOIDALS ARTICULARS EN PE * DIFERENTS TALLES * OPTATIU GLÈNES LATERALITZADES * OPTATIU MÒDULS ADAPTACIÓ PER VASTAGS LLARGS PER RECONSTRUCCIÓ * OPTATIU VASTAGS LLARGS	2.125,00000	2	1			3		8		14
G.02	PTE0351611111	PRÒTESI ESPATLLA TOTAL INVERSA	PRÒTESI D'ESPATLLA INVERSA EN TI * COMPONENTS MODULARS * TIJA ESTRIADA/RUGOSA PER ÚS SENSE CIMENTAR * AMB PERFORACIONS PER ANCLATGE TUBEROSITATS * DIFERENTS TALLES TIGES * CAPS HUMERALS MODULARS INVERTITS * OPTATIU LATERALITZATS / AMB CELLES * DIFERENTS TALLES * GLENOSEFERES MODULARS AMB SISTEMES DE FIXACIÓ IMACTAT I FIXACIÓ VISOS * DIFERENTS TALLES * OPTATIU MÒDULS ADAPTACIÓ PER VASTAGS LLARGS PER RECONSTRUCCIÓ * OPTATIU VASTAGS LLARGS	3.800,00000	17	12	15		8	40	65		157
G.02	PTE0351611222	PRÒTESI ESPATLLA TOTAL INVERSA GUIA PERSONALITZADA	PRÒTESI D'ESPATLLA INVERSA EN TI * COMPONENTS MODULARS * TIJA ESTRIADA/RUGOSA PER ÚS SENSE CIMENTAR * AMB PERFORACIONS PER ANCLATGE TUBEROSITATS * DIFERENTS TALLES TIGES * CAPS HUMERALS MODULARS INVERTITS * OPTATIU LATERALITZATS / AMB CELLES * DIFERENTS TALLES * GLENOSEFERES MODULARS AMB SISTEMES DE FIXACIÓ IMACTAT I FIXACIÓ VISOS * DIFERENTS TALLES * OPTATIU MÒDULS ADAPTACIÓ PER VASTAGS LLARGS PER RECONSTRUCCIÓ * OPTATIU VASTAGS LLARGS, AMB GUIA PERSONALITZADA AMB TAC DEL PACIENT PER SIMNULAR AMB 3D	4.450,00000							1		1
G.02	PTE7171030303	PRÒTESI ESPATLLA ESPECIALS TUMORAL	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	10.000,00000							3		3
G.02	PTE7171310909	PRÒTESI ESPATLLA ESPECIALS A MIDA	VEURE DESCRIPCIÓ AL PPT	20.000,00000							2		2
G.03	PTF0303030303	PRÒTESI COLUMNA ESPAIADORS INTERSOMÀTICS VÍA ANTERIOR	ESPAIADORS DE POLÍMER / TITANI / MIXTES * AMB PERFORACIONS PER EMPELTS * AMB SISTEMES DE ESTABILITZACIÓ ROTATÒRIA PRIMÀRIA * AMB SISTEMES DE FIXACIÓ SECUNDÀRIA OPTATIUS	3.500,00000							42		42
G.03	PTF0303030505	PRÒTESI COLUMNA ESPAIADORS INTERSOMÀTICS VÍA POSTERO-LATERAL	ESPAIADORS DE POLÍMER / TITANI / MIXTES * AMB PERFORACIONS PER EMPELTS * AMB SISTEMES DE ESTABILITZACIÓ ROTATÒRIA PRIMÀRIA * AMB SISTEMES DE FIXACIÓ SECUNDÀRIA OPTATIUS	2.200,00000							18		18
G.03	PTF0303131323	PRÒTESI COLUMNA FIXACIONS VERTEBRALS ARTRÒDESI CERVICAL POSTERIOR	FIXACIÓ CERVICAL AMB VISOS POLIAXIALS TRANSFACETARIS 3,5MM EN TITANI * DIFERENTS LONGITUDS * BARRES DE DIFERENTS LONGITUDS * GANTXOS * CONNECTORS * PLAQUES PER FIXACIÓ OCCIPITAL * CIMENTACIÓ OPTATIVA * VISOS AMB HIDROXIAPATITA OPTATIUS.	3.000,00000							2		2
G.03	PTF0303150105	PRÒTESI COLUMNA FIXACIONS VERTEBRALS ARTRÒDESI LUMBAR 1 NIVELL	FIXACIÓ LUMBAR AMB VISOS PEDICULARS EN TITANI MONO I POLIAXIALS * DIFERENTS LONGITUDS * CIMENTACIÓ OPTATIVA * VISOS AMB HIDROXIAPATITA OPTATIUS * BARRES RECTES I CORBES * DIFERENTS LONGITUDS	2.640,00000	6						22		28
G.03	PTF0303150205	PRÒTESI COLUMNA FIXACIONS VERTEBRALS ARTRÒDESI LUMBAR 2 NIVELLS	FIXACIÓ LUMBAR AMB VISOS PEDICULARS EN TITANI MONO I POLIAXIALS * DIFERENTS LONGITUDS * CIMENTACIÓ OPTATIVA * VISOS AMB HIDROXIAPATITA OPTATIUS * BARRES RECTES I CORBES * DIFERENTS LONGITUDS	3.690,00000	10						13		23
G.03	PTF0303150305	PRÒTESI COLUMNA FIXACIONS VERTEBRALS ARTRÒDESI LUMBAR 3 NIVELLS	FIXACIÓ LUMBAR AMB VISOS PEDICULARS EN TITANI MONO I POLIAXIALS * DIFERENTS LONGITUDS * CIMENTACIÓ OPTATIVA * VISOS AMB HIDROXIAPATITA OPTATIUS * BARRES RECTES I CORBES * DIFERENTS LONGITUDS	6.000,00000			75				5		80

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	BSA	CHVIC	CSMS	CST	STE	HOCG	HSJR	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.03	PTF0303150405	PRÒTESI COLUMNA FIXACIONS VERTEBRALS ARTRÒDESI LUMBAR 4 NIVELLS	FIXACIÓ LUMBAR AMB VISOS PEDICULARS EN TITANI MONO I POLIAXIALS * DIFERENTS LONGITUDS * CIMENTACIÓ OPTATIVA * VISOS AMB HIDROXIAPATITA OPTATIUS * BARRES RECTES I CORBES * DIFERENTS LONGITUDS	7.500,00000							5		5
G.03	PTF0303150505	PRÒTESI COLUMNA FIXACIONS VERTEBRALS ARTRÒDESI LUMBAR 5 NIVELLS	FIXACIÓ LUMBAR AMB VISOS PEDICULARS EN TITANI MONO I POLIAXIALS * DIFERENTS LONGITUDS * CIMENTACIÓ OPTATIVA * VISOS AMB HIDROXIAPATITA OPTATIUS * BARRES RECTES I CORBES * DIFERENTS LONGITUDS	8.500,00000							8		8
G.03	PTF0303170505	PRÒTESI COLUMNA FIXACIONS VERTEBRALS PER CORRECCIÓ ESCOLIOSI TORACO-LUMBAR 5 NIVELLS	BARRES LLARGES DIFERENTS LONGITUDS * POSSIBILITAT DE BARRES PRE-FORMADES * VISOS MONO I POLIAXIALS * CIMENTACIÓ VISOS OPTATIVA * VISOS AMB HIDROXIAPATITA OPTATIUS * TRIPODE PER CONNEXIÓ SACRO-ILIACA * VISOS SACRO-ILIACS DE DIFERENTS LONGITUDS	12.000,00000							8		8
G.03	PTF7171131315	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS PLAQUES D'ARTRÒDESI CERVICAL	PLAQUES EN TITANI D'ARTRÒDESI PER VÍA ANTERO-LATERAL ESPECÍFIQUES PER COLUMNA CERVICAL * DIVERSES DIMENSIONS * BAIX PERFIL * VISOS EN TITANI * DIVERSES MIDES * NO INCLOU ESPAIADORS INTERSOMATICS	1.600,00000								14	14
G.03	PTF7171131517	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS PLAQUES D'ARTRÒDESI TORÀCICA	PLAQUES EN TITANI D'ARTRÒDESI PER VÍA ANTERO-LATERAL ESPECÍFIQUES PER COLUMNA TORÀCICA * DIVERSES DIMENSIONS * BAIX PERFIL * VISOS EN TITANI * DIVERSES MIDES * NO INCLOU ESPAIADORS INTERSOMATICS	4.000,00000								2	2
G.03	PTF7171131719	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS PLAQUES D'ARTRÒDESI LUMBAR	PLAQUES EN TITANI D'ARTRÒDESI PER VÍA ANTERO-LATERAL ESPECÍFIQUES PER COLUMNA LUMBAR * DIVERSES DIMENSIONS * BAIX PERFIL * VISOS EN TITANI * DIVERSES MIDES * NO INCLOU ESPAIADORS INTERSOMATICS	4.000,00000						63		2	65
G.03	PTF7171152521	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS VERTEBROPLÀSTIA	KIT DE VERTEBROPLÀSTIA: TROCAR DE PUNCIÓ MÍNIM 30 CM LONGITUD I CALIBRE 17 G PER ABORDATGE POSTERO-LATERAL * TROCAR DE PUNCIÓ MÍNIM 16 CM LONGITUD I CALIBRE 17 G PER ABORDATGE TRANSPEDICULAR * AGULLA-CÀNULA 16 CM LONGITUD I CALIBRE 14 G PER SISTEMA D'INJECCIÓ CONTROLADA * CIMENT PMMA ALTA VISCOSITAT INCLÒS	900,00000			10					2	12
G.03	PTF7171172723	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS CIFOPLÀSTIA	KIT DE CIFOPLÀSTIA: TROCAR DE PUNCIÓ (AGULLA TIPUS JAMSHIDI) CALIBRE 11 G * GUIES METÀL·LIQUES * INTRODUCTOR ÒSSI * CÀNULA DE TREBALL * CATÈTER DE BALONS INFLABLES UNI/BIDIRECCIONALS DE 10-15-20 MM * XERINGA DE GONFLAT CONTROL·LAT * INTRODUCTORS DE CIMENT ÒSSI * ESTIL·LET * CIMENT PMMA ALTA VISCOSITAT INCLÒS	3.000,00000			10					2	12
G.03	PTF7171213525	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS MALLES RECONSTRUCCIÓ CORPS VERTEBRAL (CORPORECTOMIES)	XARXA MULTIPERFORADA EN TITANI PERMETENT ESTABILITZACIÓ CORPOREAL EN CASOS DE CORPORECTOMIA * POSSIBILITAT DE FARCIMENT AMB EMPELT/CIMENT ÒSSI * DIFERENTS TALLE	1.600,00000								4	4
G.03	PTF7171253527	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS PRÒTESI TELESCÒPIQUES CORPS VERTEBRAL (CORPORECTOMIES)	PRÒTESI TELESCÒPICA PER CORPORECTOMIES * MULTIPERFORADA EN TITANI PERMETENT ESTABILITZACIÓ CORPOREAL * POSSIBILITAT DE FARCIMENT AMB EMPELT/CIMENT ÒSSI * SISTEMA DE DISTRACCIÓ INCORPORAT * SISTEMA DE BLOQUEIG INCORPORAT * DIFERENTS TALLE	4.000,00000								4	4
G.03	PTF7171331329	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS PRÒTESI DISCAL INTERVERTEBRAL CERVICAL	PRÒTESI DISCAL CERVICAL AMB DOS PLATETS EN TITANI I NUCLI EN POLIETILÈ * EN UNA SOLA PEÇA O MODULAR * INDENTACIONS DE FIXACIÓ PRIMÀRIA EN CADASCÚ DELS PLATETS SUPERIOR I INFERIOR * NUCLI EN POLIETILÈ PERMETENT LA MOBILITAT * SISTEMES DE ESTABILITZACIÓ SECUNDÀRIA OPTATIUS * DIVERSES MIDES.	2.500,00000								5	5
G.03	PTF7171331731	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS LUMBAR	PRÒTESI DISCAL LUMBAR AMB DOS PLATETS EN TITANI I NUCLI EN POLIETILÈ * EN UNA SOLA PEÇA O MODULAR * INDENTACIONS DE FIXACIÓ PRIMÀRIA EN CADASCÚ DELS PLATETS SUPERIOR I INFERIOR * NUCLI EN POLIETILÈ PERMETENT LA MOBILITAT * SISTEMES DE ESTABILITZACIÓ SECUNDÀRIA OPTATIUS * DIVERSES MIDES.	2.900,00000								2	2
G.03	PTF7171373133	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS ESPAIADORS INTERESPINOSOS	ESPAIADORS INTERESPINOSOS EN MATERIAL NO REABSORBIBLE O TITANI	1.350,00000								2	2
G.03	PTF7171375137	PRÒTESI COLUMNA ESPECIALS ESPAIADORS LAMINARS	ESPAIADORS LAMINARS EN MATERIAL NO REABSORBIBLE	500,00000								2	2
G.04	PTT0351010303	PRÒTESI TURMELL TOTAL CIMENTADA	COMPONENT TIBIAL CIMENTAT AMB SUPERFÍCIE NO ARTICULAR RUGOSA * SUPERFÍCIE ARTICULAR LLISA * COMPONENT EN POLIETILÈ MÒBIL/FIXE AMB LLIBERTAT DE MOVIMENT A LA FLEXO-EXTENSIÓ * ESTABILITZACIÓ MÈDIO-LATERAL GUIADA * COMPONENT ASTRAGALI CIMENTAT AMB SUPERFÍCIE NO ARTICULAR RUGOSA * SUPERFÍCIE ARTICULAR ASTRAGALINA CONVEXA GUIADA * SISTÈMES DE FIXACIÓ SECUNDÀRIA OPTATIUS	1.440,00000								3	3

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	BSA	CHVIC	CSMS	CST	STE	HOCG	HSJR	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.04	PTT0351310505	PRÒTESI TURMELL TOTAL NO CIMENTADA	COMPONENT TIBIAL NO CIMENTAT IMPACTAT AMB SUPERFÍCIE NO ARTICULAR RUGOSA * SUPERFÍCIE ARTICULAR LLISA * COMPONENT EN POLIETILÈ MÒBIL/FIXE AMB LLIBERTAT DE MOVIMENT A LA FLEXO-EXTENSIÓ * ESTABILITZACIÓ MÈDIO-LATERAL GUIADA * COMPONENT ASTRAGALI NO CIMENTAT AMB SUPERFÍCIE NO ARTICULAR RUGOSA * SUPERFÍCIE ARTICULAR ASTRAGALINA CONVEXA GUIADA * SISTÈMES DE FIXACIÓ SECUNDÀRIA OPTATIUS	1.680,00000		2					3		5
G.05	PTO0303310305	PRÒTESI MÀ NO CIMENTADA TRAPEZOMETACARPIANES HEMIARTROPLASTIA	HEMIARTROPLÀSTIA TRAPEZOMETACARPIANA NO CIMENTADA * SUPERFÍCIE NO ARTICULAR RUGOSA * TIJA MONOBLOC NO CIMENTADA AMB SUPERFÍCIE ARTICULAR PER TRAPEZI * MÍNIM 2 TALLES * PERFORACIONS PER ANCLATGE TENDINÓS	1.595,00000		0				7	4		11
G.05	PTO0303310307	PRÒTESI MÀ NO CIMENTADA TRAPEZOMETACARPIANES	PRÒTESI TRAPEZOMETACARPIANA AMB 3 COMPONENTS * CUPULA TRAPEZOIDAL NO CIMENTADA * SUPERFÍCIE NO ARTICULAR RUGOSA * TIJA MONOBLOC NO CIMENTADA, AMB CAP MONOBLOC * MÍNIM 2 TALLES	1.450,00000			45	50			4		99
G.05	PTO0303311515	PRÒTESI MÀ NO CIMENTADA METACARPOFALÀNGIQUES TITANI	COMPONENT METACARPIÀ EN TITANI * NO CIMENTAT * SISTEMA DE ESTABILITZACIÓ SECUNDÀRIA * CAVITAT CONCAVA PER ALLOTJAR EL CAP * COMPONENT FALÀNGIC EN TITANI* SISTEMA D'ESTABILITZACIÓ SECUNDÀRIA * CAP ARTICULAR EN POLIETILÉ.	1.800,00000		2					2		4
G.05	PTO0303311517	PRÒTESI MÀ NO CIMENTADA METACARPOFALÀNGIQUES SILICONA	COMPONENTS METACARPOFALÀNGICS EN SILICONA * NO CIMENTATS * DIVERSES TALLES	600,00000							4		4
G.05	PTO0303312125	PRÒTESI MÀ NO CIMENTADA INTERFALÀNGIQUES TI/COCR	COMPONENTS INTERFALANGICS EN TI/COCR * NO CIMENTATS * COMPONENTS SEMICONSTENYTS * DIVERSES TALLES	900,00000							2		2
G.05	PTO0303312127	PRÒTESI MÀ NO CIMENTADA INTERFALÀNGIQUES SILICONA	COMPONENTS INTERFALANGICS EN SILICONA * NO CIMENTATS * DIVERSES TALLES	600,00000							3		3
G.06	PTN0303310303	PRÒTESI CANELL NO CIMENTADA PRÒTESI CANELL RADIO-METACARPIANA	COMPONENTS MODULARS EN COCR NO CIMENTATS * RECOBRIMENT DE HIDROXIAPATITA/CARBONAT CALCIC * CUPULA RADIAL MÍNIM 3 TALLES * CAP METACARPIÀ MÍNIM 3 TALLES	3.500,00000							1		1