

BANC DE SANG I TEIXITS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS ASSOCIAT A L'ACTIVITAT DEL BANC DE SANG I TEIXITS DE CATALUNYA

EXP CS/1000/1100007025/25/PSS

CONTINGUT

CONTINGUT	2
1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GENERALS REFERENT AL SUBMINISTRAMENT.....	3
3. RELACIÓ DE MOBILIARI	3
3.1 LOT 1 – MOBILIARI DE LABORATORI I OFICINA	5
3.1.1 TAMBORETS DE LABORATORI	5
3.1.2 ARXIVADOR DE GRAN CAPACITAT.	6
3.2 LOT 2 – MOBILIARI CLÍNIC I ASSISTENCIAL	7
3.2.1 BUTAQUES DE DONACIÓ FIXES PER A CENTRES DE DONACIÓ	7
3.2.2 BUTAQUES DE DONACIÓ PLEGABLES.	8
3.2.3 MAMPARA DE SEPARACIÓ PER A PACIENTS.	9
3.2.4 LLIT D'HOSPITALITZACIÓ.	10
4. CONDICIONS GENERALS PER L'ADJUDICATARI	12
4.1 INSTAL·LACIÓ I GARANTIA.....	12
4.2 OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DE L'ADJUDICATARI ..	13
5. DOCUMENTACIÓ SOBRE ÚNIC.	14
5.2 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	14
○ Annex 2; Declaració responsable	14
5.3 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.....	14
5.4 ALTRE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.....	14
DOCUMENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA.....	15

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament, lliurament i instal·lació del mobiliari necessari per al Banc de Sang i Teixits (BST), d'acord amb les especificacions tècniques descrites en el present plec.

El mobiliari haurà de complir amb els requisits funcionals, tècnics i de qualitat establerts, i el seu objecte serà equipar els diferents espais del BST conforme a les seves necessitats operatives.

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GENERALS REFERENT AL SUBMINISTRAMENT.

La licitació es divideix en dos lots diferenciats, cada lot està agrupat per la mateixa tipologia de mobiliari.

Els mobiliaris oferts per part de les empreses licitadores, hauran de complir necessàriament i amb caràcter de mínims exigibles, amb les següents premisses:

- Tot el mobiliari que sigui ofert haurà de complir amb totes les normatives legals vigents, generals i específiques.
- Tot el mobiliari que sigui ofert disposarà, com a mínim, del periodo de garantia definit en les especificacions tècniques particulars de cadascun dels articles.
- El material s'haurà d'entregar en les ubicacions indicades en aquest plec, sense cost adicional pel BST. Els adjudicataris hauran de vetllar per disposar dels recursos suficients pel transport, càrrega/descàrrega, ubicació, muntatge i validació dels seus productes.

3. RELACIÓ DE MOBILIARI

La present licitació es divideix en 2 lots:

NÚMERO DE LOT	DESCRIPCIÓ DE LOT
1	MOBILIARI DE LABORATORI I OFICINA
2	MOBILIARI CLÍNIC I ASSISTENCIAL

És important tenir en compte que els licitadors poden presentar oferta de manera individual per a cadascun dels elements o béns que componen el lot. No és obligatori presentar oferta per la totalitat dels articles que componen el lot.

Els materials definits a continuació hauran de ser subministrats, muntats i/o instal·lats, i validats als centres indicats a la següent taula (la direcció dels centres s'adjunta a l'annex 1) :

Lots	Art	C. Art.	Descripció	Qu.	Centre a instal·lar
1	1.1	40007507	Tamburets de laboratori	22	BST-FDJ laboratori Microbiologia 3 u. BST-FDJ laboratori Cel·lular 6u BST- FDJ Teràpia Cel·lular 6 u BST – FDJ Banc de Teixits 2 u BST – Hospital Verge de la Cinta - Tortosa 1 u BST- Hospital de Can Ruti- Badalona 4 u
	1.2	40007523	Arxivador	1	BST- Hospital Doctor Josep Trueta Girona 1 u
2	2.1	40007526	Butaques de donació fixes	4	BST - Hospital Sant Pau – Barcelona 3u. BST – Hospital Sant Joan de Reus – Reus 1u
	2.2	40007632	Butaques de donació plegables + Fundes de transport	4	BST - Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona 8 u.
	2.3	40007626	Mampara per la separació de pacients 250cm ample x 155cm alt	5	BST- Hospital Vall de Hebron - Barcelona 1u BST – Hospital Joan XXII, Tarragona 1u BST – Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Reus 1u BST – Hospital Verge de la Cinta, Tortosa 1 u BST – Hospital Universitari Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat 1u
	2.4	40007627	Llit Hospitalització	1	1 u. BST – Hospital Universitari Bellvitge 1 u

3.1 LOT 1 – MOBILIARI DE LABORATORI I OFICINA

31.1 TAMBORETS DE LABORATORI

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
TAMBORETS DE LABORATORI	
Quantitat:	22
Característiques generals:	Tamboret giratori amb regulació automàtica d'alçada, amb seient i respall de poliuretà expandit d'alta densitat sobre suports rígids de derivats de fusta. Acabat sense tapisseria per permetre una neteja i manteniment còmode i ràpid. Regulació de suport mitjançant ballesta oscil·lant amb regulació independent de l'altura del suport i separació del mateix sobre el seient. Rodes de diàmetre 50 mm aprox. injectades en niló o similar.
Característiques tècniques:	- Reposapeus cromat amb doble radi en nilon. - Alçada mínima seient 51 cm - Alçada màxima seient 70 cm - Alçada mínima respall 82 cm - Alçada màxima suport 101 cm - Suport: ample aprox alt 23cm - Seient: ample 41cm profunditat 38 cm aprox
Garantia	1 any
Punt d'entrega	BST-FDJ laboratori Microbiologia 3 u. BST-FDJ laboratori Cel·lular 6u BST- FDJ Teràpia Cel·lular 6 u BST – FDJ Banc de Teixits 2 u BST – Hospital Verge de la Cinta - Tortosa 1 u BST- Hospital de Can Ruti- Badalona 4 u

*En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.

*NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments anteriorment descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació

* Les mides podrán variar com máxim un 10% de les estipulades en plec tècnic.

3.1.2 ARXIVADOR DE GRAN CAPACITAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
ARXIVADOR DE GRAN CAPACITAT	
Quantitat:	1
Característiques:	Mides totals: 90 cm ample x 45 cm de fons x 135 cm alçada aproximades. Mides dels calaixos: 30 cm alçada x 85 cm de ample x 40cm de fons aproximadament 4 calaixos. Estructura: monobloc en xapa d'acer amb acabat epoxi granulat. Reforços interns Pany: centralitzat amb 2 copis de claus mínim Pess aproximat: 65kg Color: blanc RAL 9003 o similar. Nº Calaixos: 4
Garantia	1 any
Punt d'entrega:	BST – Hospital Josep Trueta. Avenida de Francia, S/N, 17007 (Girona)

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

** Les mides podrán variar com máxim un 10% de les estipulades en plec tècnic.*

El termini de lliurament de tots els articles que componen el lot 1 no podrà ser superior a 5 setmanas a partir de la petició realitzada per part del BST.

3.2 LOT 2 – MOBILIARI CLÍNIC I ASSISTENCIAL

3.2.1 BUTAQUES DE DONACIÓ FIXES PER A CENTRES DE DONACIÓ

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
BUTAQUES DE DONACIÓ PER A DONACIÓ I AFERESI	
Quantitat:	4
Característiques especials:	- Ajust motoritzat sense passos des de la posició asseguda, la comoditat i el llit fins a la posició de xoc o trendelenburg - Reposabraços d'escuma, plegables cap amunt i giratoris - Unitat de control manual amb botó de posicions inicials, bloqueig manual. - Regulació d'altura: La secció central de la butaca, incloent el seient i el respatllet, ha de disposar d'un sistema d'ajust en altura que permeti la seva elevació i descens per adaptar-se a les diferents alçades del personal sanitari que realitza la punció. - Acompanyament dels braços en la reclinació: Els recolzabraços han d'estar dissenyats per acompanyar el moviment del respatllet en cas que sigui necessari reclinar el donant en posició horitzontal, garantint així el seu confort i estabilitat durant tot el procediment. - Quatre motors per a ajustar la part del respatllet, les cames i el seient, més l'ajust d'alçada. - Càrrega de treball segura de 200kg - Posició d'assegut, confort, llit, xoc i trendelenburg. - Posició d'ajust continu. - Interruptor manual per a un ajust continu. - Reposa-braços plegables cap amunt i giratoris i inclinables en forma de tascó. - Portapapers. - Rodes amb fre de diàmetre aproximat Ø 7,5 cm. - Tapisseria suau còmoda. - Reposa-coll en el color de la tapisseria. - Reposa-peus ajustable manualment. - El color s'escollirà una vegada s'adjudiqui del ventall de colors que aportï l'adjudicatari sense sobrecost afegit.
Mides Llitera llarg x ample:	229.1cm x 80.8 cm
Mides Reposa-braços	52,50 x 15,5 x 11,5 / 7,0 cm llarg x ample x alt
Matalàs, llarg x ample x alt	210,0 x 53,5 x 7,0 cm
Alçada d'accés	56,5-68,0 cm
Angle d'inclinació, part del seient:	0º
Potència i seguretat elèctrica:	240V, 50 Hz -- EN/IEC 60601-1
Classe de productes	Classe I (93/42 ewg)

sanitaris	
Classe de protecció EN/IEC 60601-1	II
Tipus de protecció:	IP X4
Classificació CE 93/42 EWG (MDD)	CE
Pes aprox.	60 kg
Necessitat de certificat de conformitat:	Sí
Garantia	1 any
Punt d'entrega:	3 u. BST – Sant Pau 1 u. BST – Tortosa

*En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.

*NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments anteriorment descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació

* Les mides podran variar com màxim un 10% de les estipulades en plec tècnic.

3.2.2 BUTAQUES DE DONACIÓ PLEGABLES.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Butaques de donació plegables granate + fundes de transport	
Quantitat:	4 butaques i 4 fundes
Característiques especials:	<u>Butaca plegable per a donació de sang amb les següents indicacions:</u> - Matalàs comfortable de (1 cm), matalàs seient amovible, ràpid sistema d'inclinació amb pistó a gas. Ha de incloure: - Reposabraç de 35 cm amb altura fixa i moviment 2D - Coixí per al cap amb forma rectangular. Extrahible amb velcro o similar - Protector de plàstic per a zona peus. <u>Dimensions(cm) :</u> Altura seient: 60 cm aproximat amb alçada ajustable Plegat: 130x60x15 aproximat. Llarg en posició estirat: 1.87 metres aproximats. Pes: 9.40kg aproximats Capacitat kg: 220kg aproximats Color: Granate <u>Accessoris:</u> • Safata en Alumini: Tractament Epoxi blanca, cantonades obertes per a fàcil neteja, per a fixar pel costat llarg del darrera de la butaca, s'ha de poder posicionar a banda i banda de la llitera i per tant s'ha de poder moure. Dimensions: 29x21x2 cm aproximades

	Pes: 0,56 kg aproximadament. • Funda per guardar i transportar les butaques: 100% polyester elàstic, color gris o similar, pes: 0,02 kg aproximats per als reposabraços.
Garantia	2 anys
Punt d'entrega:	FDJ- EM

*En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.

* Les mides podrán variar com màxim un 10% de les estipulades en plec tècnic.

3.2.3 MAMPARA DE SEPARACIÓ PER A PACIENTS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Mampara rígida de separació 250cm larg x 155cm alt amb rodes.	
Quantitat:	5 unitats
Característiques especials:	Mampara rígida i mòbil per a garantir la privacitat i complir amb els estàndards d'higiene en entorns sanitaris. Han d'estar fabricades amb panells compactes d'alta densitat de HPL o similar. Mampara mòbil, amb 5 panells plegables de 500mm d'amplada respectivament. Mida total: Al desplegar-se ha de tenir una mida

	250cm d'amplada x 155cm d'alt. aproximadament Color: Blanc Base: – Base rodant ubicada en el centre amb 4 rodes – Composta per rodes (d'extrem a extrem), quedant estable durant el seu trasllat. – Platina gruixuda d'acer per donar suport i estabilitat a la mampara – Perfil baix i forma rectangular. – Frontisses per permetre posicionar-la adequadament en qualsevol angle – Dimensions: 59cm de llarg x 38 cm d'amplada x 12.5cm d'alt. aproximadament – Pes: 33kg. Aproximadament.
Garantia	1 any
Punt d'entrega:	1u.BST- Hospital Vall d'Hebron. 1u. BST- Hospital Joan XXII 1u. BST – Hospital Verge de la cinta 1 u. BST – Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 1 u. BST – Hospital Universitari Bellvitge.

*En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.

*NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments anteriorment descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació i retirada d'embalatges.

* Les mides podrán variar com máxim un 10% de les estipulades en plec tècnic.

3.2.4 LLIT D'HOSPITALITZACIÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Quantitat:	1
Característiques especials:	- Llit elèctric d'ús hospitalari, amb actuadors amb nivell de protecció IP66 - Quatre seccions articulades mitjançant actuadors lineals - Ajust d'altura mitjançant sistema d'elevació per compàs - Plataforma de matalàs amb panells de HPL extraïbles (sense necessitat d'eines) - Sistema de fre centralitzat mitjançant pedal en piecero. - Tredelenburg i Antitredelenburg elèctrics - Palanques RCP d'emergència - Suport per a porta sueros, potència i arc balcànic a les cantonades - Retenidors per al matalàs - Protectors a les cantonades anticops - Secció de peus articulada mitjançant amortidor - Comandament per a pacient - Comandament avançat amb cable per a infermeria (amb funcions programades) - Llit fàcilment extensible 30cm - Càrrega màxima de seguretat 250kg

	- Conjunt de capçal i peus de polipropilè extraïbles amb funció de bloqueig ràpid. - Baranes per a evitar caiguda pacient Elements addicionals: - Portaserum amb 2 ganchos - Rodes dobles carenades (mínim Ø 150mm) Mides: - Longitud total amb capçal i peus: 222 cm $\pm$ 1 cm. Aproximats - Amplària total amb baranes: 98 cm $\pm$ 1 cm. Aproximats - Amplària Aprox. De lèsapi del matalàs: 83 cm Aproximats - Alçada mínima/màxima del llit (sense matalàs): 41 / 81'5 cm $\pm$ 1 cm. Aproximats - Angle inclinació màxim recolzo: 65° $\pm$ 5° - Angle inclinació màxim extremitats: 45° $\pm$ 2° Aproximats - Angles posicionis Trendelenburg / Antitrendelenburg: 13° / 15° $\pm$ 2°3 Aproximats - Angle inclinació peus: -21°/5° $\pm$ 2° Aproximats - Pess llit en buit: 150kg Matalàs: - Matalàs viscoelàstic, amb base de 9 cm d'escuma de densitat 30 kg i viscoelàstica de 5 cm de 50 kg. Risc III/IV ulceració (Mig-Baix). Nucli no inflamable. - Funda de poliuretà sobre base de polièster ignífugo (40-60%), impermeable, transpirable. Cremallera en O de llarg recorregut amb tapeta. Possibilitat de rentada fins a 95 °C. Tractament anti-bacteris i confecció per termosegellat per ultrasò. Pes 175 gr/m² Biocompatible - Mesura: 85x200x14 cm adaptable al llit.
Garantia	2 anys
Punt d'entrega:	BST- Hospital Universitari Bellvitge

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments anteriorment descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

** Les mides podrán variar com máxim un 10% de les estipulades en plec tècnic.*

El termini de lliurament de tots els articles que componen el lot 2 no podrà ser superior a 16 setmanes a partir de la petició realitzada per part del BST.

Mostres

A requeriment del BST, amb la finalitat de valorar tècnicament l'oferta, el licitador haurà d'estar disponible per realitzar visites o proves tècniques a demanda del BST, ja sigui desplaçant-se a les seves instal·lacions o facilitant l'enviament d'una mostra del producte durant el procés de valoració tècnica de les ofertes, el BST es reserva el dret de poder veure mostres dels productes oferts per verificar aspectes del mobiliari. Els productes que es puguin oferir com a mostra han de ser igual al producte ofert i s'ha d'acompanyar de tots els accessoris requerits a

la fitxa tècnica. L'equip mostrat ha de ser 100% funcional.

La falta de presentació de la mostra en les condicions establertes podria ser motiu d'exclusió de la oferta del licitador.

4. CONDICIONS GENERALS PER L'ADJUDICATARI

4.1 INSTAL·LACIÓ I GARANTIA.

Els diferents adjudicataris seran responsables de l'entrega, preparació, instal·lació de cada material sol·licitat. Estarà obligat a retirar tots els residus derivats del mobiliari comprat o la instal·lació (embalatge, proteccions, etc.) sense afectació ni cap cost afegit per al BST.

Abans de procedir a fer l'entrega del mobiliari als centres BST indicats, caldrà:

- Enviar un correu a la persona de contacte informant de la data d'entrega amb **dos setmanes d'antelació com a mínim**, la qual serà validada i confirmada pels responsables del servei i el personal responsable de la Direcció d'Operacions i Enginyeria.
- Realitzar una coordinació de les activitats empresarials tant dels seus treballadors com dels treballadors de l'empresa transportista que faran la descàrrega del material. Per les descàrregues d'equipaments de més de **50 kg, hauran de venir com a mínim dues** persones a fer la descàrrega. Abans de venir a fer l'entrega, caldrà enviar un correu a la direcció de prevenció del BST on s'indican les dades i s'adjuntarà la documentació següent:
 - Dades de les persones que vindran al BST a fer la descàrrega.
 - Evidència documental de què han sigut lliurats i es disposen dels equips de protecció individual.
 - Documentació relativa al reconeixement mèdic o renúncia al reconeixement mèdic periòdic.
 - Documentació relativa a la formació en Prevenció de Riscos Laborals rebuda pels treballadors.
 - Document acreditatiu d'estar donat d'alta a la Seguretat Social (RNT/rebut autònom) del mes en curs.
- L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de totes les disposicions vigents en matèria de Seguretat i Salut en el treball.
- L'empresa adjudicatària es compromet a posar a disposició de l'Àrea de Prevenció del BST, tota la documentació en matèria de prevenció de riscos.
- Aquesta serà revisada per l'Àrea de Prevenció de Riscos del BST, la qual tindrà la potestat de fer les consideracions i esmenes oportunes per ajustar-lo a l'activitat pròpia del BST.
- L'empresa adjudicatària es compromet a lliurar amb una antelació de com a mínim **48 hores abans** de l'inici de les feines la documentació d'empresa i dels seus treballadors que el BST estimi oportú per realitzar una correcta Coordinació (CAE).

La instal·lació del mobiliari es farà de manera immediata, sempre que les condicions ho

permetin. Igualment, es proporcionarà formació d'ús al personal del BST per aquells elements que així ho requereixin, concretament els llits d'hospitalització i les butaques de donació fixes.

Per tal de poder procedir a la facturació dels materials subministrats, l'adjudicatari i el BST hauran de signar ambdós l'Acta de Recepció (document que facilitarà el BST), data de la qual es considerarà inici del període de garantia. Les condicions per poder emplenar aquesta acta són:

- Material instal·lat sense deficiències/incidències.
- Material validat (dins el termini i en la forma escaient) pels responsables definits pel BST.
- Disposar de tota la documentació associada al tràmit de compra dels equipaments o aparells:
 - Albarans
 - Fitxes tècniques
 - Manuals
 - Documents associats a les necessitats marcades
 - Altres
- Altres disposicions o necessitats associades als equipaments i mobiliari adquirit.

4.2 OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DE L'ADJUDICATARI

Per evitar incidents, l'adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes que dicten les bones pràctiques de gestió, en especial les relatives a evitar abocaments de líquids no desitjats, emissions contaminants a l'atmosfera i l'abandonament de qualsevol tipus de residus, amb extrema atenció a la correcta gestió dels classificats com a peril·losos, durant les tasques de preparació, instal·lació, etc.

L'adjudicatari adoptarà les mesures oportunes per a l'estricta acompliment de la legislació mediambiental vigent que sigui d'aplicació al treball sol·licitat. En casos especials, el BST podrà demanar a l'adjudicatari demostració de la formació o instruccions específiques rebudes per al personal per el correcte desenvolupament del treball.

Sense ànim d'exhaustivitat, a continuació es relacionen algunes de les pràctiques a les que l'adjudicatari es compromet per la consecució d'una bona gestió mediambiental:

- Neteja i retirada final d'envasaments, embalatges, brosses i tot tipus de residus generats a la zona de treball, durant la preparació, instal·lació i posta en marxa dels equipaments.
- Emmagatzematge i maneig adequat de productes químics i mercaderies o residus peril·losos, quan sigui el cas.
- Prevenció de fuites, vessaments i contaminació del sòl o arquetes, amb prohibició de la realització de qualsevol vessament incontrolat.
- Ús de contenidors i bidons tancats, senyalitzats i en bon estat, si es dona el cas.

- Quan sigui d'aplicació, segregació dels residus generats, tenint especial atenció amb els perillosos.
- Restauració de l'entorn ambiental alterat.

L'adjudicatari es compromet a subministrar informació immediata al BST i als Centres BST en qüestió, sobre qualsevol incident mediambiental que es produeixi en el transcurs del treball que es realitza. El BST per sí mateix o a través del Centre BST, podrà demanar amb posterioritat un informe escrit referent al fet i les seves causes.

En el cas dels productes destinats als treballs de manteniment en la utilització en tots els Centres BST objecte d'aquest contracte, l'adjudicatari haurà d'acomplir, sempre que sigui possible, els següents criteris mediambientals:

- Embalatge primari dels productes.
- Innocuitat dels components.
- Biodegradabilitat.
- Contingut de materials reciclats.
- Possibilitat de reutilització i reciclat.
- Servei postvenda de recollida i reciclat.
- Producte fabricat sota un Sistema de Gestió Mediambiental.

5. DOCUMENTACIÓ SOBRE ÚNIC.

5.2 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

- Annex 2; Declaració responsable

5.3 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Les empreses licitadores hauran d'aportar la següent documentació tècnica en el sobre únic:

- Documentació necessària que demostrï el compliment de la normativa de materials.
- Desglosament de la composició del mobiliari (detall dels elements que componen cada article).
- Compliment de normatives generals vigents.
- Manual d'usuari.
- Fitxes tècniques i altra documentació que demostrï el compliment dels requisits tècnics descrits en aquest plec.

Aquesta documentació es de caràcter obligatori, no obstant, no està subjecte a valoració segons els criteris d'adjudicació descrits a l'annex 7 del PCAP.

5.4 ALTRE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Per a poder valorar i aplicar els altres criteris automàtics, les empreses licitadores hauran

d'aportar la documentació següent:

- a) Declaració responsable de l'ampliació del termini de garantia de tots els articles oferts
- b) Declaració responsable de la millora dels terminis de lliurament de tots els articles oferts

Aquesta documentació es comú per als dos lots.

Al sobre es presentarà la documentació tècnica de cada mobiliari sol·licitat. **S'haurà d'incorporar els terminis de lliurament de cadascun.**

DOCUMENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA

Els preus unitaris de licitació són els preus que figuren en el llistat del pla de necessitats i en el model d'oferta econòmica, per a cada article.

Les empreses licitadores hauran de realitzar oferta per preus unitaris segons el model d'oferta econòmica adjunt al sobre únic:

- Excel oferta econòmica: Licitación 1100007025

Els preus són màxims, de forma que sí limiten el preu unitari de les ofertes.

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en els llistats de model d'oferta material, així com la descripció tècnica del material.

S'adjunta com annex al present plec tècnic el pla de necessitats, el qual, inclou els preus màxims de sortida, les quantitats estimades de cada article, i les descripcions detallades de cada material.

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

Advertència: La documentació econòmica haurà d'estar degudament firmada per part del representant de l'empresa licitadora.

*** Nota:** Cal recordar que **NO** és obligatori presentar una oferta per a tots els lots ni per a la totalitat dels articles inclosos en cada lot. Les empreses licitadores podran realitzar oferta per articles individuals.

ANNEX I – CENTRES BST**EDIFICI DR. FREDERIC DURAN I JORDÀ**

Passeig Taulat, 106 - 116
08005 Barcelona

T 93 557 35 00
F 93 557 35 01

CENTRES TERRITORIALS**Fundació Althaia -
Hospital Sant Joan de
Déu**

Dr. Joan Soler, s/n
08240 Manresa
T 93 874 51 51
F 93 874 52 98

Hospital Clínic

Villarroel, 170, Esc 1 1r pis
08036 Barcelona
T 93 227 54 00 (ext. 20 90)

**Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau**

Carrer de Sant Quinti, 77 -
79
08041 Barcelona
T 93 553 75 91
F 93 553 75 92

**Hospital de Vall
d'Hebron**

Passeig Vall d'Hebron, 119
- 129
08035 Barcelona
T 93 274 90 25
F 93 274 90 27

Hospital Joan XXIII

Dr. Mallafré i Guasch, 4
43007 Tarragona
T 977 25 20 99
F 977 21 94 99

**Hospital Universitari
Arnau de Vilanova**

Av. Alcalde Rovira Roure,
80
25198 Lleida
T 973 70 53 37
F 973 70 52 84

**Hospital Universitari de
Bellvitge**

Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet de
Llobregat
T 93 260 75 19
F 93 260 74 53

**Hospital Universitari de
Girona Dr. Josep Trueta**

Carretera de França, s/n
17007 Girona
T 972 22 67 02
F 972 20 85 27

**Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol**

Carretera del Canyet, s/n
08916 Badalona
T 93 497 88 25
F 93 497 87 83

**Hospital Universitari
Sant Joan de Reus**

Av. Josep Laporte, 1, planta
baixa, zona D (grogà)
43205 Reus
T 977 30 85 56
F 977 33 01 54

**Hospital Verge de la
Cinta**

Carrer de les Esplanetes,
s/n
43500 Tortosa
T 977 51 91 37
F 977 51 91 37

Mútua de Terrassa

Pl del Doctor Robert, 5
08221 Terrassa
T 93 736 50 55
F 93 736 50 97

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/1000/1100007025/25/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PEL BST.

Lot: 001 Mobiliari de laboratori i oficina

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007507	Tamboret laboratori	UN	22,000	339,997900	280,990000	7.479,95	6.181,78	21
40007523	Arxivador 4 calaixos	UN	1,000	1.700,001600	1.404,960000	1.700,00	1.404,96	21

Total partida amb iva:	9.179,95
Total partida sense iva:	7.586,74
Total lot amb iva:	9.179,95
Total lot sense iva:	7.586,74

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/1000/1100007025/25/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PEL BST.

Lot: 002 Mobiliari clínic i assistencial

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007526	Butaca donació fixa	UN	4,000	5.808,000000	4.800,000000	23.232,00	19.200,00	21
40007626	Mampara rígida de separació pacients 250x155	UN	5,000	2.100,003400	1.735,540000	10.500,02	8.677,70	21
40007627	Llit d'hospitalització	UN	1,000	3.630,000000	3.000,000000	3.630,00	3.000,00	21
40007632	Butaca donació plegable	UN	4,000	2.399,998700	1.983,470000	9.599,99	7.933,88	21

Total partida amb iva:	46.962,01
Total partida sense iva:	38.811,58
Total lot amb iva:	46.962,01
Total lot sense iva:	38.811,58
Total expedient amb iva:	56.141,96
Total expedient sense iva:	46.398,32