

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101425022/25/AMUP
Cànules, tubs i accessoris per a ventilació
pulmonar_Complementari



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 1 de 50

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	8
4.4.1. Condicions de subministrament	8
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges	13
4.5.2. L'albarà	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	15



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..16
4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)18



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 3 de 50

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Cànules, tubs i accessoris per a ventilació pulmonar** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Els materials ofertats dels lots 2, 3 i 21 hauran d'incorporar doble camisa.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxx_2bis**



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**



En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un



contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament



Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.



En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).



Les empreses contractistes hauran de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament



Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:



- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.



Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'emballatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'emballatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'emballatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

Revisió PPT ago'19

14 / 19



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 14 de 50

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Un cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.



3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 16 de 50

NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D4 - Fitxa-resum Criteris Objectius (Hi ha Excel per emplenar i cal annexar documentació que acrediti el compliment dels requeriments demanats)
ANNEX E - Presentació de mostres



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 19 de 50



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 20 de 50



ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101425022/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
001	Cànula de laringectomia reforçada amb baló	Obligatori
002	Cànula de traqueostomia amb baló	Obligatori
003	Cànula traqueostomia fenestrada sense baló amb vàlvula fonatoria	Obligatori
004	Tubs endotraqueals orals preformats amb baló	Obligatori
005	Tubs endotraqueals orals preformats sense baló	Obligatori
006	Tubs endotraqueals oronasals sense baló	Obligatori
007	Tubs endotraqueals pediàtrics de doble llum sense baló	Obligatori
008	Tubs endotraqueals oronasals amb baló permanència prolongada i intervencions microlarínquies	Obligatori
009	Tubs endotraqueals oronasals amb baló permanència prolongada i aspiració subglòtica	Obligatori
010	Tubs endotraqueals oronasals especials de goma i plata	Obligatori
011	Tubs endotraqueals oronasals reforçats	Obligatori
012	Tub de traqueostomia endobronquial de doble llum per a intubació bronquial esquerra	Obligatori
013	Guies endotraqueals	No Obligatori
014	Pala de laringoscòpi amb il·luminació, plàstic, tipus Miller, un sol ús	No Obligatori
015	Pala de laringoscòpi amb il·luminació, plàstic, tipus Macintosh, un sol ús	Obligatori
016	Pala de laringoscòpi amb il·luminació, acer inoxidable, tipus Macintosh, un sol ús	Obligatori
017	Endoscopis per ORL	Obligatori
018	Broncoscopis per intubació difícil	Obligatori
019	Broncoscopis amb contenidors de mostres	Obligatori
020	Equips cricotiroidectomia i dilatació percutània diverses mesures i tipus	No Obligatori
021	Cànula de traqueostomia sense baló pediàtrica llarga	No Obligatori
022	Complements per a ventilació pulmonar: Canula VAMA	No Obligatori
023	Tubs endotraqueals nasals preformats amb baló	No Obligatori
024	Tubs endobronquials diverses mesures	Obligatori
025	Guies/equips d'intubació/extubació	No Obligatori
026	Fundes per a pales de videolaringoscopi	Obligatori
027	Prolongador/estabilzador TET Fastrach	No Obligatori



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 21 de 50



ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 22 de 50

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 1 / 13
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30001039	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques de penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, e xtrem proximal amb connexió universal, mida: N02: DI 2,0mm, DE 2,9mm, longitud 171 (+/-2)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30001040	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, línia radioopaca, marques de penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extre m proximal amb connexió universal, mida: N2.5: DI 2,5 mm, DE 3,6 mm, longitud 171 (+/-2)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30001041	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal,PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extre m proximal amb connexió universal, mida: N03: DI 3,0 mm, DE 4,2 mm, longitud 190 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30001042	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N3.5: DI 3,5 mm, DE 4,9 mm, longitud 213 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30001043	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal,PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extre m proximal amb connexió universal, mida: N04: DI 4,0 mm, DE 5,5 mm, longitud 232 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30001044	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal,PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extre m proximal amb connexió universal, mida: N4.5: DI 4,5 mm, DE 6,2 mm, longitud 253 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30001045	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N05: DI 5,0 mm, DE 6,9 mm, longitud 274 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30001046	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N5.5: DI 5,5 mm, DE 7,5 mm, longitud 304 (+/-5)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 2 / 13	
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30001047					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N06: DI 6,0 mm, DE 8,2 mm, longitud 317 (+/-5)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30001048					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N6.5: DI 6,5 mm, DE 8,8 mm, longitud 327 (+/-5)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30001049					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N07: DI 7,0 mm, DE 9,5 mm, longitud 339 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001070					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC transparent, ventilació prolongada, baló baixa pressió alt volum forma cònica tipus tap, línia radio opaca, marques profunditat, conn 15mm. N09,DI 9,0mm,DE 12,1mm, long 375(+/-5)mm,baló repòs 28,6(+/-0,5)mm Ø.S/làtex,estèril,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30001071					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N04: D.I. 4,0 mm, D.E. 6,3 mm, longitud de 237 (+/-5)m m, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30001072					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N4.5: D.I. 4,5 mm, D.E. 6,8 mm, longitud de 259 (+/-5) mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30001073					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N05: D.I. 5,0 mm, D.E. 7,3 mm, longitud de 321 (+/-5)m m, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30001074					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N5.5: D.I. 5,5 mm, D.E. 7,8 mm, longitud de 322 (+/-5) mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús					

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 3 / 13
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30001075	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N06: D.I. 6,0 mm, D.E. 8,4 mm, longitud de 329 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30001076	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N6.5: D.I. 6,5 mm, D.E. 9,0 mm, longitud de 334 (+/-5) mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30001077	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N07: D.I. 7,0 mm, D.E. 9,6 mm, longitud de 352 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30001078	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N7.5: D.I. 7,5 mm, D.E. 10,2 mm, longitud de 356 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30001079	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N08: D.I. 8,0 mm, D.E. 10,8 mm, longitud de 364 (+/-5) mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30001080	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N8.5: D.I. 8,5 mm, D.E. 11,3 mm, longitud de 388 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30001081	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, PVC transparent, amb baló baixa pressió. N09: D.I. 9,0 mm, D.E. 11,9 mm, longitud de 398 (+/-5) mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30001087	Descripció llarga: Tub endotraqueal nasal preformat, PVC, baló de pneumotaponament de baixa pressió i vàlvula per a xeringa Luer i L-L, línia radioopaca, marques de penetració, extrem proximal amb connexió universal 15mm, mida: N5.5 (DI5 ,5mm, long 325(+/-5).S/làtex,est,lús			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 4 / 13	
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30001094					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N5.5: D.I 5,5 mm, D.E 7,5 mm, longitud 237 (+/-5)mm Diàmetre del baló 17,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30001095					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N06: D.I 6,0 mm, D.E 8,2 mm, longitud 251 (+/-5)mm Diàmetre del baló 20,6 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30001096					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N6.5: D.I 6,5 mm, D.E 8,9 mm, longitud 263 (+/-5)mm Diàmetre del baló 20,6 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30001097					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N07: D.I 7,0 mm, D.E 9,5 mm, longitud 287 (+/-5)mm Diàmetre del baló 25,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30001098					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N7.5: D.I 7,5 mm, D.E 10,2 mm, longitud 297 (+/-5)mm Diàmetre del baló 25,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30001099					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N08: D.I 8,0 mm, D.E 10,8 mm, longitud 345 (+/-5)mm Diàmetre del baló 25,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30001100					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N8.5: D.I 8,5 mm, D.E 11,4 mm, longitud 355 (+/-4)mm Diàmetre del baló 28,6 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30001972					
Descripció llarga: TET oral per a cir làser, de goma amb protecció al llarg del tub de 17 (+/-2)cm escuma i làmina plata coarrugada. Doble baló (un a l 'interior de l'altre) doble vàlvula i clau 2 vies amb luer i L-L. N06: D.I. 6 mm, D.E. 10,8 mm, long 400 (+/-10)mm.Est,1ús					



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 26 de 50

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 5 / 13
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30002501	Descripció llarga: TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca marques penetració, N3.5: DI3,5mm, DE5,2mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC a/Luer DI 0,80 mm, cabal 15mL/min.S/làtex, est, lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30002502	Descripció llarga: TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca marques penetració, N02: DI2,0mm, DE3,4mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC a/Luer DI0,40 mm, cabal 2,15mL/min.S/làtex, est, lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30002503	Descripció llarga: TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca marques penetració, N03: DI3,0mm, DE4,6mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC a/Luer DI 0,65mm, cabal 5mL/min.S/làt/DEHP, est, lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30002505	Descripció llarga: TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca marques penetració, N2.5: DI2,5mm, DE4,1mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC Luer DI 0,55mm, cabal 3,55 mL/min.S/làt/DEHP, est, lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30002508	Descripció llarga: Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 45 (+/-2) cm, diàme tre intern del tub traqueal entre 4.5-6.0 mm, diàmetre extern 4,3 (+/-0,1)mm. Lliure de làtex, reutilitzable.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30002509	Descripció llarga: Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 50 (+/-2) cm, diàme tre intern del tub traqueal des de 6.0 mm, diàmetre extern 5,6 (+/-0,2)mm. Lliure de làtex, reutilitzable.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30002736	Descripció llarga: Cànula traqueo plàstic, anellada, reforçada, angulada, baló gran volum/baixa pressió, radioopac, N11 DI11mm, DE9,6+/-0,2mm, L93+/-2mm. Conn 15mm integrat cànula, obturador, placa ajustable a mida del coll de pacient, cinta. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30002737	Descripció llarga: Cànula traqueo plàstic, anellada, reforçada, angulada, baló gran volum/baixa pressió, radioopac, N8 DI8,0mm, DE10,9+/-0,2mm, L95+/-2mm. Con n 15mm integrat cànula, obturador, placa ajustable a mida del coll de pacient, cinta. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 6 / 13	
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30005037					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat pediàtric, de clorur de polivinil (PVC) transparent i termosensible, amb marca radioopaca, sense baló de pneumotaponament. Mida N4.0: D.I 4,0 mm, D.E 5,6 mm, Longitud 210 (+/-5) mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30005038					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat pediàtric, de clorur de polivinil (PVC) transparent i termosensible, amb marca radioopaca, sense baló de pneumotaponament. Mida N05: D.I 5,0 mm, D.E 6,9 mm, Longitud 246 (+/-5) mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30005039					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat pediàtric, de clorur de polivinil (PVC) transparent i termosensible, amb marca radioopaca, sense baló de pneumotaponament. Mida N3.5: D.I 3,5 mm, D.E 4,8 mm, Longitud 195 (+/-5) mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30005040					
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat pediàtric, de clorur de polivinil (PVC) transparent i termosensible, amb marca radioopaca, sense baló de pneumotaponament. Mida N4.5: D.I 4,5 mm, D.E 6,2 mm, Longitud 232 (+/-5) mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30005041					
Descripció llarga: TET oral per a cir làser, de goma amb protecció al llarg del tub de 17 (+/-2)cm escuma i làmina plata coarrugada. Doble baló (un a l 'interior de l'altre) doble vàlvula i clau 2 vies amb luer i L-L. N04: D.I. 4 mm, D.E. 8 mm, long 400 (+/-10)mm. Est,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30005042					
Descripció llarga: TET oral per a cir làser, de goma amb protecció al llarg del tub de 17 (+/-2)cm escuma i làmina plata coarrugada. Doble baló (un a l 'interior de l'altre) doble vàlvula i clau 2 vies amb luer i L-L. N05: D.I. 5 mm, D.E. 9 mm, long 400 (+/-10)mm. Est,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30005044					
Descripció llarga: TET oral per a cir làser, de goma amb protecció al llarg del tub de 17 (+/-2)cm escuma i làmina plata coarrugada. Doble baló (un a l 'interior de l'altre) doble vàlvula i clau 2 vies amb luer i L-L. N07: D.I. 7 mm, D.E. 12,3 mm, long 400 (+/-10)mm.Est,lús					
SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30005095					
Descripció llarga: TET oro-nasal, PVC transp,ventil prolongada,baló baixa pressió,baixa permeabil N2O,drenatge subglòtic,extrem distal obert polit,suau ,orifici lateral,línia radioopaca,marques profund.DI8,0,DE11,9mm,Øbaló repès 30(+/-0,5)mm,long 330(+/-5)mm.S/làtex,est,lús					

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 7 / 13
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30005096	Descripció llarga: TET oro-nasal, PVC transp,ventil prolongada,baló baixa pressió,baixa permeabil N2O,drenatge subglòtic,extrem distal obert polit,suau ,orifici lateral,línia radioopaca,marques profund.DI9,0,DE12,8mm,Øbaló repòs 30(+/-0,5)mm,long 330(+/-5)mm.S/làtex,est,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30005112	Descripció llarga: Catèter-guia d'intercanvi 6,0F x 83(+/-3)cm, DI3,2mm, DE5,0mm,flexible ,doble lumen,guia metàl·lica,punta atraum,1 lumen ventilació,c onn p/colocació sonda,conn 15mm i conn L-L,marq penetr,rx,p/intercanvi TET 6,5 a 11,0mm i cànules traqueo.S/làtex,est,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30005451	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro nasal de PVC per a intervencions microlaringies amb baló no apte per a cirurgia làser. Línia radioopaca i orifici lateral. Mida N05: D.I. 5,0 mm, D.E. 6,9 mm, longitud 358 (+/-10)mm, diàmetre baló 27 (+/-1)mm.Lliure làtex,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30006869	Descripció llarga: Cànula traqueo pediàtrica, PVC flexible, radioopaca, sense baló, punta atraumàtica, N06 D.I. 6,0 mm, D.E. 8,5 (+/-0,2)mm, L54 (+/-2) mm. Placa coll flexible, anatòmica i transparent, obturador, adaptador 15mm integrat. Lliure làtex, estèril, lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30007587	Descripció llarga: Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 45 (+/-2) cm, diàmetre intern del tub traqueal entre 3.5-4.5 mm, diàmetre extern 3,3 (+/-0,1)mm. Lliure làtex, reutilitzable.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30007671	Descripció llarga: Cànula traqueostomia de llarga durada, fenestrada, de clorur de polivinil (PVC) transparent, sense baló, amb vàlvula fonatòria integrada a la cànula interna, mida: N09 D.I. 9mm, D.E. 12,2 (+/-0,5)mm, L75 (+/-5)mm. Estèril, lliure làtex, lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30007676	Descripció llarga: Cànula traqueostomia de llarga durada, fenestrada, de clorur de polivinil (PVC) transparent, sense baló, amb vàlvula fonatòria integrada a la cànula interna, mida: N07 (D.I. 7mm, D.E. 10,2mm, L65mm. Lliure de làtex, estèril.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30007677	Descripció llarga: Cànula traqueostomia de llarga durada, fenestrada, de clorur de polivinil (PVC) transparent, sense baló, amb vàlvula fonatòria integrada a la cànula interna, mida: N08 D.I. 8mm, D.E. 11,2 (+/-0,3)mm, L70 (+/-1)mm. Estèril, lliure làtex, lús			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 8 / 13
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 30007831	Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N04: D.I 4,0 mm, D.E 5,6 mm, longitud 216 (+/-2)mm Diàmetre del baló 8 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 30007832	Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N05: D.I 5,0 mm, D.E 6,9 mm, longitud 216 (+/-3)mm Diàmetre del baló 17,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 30009343	Descripció llarga: Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 40 (+/-2) cm, diàmetre intern del tub traqueal entre 3.0-3.5 mm, diàmetre extern 2,6 (+/-0,1)mm. Lliure làtex, reutilitzable.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 30011922	Descripció llarga: Pala de laringoscopi tipus Miller amb il·luminació de llum freda (fibra òptica), de plàstic, punta arrodonida, d'acer inox. Mida núm . 2. Lliure de làtex, un sol ús. Compatible amb mànecs laringoscopi segons norma ISO 7376 Sistema verd.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 30012118	Descripció llarga: Cànula d'intubació fibroscòpica tipus VAMA de plàstic, mida única, forma anatòmica, amb marca làser per guiar fibroscopi, obertura lliscant, per a tubs endotraqueals fins a 8mm de diàmetre, sense làtex, no estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 30024226	Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N4.5: D.I 4,5 mm, D.E 6,2 mm, longitud 237 (+/-3)mm Diàmetre del baló 11 mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 30027085	Descripció llarga: Tub guia traqueal PVC s/baló, reforçat espiral, p/broncoscòpia. DI7,5mm ,DE13,8mm, long 319(+/-10)mm, conn muntat, radioopac, doble llum, gr aduat, siliconat, tub conn O2 independent, topall antimossegada plàstic amb pestanya de fixació, cinta.S/làtex, est, lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 30027978	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro nasal de PVC per a intervencions microlaringies amb baló no apte per a cirurgia làser. Línia radioopaca i orifici lateral. Mida N06: D.I. 6,0 mm, D.E. 8,2 mm, longitud 358 (+/-10)mm, diàmetre baló 27 (+/-1)mm. Lliure làtex, estèril, lús			



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 30 de 50

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 9 / 13
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 30029050	Descripció llarga: Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 40 (+/-2) cm, diàme tre intern del tub traqueal entre 2.5-3.0, diàmetre extern 2 (+/-0,1)mm. Lliure de làtex, reutilitzable.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 30029051	Descripció llarga: Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 35 (+/-2) cm, diàme tre intern del tub traqueal entre 2.0-2.5 mm, diàmetre extern 1,5 (+/-0,1)mm. Lliure de làtex, reutilitzable.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 30029461	Descripció llarga: Cànula cirurgia laringe via traqueostomia, part proximal angle 180°, PVC termosensible, siliconada, flexible, reforçada, radioopaca, baló 22mm de baixa pressió+vàlvula conn luer/luer-lock, connector 15mm. DI 7,0mm,DE 10,4mm,long 270mm.S/làtex,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 30029462	Descripció llarga: Cànula cirurgia laringe via traqueostomia, part proximal angle 180°, PVC termosensible, siliconada, flexible, reforçada, radioopaca, baló 24mm de baixa pressió+vàlvula conn luer/luer-lock, connector 15mm. DI 8,0mm,DE 11,4mm,long 270mm.S/làtex,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 30031517	Descripció llarga: Pala de laringoscopi tipus Macintosh amb il·luminació de llum freda (FO), acer inoxidable. Compatible amb mànec laringoscopi segons norma ISO 7376 sistema verd. Mida núm. 2. Lliure de làtex, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 30031519	Descripció llarga: Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 3 amb il·luminació de llum freda (fibra òptica), de plàstic, verd, faixa protectora d'EVA. ISO 7376-3. Compatible amb Safescope o equivalent. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 30031520	Descripció llarga: Pala de laringoscopi tipus Macintosh amb il·luminació de llum freda (FO), acer inoxidable. Compatible amb mànec laringoscopi segons norma ISO 7376 sistema verd. Mida núm. 4. Lliure de làtex, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 30031527	Descripció llarga: Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 4 amb il·luminació de llum freda (fibra òptica), de plàstic, verd, faixa protectora d'EVA. ISO 7376-3. Compatible amb Safescope o equivalent. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 10 / 13
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 30032649	Descripció llarga: Broncoscopi intubació/broncoscòpia, led, canal treball DI1,2 a 2,2 mm/DE3 ,8 a 4,2mm. mànec ergonòmic, sistema fixació TET, palanca p . distal 180°amunt i 180° avall, camp visió 85 a 120°, long treball 600mm, compatible aView o eq.Est,lús	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 30033325	Descripció llarga: Tub guia traqueal PVC,reforçat amb espiral,baló baixa pressió i gran volum ,p/broncoscòpia. DI 8,5mm, DE 11,7mm, long 359(+/-10)mm,co nnecto muntat radioopac,doble llum,graduat, siliconat,tub connexió O2 independent,vàlv L-L,cinta fixació.S/làtex,est.lús	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 30033849	Descripció llarga: Tub endobronquial doble llum esquerra,p/traqueo,7,5mm,2 balons,DI 4,78mm ,DE 13,9mm,L eix 180mm,L intratraq 75mm,placa fixació i band a p/coll,2 cat aspir,2 con ang,con Y,línia radioopaca,marques penetració,vàlv xeringa L i L-L.PVC,no làtex,estèril,lús	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 30034040	Descripció llarga: Tub endobronquial doble llum esquerra,p/traqueo,8,5mm,2 balons,DI 4,78mm ,DE 13,9mm,L eix 190mm,L intratraq 85mm,placa fixació i band a p/coll,2 cat aspir,2 con ang,con Y,línia radioopaca,marques penetració,vàlv xeringa L i L-L.PVC,no làtex,estèril,lús	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 30034681	Descripció llarga: Broncoscopi Flexible, canal Øtreball 2,2mm,ØDE 5 mm, botons mànec, sist fixació TET, palanca p. distal 195°amunt i 195° avall, Camp visió 120°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball 600mm, compatible aView o eq. Est,lús	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 30040035	Descripció llarga: TET oro-nasal, PVC transp,ventil prolongada,baló baixa pressió,baixa permeabil N2O,drenatge subglòtic,extrem distal obert polit,suau ,orifici lateral,línia radioopaca,marques profund.DI7,0,DE10,4mm,Øbaló repòs 30(+/-0,5)mm,long 330(+/-5)mm.S/làtex,est,lús	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 30040963	Descripció llarga: Broncoscopi Flexible LED, canal Øtreball 2,8mm,Øextern 5,6 mm, botons mànec, sistema fixació TET, palanca p. distal 195°amunt i 195° avall, Camp visió 120°; Anella de rotació dreta/esquerra, long treball 600mm ,compatible aView o eq. Est,lús únic pacient	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 30051661	Descripció llarga: Equip cricotomia d'emergència premontat:cànula plàstic DI 2,0mm a/conn 15mm,collaret i cinta fixació,topall profund posat,agulla con iotomia cònica acer inox,bisturí,xeringa,tub connexió silic DI 2,0mm a/connectors 15mm i 22mm,estèril,lliure làtex,isol ús	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 11 / 13
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 30051770	Descripció llarga: Contenidor/reservori de recanvi per a aspiració de mostres de 60 (+/-5)mL, estèril, d'un sol ús. Compatible amb broncoscopi associat			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 30052453	Descripció llarga: Rinolaringoscopi flexible, LED, canal treball Ø int mig 3,0mm, palanca flexió punta distal 130° amunt/130° avall, camp visió 85°, lo ngitud treball 300mm, botó/connexió aspiració, Compat monitor aView o eq.Est,ús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 30052750	Descripció llarga: Funda per a pala de video-laringoscop tipus DÖRGES per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalen t. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 30053591	Descripció llarga: Tub endotraqueal oro nasal de PVC per a intervencions microlaringies amb baló no apte per a cirurgia làser. Línia radioopaca i orifi ci lateral.Mida N05: D.I. 4,0 mm, D.E. 5,6 mm, longitud 368 (+/-5)mm, diàmetre baló 25 (+/-1)mm. Lliure làtex,estèril,lús			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 30053903	Descripció llarga: Funda per a pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 3 per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 30053904	Descripció llarga: Funda per a pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 4 per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 30054431	Descripció llarga: Funda per a pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 1 per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o eq uivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 30054432	Descripció llarga: Funda per a pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 0 per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o eq uivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 33 de 50

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 33875933S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 11.02.2025 HORA: 09:37:11 PÀGINA: 12 / 13
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 30058871	Descripció llarga: Broncoscopi amb 2 contenidors mostres 60ml rentat LB/LBA,canal treball 2 ,2mm/DE 5,0mm,botons mànec,pananca p. distal 195°amunt 195°a vall,Camp visió 120°;prof.camp 3-100mm,Anella rotació dreta/esq,long treball 600mm, comp. aView o eq. Est,lús únic pacient	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 30058872	Descripció llarga: Broncoscopi amb 2 contenidors mostres 60ml rentat LB/LBA,canal treball 2 ,8mm/DE 5,6mm,botons mànec,pananca p. distal 195°amunt 195°a baix,Camp visió 120°;prof.camp 3-100mm,Anella rotació dreta/esq,long treball 600mm,comp. aView o eq. Est,lús únic pacient	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 30058920	Descripció llarga: Rinolaringoscopi flexible, LED, Canal de treball 2,2, Diàmetre Exterior 5 ,0mm, pananca flexió punta distal 130° amunt/130° avall, camp visió 85°, longitud treball 350mm, botó/connexió aspiració, Compat monitor aView o eq.Est,ús	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 30060659	Descripció llarga: Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 3 amb il·luminació LED, de plàstic. Compatible amb mànecs punt verd ISO 7376. Lliure de là tex, lliure de ftalats, estèril, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 30060660	Descripció llarga: Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 4 amb il·luminació LED, de plàstic. Compatible amb mànecs punt verd ISO 7376. Lliure de l àtex, lliure de ftalats, estèril, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 30061947	Descripció llarga: Estabilzador/empenyidor de silicona per a mascaretes laringies Fastrach, centimetrat per a confirmació de la posició el tub endotraq ueals post retirada Fastrach. Reutilitzable, autoclavable a fins 40 vegades.	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 30063894	Descripció llarga: Cànula traqueotomia amb baló, de silicona flexible, anellat, radioopac ,punta atraumàtica, aletes de subjecció en V flexible i anatòmica, N4 pediàtrica (D.I. 4,0mm, D.E. 6,0mm, L 44mm), obturador, cinta. Estèril, lliure de làtex i ftalats.	
SOL.COMANDA: 1101425022	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 30063895	Descripció llarga: Cànula traqueotomia amb baló, de silicona flexible, anellat, radioopac ,punta atraumàtica, aletes de subjecció en V flexible i anatòmica, N4.5 pediàtrica (D.I. 4,5mm, D.E. 6,7mm, L 48mm), obturador, cinta. Estèril, lliure de làtex i ftalats.	

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 11.02.2025
HORA: 09:37:11
PÀGINA: 13 / 13

SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30064119

Descripció llarga:

Broncoscopi amb 2 contenidors mostres 60ml rentat LB/LBA, canal treball 2 ,2mm/DE 4,2mm, botons mànec, palanca p. distal 210° amunt 210° a vall, Camp visió 120°; prof. camp 3-100mm, Anella rotació dreta/esq, long treball 600mm, comp. aView o eq. Est, l'ús únic pacient

SOL.COMANDA: 1101425022 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30065167

Descripció llarga:

Broncoscopi Flexible, canal Øtreball 1,2mm, ØDE 2,7mm a 3,2mm, botons mànec, sist fixació TET, palanca p. distal 210° amunt i 210° avall, Camp visió 120°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball 600mm, compatible aView o eq. Est, l'ús únic pacient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 35 de 50



ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 36 de 50



ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 37 de 50

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:		CS/CC00/1100556471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B . ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi	



Pàgina 38 de 50



	detall del material	
--	---------------------	--

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobrint hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 39 de 50



	Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes les característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u> . Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO té Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex D2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 40 de 50

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnIndv_pag1



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 41 de 50

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *		
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció ampliada del producte			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnIndv_pag2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 42 de 50



ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 43 de 50



1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del <i>Resum</i> de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 44 de 50

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 45 de 50



ANNEX D4

Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació

Aquest model es troba en format informàtic



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 46 de 50

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 47 de 50

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya proveïdor**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 48 de 50

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat. III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella sense cosí, zona crítica. Mida M, llarg 115cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1 ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella s/cosí, zona crítica. Mida L, llarg 142cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1 ús.	SI	SI	SI	No



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 49 de 50



ANNEX E - Presentació de mostres

-No és necessari presentar mostres-



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
11/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/02/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WUOC7VPSFP2JWARJ0H2DYWSL16TZ7P

Data creació còpia:
20/02/2025 09:51:27

Pàgina 50 de 50