



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau
Tel. 93.291.90.00
contractacions@santpau.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DELS EQUIPS MÈDICS DEL FABRICANT PHILIPS, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

EXPEDIENT.- NSP 25/223

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI:

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és descriure les característiques tècniques que haurà de complir l'empresa adjudicatària, per dur a terme la prestació del servei de manteniment integral dels equips electromèdics que es detallen a continuació:

Número SAP	Serial Number	Equipo
59448412	1684	Allura Xper FD20 CLARITY
72732764	626	Azurion 7 M20
81269841	35047	SmartPath to dStream for XR and 3.0T
79244344	45098	Ingenia Elition X
70466143	8200	SmartPath to dStream for 1.5T
64921299	900013	Vereos PET/CT
102195199	2046	Azurion 7 M20
102195202	2111600977	Philips Hemo system with IntelliVue X3
93253840	460	Philips Hemo system with IntelliVue X3
59877703	95025	IntelliSpace Portal Solutions
85027436	387	IntelliSpace CV New and Upgrades
108492005	49098	Ingenia Ambition X
114138893	30	Azurion 7 M20 EF

El servei de manteniment contractat és un servei de manteniment integral amb les següents especificacions:

Número SAP	Serial Number	Equipo	Tipus de cobertura	Peçes estratègiques incloses
59448412	1684	Allura Xper FD20 CLARITY	PROTECCION PLUS	Tubos Rayos-X y Detectores Digitales
72732764	626	Azurion 7 M20	PROTECCION PLUS	Tubos Rayos-X y Detectores Digitales
81269841	35047	SmartPath to dStream for XR and 3.0T	PROTECCION PLUS	Antenas, Cold Head y suministro de Helio
79244344	45098	Ingenia Elition X	PROTECCION	Antenas, Cold Head y



			PLUS	suministro de Helio
70466143	8200	SmartPath to dStream for 1.5T	PROTECCION PLUS	Antenas, Cold Head y suministro de Helio
64921299	900013	Vereos PET/CT	PROTECCION PLUS	Tubos Rayos-X y Detector
102195199	2046	Azurion 7 M20	PROTECCION PLUS	Tubos Rayos-X y Detectores Digitales
102195202	2111600977	Philips Hemo system with IntelliVue X3	PROTECCIÓN	n/a
93253840	460	Philips Hemo system with IntelliVue X3	PROTECCIÓN	n/a
59877703	95025	IntelliSpace Portal Solutions	PROTECCIÓN	n/a
85027436	387	IntelliSpace CV New and Upgrades	PROTECCIÓN	n/a
108492005	49098	Ingenia Ambition X	PROTECCION PLUS	
114138893	30	Azurion 7 M20 EF	PROTECCION PLUS	

DEFINICIO DEL MANTENIMENT INTEGRAL

El manteniment integral consisteix en la realització de les tasques de manteniment preventiu i correctiu segons els procediments establerts pels fabricants.

Quan la naturalesa de la reparació ho requereixi, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar el trasllat dels equips als seus tallers per procedir a la seva reparació.

Amb l'objectiu de donar continuïtat al servei, el proveïdor, en cas que el lot així ho requereixi, haurà de lliurar sistemes equivalents als que es troben en curs de reparació, en un termini de 48h amb l'objecte de garantir l'assistència al pacient. Aquests s'entregaran sempre a petició de la FGS.

TEMPS DE RESPOSTA

El temps de resposta davant de qualsevol manteniment correctiu serà de màxim 24 hores i es negociarà dins dels criteris de negociació que aquest termini sigui inferior i el més immediat possible.

FORMACIÓ:



L'adjudicatari autoritzarà al personal del servei de Tecnologia Mèdica que la FGS determini i els formarà per tal que puguin efectuar la primera intervenció per determinar si una possible avaria és realment de l'equip o de la instal·lació de subministraments elèctric o de xarxa informàtica. La FGS es compromet a efectuar-la amb els seus propis medis materials.

D'igual manera aquesta formació permetrà determinar, si l'equip està format per diferents mòduls, en quin mòdul està localitzada.

Al final de la formació l'adjudicatari proporcionarà a la FGS els corresponents certificats de la formació rebuda a cada persona amb l'autorització explícita del fabricant per poder realitzar les diferents tasques en els equips.

CANALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ:

Tant la FGS com l'empresa adjudicatària es comprometen als següents punts:

- L'adjudicatari es compromet a elaborar un informe ANUAL d'activitats en els equips inclosos en aquest plec.
- La FGS i l'adjudicatari es comprometen a mantenir les reunions que calguin amb l'objectiu d'analitzar els informes d'activitat per tal d'aconseguir una millor col·laboració.

Els tècnics de la empresa adjudicatària entregaran al Servei de Tecnologia Mèdica de la FGS, un informe o full de treball en el que constarà el següent.

Manteniment preventiu:

- Que s'han realitzat totes i cada una de les operacions preventives programades.
- Les hores d'inici i finalització dels treballs.
- Els recanvis o peces que s'han substituït.
- La confirmació explícita que es considera que l'aparell queda en condicions correctes de funcionament i sobre tot de seguretat.
- Qualsevol observació o recomanació que es consideri pertinent.

ASPECTES GENERALS:

La responsabilitat civil derivada dels treballs de manteniment i reparacions efectuades per la empresa adjudicatària, serà coberta mitjançant una assegurança subscrita amb una companyia d'assegurances adequada i en la quantia legalment establerta.



En cas de que es produeixi alguna baixa dels equips relacionats en el present contracte aquest serà descomptat de la factura periòdica corresponent a partir del primer mes següent a la data de baixa.

Cas que l'adjudicatari detecti una actuació a realitzar en qualsevol dels equips que no respongui a l'objecte del contracte, ho posarà en coneixement de la FGS, que prendrà les mesures adequades per a la seva resolució. Independentment, l'empresa adjudicatària donarà servei provisional fins la reparació definitiva.

L'adjudicatari farà entrega a la FGS dels protocols de manteniment preventiu dels equips inclosos en el present plec.

Barcelona, a 27 de març de 2025

Rubèn Moragues i Pastor

Responsable del contracte

NOTA: Aquest document s'incorpora per duplicat a l'expedient electrònic: d'una banda, s'incorpora el document signat electrònicament per la persona competent i, d'altra banda, el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.