

BANC DE SANG I TEIXITS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE PCR DIGITAL I ELS FUNGIBLES ASSOCIATS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS CONTROLS DE QUALITAT PEL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE TERÀPIES AVANÇADES (FTA) PER PART DEL LABORATORI GENÒMIC DEL BANC DE SANG I TEIXITS.

EXP CS/2000/1100007046/25/PS

1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE.....	3
2. DESCRIPCIÓ DE NÚMEROS D'ORDRE	3
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	4
4. ENTREGA, INSTAL·LACIÓ I VALIDACIÓ INICIAL DE L'EQUIP	5
5. OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DE L'ADJUDICATARI.....	7
6. CONDICIONS LOGÍSTIQUES.....	8
7. DOCUMENTACIÓ SOBRES: SOBRE ÚNIC	11

1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte de la contractació és l'adquisició d'un aparell de PCR Digital (dPCR) i els fungibles associats necessaris per a la realització dels controls de qualitat pel procés de Fabricació de Teràpies Avançades (FTA) per part del Laboratori Genòmic del Banc de Sang i Teixits (BST).

2. DESCRIPCIÓ DELS NÚMEROS D'ORDRE

La licitació no es divideix en lots, ja que donada la naturalesa i característiques del contracte no resulta adient la divisió en lots, essent el principal motiu l'optimització en l'organització amb un únic proveïdor, atès que la realització independent per més d'una empresa de les prestacions incloses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució des del punt de vista tècnic.

Tot el conjunt de la licitació es classifica en dos ordres, agrupats en un sol lot.

Els ordres compresos en l'objecte del contracte són imprescindibles de manera conjunta i, per tant, cal presentar oferta de tots i cadascun dels ordres requerits.

No s'acceptarà cap oferta que no inclogui la totalitat dels ordres sol·licitats.

La licitació consta de 2 números d'ordre segons detallats a continuació:

NÚMERO D'ORDRE	DESCRIPCIÓ
1	SISTEMA DE PCR DIGITAL
2	FUNGIBLE ASSOCIAT

Per tal de garantir el correcte funcionament i el màxim rendiment de l'equip de dPCR els 2 números d'ordre s'adjudicaran a un únic proveïdor. Les principals raons que justifiquen aquesta decisió són les següents:

- Compatibilitat tècnica i operativa. Els fungibles han estat dissenyats específicament per al seu ús amb l'equip corresponent, assegurant-ne un funcionament òptim i segur.
- L'adquisició de fungibles de tercers podria generar incompatibilitats, avaries tècniques o una reducció en l'eficiència i fiabilitat de l'equip.
- Garantia de qualitat i compliment normatiu. L'ús de consumibles no certificats podria comprometre la validesa dels processos i posar en risc els estàndards de qualitat exigits en el sector.
- Continuitat del subministrament i eficiència en la gestió. L'adjudicació conjunta garanteix la disponibilitat dels fungibles adequats durant tota la vida útil de l'equip.

Per tot això, l'adjudicació conjunta de l'equip de PCR digital i el seu fungible associat representa la millor opció per garantir la seguretat, l'operativitat, l'eficiència i la sostenibilitat del servei.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Les característiques tècniques dels articles subjectes a licitació són els que es descriuen a continuació. La no correspondència, a criteri del BST, de l'article presentat amb les característiques tècniques requerides podrà suposar l'exclusió de l'oferta.

Número d'ordre 1: Adquisició d'un aparell de PCR digital

- L'equip ha d'utilitzar tecnologia de nanoplaques microfluídiques.
- Sistema de partició, amplificació i lectura dins del mateix equip de forma automatitzada.
- Sistema microfluídic sòlid amb segellat.
- Ha de poder treballar amb diferents nanoplaques que permetin l'escalabilitat de l'anàlisi de fins a 96 mostres simultàniament i la selecció de diferent número de particions.
- Equip capaç de detectar i recopilar dades d'amplificació a nivell de cada compartiment individual.
- Equip capaç de monitoritzar i registrar la presència o absència d'amplificació de la seqüència objectiu a cada compartiment per separat mitjançant un sistema de fluorescència.
- Permetre una quantificació absoluta sense necessitat de corbes estàndard.
- Permetre la realització de fins a 12 assajos múltiplex en una mateixa mostra.
- Ha de comptar amb un mínim de 5 canals de detecció disponibles per l'usuari.
- Permetre l'ús d'un fluoròfor de referència inclòs als reactius d'amplificació, evitant la necessitat d'afegir un fluoròfor de referència passiu durant la preparació de la reacció.
- Gradient temperatura per a l'optimització de PCR i RT-PCR.
- Capacitat de realitzar cicles addicionals de PCR després d'una anàlisi inicial.
- Capacitat de llegir un mateix assaig en diferents configuracions d'imatge.
- Possibilitat d'agrupació de pous per augmentar el nombre de particions (volum analitzat).
- Sistema obert per a l'ús de sondes i primers personalitzats.
- Equip amb estructura compacta i que no superi els 40 kg de pes.
- Pantalla tàctil a color que es pot usar amb guants.
- Ha d'incloure ordinador portàtil pel maneig de dades.
- Programari per a la configuració d'assaigs i anàlisi de resultats.
- Possibilitat d'analitzar els resultats remotament des de qualsevol ordinador amb el programari instal·lat. Opció de configurar l'anàlisi directament en l'instrument si el programari no està disponible.
- Capacitat de generar resultats tenint en compte la dilució utilitzada i el factor de conversió especificat per l'usuari.

El **número d'ordre 1** ha de contemplar la **garantia** de l'aparell de dPCR. L'equip ha de tenir, com a mínim, 2 anys de garantia que inclogui total cobertura en mà d'obra, desplaçament, reposició de fungible i peces en les avaries que es puguin produir. El temps de garantia de l'equip començarà a comptar a partir de la data signatura de l'acta de recepció.

Número d'ordre 2: Adquisició fungible associat

Els fungibles necessaris per realitzar la quantificació de DNA residual de cèl·lules HEK293 mitjançant dPCR tal com estan descrits en el pla de necessitats adjunt. Tots els reactius han de ser compatibles amb el sistema proposat al número d'ordre 1.

4. ENTREGA, INSTAL·LACIÓ I VALIDACIÓ INICIAL DE L'EQUIP

ENTREGA

El termini de lliurament no podrà ser superior a 2 setmanes des de la signatura del contracte i/o des de la notificació de la comanda. L'adjudicatari serà responsable de l'entrega.

L'equipament s'ha d'entregar al Banc de Sang i Teixits, a la seva seu de l'Edifici Frederic Duran i Jordà, situada a Passeig Taulat 106-116. 08005 Barcelona.

L'adjudicatari estarà obligat a retirar tots els residus derivats de l'equip (embalatge, proteccions, etc.) sense afectació ni cap cost afegit per al BST, acomplint amb totes les normatives vigents referents a residus. Abans de realitzar l'entrega de l'equip al BST, caldrà:

- Enviar un correu al responsable a Serveis Generals i Enginyeria informant de la data i hora d'entrega amb una setmana d'antelació com a mínim.
- Esperar la validació i confirmació per part dels responsables del laboratori i del personal responsable de la Serveis Generals i Enginyeria.
- Realitzar una coordinació de les activitats empresarials tant dels seus treballadors com dels treballadors de l'empresa transportista que faran la descàrrega del material. Per les descàrregues d'equipaments de més de 50 kg, hauran de venir com a mínim dues persones.
- Enviar un correu a la direcció de prevenció del BST on s'indicarà les dades i s'adjuntarà la documentació següent:
 - o Dades de les persones que vindran al BST a fer la descàrrega.
 - o Evidència documental que han sigut lliurats i es disposen dels equips de protecció individual.
 - o Documentació relativa al reconeixement mèdic o renúncia al reconeixement mèdic periòdic.
 - o Documentació relativa a la formació en Prevenció de Riscos Laborals rebuda pels treballadors.
 - o Document acreditatiu d'estar donat d'alta a la Seguretat Social (RNT/rebut autònom) del mes en curs.

INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT

L'adjudicatari serà responsable de la instal·lació i posada en marxa de l'equip sol·licitat. Condicions i característiques de la posada en funcionament:

- Compliment de dates i hores convingudes prèviament amb el personal responsable del BST per fer l'entrega i posada en marxa del equip.

- Posada en marxa sota premisses del fabricant.
- Durant el desenvolupament de la instal·lació i posteriors proves o qualificacions, han de ser present personal de OIE i/o electromedicina.
- La documentació generada d'aquesta instal·lació serà entregada al personal responsable (departament d'OIE).
- Retirada de tots els residus derivats de l'equip o la seva posta en marxa (embalatge, proteccions, etc.) acomplint amb totes les normatives vigents referents a residus.
- Si és necessària la integració en xarxa de l'equip es farà seguint les indicacions de la Direcció d'Informàtica. Totes les instal·lacions físiques i les aplicacions o sistemes a instal·lar hauran de complir la normativa legal i oficial vigent en matèria de seguretat, confidencialitat i responsabilitat en la gestió de dades informatitzades.
- També haurà d'aplicar les polítiques de seguretat establertes pel BST (Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació) relatives a minimitzar la possibilitat d'atac i vulnerabilitat del sistema (actualitzacions de seguretat al dia, programari antivíric i preferiblement EDR actualitzat, etc.). Especialment important, si l'equip requereix de connexió a la xarxa informàtica, per poder-hi accedir des d'altres equips de xarxa per explotar-ne la informació que s'hi pugui generar i emmagatzemar. També caldrà avaluar de quina manera les dades es troben accessibles des de la xarxa i garantir que es pot fer de manera segura i compatible amb els requeriments establerts pel BST.
- L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de totes les disposicions vigents en matèria de Seguretat i Salut en el treball.
- L'empresa adjudicatària es compromet a posar a disposició de l'Àrea de Prevenció del BST, tota la documentació en matèria de prevenció de riscos. Aquesta serà revisada per l'Àrea de Prevenció de Riscos del BST, la qual tindrà la potestat de fer les consideracions i esmenes oportunes per ajustar-lo a l'activitat pròpia del BST.

Per tal de poder procedir a la facturació dels equips subministrats, l'adjudicatari i el BST hauran de signar ambdós l'Acta de Recepció (document que facilitarà el BST), data de la qual es considerarà inici del període de garantia. Les condicions per poder emplenar aquesta acta són:

- Equip completament posat en marxa sense deficiències/incidències.
- Equip validat (en temps i forma) pels responsables definits pel BST. Poden existir equipaments que necessitin un termini temporal que garanteixi el correcte funcionament (període de configuració o de consigna nominal de funcionament). Fins que aquest termini no s'assoleixi, no es podrà procedir a la signatura de l'acta.
- Disposar de tota la documentació associada al tràmit de compra dels equipaments o aparells:
 - o Albarans
 - o Fitxes tècniques
 - o Manuals (de servei d'especejament)
 - o Documents associats a les necessitats marcades
 - o L'adjudicatari ha de presentar certificat d'estudis de validació que indiquin la idoneïtat de l'equipament electromèdic, correlacionant la descripció de l'equip d'aquest plec amb les característiques de l'equip proposat.
 - o Altres disposicions o necessitats associades als equipaments o aparells adquirits.

VALIDACIÓ INICIAL

Si durant la posta en marxa i validació per part del BST es detecten deficiències, es comunicaran per escrit a l'adjudicatari, qui disposarà d'un màxim de 2 setmanes per solucionar-les. Si es posa de manifest que els equips no són capaços de superar els requeriments de qualitat necessaris per a la seva implantació, es considerarà motiu de finalització del contracte.

FORMACIÓ

L'adjudicatari es compromet a donar formació inicial i continuada sobre el maneig i manteniment dels equips, reactius i fungibles.

El responsable del contracte acordarà amb l'adjudicatari el pla definitiu de formació, les dates, horaris i ubicació.

5. OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DE L'ADJUDICATARI

Per evitar incidents, l'adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes que dicten les bones pràctiques de gestió, en especial les relatives a evitar abocaments de líquids no desitjats, emissions contaminants a l'atmosfera i l'abandonament de qualsevol tipus de residus, amb extrema atenció a la correcta gestió dels classificats com a perillosos, durant les tasques de posada en marxa, preparació, instal·lació i manteniment sol·licitades.

L'adjudicatari adoptarà les mesures oportunes per a l'estricta compliment de la legislació mediambiental vigent que sigui d'aplicació al treball sol·licitat. En casos especials, el BST podrà demanar a l'adjudicatari demostració de la formació o instruccions específiques rebudes per al personal per el correcte desenvolupament del treball.

Sense ànim d'exhaustivitat, a continuació es relacionen algunes de les pràctiques a les que l'adjudicatari es compromet per la consecució d'una bona gestió mediambiental:

- Neteja i retirada final d'envasaments, embalatges, brosses i tot tipus de residus generats a la zona de treball, durant la preparació, instal·lació i posada en marxa dels equipaments.
- Emmagatzematge i maneig adequat de productes químics i mercaderies o residus perillosos, quan sigui el cas.
- Prevenció de fuites, vessaments i contaminació del sòl o arquetes, amb prohibició de la realització de qualsevol vessament incontrolat.
- Ús de contenidors i bidons tancats, senyalitzats i en bon estat, si es dona el cas.
- Quan sigui d'aplicació, segregació dels residus generats, tenint especial atenció amb els perillosos.
- Restauració de l'entorn ambiental alterat.

L'adjudicatari es compromet a subministrar informació immediata al BST i als Centres BST en qüestió, sobre qualsevol incident mediambiental que es produeixi en el transcurs del treball que

es realitza. El BST per sí mateix o a través dels Centres BST, podrà demanar amb posterioritat un informe escrit referent al fet i les seves causes.

Davant un incompliment d'aquestes condicions mediambientals, el BST, podrà repercutir a l'adjudicatari el cost econòmic directe o indirecte que suposi dit incompliment, afegint el cost econòmic derivat de l'aturada de processos i/o treballs (producció).

En el cas dels productes destinats als treballs de manteniment en la utilització en tots els Centres BST objecte d'aquest contracte, l'adjudicatari haurà d'acomplir, sempre que sigui possible, els següents criteris mediambientals:

- Embalatge primari dels productes.
- Innocuïtat dels components.
- Biodegradabilitat.
- Contingut de materials reciclats.
- Possibilitat de reutilització i reciclat.
- Servei postvenda de recollida i reciclat.
- Producte fabricat sota un Sistema de Gestió Mediambiental.

6. CONDICIONS LOGÍSTIQUES

Condicions de lliurament:

El material objecte del present contracte (Número d'ordre 2) haurà de ser lliurat al magatzem de l'operador logístic del BST, que és actualment Logaritme.

En el cas d'enviaments de material s'han d'efectuar en paletes (amb l'excepció de volums petits de lliurament), i han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 170 cm. (inclòs la paleta)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En cas de que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, es podran
- ubicar a la mateixa diferents articles degudament ordenats i identificats
- externament.
- Albarans a l'exterior de l'embalatge. L'albarà per duplicat haurà d'identificar:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - L'import total

L'embalatge haurà de complir la reglamentació NIN F-15, que fa menció a l'embalatge de fusta emprat en el comerç internacional. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes barrades (codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1) on s'informarà de: referència, lot i caducitat. La referència de l'etiquetatge haurà de coincidir amb la de l'albarà i amb l' adjudicada en el procediment.

El centre destinatari verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades, es retornarà a l'empresa.

Pel que fa al lloc de lliurament del material, serà als magatzems de l'operador logístic del BST, Logaritme, ubicat a Sant Sadurní d'Anoia.

Sistema EDI:

L'operador logístic Logaritme utilitza com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors el sistema EDI, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic (missatge DESADV D.96A UN EAN005)

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció de mercaderia (missatge RECADV D.96A UN EAN003)

Abans de la formalització del contracte, el adjudicatari haurà d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats, a més de la factura electrònica (missatge INVOIC D.93A UN EAN007)

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>.

Transitoriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació, els adjudicatari que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net> i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicatari es podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar.

Recepció de mercaderies

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia.

Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions AECOC per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de AECOC (GS1 ESPAÑA), s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides al punt 13.6 d'aquest plec

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.

7. DOCUMENTACIÓ DELS SOBRES : SOBRE ÚNIC

7.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Document Europeu únic de Contractació (DEUC).

7.2. DOCUMENTACIÓ OFERTA TÈCNICA

Per poder procedir a la valoració tècnica, serà imprescindible que les empreses licitadores entreguin la següent documentació:

Número d'ordre 1

Memòria tècnica

Que inclogui les característiques tècniques de l'equip, especialment les d'obligat compliment. Com a mínim la memòria tècnica haurà d'incloure la següent informació:

- Marca i model
- Principis de mesura
- Dimensions
- Pes
- Potència requerida
- Volum mínim de mostra que requereix
- Descripció del sistema informàtic inclòs (software, ordinador, etc)
- Si inclou o no el manteniment preventiu a partir de la finalització dels 2 anys de garantia
- Manual de l'usuari
- Residus. Tractament dels mateixos.
- Fitxa de dades de seguretat.
- Protocol de qualificació o instal·lació
- Compliment de normatives generals vigents i Marcat CE.
- Pla de formació

L'adjudicatari haurà de subministrar la informació necessària que el BST li sol·liciti per complir amb la certificació ISO 9001, certificació CAT, normes GPG, GMP, GLP, acreditació ISO 15189, acreditació JACIE, acreditació NETCORD-FACT, i en general els estàndards de qualitat que regeixen l'activitat del BST.

La no presentació de la documentació tècnica suposarà l'exclusió de l'oferta

Número d'ordre 2

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentats omplint, en català o castellà, les columnes que s'indiquen en la fitxa tècnica, per tal d'identificar la qualitat i condicions de cada producte. La informació requerida és:

Reactius:

- Referència
- Nom de l'article
- Presentació i N° de determinacions per Kit.
- Certificacions, normes, etc. que compleix

- Temperatura d'emmagatzematge.
- Insert tècnic
- Descripció de la tècnica, principi de l'anàlisi i explicació del test.
- Residus. Tractament dels mateixos.
- Fitxa de dades de seguretat.
- Protocols d'ús
- Bibliografia

7.3. DOCUMENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA

Els preus unitaris de licitació són els preus que figuren en el model d'oferta econòmica, per a cada article.

Els preus són màxims, de forma que limiten el preu unitari de les ofertes.

Les ofertes econòmiques s'han de presentar obligatòriament en el format Annex de model d'oferta econòmica.