

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT DE TIRES REACTIVES I MESURADORS PEL CONTROL DE LA GLUCOSA, LLANCETES, LLANCETES PROFESSIONALS DE SEGURETAT, LLIBRETES DE CONTROL DE GLICÈMIA I PUNXADORS PER AL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FPC

Índex

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del contracte	3
CLÀUSULA SEGONA. Dades informatives de 2024	3
CLÀUSULA TERCERA. Pressupost del contracte	4
CLÀUSULA QUARTA. Característiques i requisits mínims dels béns a subministrar	4
CLÀUSULA CINQUENA. Adaptació dels béns als canvis tecnològics i actualitzacions	5
CLÀUSULA SISENA. Obligacions de subministrament, manteniment, substitució i estoc d'equips i material	6
CLÀUSULA SETENA. Formació i informació en relació als béns objecte del contracte.....	6
CLÀUSULA VUITENA. Obligacions de comunicació de l'adjudicatari amb el Centre	7
CLÀUSULA NOVENA. Terminis i sistema de lliurament dels béns	7
CLÀUSULA DESENA. Defectes en el subministrament.....	8
CLÀUSULA ONZENA. Obligacions de l'adjudicatari respecte als béns	8
CLÀUSULA DOTZENA. Altres obligacions de l'adjudicatari	9

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE TIRES REACTIVES I MESURADORS PEL CONTROL DE LA GLUCOSA, LLANCETES, LLANCETES PROFESSIONALS DE SEGURETAT, LLIBRETES DE CONTROL DE GLICÈMIA I PUNXADORS PER AL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FPC

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament de tires reactives i mesuradors pel control de la glucosa, llancetes, llancetes professionals de seguretat, punxadors i les llibretes de control de glicèmia - registres per al Centre Sanitari del Solsonès, FPC.

Relació de béns a subministrar:

- Tires reactives de glucosa
- Llancetes
- Llancetes professionals de seguretat
- Punxadors
- Llibretes de control/registre de glicèmia

L'adjudicatari del present contracte resta obligat a lliurar, com a mínim, dos tipus de mesuradors diferents per a control de glicèmies, un dels quals, el de major qualitat tindrà el caràcter de principal i l'altre esdevindrà una segona opció, amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris un segon model de mesurador si la utilització del principal els suposa una dificultat en el seu ús. En tots cas serà decisió del Centre Sanitari determinar el mesurador principal.

Els licitadors hauran de presentar una mostra de cada mesurador i de tota la resta de béns objecte de contractació que ofereixin, en el sobre corresponent, segons consta en el plec de clàusules administratives particulars. Totes les despeses que es puguin produir en relació al seu lliurament, transport, etc., aniran a càrrec del licitador.

El subministrament de tots els béns assenyalats ho són per totes les necessitats dels usuaris, ja sigui per l'ús intern, és a dir i entre altres, pacients de la unitat sociosanitària, consultes i visites ordinàries, urgències i SEM, i extern, és a dir i entre altres, usuaris i pacients del Centre Sanitari que disposen del mesurador i es realitzen un autocontrol.

CLÀUSULA SEGONA. Dades informatives de 2024

Dades a desembre de 2024

- Població assignada al Centre Sanitari del Solsonès: 13.234 persones
- Nombre de pacients diabètics: 927 persones

- Pacients diabètics Tipus I insulínoldependents (T89): 124 persones
- Pacient diabètics Tipus II no insulínoldependents (T90): 733 persones
- Pacients diabètics que necessiten material: 307 persones, de les quals Tipus I amb insulina 125 persones i Tipus II amb insulina 182 persones.
- Pacients diabètics gestacionals: 6 persones

Dades a desembre de 2024

- Unitats consumides de tires reactives: 140.000
- Unitats consumides de llancetes: 7.000
- Unitats consumides de llancetes professionals: 7.400

Les quantitats assenyalades són les resultants dels períodes referenciats, per tant les unitats que s'hagin de subministrar pel contractista en motiu del present contracte ho seran a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats del Centre Sanitari i de la seva activitat assistencial. Per tant, qualsevol variació respecte al disposat en aquest apartat no implicarà afectació a les condicions econòmiques del contracte ni dret a percebre indemnització per part de l'adjudicatària.

CLÀUSULA TERCERA. Pressupost del contracte

S'estableix a la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars.

CLÀUSULA QUARTA. Característiques i requisits mínims dels béns a subministrar

No seran admeses les proposicions de productes/béns que no compleixin les característiques i requisits mínims requerits especificats a continuació:

Tires reactives

- Tecnologia electroquímica
- Tipus de determinació quantitativa
- El mètode enzimàtic utilitzat ha de ser Glucosa Oxidasa amb eliminadors d'interferències i/o glucosa deshidrogenasa
- Quantitat de la mostra $\leq 0,6 \mu\text{l}$
- La zona on introduir la mostra de sang ha d'estar ben identificada
- Autocodificable. No s'ha de requerir codificació per part de l'usuari
- Rang de mesura 20-600 mg/dl per la determinació de glucosa en sang
- Lliure d'interferències per dextrosa i hematòcrit
- Marcat CE
- Estabilitat de la tira: no s'acceptaran tires amb una caducitat inferior a 6 mesos, una vegada obert l'envàs.

Mesuradors

- Sistema de lectura electroquímica
- Temps de lectura no superior a 5 segons
- Desconnexió automàtica
- Memòria mínima de 500 valors amb data i hora
- Avís o indicador de la càrrega de la pila
- Identificació d'errors (sistema de detecció de mostra insuficient i altres)
- Encesa automàtica a l'introduir la tira
- Autocalibratge
- Marcat CE
- Compliment de la norma ISO 15197:2013 o ISO 15197:2015

Llanceta professional de seguretat

- Dispositiu de seguretat per a punció de la glicèmia capil·lar format per llanceta estèril de calibre entre 17G-28G
- D'un sol ús
- Profunditat de punció entre 1,5 mm i 1,6 mm i dispositiu de punció
- Marcat CE
- Sense làtex

Llanceta

- Diàmetre d'agulla entre 30G – 33G
- Marcat CE
- Sense làtex

En tots els casos, els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Les empreses licitadores hauran de presentar una declaració responsable sobre el compliment d'aquests requisits mínims exigibles que constarà com un apartat en l'Annex 1 del plec de clàusules administratives particulars.

Les empreses que ofereixen béns que no reuneixen els requisits mínims assenyalats seran excloses de la present licitació.

CLÀUSULA CINQUENA. Adaptació dels béns als canvis tecnològics i actualitzacions

Els adjudicataris hauran d'actualitzar al seu càrrec els equips subministrats o incorporar

noves versions quan sigui necessari per adaptar-los a les exigències del servei.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat disposés d'evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, o queden obsolets, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte. Això inclou l'actualització dels glucòmetres, que seran substituïts i recollits per l'adjudicatari sense cap cost.

CLÀUSULA SISENA. Obligacions de subministrament, manteniment, substitució i estoc d'equips i material

L'empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment o substitució del equips subministrats durant el període de vigència del contracte, assumint tots els costos que es derivin de la reparació o reposició per qualsevol causa dels aparells o material avariats o defectuosos.

En el cas que calgui fer una substitució dels aparells mesuradors, si el canvi suposa la utilització d'un nou tipus de tires, l'adjudicatària substituirà i recollirà els estocs existents pel nou fungible necessari sense cost addicional pel Centre Sanitari, i proporcionarà a partir de llavors els nous fungibles en les mateixes condicions econòmiques adjudicades.

Serà obligatori disposar d'un dipòsit de mesuradors per cobrir les substitucions per possibles avaries i noves necessitats.

Els béns objecte de contractació hauran de complir el marcat CE i donar compliment al Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris i altra normativa que resulti d'aplicació.

CLÀUSULA SETENA. Formació i informació en relació als béns objecte del contracte.

L'adjudicatari impartirà al seu càrrec cursos de formació i informació en l'ús i maneig de les màquines mesuradores i fungibles per al personal del Centre Sanitari i/o pacients.

L'adjudicatari mantindrà contacte i realitzarà visites periòdiques amb l'empresa adjudicatària, especialment amb el responsable de farmàcia, de manera bimensual.

Els adjudicataris proporcionaran al seu càrrec el suport necessari que asseguri el correcte funcionament dels equips. El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització de tot el material, preferiblement en català, i si no és possible en castellà.

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament amb absoluta continuïtat durant la vigència del contracte pel consum del centre i a aplicar les mesures necessàries per evitar ruptures en l'estoc, compromentent-se a mantenir en els seus magatzems un estoc

suficient per cobrir les necessitats de consum previstes en aquests plecs.

En el cas de produir-se un trencament de l'estoc, l'empresa adjudicatària ho haurà de comunicar al Centre Sanitari del Solsonès, FPC per poder prendre les mesures adequades i es farà càrrec de les despeses derivades d'enviaments urgents o préstecs d'altres empreses subministradores, centres, hospitals, etc., en el supòsit que l'adjudicatària no faciliti o aporti els béns objecte del contracte i no es disposi d'estocs suficients.

CLÀUSULA VUITENA. Obligacions de comunicació de l'adjudicatari amb el Centre Sanitari

L'adjudicatari resta obligat a facilitar i posar a disposició del Centre Sanitari un telèfon i correu electrònic específic de contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament i de resposta immediata davant de qualsevol consulta o incidència tècnica que pugui sorgir en relació a l'aprovisionament o als materials subministrats.

D'altra banda també hauran de posar a disposició un altre telèfon i un correu electrònic d'atenció a l'usuari i per a la resolució de dubtes dels usuaris i professionals del centre sanitari.

Aquesta informació serà facilitada pel licitador autor de la millor oferta qualitat – preu en el moment del requeriment previ a l'adjudicació del contracte. CLÀUSULA NOVENA. Terminis i sistema de lliurament dels béns

L'adjudicatari es compromet a realitzar el lliurament dels materials en el següents terminis:

- NORMAL: 72 hores des de la recepció de la comanda (3 dies hàbils)
- URGENT: 24 hores des de la recepció de la comanda

En el cas que l'adjudicatari presenti incidències reiterades per manca de subministrament o bé per retard en el lliurament de les comandes, la part contractant podrà rescindir el contracte de forma immediata.

Els subministraments es faran sota comanda segons les necessitats del Centre sanitari i no s'acceptaran factures amb imports vinculats a comanda mínima ni despeses per ports. La unitat mínima de comanda serà l'equivalent a la forma de presentació del producte. Per exemple: caixa de 2 unitats, bossa de 50 unitats, etc.

El licitador haurà de disposar com a mínim de dos mitjans per rebre les comandes (el principal: via correu electrònic i el substitut i excepcional: per telèfon i només en cas que l'anterior no sigui operatiu).

En el moment de rebre la comanda, l'adjudicatari haurà de retornar un correu electrònic a

l'adreça farmacia@cssolsones.com confirmant la recepció, indicant el número de comanda i el dia de lliurament de la mercaderia sol·licitada.

En cada lliurament el material se subministrarà en un paquet amb el corresponent albarà (a l'exterior del paquet), on hi constarà la data de la petició, el número de comanda, la descripció completa dels articles entregats indicant quantitat, preu unitari, IVA i total import, d'acord amb l'oferta econòmica presentada per l'adjudicatari. El paquet haurà d'anar identificat amb el nom del proveïdor, el número d'albarà i el número de comanda.

Els lliuraments de les comanades es faran sempre a la seu del Centre Sanitari, (Plaça Antoni Guitart, 1 de Solsona) en horari de 8 a 15 h, de dilluns a divendres no festius, excepte en el cas de lliuraments urgents. La recepció per part del Centre Sanitari no implica l'acceptació íntegra dels béns subministrats, fins que el responsable de farmàcia del centre no hi doni la conformitat.

CLÀUSULA DESENA. Defectes en el subministrament

Si la mercaderia no estigués en correcte estat per ser rebuda es comunicarà a l'adjudicatari per tal que procedeixi a fer un nou subministrament de conformitat amb el pactat. Els embalatges es consideren part integrant de la mercaderia.

En cas de rebre material que presenti defectes, aquest haurà de ser substituït de forma urgent per un altre d'idèntic sense càrrec addicional per al Centre Sanitari, prèvia comunicació d'incidència per part d'aquest darrer. Els materials defectuosos hauran de ser retirats del magatzem del centre en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari les despeses ocasionades aniran per compte de l'adjudicatari i podran ser carregades contra el saldo de proveïdor amb l'entitat.

En el cas de deteriorament del material en el transport, emmagatzematge al Centre Sanitari o pels usuaris, o en ús, per causes no indicades pel licitador (temperatura, humitat, emmagatzematge, etc.), la reposició urgent d'aquest anirà a càrrec de l'adjudicatari i sense cost.

CLÀUSULA ONZENA. Obligacions de l'adjudicatari respecte als béns

A part de l'establert en el plec de clàusules administratives i en la Memòria justificativa, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar la documentació necessària (Fitxes de seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut del treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

És obligatòria la presentació de mostres de tots els materials oferts, tant del fungible com dels mesuradors. Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de les mostres aniran a càrrec del licitador.

CLÀUSULA DOTZENA. Altres obligacions de l'adjudicatari

L'adjudicatari s'obliga en tot l'establert en el present plec de prescripcions tècniques, així com en totes les obligacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la present contractació.

El president – Benjamí Puig i Riu