

Expedient: SSJRBC 0548/25

Entitat: EDP Salut Sant Joan Reus – Baix Camp

Tipus: Serveis

Procediment: Negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat tècnica

Tràmit: Ordinari

Objecte: Contractació del servei integral de manteniment de l'equip de braquiteràpia V5 – FLEXITRON DIGITAL HDR 40ch PREMIER FLEXITRON, Oncentra Brachy i Oncentra Prostate de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

INFORME D'AVALUACIÓ DE L'OFERTA PRESENTADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT DE L'EQUIP DE BRAQUITERÀPIA V5 – FLEXITRON DIGITAL HDR 40CH PREMIER FLEXITRON, ONCENTRA BRACHY I ONCENTRA PROSTATE DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS I, PROPOSTA D'INICI DE LA FASE DE NEGOCIACIÓ I, POSTERIORMENT, ADJUDICACIÓ (EXP. 0548/25)

1. ANTECEDENTS

En data 31 de març de 2025, l'EDP SSJRBC va aprovar la incoació del procediment negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat tècnica de l'expedient de referència, per tal de donar cobertura al servei integral de manteniment de l'equip de braquiteràpia V5 – FLEXITRON DIGITAL HDR 40ch PREMIER FLEXITRON, Oncentra Brachy i Oncentra Prostate de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (expedient 0548/25).

En data 1 d'abril de 2025 es va cursar invitació a l'empresa ELEKTA MEDICAL S.A.U., amb CIF A81886731, per presentar oferta a l'expedient de licitació 0548/25, finalitzant el termini de presentació de pliques en data 28 d'abril de 2025, en tant ELEKTA MEDICAL S.A.U. és l'única empresa que pot executar el servei de manteniment objecte del present contracte, d'acord amb la justificació prevista al Quadre de Característiques (d'ara endavant, QC) i l'informe de necessitats.

En data 24 d'abril de 2025 l'empresa ELEKTA MEDICAL S.A.U. va presentar la seva oferta mitjançant presentació telemàtica a l'expedient de contractació 0548/25.

Des del Servei de Contractació i Licitacions de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp, en data 29 d'abril de 2025, es procedeix a l'obertura de l'oferta telemàtica presentada i, un cop considerada correcta la documentació administrativa (DEUC i Annex Declaració Responsable), trasllada l'oferta tècnica al Sr. Manel Artigues Pedrola, Director de Protecció Radiològica i Física Mèdica de SSJRBC, per a l'emissió del corresponent informe tècnic.

2. OFERTA: COMPLIMENT DELS REQUISITS TÈCNICS I ECONÒMICS

En primer lloc, es procedeix a comprovar si l'oferta presentada per l'empresa ELEKTA MEDICAL S.A.U. dona compliment als requeriments i característiques tècniques detallades al Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara endavant, PPT).

L'empresa licitadora aporta una proposta tècnica on indica, entre altres:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO

1. FINALIDAD DEL SERVICIO

El servicio tiene por finalidad mantener en todo momento los equipos, que son objeto del contrato, en perfecto estado de funcionamiento mediante la ejecución de distintas operaciones y tareas, garantizando:

- El funcionamiento ininterrumpido de los equipos y sistemas asociados, minimizando las posibles paradas por avería y alcanzando el máximo índice de disponibilidad.
- Promover prácticas seguras en el uso del equipo médico.
- Disponer de repuestos y redundancia de equipos para atender las incidencias que se puedan ocasionar en el uso del equipamiento médico.
- Proveer un servicio de mantenimiento que asegure el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento del fabricante y los estándares del servicio establecidos por la administración. La prestación de un servicio de mantenimiento eficiente y eficaz de las instalaciones y equipos de electromedicina objeto de este pliego.
- La obtención de funciones y prestaciones que deben cumplir.
- La adecuación de las instalaciones y equipos a las necesidades actuales, manteniendo un correcto equilibrio entre prestaciones que proporcionan y su costo.
- La disminución del tiempo de respuesta ante averías, aplicando todas las medidas tecnológicas disponibles, incluyendo la gestión remota del equipamiento.
- La seguridad integral sobre los equipos y sistemas asociados, de acuerdo con las condiciones de fabricación,
- La generación y puesta a disposición del responsable del contrato de los siguientes informes:
- Inventario de equipos y sistemas asociados
- Inventario de repuestos
- Histórico de averías e incidencias
- Planificación del mantenimiento preventivo y revisiones técnico-legales
- Indicadores de disponibilidad y calidad del servicio prestado
- Informe de incidencias abiertas, cerradas y pendientes
- La realización de los cambios en la configuración de la infraestructura de red de los equipos que soliciten los responsables de la instalación.
- El mejor estado de conservación de las partes y elementos componentes.
- La gestión del inventario de los equipos y sistemas asociados, así como de sus componentes y repuestos, de acuerdo con el sistema de codificación del cliente.
- El cumplimiento de toda la normativa aplicable.

2. ALCANCE

El servicio de mantenimiento integral ofertado incluye:

- Un plan de mantenimiento preventivo.
- Un plan de mantenimiento técnico-legal.
- Un plan de mantenimiento correctivo,
- Actualizaciones de software.
- Renovación tecnológica (actualizaciones de hardware necesarias para soportar las actualizaciones de software)

El servicio cubre los siguientes aspectos:

- Asistencia técnica y total cobertura de los costes de mano de obra, desplazamiento y dietas.
- Todo el material necesario para llevar a cabo las reparaciones necesarias.

ELEKTA MEDICAL S.A.U. acompanya a la proposta tècnica oferida, recanvis bàsics, ubicació més pròxima de l'estoc de recanvis i la relació de mitjans tècnics i pla de manteniment preventiu i canvi de fonts per l'any 2025.

Així doncs, **un cop analitzada l'oferta tècnica d' ELEKTA MEDICAL S.A.U., es conclou que, l'oferta presentada a l'expedient 0548/25 dona compliment als requisits tècnics previstos al PPT.**

Pel que fa a la proposta econòmica, el licitador admès a la licitació ha presentat la següent oferta econòmica:

- **Preu**

El pressupost total per la vigència inicial de 5 anys (60 mesos) del contracte serà de **409.235,00 €** (IVA exclòs) / **495.174,35 €** (IVA inclòs).

L'oferta econòmica presentada no supera el pressupost base de licitació establert al QC.

D'acord amb la clàusula H del QC:

Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 100 punts.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

S'exposa que el valor de ponderació (VP) és 1, d'acord amb el punt sisè de la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

Un cop aplicada la fórmula anterior a l'oferta econòmica presentada, l'empresa obté la següent puntuació:

EMPRESA	CRITERI	PUNTUACIÓ
ELEKTA MEDICAL S.A.U.	Oferta econòmica	100 punts

Vista l'oferta presentada i un cop analitzada i ponderada d'acord amb el criteri determinat al QC, s'arriba a la puntuació i conclusions reflectides amb anterioritat.

CONCLUSIÓ

Un cop analitzada i valorada la documentació presentada per l'empresa ELEKTA MEDICAL S.A.U., amb CIF A81886731, en relació amb l'expedient de contractació 0548/25, relatiu

al servei integral de manteniment de l'equip de braquiteràpia V5 – FLEXITRON DIGITAL HDR 40ch PREMIER FLEXITRON, Oncentra Brachy i Oncentra Prostate de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus; tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat, pel tràmit ordinari, es proposa que s'iniciï la fase negociadora d'acord amb el previst al QC.

Pel cas que l'empresa no presenti cap millora en l'oferta econòmica inicial, que es tingui l'oferta inicialment presentada per definitiva, i es proposa que es remeti a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació del contracte de l'expedient 0548/25 a l'empresa ELEKTA MEDICAL S.A.U. per l'import corresponent a l'oferta definitiva presentada i pel període de vigència del contracte de CINC (5) anys, condicionat tot l'anterior a la presentació i validació de la documentació que se li hagi de requerir de conformitat amb l'establert a la clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

El que signo als efectes oportuns,

A Reus, amb data de signatura digital

Manel Artigues Pedrola
Director de Protecció Radiològica i Física Mèdica
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp