

EXP. NSP 25/251

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE INSTRUMENTAL Y ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: FRESES I SERRES AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EXP. NSP 25/251

Elements tècnics del contracteObjecte del contracte:

Aquest contracte té per objecte l'adquisició de subministrament de instrumental y accessoris d'un sol ús per procediments quirúrgics: fresas i serres per cobrir les necessitats amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

LOT 1- FRESES I SERRES MOTORS CONMED IBERIA SL	
CODI HSP	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2012706	Fulla de serra amb ventall. Dentat mitjà. Ample 32,5 Llarg 64 Gruix 0.8mm
2012707	Full de serra per a pròtesis. Dentat agressiu. Superfície que facilita el lliscament a les guies de tall. Ample 25 Llarg 90 Gruix 1,27mm
2020192	Fulla de serra. Dentat mitjà. Ample 19,5 Llarg 71 Gruix 0,9mm
2002900	Fulla de serra per a ossos petits. Ample 14,0 Llarg 25,5 Gruix 0,4mm
2022666	Fulla de serra per a ossos petits. Ample 4,5 Llarg 25,5 Gruix 0,4mm
2002914	Fulla de serra per a ossos petits. Ample 14,0 Llarg 41,0 Gruix 0,4mm
2022080	Full de serra recíproca. Llarga. Ample 12,5 Llarg 89,0 Gruix 0,6mm
2022081	Full de serra recíproca. Ample 9,4 Llarg 54,5 Gruix 0,6mm
2002961	Full de tall lateral per a neurocirurgia. Diàmetre 1,8mm amb tres arestes
2003020	Fresa de diamant de 5mm gra gruixut
2018632	Fresa de diamant de 6mm gra fi
2018633	Fresa carbur 4mm
2018634	Fresa carbur 5mm
2018635	Fresa carbur 6mm
2003019	Fresa diamant 4mm gra gruixut

EXP. NSP 25/251

2003026	Disc de diamant per a tall de metall de diàmetre 25,4mm
2019087	Fresa de tall carbur 6.5mmx38.0mm
2019090	Fresa de tall carbur 3.0mmx48.0mm
2019122	Fresa de tall acer inox 2.0mmx48.0mm
2019124	Fresa de tall acer inox 1.0mmx48.0mm
2019127	Fresa diamantada fina 5.0mmx48.0mm
2019128	Fresa diamantada fina 4.0mmx48.0mm
2019129	Fresa diamantada fina 3.0mmx48.0mm
2019130	Fresa diamantada fina 2.0mmx48.0mm
2019131	Fresa diamantada fina 1.5mmx48.0mm
2019132	Fresa diamantada fina 1.0mmx48.0mm
2019133	Fresa diamantada fina 0.7mmx48.0mm
2019137	Fresa diamantada agressiva 2.0mmx48.0mm
2019126	Fresa de tall acer inox 0.5mmx48.0mm
2019136	Fresa diamantada agressiva 3.0mmx48.0mm
2019138	Tub refrigeració/irrigació
LOT 2 - FRESES I SERRES MOTORS MEDTRONIC IBERICA SA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2026135	Fresa de tall acer M2, 1,1mm diàmetre, per adaptador de 7cm.
2026136	Fresa de tall acer M2, 2,3mm diàmetre, per adaptador de 7cm.
2026137	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 6mm diàmetre, per adaptador de 9cm.
2026191	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 4mm diàmetre, per adaptador de 9cm.
2026138	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 5mm diàmetre, per adaptador de 9cm.
2026190	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 3mm diàmetre, per adaptador de 9cm.
2026192	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 2mm diàmetre, per adaptador de 9cm.
2026193	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 3mm diàmetre, per adaptador de 9cm.
2026194	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 4mm diàmetre, per adaptador de 9cm.
2026139	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 5mm diàmetre, per adaptador de 10cm.
2026140	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 3mm diàmetre, per adaptador de 10cm.

EXP. NSP 25/251

2026141	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 4mm diàmetre, per adaptador de 10cm.
2026162	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 6mm diàmetre, per adaptador de 10cm.
2026163	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 5mm diàmetre, per adaptador de 10cm.
2026164	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 2mm diàmetre, per adaptador de 10cm.
2026165	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 4mm diàmetre, per adaptador de 10cm.
2026166	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 3mm diàmetre, per adaptador de 10cm.
2026167	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 6mm diàmetre, per adaptador de 10cm.
2026168	Fresa transnasal acer M2, bola de tall, 3mm diàmetre, angulada un 15º, 13cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026170	Fresa transnasal acer M2, bola de tall, 4mm diàmetre, angulada un 15º, 13cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026171	Fresa transnasal acer M2, bola de diamant, 4,5mm diàmetre, angulada un 15º, 13cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026172	Fresa transnasal acer M2, bola de diamant, 3mm diàmetre, angulada un 15º, 13cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026173	Fresa transnasal acer M2, bola de diamant, 4mm diàmetre, angulada un 15º, 13cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026174	Fresa lateral acer M2, bola de diamant, 2mm diàmetre, angulada un 15º, 7cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026175	Fresa lateral acer M2, bola de diamant, 3mm diàmetre, angulada un 15º, 7cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026176	Fresa tall de metall acer M2, 3mm diàmetre, 17,9mm de longitud, per adaptador de 9cm.
2026177	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 3mm diàmetre, per adaptador de 12cm.
2026178	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 4mm diàmetre, per adaptador de 12cm.
2026179	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de tall, 5mm diàmetre, per adaptador de 12cm.
2026180	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 3mm diàmetre, per adaptador de 12cm.
2026181	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 4mm diàmetre, per adaptador de 12cm.
2026182	Fresa ostesíntesi acer M2, bola de diamant, 5mm diàmetre, per adaptador de 12cm.
2026183	Fresa columna MIS acer M2, cap de llumí de tall, 3mm diàmetre, 14cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026185	Fresa columna MIS acer M2, cap de llumí de diamant, 3mm diàmetre, 14cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026186	Fresa columna MIS acer M2, bola de tall, 3mm diàmetre, 14cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026187	Fresa columna MIS acer M2, bola de tall, 4mm diàmetre, 14cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.

EXP. NSP 25/251

2026188	Sistema d'irrigació tipus clip, amb cassette per a bomba.
2026189	Sistema d'irrigació tipus , amb cassette per a bomba.
2026195	Fresa lateral acer M2, bola de tall, 2mm diàmetre, angulada un 15º, 7cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
2026196	Fresa lateral acer M2, bola de tall, 3mm diàmetre, angulada un 15º, 7cm longitud, incorpora sistema irrigació intern i beina protecció.
LOT 3 – FRESES I SERRES MOTORS STRYKER IBERIA SL	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2014794	Fulla de serra d'acer inoxidable, ample, resistent i gruixut per utilitzar amb sistemes de serra oscil·lant i sagital Stryker. Vora de tallat: 18mm, gruix de la fulla: 0,89 mm, profunditat del tall: 75mm.
2014923	Fulla de serra d'acer inoxidable forma de ventall, ample, resistent i gruixut per utilitzar amb sistemes de serra oscil·lant i sagital Stryker. Vora de tallat: 80 mm gruix de la fulla: 0,64 mm, profunditat del tall: 28,50 mm.
2014222	Fulla de serra d'acer inoxidable, ample, resistent i gruixut per utilitzar amb per a sistemes de serra oscil·lant i sagital Stryker. Vora de tallat: 25mm, gruix de la fulla: 1,27 mm, profunditat del tall: 100mm.
2002937	Fulla de serra d'acer inoxidable, ample, resistent i gruixut per utilitzar amb sistemes de serra esternal de Stryker. Vora de tallat: 6,30 mm, gruix de la fulla: 0,64 mm, profunditat del tall: 32 mm.
2014922	Fulla de serra d'acer inoxidable, ample, resistent i gruixut per utilitzar amb sistemes de serra esternal de Stryker. Vora de tallat: 6,30 mm, gruix de la fulla: 0,79 mm, profunditat del tall: 32 mm.
2014172	Fulla de serra d'acer inoxidable, ample, resistent i gruixut per utilitzar amb sistemes de serra esternal de Stryker. Vora de tall: 25 mm, gruix de la fulla: 1,27 mm, profunditat del tall: 105 mm.

La desviació respecte a les mides i el material només poden ser acceptables si són poc significatives i/o millorades i sempre que les proposades no interfereixin en el correcte funcionament per al que és necessari, això és el correcte tractament del pacient, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents. Cas contrari, es procedirà a l'exclusió de l'oferta presentada per incompliment del PPT.

Formació

L'adjudicatari de cada contracte proporcionarà la formació teòrica i pràctica i suport tècnic per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material descrit anteriorment en cas que es requereixi.

EXP. NSP 25/251

Requeriments tècnics generals

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en format digital on han de constar els següents documents:

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de FGS (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - ✓ Foto/dibuix del producte.
 - ✓ Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - ✓ Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - ✓ Marca comercial de l'article.
 - ✓ Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - ✓ Descripció de la composició del producte.
 - ✓ Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - ✓ Certificació de lliure de làtex, si s'escau.
 - ✓ Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu d'exclusió de la oferta.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica o facilitar enllaç pàgina web on es pugui trobar aquesta.
- Per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material, l'adjudicatari haurà de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica necessària en cas que es requereixi.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- En cas que el fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.

EXP. NSP 25/251

- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofrís evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
- Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'FGS a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.
- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.
- L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats establertes, i assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs :

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho immediatament al departament de Logística.
 - b) L'adjudicatari proporcionarà una alternativa pròpia o d'altres empreses, dins del mercat nacional o mercats externs, de les mateixes característiques amb igual o superior qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació. L'alternativa es facilitarà amb suficient antelació per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part del centre.
 - c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment.
 - d) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament a la FGS segons l'apartat de penalitats establert a la memòria justificativa i segons les condicions del contracte.
- Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents ni més d'una referència per a cada article licitat.

EXP. NSP 25/251

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lots.
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització permanent dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes .
- L'adjudicatari està obligat a aportar valoració econòmica de l'equipament en cessió, si s'escau.

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de recepció de material és de 07:30 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 07:30 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari, en el cas de peticions URGENTS, el lliurament es realitzarà informant al personal de Seguretat de l'Hospital que donarà accés al Bloc quirúrgic.

- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

EXP. NSP 25/251

- En el cas de rebre el material defectuós, en mal estat que impedeixi el seu ús, l'empresa adjudicatària el retirarà i el substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- Si en el moment de la descàrrega es detecta qualsevol incidència, es rebutjarà el material. En cas que posteriorment a l'entrega es detecti que el material està en mal estat, el proveïdor disposa de, 5 dies per retirar el producte.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- Termini de lliurament de les comandes: Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint els següents requeriments: Les comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 3 dies laborables i les urgents en 24 hores o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.
- Les devolucions es notificaran via correu electrònic i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 5 dies. En cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.

EXP. NSP 25/251

- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.
- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

Mostres

- S'informa als licitadors que se'ls podran requerir mostres. No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar mostres i/o demostracions de la seva oferta, a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.
- Les mostres i/o demostracions hauran de ser iguals als articles indicats a la oferta i a subministrar en cas de ser adjudicatari.
- El/s licitador/s hauran de lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert i informat al licitador.
- La recepció de les mostres per part de la FGS, no implica el compliment de l'entrega, entenent que aquest acte només conforma el número de paquets entregats i la data. La FGS es reserva la verificació del contingut real de l'entrega.
- S'entendrà degudament entregada la mostra quan es verifiqui per el responsable de la recepció de mostres, el seu contingut i d'acord amb els requisits de forma i quantitats indicats a la Memòria i al document de sol·licitud. Es comprovarà que les dades consignades en el document siguin certes i, en cas de conformitat, es donaran per degudament entregades.
- No obstant, la conformitat no serà absoluta fins la posterior verificació a detall per part de la FGS.
- En cas de disconformitat deixarà constància expressa de la mateixa en la còpia de l'albarà.
- Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Les mostres s'hauran de presentar en unitats mínimes complertes per a cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.

EXP. NSP 25/251

- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Si fos necessari augmentar el nombre de mostres i/o demostracions a realitzar per discrepàncies entre els diferents professionals, es podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets així com alguna demostració concreta.

Barcelona, a 28 de març de 2025

VIST-I-PLAU

Dr. ALFONS TORREGO

DIRECTOR MÈDIC

NOTA 1: *El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.*

NOTA 2: *A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.*

NOTA 3: *Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.*