

RESOLUCIÓ D'ESMENA

Vist que en data 09 d'abril de 2025, es va aprovar l'expedient de contractació del **subministrament del material fungible i cessió de l'equipament necessari per poder dur a terme les intervencions de cirurgia de cataracta i de retina (vitreoetina) per al servei d'oftalmologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf** (EXP. CSAPG OB 2025/09), i en la mateixa data 09 d'abril de 2025 va ser publicat l'anunci de licitació a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya;

Vist que s'ha detectat un error material en l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques en les característiques mínimes tècniques de la lent cataracta i de les lents tòriques amb afectació als documents; "04 CSAPG OB 2025_09 PPT_Fungible oftalmo" i "04a CSAPG 2025_09_ANNEX1 PPT".

Vist l'error, és necessari esmenar-lo.

Vist l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, segons el qual: *"Les Administracions Públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."*

Vist que el gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf té atorgades les facultats corresponents a l'òrgan de contractació en virtut d'acord de delegació d'aquesta facultat en la gerència per part del Consell Rector de l'entitat en reunió de data 1 d'abril de 2019; ratificades a 24 d'octubre de 2023;

RESOLC

PRIMER.- Modificar els documents "04 CSAPG OB 2025_09 PPT_Fungible oftalmo" i "04a CSAPG 2025_09_ANNEX1 PPT" pels documents "12 CSAPG OB 2025_09 PPT_Fungible oftalmo_esmenat" i "12a CSAPG 2025_09_ANNEX1 PPT_esmenat", en els seus apartats a on consten els imports de la licitació per tal que allà on diu:

"

Característiques lent cataracta
Lent monofocal de càmera posterior hidròfoba acrílica asfèrica amb hàptic en L modificada (o similar) i filtre groc
Lent esfèrica
Òptica de 6 mm totalment útil
Vora recte/quadrada

Filtre UV
Precarregada
Filtre per a la llum blava
Mida de la lent ≥ 12.5 mm
índex de refracció $\geq 1,51$
Injectable per incisió de 2.2mm
Hàptix en L modificada o similar
Rang òptic +6 a +30D
Característiques lents tòriques
Lents esfèrica acrílica hidrofoba monobloc
Diàmetre de l'òptica 6mm
Vora quadrada o recta
Filtre ultravioleta
Mida de la lent > 12 mm
Injectable per incisió de 2.2mm
Índex de refracció major o igual a 1.46
Aberració esfèrica entre -0,20 i -0,30 micres
Hàptix en L modificació o C-loop
Angulació d'hàptix 0º
Rang òptic +6 a +30 dioptries
Glindres de +1,25 a +5,75
Marques eix estigmatisme visibles

”

Ha de dir:

“

Característiques lent cataracta
Lent monofocal de càmera posterior hidròfoba acrílica esfèrica amb hàptix en L modificada (o similar) i filtre groc

Lent asfèrica
Òptica de 6 mm totalment útil
Vora recte/quadrada
Filtre UV
Precarregada
Filtre per a la llum blava
Mida de la lent ≥ 12.5 mm
Índex de refracció $\geq 1,51$
Injectable per incisió de 2.2mm
Hàptix en L modificada o similar
Rang òptic +6 a +30D
Característiques lents tòriques
Lents asfèrica acrílica hidrofoba monobloc
Diàmetre de l'òptica 6mm
Vora quadrada o recta
Filtre ultravioleta
Mida de la lent > 12 mm
Injectable per incisió de 2.2mm
Índex de refracció major o igual a 1.46
Aberració asfèrica entre -0,20 i -0,30 micres
Hàptix en L modificació o C-loop
Angulació d'hàptix 0º
Rang òptic +6 a +30 dioptries
Glindres de +1,25 a +5,75
Marques eix estigmatisme visibles

”

SEGON.- Publicar la present resolució en l'apartat d'avisos del perfil de contractant de l'entitat en l'espai de licitació corresponent a aquest expedient, així com substituir els documents erronis pels degudament esmenats, en l'apartat de configuració del sobre digital dins el mateix espai de licitació.

El que signo als efectes oportuns,

Vilafranca del Penedès, a la data de la signatura digital

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf NIF: Q393896380 J

Dra. Olga Farré Lladó
Gerent
CONSORCI SANITARI DE L'ALT Penedès I GARRAF