

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101433355/25/PS

GUIA PER INTERVENCIONISME CARDÍAC
(COMPLEMENTARI 3)



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09SUU26EN9MQERR0AKZ1TWS9Y5428JT8

Data creació còpia:
07/05/2025 08:33:30

Pàgina 1 de 3

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.
- La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitzen una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.
Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu, considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.
P. max. assig.- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

- La puntuació màxima d'aquest criteri per cadascun dels lots serà de 25 punts.
- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, en funció del lot s'aplicaran criteris subjectes a judici de valor.
- Pel que fa els criteris subjectes a judici de valor:
 - S'aplicaran criteris tècnics (capacitat de suportar, navegabilitat i torque) que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics (òptim, mitjà i baix). Tots ells són criteris que seran



ponderats per un grup d'experts multicèntric compost pels diferents facultatius designats pels hospitals de l'ICS.

- **Hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva.** En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:

LOT 1

En aquest lot es valoraran criteris sotmesos a judici de valor. La puntuació econòmica serà de 75 punts i la puntuació tècnica de 25 punts.

Es valoren les característiques addicionals següents:

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptim	Mitjà	Baix
1.1 Puntuació tècnica sotmesa a judici de valor	1.1.1 Es valorarà la capacitat de suportar l'avenç del dispositiu fins a la lesió: la capacitat de la guia per a suportar, aguantar i mantenir una estabilitat en tot el trajecte, que permeti l'avenç dels dispositius fins el lloc on es troba la lesió a tractar: - La guia que presenti una capacitat de suport òptim obtindrà 10 punts. - La guia que presenti una capacitat de suport mitjà obtindrà 5 punts. - La guia que presenti una capacitat de suport baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	1.1.2 Es valorarà la navegabilitat o capacitat d'accedir al territori distal de l'artèria: la capacitat de la guia per desplaçar-se i avançar en anatomies tortuoses i patològiques fins arribar al lloc on es troba la lesió a tractar: - La guia que presenti una navegabilitat òptima obtindrà 10 punts. - La guia que presenti una navegabilitat mitjana obtindrà 5 punts. - La guia que presenti una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	1.1.3 Es valorarà el torque o capacitat de controlar el moviment de l'extrem distal de la guia des del seu extrem proximal, és a dir, la guia que permet controlar el moviment de l'extrem distal de la guia mitjançant forces exercides en l'extrem proximal, amb mínima torsió o rotació en l'eix: - Si el control del moviment és òptim obtindrà 5 punts. - Si el resultat del control del moviment és mitjanament acceptable obtindrà 2 punts. - Si el control del moviment és baix obtindrà 0 punts.	5	5	2	0

Justificació criteris

Tots els criteris estan enfocats a garantir la seguretat del pacient i el seu confort com també la eficàcia en el procediment mèdic.

Els criteris tècnics descrits asseguren que els materials oferts compleixin amb les especificacions tècniques necessàries per reduir el risc de complicacions/lesions/infeccions. Això inclou la valoració de funcionalitats específiques com la navegabilitat, suport/estabilitat, capacitat de torque, capacitat de suportar l'avenç del dispositiu fins a la lesió.

