

INFORME D'AVUACIÓ DELS LOTS AMB CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT AGREGAT MATERIAL PER A INTERVENCIÓ HEPÀTIC I BILIAR

CS/CC00/110423816/25/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-110423816

En aquest expedient de licitació, s'han presentat ofertes per part de les empreses següents:

NIF	LICITADOR
A08214157	OLYMPUS IBERIA, SAU
A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSU.MAC, S.A.
A58710740	PALEX MEDICAL,S.A.
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA
A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA
B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU
B08525073	COOK ESPAÑA SL
B46193827	LELEMAN, S.L.
B80601982	CARDIVA 2 SL
B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL
B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL
B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 de criteris d'adjudicació (número de document CA-AMUP-52-25).

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica.

Les característiques tècniques dels materials inclosos als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 s'han hagut de valorar subjectivament donat que els professionals juguen un paper cabdal per la seva experiència clínica i tècnica a la seva utilització. Aquesta tècnica depèn de l'expertesa adquirida amb l'experiència. Una complicació en la utilització dels productes sanitaris pot repercutir greument en la salut del pacient.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I PROCEDIMENT DE VALORACIÓ

- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules administratives, ANNEX 4, els criteris de valoració addicionals sotmesos a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:

LOT 1 Catèters de drenatge

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Navegabilitat o facilitat d'introducció del catèter	15
Adaptabilitat de la guia/ànima i catèter	10
Facilitat d'extracció de l'ànima i de la guia un cop finalitzat el procés	10
Sistema tancament de seguretat del catèter per tal de no crear desconfort al pacient.	15



INFORME D'AVUACIÓ DELS LOTS AMB CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT AGREGAT MATERIAL PER A INTERVENCIÓ HEPÀTIC I BILIAR

CS/CC00/110423816/25/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-110423816

LOT 2 Catèters de dilatació biliar

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la	15
Radiopacitat del catèter baló (visibilitat) durant el procediment intervencionista	10
Rapidesa de buidament del catèter baló (facilitat) durant el procediment intervencionista	5
Replegament del catèter baló mesurant la capacitat del baló de tornar a la seva mida original	5

LOT 3 Catèters baló d'extracció càlculs biliars amb inflat progressiu

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Resistència del baló durant el procediment intervencionista	15
No deformació del catèter durant el procediment intervencionista	15
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la	10
Radiopacitat del catèter baló (visibilitat) durant el procediment intervencionista	10

LOT 4 Sistema d'accés biliar percutani per via transhepàtica

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat a causa de la curvatura de la guia	10
Ecogenicitat de l'agulla (visibilitat) durant el procediment intervencionista	10

LOT 5 Equip per a biòpsia hepàtica transjugular

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Resiliència a la deformitat de l'agulla de punció	20
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat a causa de la curvatura de la guia	20

LOT 6 Equip per a biòpsia biliar

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Capacitat d'extracció de la mostra	30
Adaptabilitat de la punta dels fórceps al canal de treball	20

LOT 7 Equip per a biòpsia biliar

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Radiopacitat del catèter (visibilitat) durant el procediment intervencionista	20

- Per la valoració tècnica s'han tingut en compte les descripcions tècniques establertes a l'annex B, les memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades, fotografies, vídeos, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris sotmesos a judici de valor.
- La ponderació dels criteris ha estat portada a terme per un grup d'especialistes de producte dels centres ICS, integrants les *Unitats de Radiologia Intervencionista* i la *Secció de Radiologia Vascular intervencionista (Servei de Radiodiagnòstic)* dels hospitals de l'ICS.
- El material que no han obtingut un mínim del 50% punts de la suma dels criteris de judici de valor per lot, han estat desestimats tècnicament. En el cas que no es compleixi aquesta condició, els materials oferts queden exclosos de la resta de valoracions tècnica objectiva i econòmica.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

INFORME D'AVUACIÓ DELS LOTS AMB CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT AGREGAT MATERIAL PER A INTERVENCIÓ
HEPÀTIC I BILIAR

CS/CC00/110423816/25/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-110423816

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ⇒ **ANNEX 1:** BASE DE PONDERACIONS diferenciada per lots i licitador - El desglossament de puntuacions obtinguda en la valoració dels criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor.
- ⇒ **ANNEX 2:** FULL D'ASSISTÈNCIA ESPECIALISTES CENTRES ICS

Laura Leiva Barragán
Cap de Compres de Materials

Gerència de Compres i Polítiques de Distribució

Institut Català de la Salut

Barcelona, 23 d'octubre de 2025



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVGUBUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20



ANNEX – 1

Expedient núm. CS/CC00/1101423816/25/AMUP

BASE DE PONDERACIONS



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 4 de 13

CS/CC00/1101423816/25/AMUP														MAX:		15 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	15 (SUBJECTU)	50,00						
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicada	Coste del Duplicat	Codi Valid	Consideracions tècniques	Milliores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	NAVIGANT CATÈTER	ADAPTAR GU/ANNA-QT	EXTREMA ANNA/GU/RA	15716GU/ANNA CATÈTER	Preu / No preu	Total preu tècnic	PREU TÈCNIC VALUAT (MÀXIMU) (TECNIC VALUATIVA)	ASSAIGUANT DDA
1	B	10	30003572	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø8Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSUMI MAC, S.A.	BT-PDS-0840-W(B)-RB	BIOTEQUE	SELDINGER	635	87,7200	0,0000							5,00	10,00	5,00	15,00	SI	35,00	70%	SI
1	B	10	30003572	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø8Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	A58710740	PALEX MEDICAL,S.A.	603901	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	SKATER® BILIAR	635	87,7200	0,0000							15,00	10,00	10,00	15,00	SI	50,00	100%	SI
1	B	10	30003572	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø8Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M001272600	Boston Scientific	Catèter de drenaje biliar Flexima BF	635	87,7200	0,0000							5,00	5,00	0,00	10,00	NO	20,00	40%	NO
1	B	10	30003572	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø8Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B46193827	LELEMAN, S.L.	BEIEB00804008	BLUENEEM	DENSIFLO PTBD	635	87,7200	0,0000							5,00	5,00	0,00	0,00	NO	10,00	20%	NO
1	B	10	30003572	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø8Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B80601982	CARDIVA 2 SL	CCL2-0850HB	Unesil	*CATÈTER DE DRENAJE BILIAR CHOLE-CATH*	635	87,7200	0,0000							5,00	5,00	0,00	0,00	NO	10,00	20%	NO
1	B	10	30003572	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø8Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	D14008040-CE	BIOTEQ	M-DRAIN	635	87,7200	0,0000							10,00	10,00	10,00	10,00	SI	40,00	80%	SI
1	B	10	30003572	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø8Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	RBDC-8-038	Merit Medical	ReSolve® RBDC Biliary	635	87,7200	0,0000							5,00	5,00	5,00	0,00	NO	15,00	30%	NO
1	B	10	30003572	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø8Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	BTPDS0840B-RB	BIOTEQUE CORPORATION	Set catèter drenaje biliar	635	87,7200	0,0000							5,00	5,00	5,00	0,00	NO	15,00	30%	NO
1	B	20	30003573	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø12Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	BTPDS1040B-RB	BIOTEQUE CORPORATION	Set catèter drenaje biliar	40	87,7200	0,0000							5,00	10,00	5,00	15,00	SI	35,00	70%	SI
1	B	20	30003573	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø12Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	RBDC-12-038	Merit Medical	ReSolve® RBDC Biliary	40	87,7200	0,0000							15,00	10,00	10,00	15,00	SI	50,00	100%	SI
1	B	20	30003573	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø12Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	D14012040-CE	BIOTEQ	M-DRAIN	40	87,7200	0,0000							5,00	5,00	0,00	10,00	NO	20,00	40%	NO
1	B	20	30003573	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø12Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B80601982	CARDIVA 2 SL	CCL2-1250HB	Unesil	*CATÈTER DE DRENAJE BILIAR CHOLE-CATH*	40	87,7200	0,0000							5,00	5,00	0,00	0,00	NO	10,00	20%	NO
1	B	20	30003573	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø12Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	B46193827	LELEMAN, S.L.	BEIEB01204008	BLUENEEM	DENSIFLO PTBD	40	87,7200	0,0000							5,00	5,00	0,00	0,00	NO	10,00	20%	NO
1	B	20	30003573	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø12Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M001272620	Boston Scientific	Catèter de drenaje biliar Flexima 12F	40	87,7200	0,0000							10,00	10,00	10,00	10,00	SI	40,00	80%	SI
1	B	20	30003573	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø12Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	A58710740	PALEX MEDICAL,S.A.	603697	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	SKATER® BILIAR	40	87,7200	0,0000							5,00	5,00	5,00	0,00	NO	15,00	30%	NO
1	B	20	30003573	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø12Fv40cm+/ -2cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,part distal a/forats,i/laç flexió/tanc tipus pigtail a/2 reforços extraïbles:1plàstic,1metal,part proximal a/connector,estèril,iús	A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSUMI MAC, S.A.	BT-PDS-1240-W(B)-RB	BIOTEQUE	SELDINGER	40	87,7200	0,0000							5,00	5,00	5,00	0,00	NO	15,00	30%	NO
1	B	130	30037806	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø10Fv40cm+/ -5cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,tancament tipus pigtail a/dos reforços extraïbles un de plàstic i un de metall,estèril,iús	A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSUMI MAC, S.A.	BT-PDS-1040-W(B)-RB	BIOTEQUE	SELDINGER	106	87,7200	0,0000							5,00	10,00	5,00	15,00	SI	35,00	70%	SI
1	B	130	30037806	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø10Fv40cm+/ -5cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,tancament tipus pigtail a/dos reforços extraïbles un de plàstic i un de metall,estèril,iús	A58710740	PALEX MEDICAL,S.A.	603685	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	SKATER® BILIAR	106	87,7200	0,0000							15,00	10,00	10,00	15,00	SI	50,00	100%	SI
1	B	130	30037806	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø10Fv40cm+/ -5cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,tancament tipus pigtail a/dos reforços extraïbles un de plàstic i un de metall,estèril,iús	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M001272610	Boston Scientific	Catèter de drenaje biliar Flexima 10F	106	87,7200	0,0000							5,00	5,00	0,00	10,00	NO	20,00	40%	NO
1	B	130	30037806	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø10Fv40cm+/ -5cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,tancament tipus pigtail a/dos reforços extraïbles un de plàstic i un de metall,estèril,iús	B46193827	LELEMAN, S.L.	BEIEB01004008	BLUENEEM	DENSIFLO PTBD	106	87,7200	0,0000							5,00	5,00	0,00	0,00	NO	10,00	20%	NO
1	B	130	30037806	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø10Fv40cm+/ -5cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,tancament tipus pigtail a/dos reforços extraïbles un de plàstic i un de metall,estèril,iús	B80601982	CARDIVA 2 SL	CCL2-1050HB	Unesil	*CATÈTER DE DRENAJE BILIAR CHOLE-CATH*	106	87,7200	0,0000							5,00	5,00	0,00	0,00	NO	10,00	20%	NO
1	B	130	30037806	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø10Fv40cm+/ -5cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,tancament tipus pigtail a/dos reforços extraïbles un de plàstic i un de metall,estèril,iús	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	D14010040-CE	BIOTEQ	M-DRAIN	106	87,7200	0,0000							10,00	10,00	10,00	10,00	SI	40,00	80%	SI
1	B	130	30037806	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø10Fv40cm+/ -5cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,tancament tipus pigtail a/dos reforços extraïbles un de plàstic i un de metall,estèril,iús	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	RBC-10-038	Merit Medical	ReSolve® RBC Biliary	106	87,7200	0,0000							5,00	5,00	5,00	0,00	NO	15,00	30%	NO
1	B	130	30037806	Catèter drenatge percutani vies biliars,polietilè (PUR) flexible,Ø10Fv40cm+/ -5cm,marcador radiopac,recobrimet hidrofílic,tancament tipus pigtail a/dos reforços extraïbles un de plàstic i un de metall,estèril,iús	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	BTPDS1240B-RB	BIOTEQUE CORPORATION	Set catèter drenaje biliar	106	87,7200	0,0000							5,00	5,00	5,00	0,00	NO	15,00	30%	NO



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVGOBUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 5 de 13

CS/CC00/1101423816/25/AMUP																					MAX:								35,00			
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Red. Liquidada	Costs ref. Duplicades	Cost Unitari	Consideracions tècniques	Millors tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	NAVEGANT CAT BALÓ	RADOPANT CAT BALÓ	BUDANT CAT BALÓ	REPAGANT CAT BALÓ	Preu / No preu	Total preu e TÈCNICA	PREU/TÀRC ASSUT	VALORACIÓ TÈCNICA SUBJECTIVA (%)	ASSUMPT 8%					
2	B	50	30008006	Catèter baló dilatació biliar Ø8mmx4cm,baix perfil,2marques radiopaques,intercanvi ràpid 2lums,Ø5,8fx193cm+/5cm,guia recomanada 0,035",canal de treball Ø3,2mm,estèril,1ús,Hurricane o equivalent.	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545940	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILIARY	261	153,0000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI						
2	B	60	30008810	Catèter baló dilatació biliar Ø4mmx2cm,baix perfil,2marques radiopaques,pressió màxima inflat 12atm;catèter (RX)intercanvi ràpid 2lums,Ø5,8fx180cm+/5cm,guia recomanada 0,035",canal de treball Ø3,2mm,estèril,1ús,Hurricane o equivalent.	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545890	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILIARY	13	198,9000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI						
2	B	70	30008811	Catèter baló dilatació biliar Ø4mmx4cm,baix perfil,2marques radiopaques,pressió màxima inflat 12atm;catèter (RX)intercanvi ràpid 2lums,Ø5,8fx180cm+/5cm,guia recomanada 0,035",canal de treball Ø3,2mm,estèril,1ús,Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545900	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILIARY	25	198,9000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI						
2	B	80	30008812	Catèter baló dilatació biliar Ø6mmx2cm,baix perfil,2marques radiopaques,pressió màxima inflat 11atm;catèter (RX)intercanvi ràpid 2lums,Ø5,8fx180cm+/5cm,guia recomanada 0,035",canal de treball Ø3,2mm,estèril,1ús,Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545910	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILIARY	3	306,0000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI						
2	B	90	30008813	Catèter baló dilatació biliar Ø6mmx4cm,baix perfil,2marques radiopaques,pressió màxima inflat 11atm;catèter (RX)intercanvi ràpid 2lums,Ø5,8fx180cm+/5cm,guia recomanada 0,035",canal de treball Ø3,2mm,estèril,1ús,Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545920	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILIARY	58	198,9000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI						
2	B	100	30008814	Catèter baló dilatació biliar Ø8mmx2cm,baix perfil,2marques radiopaques,pressió màxima inflat 11atm;catèter (RX)intercanvi ràpid 2lums,Ø5,8fx180cm+/5cm,guia recomanada 0,035",canal de treball Ø3,2mm,estèril,1ús,Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545930	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILIARY	1	198,9000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI						

CS/CC00/1101423816/25/AMUP																		MAX:										50,00			
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Ref. Digitalitzat	Codi Ref. Digitalitzat	Codi M&E	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	RESISTÈNCIA BALÓ	NO DE FORMACIÓ CATET	NAVIGABILITAT CAT BALÓ	RADIOOPACITAT CAT BALÓ	Punt / Per punta	Total puntes / TÈCNICA	PERCENTATGE ASSUT / MAGNIFICACIÓ SUBJECTIVA (%)	ASSEGURAMENT					
3	B	110	30015061	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera" 2 mides de baló 12-15mm, Ø7/6Fx200cm +/-5cm,afiliat (en la punta),1 marca radiopaca,per a guia recomanada de 0,035",canal d'accés mínim 2,8mm.Estèril,1us	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00547010	Extractor™ PRO RX	Extractor™ PRO RX Balones de extracción	10	80,00000	0,00000							15,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	90%	SI					
3	B	110	30015061	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera" 2 mides de baló 12-15mm, Ø7/6Fx200cm +/-5cm,afiliat (en la punta),1 marca radiopaca,per a guia recomanada de 0,035",canal d'accés mínim 2,8mm.Estèril,1us	A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA	SRB-T-12/15/18-20	MICRO-TECH	SRB	10	80,00000	0,00000							15,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	90%	SI					
3	B	150	30040778	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 9-12mm per catèter.Precarregat a/estílet de reforç, punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1,0us,tipus EXTRACTOR PRO RX-5 o equi.	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00547300	Extractor™Pro RX-5	Extractor™Pro RX-5	1061	80,00000	0,00000							15,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	90%	SI					
3	B	150	30040778	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 9-12mm per catèter.Precarregat a/estílet de reforç, punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1,0us,tipus EXTRACTOR PRO RX-5 o equi.	A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA	RSRB-T-9/12/15-20	MICRO-TECH	RSRB	1061	80,00000	0,00000							15,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	90%	SI					
3	B	150	30040778	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 9-12mm per catèter.Precarregat a/estílet de reforç, punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1,0us,tipus EXTRACTOR PRO RX-5 o equi.	B06525073	COOK ESPAÑA SL	FS-8.5-12-15-A	Cook	Fusion	1061	80,00000	0,00000	FS-8.5-12-15-A	30040779					5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	70%	SI					
3	B	160	30040779	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 12-15mm per catèter.Precarregat a/estílet de reforç, punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1,0us,tipus EXTRACTOR PRO RX-5 o equi.	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00547310	Extractor™Pro RX-5	Extractor™Pro RX-5	749	80,00000	0,00000							15,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	90%	SI					
3	B	160	30040779	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 12-15mm per catèter.Precarregat a/estílet de reforç, punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1,0us,tipus EXTRACTOR PRO RX-5 o equi.	A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA	RSRB-T-12/15/18-20	MICRO-TECH	RSRB	749	80,00000	0,00000							15,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	90%	SI					
3	B	160	30040779	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 12-15mm per catèter.Precarregat a/estílet de reforç, punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1,0us,tipus EXTRACTOR PRO RX-5 o equi.	B06525073	COOK ESPAÑA SL	FS-8.5-12-15-A	Cook	Fusion	749	80,00000	0,00000	FS-8.5-12-15-A	30040778					5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	70%	SI					
3	B	170	30040780	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 15-18mm per catèter.Precarregat a/estílet de reforç, punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1,0us,tipus EXTRACTOR PRO RX-5 o equi.	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00547320	Extractor™Pro RX-5	Extractor™Pro RX-5	19	80,00000	0,00000							15,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	90%	SI					
3	B	170	30040780	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera",intercanvi ràpid,a/2 mides de baló 15-18mm per catèter.Precarregat a/estílet de reforç, punta atraumàtica 4,5Fr,injecció sobre i sota del baló,estèril,1,0us,tipus EXTRACTOR PRO RX-5 o equi.	A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA	RSRB-T-15/18/21-20	MICRO-TECH	RSRB	19	80,00000	0,00000							15,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	90%	SI					
3	B	270	30069223	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera", OTWL, 8,5/11,5/15mm i 15/18/20mm, p/catèter,punta atraumàtica 4,5Fr,200cm(+/-5cm),guia 0,035",canal mínim accés 2,8mm,injecció p/sobre i sota baló,estèril,1,0us,tipus Multi 3Vo equivalent	A08214157	OLYMPUS IBERIA, SAU	N5384090	OLYMPUS	B-V242Q-B	10	160,00000	0,00000							5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	70%	SI					
3	B	270	30069223	Catèter baló d'extracció càlculs biliars,infilat baló "hombrera", OTWL, 8,5/11,5/15mm i 15/18/20mm, p/catèter,punta atraumàtica 4,5Fr,200cm(+/-5cm),guia 0,035",canal mínim accés 2,8mm,injecció p/sobre i sota baló,estèril,1,0us,tipus Multi 3Vo equivalent	A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA	SRB-9/12/15-20	MICRO-TECH	SRB	10	160,00000	0,00000							15,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	90%	SI					



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEW17A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 7 de 13

CS/COD0/1101423816/25/AMUP														MAX:										20,00			
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicat de	Qualitat Duplicat de	Cost Unitari	Consideracions tècniques	Milliores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	INTEGRALITAT DEL 0	ECOGENICITAT AGULA	RECORRIMENT DEL CAT	DISTANCIA PUNT/MARCA	CANVI A LONG. EL INTROD	Preu / No preu	Total puntuació TÈCNICA	PUNTAJE DE ANÀLISI VALORACIÓ TÈCNICA (0-100%)	ASIGNAMENT 50%
4	B	40	30003773	Equip/sist introductor percutani compost per:agulla chiba 21Gx15cm+/ 2cm,dilatador coaxial Ø4Fx20'5cm+/ 2,5cm(PTFE),introduc Ø6Fx19cm+/ 2cm a/marca radiopaca i cànula rígida tanc,guia 0,038x145cm ,guia nitinol 0,018"Ø60cm+/ 10cm,est 1us"	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M001207100	Boston Scientific	ACCUSTICK II	165	102,0000	0,0000							5,00	5,00				SI	10,00	50%	SI
4	B	40	30003773	Equip/sist introductor percutani compost per:agulla chiba 21Gx15cm+/ 2cm,dilatador coaxial Ø4Fx20'5cm+/ 2,5cm(PTFE),introduc Ø6Fx19cm+/ 2cm a/marca radiopaca i cànula rígida tanc,guia 0,038x145cm ,guia nitinol 0,018"Ø60cm+/ 10cm,est 1us"	BB0601982	CARDIVA 2 SL	PS2-38	Uresil	"SET INTRODUCTOR "POSI-STICK""	165	102,0000	0,0000							3,00	3,00				SI	10,00	50%	SI
4	B	40	30003773	Equip/sist introductor percutani compost per:agulla chiba 21Gx15cm+/ 2cm,dilatador coaxial Ø4Fx20'5cm+/ 2,5cm(PTFE),introduc Ø6Fx19cm+/ 2cm a/marca radiopaca i cànula rígida tanc,guia 0,038x145cm ,guia nitinol 0,018"Ø60cm+/ 10cm,est 1us"	BB7175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAK-NV-011	Merit Medical	MAK-NV	165	102,0000	0,0000							10,00	10,00				SI	20,00	100%	SI
4	B	120	30017071	Equip punció miniacèls proced intervenc n/vasculars,parell coaxial:intrduct PE Ø6F punta a/marca radiop+diatlad PE 4F i cànula reforç a/longitud nominal 20cm+/ 2cm;ag trócar 21Gx15cm+/ 2cm,conn mascl-femella,pl/introduc guies Ø<+0,018"/0,46mm,estèril,1us	B08525073	COOK ESPAÑA SL	NPAS-104-RH-NT	Cook	Neff	208	76,5000	0,0000							10,00	10,00				SI	20,00	100%	SI
4	B	120	30017071	Equip punció miniacèls proced intervenc n/vasculars,parell coaxial:intrduct PE Ø6F punta a/marca radiop+diatlad PE 4F i cànula reforç a/longitud nominal 20cm+/ 2cm;ag trócar 21Gx15cm+/ 2cm,conn mascl-femella,pl/introduc guies Ø<+0,018"/0,46mm,estèril,1us	BB7175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAK-NV-003	Merit Medical	MAK-NV	208	76,5000	0,0000							10,00	10,00				SI	20,00	100%	SI
4	B	180	30041465	Equip d'accés percutani compost per agulla trócar 21Gx15cm+/ 2cm amb recobriment hidròfilic i marques radiopagues,dilatador coaxial Ø6Fx18cm+/ 2 cm,guia Amplat 0,035x150cm+/ 5cm i guia nitinol 0,018"Ø80cm+/ 2cm,estèril,1us"	AS8710740	PALEX MEDICAL,S.A.	603342	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	SKATER INTRODUCTOR SET	85	144,8400	0,0000							10,00	10,00				SI	20,00	100%	SI
4	B	180	30041465	Equip d'accés percutani compost per agulla trócar 21Gx15cm+/ 2cm amb recobriment hidròfilic i marques radiopagues,dilatador coaxial Ø6Fx18cm+/ 2 cm,guia Amplat 0,035x150cm+/ 5cm i guia nitinol 0,018"Ø80cm+/ 2cm,estèril,1us"	BB0601982	CARDIVA 2 SL	PS2-35	Uresil	"SET INTRODUCTOR "POSI-STICK""	85	144,8400	0,0000							5,00	5,00				SI	10,00	50%	SI
4	B	180	30041465	Equip d'accés percutani compost per agulla trócar 21Gx15cm+/ 2cm amb recobriment hidròfilic i marques radiopagues,dilatador coaxial Ø6Fx18cm+/ 2 cm,guia Amplat 0,035x150cm+/ 5cm i guia nitinol 0,018"Ø80cm+/ 2cm,estèril,1us"	BB7175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAK-NV-019	Merit Medical	MAK-NV	85	144,8400	0,0000							5,00	5,00				SI	10,00	50%	SI
4	B	200	30059539	Eq punció miniacèls proced intervenc n/vasculars,parell coaxial:intrduct PE Ø6F punta a/marca radiop+diatlad PE 4F i cànula reforç a/longitud nominal 20cm+/ 2cm; ag Chiba 22Gx15cm+/ 2cm,conn mascl-femella,pl/introduc guies Ø<+0,038/0,97mm,estèril,1us."	B08525073	COOK ESPAÑA SL	NPAS-100-RH-NT	Cook	Neff	596	76,5000	0,0000							10,00	10,00				SI	20,00	100%	SI
4	B	200	30059539	Eq punció miniacèls proced intervenc n/vasculars,parell coaxial:intrduct PE Ø6F punta a/marca radiop+diatlad PE 4F i cànula reforç a/longitud nominal 20cm+/ 2cm; ag Chiba 22Gx15cm+/ 2cm,conn mascl-femella,pl/introduc guies Ø<+0,038/0,97mm,estèril,1us."	BB7175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAK-NV-012	Merit Medical	MAK-NV	596	76,5000	0,0000							10,00	10,00				SI	20,00	100%	SI
4	B	210	30061840	Equip introductor percutani coaxial per proced n/vasculars: introductor Ø6Fx20cm marcador rx,amb agulla ecogènica tipus Chiba Ø21Gx15cm i marques de profunditat, dilatador 4F, guia nit 0,018 punta corbada de tungstè daurat 60cm, estèril, 1us.	BB7175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAK-NV-017	Merit Medical	MAK-NV	250	102,0000	0,0000							10,00	10,00				NO	20,00	40%	NO



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEW17A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 8 de 13

CS/CC00/1101423816/25/AMUP																			MAX:		20(SUBJECTU)	20(SUBJECTU)	40,00			
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Ref. Despligades	Codi Ref. Despligades	Codi Valid	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	RESILIÈNCIA AGULLA	NÀVIGAR SST INOPS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	PERCENTATGE ASSOLUT MÀXIM D'ECCE TÈCNICA SUBJECTIVA (%)	ASSIGNAMENT SGA		
5	B	30	30003609	Equip per a biòpsia hepàtica transjugular,compost per:1catèter recte 5Fx65cm+/2cm+1catèter corb 5Fx76cm+/2cm amb puntes de tungstè,introduïdor rígid 7Fx60cm+/2cm,agulla biòpsia flexible i forta 18G,4 hisops,lliure de látex,estèril,1ús	A58710740	PALEX MEDICAL,S.A	603773	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	T-LAB® SISTEMA DE BIOPSIA HEPÀTICA TRANSYUGULAR	276	494,7000	0,0000							20,00	20,00	SI	40,00	100%	SI		
5	B	30	30003609	Equip per a biòpsia hepàtica transjugular,compost per:1catèter recte 5Fx65cm+/2cm+1catèter corb 5Fx76cm+/2cm amb puntes de tungstè,introduïdor rígid 7Fx60cm+/2cm,agulla biòpsia flexible i forta 18G,4 hisops,lliure de látex,estèril,1ús	B08525073	COOK ESPAÑA SL	LABS-100-J	Cook	Cook	276	494,7000	0,0000							20,00	5,00	SI	25,00	63%	SI		
5	B	140	30040114	Equip d'acces hepàtic trans jugular compost per:introduïdor Ø10Fx40cm+/2cm,cat recte a/esllet punta trocar 0,038"/0,97mmx62,5cm +/2,5cm,Cat 10,0 Fr a/canula 14G i long 51,5cm+/1,5cm punta radiopaca,Dilatador Ø 12,0 Fr long20 cm,lliure de látex,est,1ús.	B08525073	COOK ESPAÑA SL	-	RUPS-100*	Cook	70	1020,0000	0,0000							20,00	20,00	SI	40,00	100%	SI		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEW17A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 9 de 13

CS/CC00/1101423816/25/AMUP																		MAX:		30 (SUBJECTU)	20 (SUBJECTU)	50,00			
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicats	Costs net. Duplicats	Cost Unitari	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	CAPACITAT/EXTRACCIÓ	ADAPTAR CANAL TREB	Pressió / No passa	Total puntuació tècnica	PERCENTATGE ASSUT VALORACIÓ TÈCNICA SUBJETIVA (%)	ASSUMIR 100%	
6	B	190	30043168	Equip de pinces per a biòpsia biliar transluminal, compost per: pinces flexibles 5,2Fx60cm +/- 2cm; beina introducció 8Fx30cm +/- 1cm. Estèril, 1 ús	A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA	BF-10001	MICRO-TECH	EYEMAX	49	408,000	0,000							15,00	20,00	SI	35,00	70%	SI	
6	B	190	30043168	Equip de pinces per a biòpsia biliar transluminal, compost per: pinces flexibles 5,2Fx60cm +/- 2cm; beina introducció 8Fx30cm +/- 1cm. Estèril, 1 ús	B08525079	COOK ESPAÑA SL	BBFS-100-MS	Cook	Cook	49	408,000	0,000							15,00	10,00	SI	25,00	50%	SI	
6	B	280	30069224	Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, colangioscòpia terapèutica (sistema biliar i hepàtic), cullera ovalada fenestrada a/dents, 4,1mm, Øext1,0mmx270cms10cm long de treball, 286cm long total, obert pinça 4,1mm, Ømin canal treball 3,2mm, estèril, 1 sol ús	A08214157	OLYMPUS IBERIA, SAU	N6137050	Olympus	FB-237Z	50	357,000	0,000							15,00	10,00	SI	25,00	50%	SI	
6	B	280	30069224	Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, colangioscòpia terapèutica (sistema biliar i hepàtic), cullera ovalada fenestrada a/dents, 4,1mm, Øext1,0mmx270cms10cm long de treball, 286cm long total, obert pinça 4,1mm, Ømin canal treball 3,2mm, estèril, 1 sol ús	AS8710740	PALEX MEDICAL, S.A.	606169	LEINZETT	Pinça de biòpsia per a colangioscòpia	50	357,000	0,000							15,00	10,00	SI	25,00	50%	SI	
6	B	280	30069224	Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, colangioscòpia terapèutica (sistema biliar i hepàtic), cullera ovalada fenestrada a/dents, 4,1mm, Øext1,0mmx270cms10cm long de treball, 286cm long total, obert pinça 4,1mm, Ømin canal treball 3,2mm, estèril, 1 sol ús	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00546470	SpyBite™ Max	SpyBite™ Max Pinzas de biòpsia de un solo uso	50	357,000	0,000							15,00	20,00	SI	35,00	70%	SI	
6	B	280	30069224	Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, colangioscòpia terapèutica (sistema biliar i hepàtic), cullera ovalada fenestrada a/dents, 4,1mm, Øext1,0mmx270cms10cm long de treball, 286cm long total, obert pinça 4,1mm, Ømin canal treball 3,2mm, estèril, 1 sol ús	A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA	BF-10006	MICRO-TECH	EYEMAX	50	357,000	0,000							15,00	10,00	SI	25,00	50%	SI	



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVGOBUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 10 de 13

CS/CC00/1101423816/25/AMUP																			MAX:		20 (SUBJECTU)	20,00			
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codi Ref. Duplicades	Codi Valid	Consideracions tècniques	Millions tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	RADIOACCIÓ CATÈ	Preu / No preu	Total puntuació TÈCNICA	PERCENTATGE ASSOLUT VALORACIÓ TÈCNICA SUBJETIVA (A)	ASSOLIMENT 50%		
7	B	220	30062087	Equip drenatge nasobiliar tipus pigtail compost :catèter drenatge Ø5f×250cm+/ -10cm amb Sorificis laterals,tub de transferència nasal,tub connexió drenatge,per guia 0,035"/0,89" compatible amb endoscops amb canal Ømínim 2mm,estèril,1ús	808438731	IZASA HOSPITAL, SLU	946GND-01-05-2905	Medi-Globe	GND	1	250,9200	0,0000							20,00	SI	20,00	100%	SI		
7	B	230	30062088	Equip drenatge nasobiliar tipus pigtail compost per:catèter drenatge Ø6f×250cm+/ -10cm amb 5 orificis laterals,tub de transferència nasal,tub connexió drenatge,per guia 0,035"/0,89" compatible compatible endoscops amb canal Ømínim 2mm,estèril,1ús	808438731	IZASA HOSPITAL, SLU	946GND-01-06-2905	Medi-Globe	GND	1	250,9200	0,0000							20,00	SI	20,00	100%	SI		
7	B	240	30064003	Equip drenatge nasobiliar, PE,Ø7f× 250cm+/ -5cm,marcador radiop,recobr hidrofílic,tancament tipus pigtail,a/guia 0,035/0,89mm,Sorificis laterals,tub transferència nasal i tub connexió per a drenatge,estèril,1ús,compatible endoscop canal mínim 2mm	808438731	IZASA HOSPITAL, SLU	946GND-01-07-2905	Medi-Globe	GND	5	250,9200	0,0000							20,00	SI	20,00	100%	SI		
7	B	250	30064004	Catèter drenatge nasobiliar, PE,Ø6,5f×250cm+/ -5cm,marcador radiop,recobr hidrofílic,tancament tipus pigtail,a/guia 0,035/0,89mm,Sorificis laterals,tub transferència nasal i tub connexió per a drenatge,estèril,1ús,comp endoscop canal mínim 2mm	808438731	IZASA HOSPITAL, SLU	946GND-01-10-2905	Medi-Globe	GND	2	250,9200	0,0000							20,00	SI	20,00	100%	SI		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVGOBUC23P25PMTB528XJEW17A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 11 de 13



ANNEX – 2

Expedient núm. CS/CC00/1101423816/25/AMUP

FULL DE SIGNATURES COMISSIÓ VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVGUBUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 12 de 13

FULL D'ASSISTÈNCIA


Comissió tècnica de valoració d'ofertes CS/CC00/1101423816/25/AMUP MATERIAL PER A INTERVENCIONISME BILIAR I HEPÀTIC

Dades de la convocatòria

Sessió núm.	1
Data	07/04/2025
Horari	9:30 - 15:00
Lloc	Aula 1 - Planta soterrani
Fase	ADJUDICACIÓ - VALORACIÓ D'OFERTES - CRITERIS SUBJECTIUS (1ª Fase)

Recordeu que totes les deliberacions i acords preses en aquesta comissió tècnica **són confidencials**

Tècnics assistents designats

Nom i cognoms	CENTRE	Signatura
Dra. Mercedes Pérez Lafuente	AH01 Hospital de la Vall d'Hebron	
Dra. Itxarone Bilbao Aguirre	AH01 Hospital de la Vall d'Hebron Unitat Radiologia Intervencionista	
Dr. Joan Gornals Soler	AH02 Hospital de Bellvitge Servei Aparell Digestiu	
Dra. Esther Alba Rey	AH02 Hospital de Bellvitge Servei Aparell Digestiu	
Dr. Juan Antonio Colan Hernández	AH03 Hospital Germans Trias i Pujol	
Dr. Jaume Sampere Moragues	AH03 Hospital Germans Trias i Pujol	
Dr. Carlos Huertas Nadal	AH04 Hospital Josep Trueta Servei Aparell Digestiu	
Dr. Jonathan Joudanin	AH05 Hospital Joan XXIII	
Unitat de Catàleg	CC00 Centre Corporatiu	
Àrea de Compres de Materials i Medicaments	CC00 Centre Corporatiu	

Tècnics assistents NO designats

Nom i cognoms	CENTRE	Signatura



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 13 de 13