

Salut/Institut
Català de la Salut

ACTA de la Mesa d'obertura de la documentació (sobre núm. 2 i 3)

Núm. d'expedient: CS/CC00/1101423816/25/AMUP
Òrgan de contractació: Gerència de compres
Objecte: subministrament agregat de material per a intervencionisme biliar i hepàtic
Tipus: Subministrament
Procediment d'adjudicació: obert

Convocatòria

El dia i hora que consta en el certificat que emet l'eina del Sobre Digital, s'ha celebrat la sessió d'obertura dels sobres núm. 2 i 3.

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta suplent: Blanca Olmo Panadero

Vocals:

- 1 Miquel Arrufat Vila. Director de gestió de l'ICS
- 2 Xavier Ramírez Asencio. Assessoria Jurídica de l'ICS
- 3 Mònica Gómez Garrido. Gerència de compres de l'ICS
- 4 Vanesa García Barriocanal. Gerència de compres de l'ICS

Secretari/a: M^a José Siurana Izquierdo

Ordre del dia

Obertura de la documentació continguda als sobres número 2 i 3 presentats en l'expedient de contractació CS/CC00/1101423816/25/AMUP per a la contractació del subministrament agregat de material per a intervencionisme biliar i hepàtic per als centres de l'Institut Català de la Salut.

Desenvolupament de la sessió

Aquesta sessió té com a finalitat l'obertura i qualificació del contingut dels sobres núm. 2 i 3 els quals han estat presentats en sobre electrònic.

S'inicia la sessió entrant a l'eina "Sobre Digital 2.0" i identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació, el qual s'ha tramitat mitjançant procediment *obert* d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a l'establert als documents que regeixen la contractació.

Constituïda vàlidament la mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), els custodis apliquen les credencials, complint amb el quòrum mínim, en l'interval de temps que s'ha definit prèviament, i arribades la data i hora assenyalades.

S'identifiquen els custodis que apareixen al certificat de l'obertura.

Document signat digitalment per:
M. José Siurana Izquierdo (09/05/2025 13:54 CEST), Blanca Olmo Panadero (09/05/2025 13:55 CEST)

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 1 de 19

Salut/Institut
Català de la Salut

S'han presentat les propostes de les empreses que consten al certificat d'obertura.

En data 28 d'abril de 2025 la mesa de contractació ha aprovat l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis emès pels serveis dependents de l'òrgan de contractació i que assisteixen a la mesa de contractació.

A continuació es procedeix a l'obertura dels sobres corresponents als sobres número 2 i 3.

D'acord amb l'anterior, la mesa de contractació adopta els següents

Acords

1. Admetre a la licitació a totes les empreses presentades.

L'admissió definitiva de la documentació continguda en els sobres 2 i 3, als efectes de la seva admissió, resta condicionada a la valoració d'aquesta per part del comitè de valoració assignat.

2. Publicar les ofertes econòmiques en el Perfil de contractant de l'ICS.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA SUPLENT

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 2 de 19

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX

CERTIFICATS I INFORMES

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 **Generalitat
de Catalunya**



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 3 de 19



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER A INTERVENCIONISME BILIAR I HEPÀTIC" amb el codi d'expedient "CS/CC00/1101423816/25/AMUP" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 11/03/2025, a les 14:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
OLYMPUS IBERIA SAU	A08214157	07/03/2025	10:24:14	9020/11044/2025
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U	B87175253	10/03/2025	08:25:23	9020/11248/2025
LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.	B92947522	10/03/2025	10:33:52	9020/11302/2025
PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740	10/03/2025	11:35:15	9020/11337/2025
Medicina Analítica Consumibles MAC, S.A.U	A48279723	10/03/2025	12:18:08	9020/11368/2025
CARDIVA 2, S.L.	B80601982	10/03/2025	12:59:16	9020/11410/2025
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	A80401821	10/03/2025	13:03:12	9020/11413/2025
MERMAID MEDICAL IBERIA,S.L	B86480902	10/03/2025	13:40:12	9020/11428/2025
COOK ESPAÑA S.L.	B08525073	10/03/2025	14:04:45	9020/11440/2025
LELEMAN SL	B46193827	10/03/2025	18:39:47	9020/11518/2025
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	B08438731	11/03/2025	10:52:56	9020/11601/2025
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	A80776867	11/03/2025	13:47:02	9020/11667/2025



Doc.original signat per:
Maria José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 4 de 19



Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101423816/25/AMUP
Sobre: SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Data	Acció
13/03/2025 08:00:55	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 13/03/2025 08:00:55.
13/03/2025 08:04:03	L'empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 08:04:03.
13/03/2025 08:04:22	L'empresa CARDIVA 2, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 08:04:22.
13/03/2025 08:05:48	L'empresa MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 08:05:48.
13/03/2025 08:11:29	L'empresa PALEX MEDICAL, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 08:11:29.
13/03/2025 08:27:24	L'empresa Medicina Analítica Consumibles MAC, S.A.U ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 08:27:24.
13/03/2025 08:36:47	L'empresa OLYMPUS IBERIA SAU ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 08:36:47.
13/03/2025 08:38:24	L'empresa MERMAID MEDICAL IBERIA,S.L ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 08:38:24.
13/03/2025 08:50:08	L'empresa BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 08:50:08.
13/03/2025 08:52:30	L'empresa LELEMAN SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 08:52:30.
13/03/2025 09:06:23	L'empresa COOK ESPAÑA S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 09:06:23.
13/03/2025 09:35:35	L'empresa LOGSA ENDOMEDICAL, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 09:35:35.
13/03/2025 11:10:14	L'empresa SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, a data i hora 13/03/2025 11:10:14.
30/04/2025 10:33:12	El custodi i membre de la mesa Mª José Siurana Izquierdo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 30/04/2025 10:33:12 (Credencials aplicades: 1/2).
30/04/2025 11:53:57	El custodi i membre de la mesa Blanca Olmo Panadero ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 30/04/2025 11:53:57 (Credencials aplicades: 2/2).
30/04/2025 11:58:27	El custodi i membre de la mesa Mª José Siurana Izquierdo ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 30/04/2025 11:58:27.



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 5 de 19



Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101423816/25/AMUP

Sobre: SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA

Data	Acció
13/03/2025 08:00:55	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 13/03/2025 08:00:55.
13/03/2025 08:04:08	L'empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 08:04:08.
13/03/2025 08:04:36	L'empresa CARDIVA 2, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 08:04:36.
13/03/2025 08:05:51	L'empresa MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 08:05:51.
13/03/2025 08:11:31	L'empresa PALEX MEDICAL, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 08:11:31.
13/03/2025 08:27:25	L'empresa Medicina Analítica Consumibles MAC, S.A.U ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 08:27:25.
13/03/2025 08:36:48	L'empresa OLYMPUS IBERIA SAU ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 08:36:48.
13/03/2025 08:38:34	L'empresa MERMAID MEDICAL IBERIA,S.L ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 08:38:34.
13/03/2025 08:50:15	L'empresa BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 08:50:15.
13/03/2025 08:52:35	L'empresa LELEMAN SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 08:52:35.
13/03/2025 09:06:28	L'empresa COOK ESPAÑA S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 09:06:28.
13/03/2025 09:35:40	L'empresa LOGSA ENDOMEDICAL, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 09:35:40.
13/03/2025 11:10:23	L'empresa SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 13/03/2025 11:10:23.
30/04/2025 11:59:30	El custodi i membre de la mesa Blanca Olmo Panadero ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 30/04/2025 11:59:30 (Credencials aplicades: 1/2).
30/04/2025 12:04:16	El custodi i membre de la mesa Mª José Siurana Izquierdo ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 30/04/2025 12:04:16 (Credencials aplicades: 2/2).
30/04/2025 12:04:34	El custodi i membre de la mesa Mª José Siurana Izquierdo ha obert el sobre Sobre D, a data i hora 30/04/2025 12:04:34.



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 6 de 19

INFORME D'AVUACIÓ DELS LOTS AMB CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT AGREGAT MATERIAL PER A INTERVENCIÓ HEPÀTIC I BILIAR

CS/CC00/110423816/25/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-110423816

En aquest expedient de licitació, s'han presentat ofertes per part de les empreses següents:

NIF	LICITADOR
A08214157	OLYMPUS IBERIA, SAU
A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSU.MAC, S.A.
A58710740	PALEX MEDICAL,S.A.
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA
A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA
B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU
B08525073	COOK ESPAÑA SL
B46193827	LELEMAN, S.L.
B80601982	CARDIVA 2 SL
B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL
B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL
B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 de criteris d'adjudicació (número de document CA-AMUP-52-25).

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica.

Les característiques tècniques dels materials inclosos als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 s'han hagut de valorar subjectivament donat que els professionals juguen un paper cabdal per la seva experiència clínica i tècnica a la seva utilització. Aquesta tècnica depèn de l'expertesa adquirida amb l'experiència. Una complicació en la utilització dels productes sanitaris pot repercutir greument en la salut del pacient.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I PROCEDIMENT DE VALORACIÓ

- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules administratives, ANNEX 4, els criteris de valoració addicionals sotmesos a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:

LOT 1 Catèters de drenatge

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Navegabilitat o facilitat d'introducció del catèter	15
Adaptabilitat de la guia/ànima i catèter	10
Facilitat d'extracció de l'ànima i de la guia un cop finalitzat el procés	10
Sistema tancament de seguretat del catèter per tal de no crear desconfort al pacient.	15

1



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 1 de 13



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 7 de 19

INFORME D'AVUACIÓ DELS LOTS AMB CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT AGREGAT MATERIAL PER A INTERVENCIIONISME
HEPÀTIC I BILIAR

CS/CC00/110423816/25/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-110423816

LOT 2 Catèters de dilatació biliar

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la	15
Radiopacitat del catèter baló (visibilitat) durant el procediment intervencionista	10
Rapidesa de buidament del catèter baló (facilitat) durant el procediment intervencionista	5
Replegament del catèter baló mesurant la capacitat del baló de tornar a la seva mida original	5

LOT 3 Catèters baló d'extracció càlculs biliars amb inflat progressiu

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Resistència del baló durant el procediment intervencionista	15
No deformació del catèter durant el procediment intervencionista	15
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la	10
Radiopacitat del catèter baló (visibilitat) durant el procediment intervencionista	10

LOT 4 Sistema d'accés biliar percutani per via transhepàtica

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat a causa de la curvatura de la guia	10
Ecogenicitat de l'agulla (visibilitat) durant el procediment intervencionista	10

LOT 5 Equip per a biòpsia hepàtica transjugular

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Resiliència a la deformitat de l'agulla de punció	20
Navegabilitat del catèter baló en la capacitat a causa de la curvatura de la guia	20

LOT 6 Equip per a biòpsia biliar

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Capacitat d'extracció de la mostra	30
Adaptabilitat de la punta dels fórceps al canal de treball	20

LOT 7 Equip per a biòpsia biliar

CRITERIS JUDICI DE VALOR	PUNT
Radiopacitat del catèter (visibilitat) durant el procediment intervencionista	20

- Per la valoració tècnica s'han tingut en compte les descripcions tècniques establertes a l'annex B, les memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades, fotografies, vídeos, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris sotmesos a judici de valor.
- La ponderació dels criteris ha estat portada a terme per un grup d'especialistes de producte dels centres ICS, integrants les Unitats de Radiologia Intervencionista i la Secció de Radiologia Vascular intervencionista (Servei de Radiodiagnòstic) dels hospitals de l'ICS.
- El material que no han obtingut un mínim del 50% punts de la suma dels criteris de judici de valor per lot, han estat desestimats tècnicament. En el cas que no es compleixi aquesta condició, els materials oferts queden exclosos de la resta de valoracions tècnica objectiva i econòmica.

2



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011Y6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 2 de 13



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 8 de 19

INFORME D'AVALUACIÓ DELS LOTS AMB CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT AGREGAT MATERIAL PER A INTERVENCIÓ HEPÀTIC I BILIAR

CS/CC00/110423816/25/AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-110423816

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ⇒ ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS diferenciada per lots i licitador - El desglossament de puntuacions obtinguda en la valoració dels criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor.
- ⇒ ANNEX 2: FULL D'ASSISTÈNCIA ESPECIALISTES CENTRES ICS

Laura Leiva Barragán

Cap de Compres de Materials

Gerència de Compres i Polítiques de Distribució

Institut Català de la Salut

Barcelona, 23 d'octubre de 2025

3



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVGOBUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 3 de 13



Doc. original signat per:
Maria José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 9 de 19

ANNEX – 1

Expedient núm. CS/CC00/1101423816/25/AMUP

BASE DE PONDERACIONS



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 4 de 13



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 10 de 19

CS/CC00/120423856/25/JANUP										MARCA										50,000									
Lic	R/V	Pos	Material	Desc. Material	Licenciador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Unitari	Preu Objecte presentat	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material	Tipus de Material
1	6	10	30003572	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	A48278723	MEDICINA ANALYTICOMU, S.A.	BT-PDS-0840-WEB-RB	BIOTECQUE	SELENDOR	635	87,7200	0,0000																	
1	6	10	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	A38710740	FALEX MEDICAL,S.A.	603605	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	SKATER™ BILAR	635	87,7200	0,0000																	
1	6	10	30003572	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	A3801821	BOSTON SCIENTIFICIBERICA SA	M001272620	BOSTON SCIENTIFIC	Cateter de drainage biliarFlexima SP	635	87,7200	0,0000																	
1	6	10	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B4619327	LELENAN, S.L	86-800800008	BLUENEXA	DRENAPLO PTD	635	87,7200	0,0000																	
1	6	10	30003572	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B4605182	CARDIVA 2 SL	CLL2-080008	Univis	"CATETER DE DRAINAR BILAR"CHOLE-CATH"	635	87,7200	0,0000																	
1	6	10	30003572	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B4648002	MERKAD MEDICALIBERA, SL	014012040-CE	BIOTEC	M-DRAIN	635	87,7200	0,0000																	
1	6	10	30003572	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B6717626	MERIT MEDICALSPAIN SL	R80C-8-038	Merit Medical	Relucon® R80C Biliary	635	87,7200	0,0000																	
1	6	10	30003572	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B62847522	LOSCA ENDOMEDICAL, SL	BT-PDS-0840-WEB-RB	BIOTECQUE CORPORATION	Set cateter drainage biliar	635	87,7200	0,0000																	
1	6	20	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B62847522	LOSCA ENDOMEDICAL, SL	BT-PDS-1200-WEB-RB	BIOTECQUE CORPORATION	Set cateter drainage biliar	60	87,7200	0,0000																	
1	6	20	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B6717626	MERIT MEDICALSPAIN SL	R80C-12-038	Merit Medical	Relucon® R80C Biliary	40	87,7200	0,0000																	
1	6	20	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B4648002	MERKAD MEDICALIBERA, SL	014012040-CE	BIOTEC	M-DRAIN	40	87,7200	0,0000																	
1	6	20	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B4605182	CARDIVA 2 SL	CLL2-1200H8	Univis	"CATETER DE DRAINAR BILAR"CHOLE-CATH"	40	87,7200	0,0000																	
1	6	20	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	B4619327	LELENAN, S.L	86-800800008	BLUENEXA	DRENAPLO PTD	40	87,7200	0,0000																	
1	6	20	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	A3801821	BOSTON SCIENTIFICIBERICA SA	M001272620	Boston Scientific	Cateter de drainage biliarFlexima SP	40	87,7200	0,0000																	
1	6	20	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	A38710740	FALEX MEDICAL,S.A.	603607	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	SKATER™ BILAR	40	87,7200	0,0000																	
1	6	20	30003573	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,part distal aforata,haç flexió/func tipus digital a/2 reforços estables:ipolètic,1metall,part proximal a/connector,exterior,ús	A48278723	MEDICINA ANALYTICOMU, S.A.	BT-PDS-1200-WEB-RB	BIOTECQUE	SELENDOR	40	87,7200	0,0000																	
1	6	130	30037806	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,tancament tipus digital a/dos reforços estables un de plàstic i un de metall,exterior,ús	A38710740	FALEX MEDICAL,S.A.	603605	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	SKATER™ BILAR	106	87,7200	0,0000																	
1	6	130	30037806	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,tancament tipus digital a/dos reforços estables un de plàstic i un de metall,exterior,ús	A3801821	BOSTON SCIENTIFICIBERICA SA	M001272610	Boston Scientific	Cateter de drainage biliarFlexima SP	106	87,7200	0,0000																	
1	6	130	30037806	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,tancament tipus digital a/dos reforços estables un de plàstic i un de metall,exterior,ús	B4619327	LELENAN, S.L	86-800800008	BLUENEXA	DRENAPLO PTD	106	87,7200	0,0000																	
1	6	130	30037806	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,tancament tipus digital a/dos reforços estables un de plàstic i un de metall,exterior,ús	B4605182	CARDIVA 2 SL	CLL2-1000H8	Univis	"CATETER DE DRAINAR BILAR"CHOLE-CATH"	106	87,7200	0,0000																	
1	6	130	30037806	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,tancament tipus digital a/dos reforços estables un de plàstic i un de metall,exterior,ús	B6717626	MERIT MEDICALSPAIN SL	R8C-10-038	Merit Medical	Relucon® R8C Biliary	106	87,7200	0,0000																	
1	6	130	30037806	Cateter drainage percutani ven bilari,polietilè (PUE) flexible Ø18x60cm/ 2cm,marcador radiolòpic,recobriments hidrofòlic,tancament tipus digital a/dos reforços estables un de plàstic i un de metall,exterior,ús	B62847522	LOSCA ENDOMEDICAL, SL	BT-PDS-1200-WEB-RB	BIOTECQUE CORPORATION	Set cateter drainage biliar	106	87,7200	0,0000																	



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 5 de 13



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo 09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 11 de 19

CS/CC00/1101423816/25/AMUP														MAX:										35,00			
Lot	R/V	Pos	Material	Desc. Material	Llocador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Unitari	Preu Oferta presentada	Net d'Imposts	Codi de Depòsit	Calificació	Consideracions tècniques	Milliores tècniques addicionals	Mètode de desestimació tècnica	NOMBRE D'OPES				Reservat	Reservat			
																			MANEJO DE CASO	MANEJO DE CASO	MANEJO DE CASO	MANEJO DE CASO					
2	0	50	3000806	Cablejat bany distància bany 80mmx20mm, base perfil, 2m, intercanvi ràpid 20mm, Ø8, Ø14, Ø16mm / 50m, guisa recomanada 0,035", canal de treball Ø8, 2mm, exteri, 1,0, Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545980	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILARY	261	15,0000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI	
2	0	60	3000810	Cablejat bany distància bany 80mmx20mm, base perfil, 2m, intercanvi ràpid 20mm, Ø8, Ø14, Ø16mm / 50m, guisa recomanada 0,035", canal de treball Ø8, 2mm, exteri, 1,0, Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545980	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILARY	13	192,9000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI	
2	0	70	3000811	Cablejat bany distància bany 80mmx20mm, base perfil, 2m, intercanvi ràpid 20mm, Ø8, Ø14, Ø16mm / 50m, guisa recomanada 0,035", canal de treball Ø8, 2mm, exteri, 1,0, Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545980	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILARY	26	192,9000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI	
2	0	80	3000812	Cablejat bany distància bany 80mmx20mm, base perfil, 2m, intercanvi ràpid 20mm, Ø8, Ø14, Ø16mm / 50m, guisa recomanada 0,035", canal de treball Ø8, 2mm, exteri, 1,0, Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545980	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILARY	3	306,0000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI	
2	0	90	3000813	Cablejat bany distància bany 80mmx20mm, base perfil, 2m, intercanvi ràpid 20mm, Ø8, Ø14, Ø16mm / 50m, guisa recomanada 0,035", canal de treball Ø8, 2mm, exteri, 1,0, Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545980	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILARY	58	192,9000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI	
2	0	100	3000814	Cablejat bany distància bany 80mmx20mm, base perfil, 2m, intercanvi ràpid 20mm, Ø8, Ø14, Ø16mm / 50m, guisa recomanada 0,035", canal de treball Ø8, 2mm, exteri, 1,0, Hurricane o equivalent	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M00545980	Boston Scientific	Hurricane™ RX BILARY	1	192,9000	0,0000							15,00	10,00	5,00	5,00	SI	35,00	100%	SI	



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEW17A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 6 de 13



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM


Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 12 de 19



GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

[illegible]

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 7 de 13



Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 13 de 19

CL/CCO/1101423816/25/ANUP															MAR:										20,000				
Lin	h/v	Pct	Material	Desc. Material	Licènciador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licènciador	Preu Oferta presentada	Alt. límits	Qualitat signada	Cat. IEE	Consideracions tècniques	Mitjans tècnics addicionals	Motius de descontinuació tècnica	MANEJABLE (M)	COBERTURA (M)	RECEPCIÓ (M)	ESTANCIA (M)	SEGURETAT (M)	Alt. límits	Temperatura (M)	PRESTACIÓ (M)	SEGURETAT (M)	SEGURETAT (M)	
1	h	40	3000773	Equip per introduir percutani compost per agulla Chiba 210x13cm i 2cm, dilatador coaxial Ø4x20cm i 2,5cm Ø19x13cm, introducció Ø4x13cm i 2cm, aïllament radiològic i cable, agulla tant-guia Ø0,38x14cm, guia rítmica Ø0,18" x 60cm i 10cm, net 100"	AB8001824	BOSTON SCIENTIFIC BERICA SA	M001207100	Boston Scientific	ACCUTRICE II	145	102,0000	0,0000							5,000	5,000				h	10,000	50%	h		
1	h	40	3000773	Equip per introduir percutani compost per agulla Chiba 210x13cm i 2cm, dilatador coaxial Ø4x20cm i 2,5cm Ø19x13cm, introducció Ø4x13cm i 2cm, aïllament radiològic i cable, agulla tant-guia Ø0,38x14cm, guia rítmica Ø0,18" x 60cm i 10cm, net 100"	B00001882	CARDIVA 2 SL	PSJ-38	Unihit	"SET INTRODUCER "POSS-STICK"	145	102,0000	0,0000							5,000	5,000				h	10,000	50%	h		
1	h	40	3000773	Equip per introduir percutani compost per agulla Chiba 210x13cm i 2cm, dilatador coaxial Ø4x20cm i 2,5cm Ø19x13cm, introducció Ø4x13cm i 2cm, aïllament radiològic i cable, agulla tant-guia Ø0,38x14cm, guia rítmica Ø0,18" x 60cm i 10cm, net 100"	B07372263	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAE-NV-011	Merit Medical	MAE-NV	145	102,0000	0,0000							10,000	10,000				h	20,000	100%	h		
1	h	120	30017071	Equip puntal miniscòpic procediment intervenció i vascular, puntal coaxial introduït PE Ø6F punta a/marca radiològica PE ØF i cable reforç a/hangul nominal 20cm i 2cm, agulla trócar 210x13cm i 2cm, corom maneta femella, p/retenció guies ØF i Ø0,18" x 60cm, net 100"	B06125073	COOK ESPAÑA SL	NPAS-104-84-NIT	Cook	Netif	208	76,5000	0,0000							10,000	10,000				h	20,000	100%	h		
1	h	120	30017071	Equip puntal miniscòpic procediment intervenció i vascular, puntal coaxial introduït PE Ø6F punta a/marca radiològica PE ØF i cable reforç a/hangul nominal 20cm i 2cm, agulla trócar 210x13cm i 2cm, corom maneta femella, p/retenció guies ØF i Ø0,18" x 60cm, net 100"	B07372263	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAE-NV-011	Merit Medical	MAE-NV	208	76,5000	0,0000							10,000	10,000				h	20,000	100%	h		
1	h	180	30011445	Equip d'acces percutani compost per agulla trócar 210x13cm i 2 cm amb recobriments hidrofílics i marquet radiològica, dilatador coaxial Ø4x13cm i 2 cm, guia Amplatz Ø0,08x13cm i 1cm i guia rítmica Ø0,18" x 60cm i 2cm, net 100"	A08710740	PALEX MEDICAL S.A.	603382	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	WATER INTRODUCER SET	85	144,8400	0,0000							10,000	10,000				h	20,000	100%	h		
1	h	180	30011445	Equip d'acces percutani compost per agulla trócar 210x13cm i 2 cm amb recobriments hidrofílics i marquet radiològica, dilatador coaxial Ø4x13cm i 2 cm, guia Amplatz Ø0,08x13cm i 1cm i guia rítmica Ø0,18" x 60cm i 2cm, net 100"	B00001882	CARDIVA 2 SL	PSJ-38	Unihit	"SET INTRODUCER "POSS-STICK"	85	144,8400	0,0000							5,000	5,000				h	10,000	50%	h		
1	h	180	30011445	Equip d'acces percutani compost per agulla trócar 210x13cm i 2 cm amb recobriments hidrofílics i marquet radiològica, dilatador coaxial Ø4x13cm i 2 cm, guia Amplatz Ø0,08x13cm i 1cm i guia rítmica Ø0,18" x 60cm i 2cm, net 100"	B07372263	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAE-NV-011	Merit Medical	MAE-NV	85	144,8400	0,0000							5,000	5,000				h	10,000	50%	h		
1	h	200	30005939	Eq puntal miniscòpic procediment intervenció i vascular, puntal coaxial introduït PE Ø6F punta a/marca radiològica PE ØF i cable reforç a/hangul nominal 20cm i 2cm, agulla Chiba 210x13cm i 2cm, corom maneta femella, p/retenció guies ØF i Ø0,08x13cm, net 100"	B06125073	COOK ESPAÑA SL	NPAS-100-84-NIT	Cook	Netif	594	76,5000	0,0000							10,000	10,000				h	20,000	100%	h		
1	h	200	30005939	Eq puntal miniscòpic procediment intervenció i vascular, puntal coaxial introduït PE Ø6F punta a/marca radiològica PE ØF i cable reforç a/hangul nominal 20cm i 2cm, agulla Chiba 210x13cm i 2cm, corom maneta femella, p/retenció guies ØF i Ø0,08x13cm, net 100"	B07372263	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAE-NV-011	Merit Medical	MAE-NV	594	76,5000	0,0000							10,000	10,000				h	20,000	100%	h		
1	h	210	30061600	Equip introduïdor percutani coaxial per procediment intervenció i vascular, introduïdor Ø6x20cm, marquet i cable agulla ecogenica tipus Chiba Ø210x13cm i marquet de profunditat, dilatador ØF, guia net Ø0,18, punta cortada de torgatè d'acces 10cm, net 100"	B07372263	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAE-NV-011	Merit Medical	MAE-NV	210	102,0000	0,0000							10,000	10,000				h	20,000	40%	h		



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 8 de 13



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 14 de 19

CS/CC00/1101433816/25/AMUP																				MAX:		SUBMITIT		SUBMITIT					
Lot	U/V	Pes	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Alt. Típica	Codi M/Tipologia	Codi M/	Consideracions tècniques	Midures tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	RESUMITIU MOLA	RESUMITIU MOLA	RESUMITIU MOLA	RESUMITIU MOLA	RESUMITIU MOLA	RESUMITIU MOLA	RESUMITIU MOLA	RESUMITIU MOLA	RESUMITIU MOLA	RESUMITIU MOLA	
5	U	30	30003609	Equip per a biòpsia hepàtica transjugular compost per: 1 catèter recte 5F x 60cm +/- 3cm i catèter corb 5F x 76cm +/- 3cm amb puntes de tungstè, introductor rigid 7F x 60cm +/- 3cm, agulla biòpsia flexible i forta 18GA i sèrie de sèrie, enter i 1/2.	ASSISTOR	PALEX MEDICAL, S.A	603773	ARGON MEDICAL DEVICES INC.	Y-LAS® SISTEMA DE BIOPSIA HEPÁTICA TRANSJUGULAR	276	694,7000	0,0000							20,00	20,00	SI	40,00	100%	SI					
5	U	30	30003609	Equip per a biòpsia hepàtica transjugular compost per: 1 catèter recte 5F x 60cm +/- 3cm i catèter corb 5F x 76cm +/- 3cm amb puntes de tungstè, introductor rigid 7F x 60cm +/- 3cm, agulla biòpsia flexible i forta 18GA i sèrie de sèrie, enter i 1/2.	B00625073	COOK ESPAÑA SL	LABE-100-1	Cook	Cook	276	694,7000	0,0000							20,00	5,00	SI	25,00	93%	SI					
5	U	100	30040114	Equip d'acètic hepàtic transjugular compost per: introductor Ø105x80cm +/- 3cm, cat recte 8/retílet punta trocar 0,038"/Ø0,97mmx62,5cm +/- 3,5cm, Cat 10,0 Fr a/càmbula 84G i long 51,5cm +/- 1,5cm punta radiopaca, Dilatador Ø 1,2,5 Fr long 20 cm, Sèrie enter i 1/2.	B00625073	COOK ESPAÑA SL	-	RUPS-100"	Cook	Cook	70	1020,0000	0,0000							20,00	20,00	SI	40,00	100%	SI				



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 9 de 13



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 15 de 19

[illegible]

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 10 de 13



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo 09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 16 de 19

CS/CC00/1101423816/35/AMUP																MAX:	20,00									
Lín	R/V	Pes	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Ref. Estudis	Codi Ref. Catalogue	Codi M&E	Consideracions tècniques	Milliores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	RAZONS DE L'OTRA	Punt / Regim	Tipus de l'obra	Preu unitari	Preu total	Preu total amb IVA	Preu total amb IVA i despeses	Preu total amb IVA i despeses
1	B	220	80062087	Equip drenatge nasal tipus pigtail compost: catèter drenatge Ø17x250cm/7-10cm amb superfície lateral, tub de transferència nasal, tub connectat drenatge per guia Ø0,035"Ø0,89" compatible amb endoscopi amb canal Ømínim 2mm, exterió, L10s	808438731	QASA HOSPITAL, SLU	946GND-01-05-2905	Medi-Globe	GND	1	200,92000	0,00000								20,00	SI	20,000	100%	SI		
2	B	230	80062088	Equip drenatge nasal tipus pigtail compost per catèter drenatge Ø17x250cm/7-10cm amb 5 orificis laterals, tub de transferència nasal, tub connectat drenatge per guia Ø0,035"Ø0,89" compatible compatible endoscopi amb canal Ømínim 2mm, exterió, L10s	808438731	QASA HOSPITAL, SLU	946GND-01-06-2905	Medi-Globe	GND	1	200,92000	0,00000								20,00	SI	20,000	100%	SI		
3	B	280	80064000	Equip drenatge nasal tipus pigtail compost per catèter drenatge Ø17x250cm/7-10cm amb 5 orificis laterals, tub de transferència nasal i tub connectat per a drenatge exterió, L10s, compatible endoscopi canal mínim 2mm	808438731	QASA HOSPITAL, SLU	946GND-01-07-2905	Medi-Globe	GND	5	200,92000	0,00000								20,00	SI	20,000	100%	SI		
4	B	250	80064004	Catèter drenatge nasal tipus pigtail compost per a drenatge exterió, L10s, compatible endoscopi canal mínim 2mm	808438731	QASA HOSPITAL, SLU	946GND-01-10-2905	Medi-Globe	GND	2	200,92000	0,00000								20,00	SI	20,000	100%	SI		



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barraquán 23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 11 de 13



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 17 de 19

ANNEX – 2

Expedient núm. CS/CC00/1101423816/25/AMUP

FULL DE SIGNATURES COMISSIÓ VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Laura Leiva Barragán 23/04/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  011YY6BVGOBUC23P25PMTB528XJEWI7A	Data creació còpia: 29/04/2025 07:40:20 Pàgina 12 de 13

	Doc. original signat per: Maria José Siurana Izquierdo 09/05/2025, Blanca Olmo Panadero 09/05/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM	Data creació còpia: 09/05/2025 14:04:20 Pàgina 18 de 19

FULL D'ASSISTÈNCIA



Comissió tècnica de valoració d'ofertes CS/CC00/1101423816/25/AMUP MATERIAL PER A INTERVENCIÓ BILIAR I HEPÀTIC

Dades de la convocatòria

Sessió núm.	1
Data	07/04/2025
Horari	9:30 - 15:00
Lloc	Aula 1 - Planta soterrani
Fase	ADJUDICACIÓ - VALORACIÓ D'OFERTES - CRITERIS SUBJECTIUS (1ª Fase)

Recordau que totes les deliberacions i acords presos en aquesta comissió tècnica són confidencials

Tècnics assistents designats

Nom i cognoms	CENTRE	Signatura
Dra. Mercedes Pérez Lafuente	AH01 Hospital de la Vall d'Hebron	
Dra. Itxarone Bilbao Aguirre	AH01 Hospital de la Vall d'Hebron Unitat Radiologia Intervencionista	
Dr. Joan Gornals Soler	AH02 Hospital de Bellvitge Servei Aparell Digestiu	
Dra. Esther Alba Rey	AH02 Hospital de Bellvitge Servei Aparell Digestiu	
Dr. Juan Antonio Colan Hernández	AH03 Hospital Germans Trias i Pujol	
Dr. Jaume Sampere Moragues	AH03 Hospital Germans Trias i Pujol	
Dr. Carlos Huertas Nadal	AH04 Hospital Josep Trueta Servei Aparell Digestiu	
Dr. Jonathan Joudanin	AH05 Hospital Joan XXIII	
Unitat de Catàleg	CC00 Centre Corporatiu	
Àrea de Compres de Materials i Medicaments	CC00 Centre Corporatiu	

Tècnics assistents NO designats

Nom i cognoms	CENTRE	Signatura



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



011YY6BVG0BUC23P25PMTB528XJEWI7A

Data creació còpia:
29/04/2025 07:40:20

Pàgina 13 de 13



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo
09/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
09/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



086ZC12L5LA2GB3EV6SWQ5MXB4I12MCM

Data creació còpia:
09/05/2025 14:04:20

Pàgina 19 de 19