



CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

INFORME DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DE:

Entitat adjudicadora

Organisme:	Consorci Sanitari del Maresme
NIF:	Q5856428-G
Òrgan de contractació:	Gerent del Consorci Sanitari del Maresme
Tipus de poder adjudicador:	Administració Pública
Responsable del contracte:	Cap de Manteniment del Consorci Sanitari del Maresme
Centres destinataris:	Hospital de Mataró

Objecte del contracte

Descripció de l'objecte: Subministrament i instal·lació d'una planta de buit medicinal per al Consorci Sanitari del Maresme.

Número d'expedient: CSdM 5/25-SG

Tramitació i procediment

Tipus d'expedient:	Contracte de subministraments
Tramitació:	Ordinària

Procediment: Obert simplificat

Tipus d'informe

Criteris subjectius	✓
Criteris objectius i final	✓



VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS

EMPRESA OFERTANT:

Valor. Màx.

Total

LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U	25,00	23,25
--------------------------------	--------------	--------------

1) Presentació de l'empresa en relació a l'execució de la prestació. Estructura general	5,00	5,00
Estructura organitzativa de l'empresa licitadora per donar resposta a qualsevol incidència. Es valorarà que l'empresa licitadora disposi de personal amb perfil comercial/tècnic i de servei d'atenció a l'usuari que doni servei a la zona de Catalunya, per a una ràpida atenció comercial/tècnica. Així com de disposar de capacitat per resoldre incidències de forma ràpida, àgil i el termini de lliurament de les comandes. Descripció dels serveis tècnics i comercials assignats a la zona. Horari d'atenció. Capacitat de resposta per atendre incidències i/o dubtes possibles generades Es fa una descripció de la estructura empresarial a nivell nacional i s'adjunta descripció dels diferents departaments de la zona nord-est (Catalunya i Aragó), definint per cada departament la seva funció i responsabilitat, així com la relació de persona/organigrama. Es valora molt positivament: - La proximitat d'aquests recursos que disposa LINDE que li permeten donar una ràpida atenció tècnica i comercial en quant a resolució d'avaries, lliurament de comandes, atenció dels usuaris dels equips, etc. - L'estructura per a la resolució d'incidències/avaries amb servei d'emergència 24 hores els 365 dies de l'any, així com la prestació d'assistència/assessorament tècnic legal.	5,00	5,00
2) Sistema de Telemetria / Monitorització a distància	3,00	2,00
Es valorarà la descripció del controlador de l'equip i el seu sistema de emissió de dades per la monitorització, d'acord i com a mínim al descrit al present plec. LINDE ofereix un sistema de televigilància obert i flexible que permet l'accés i supervisió, no només de totes les senyals descrites al PPT, sinó altres com: pressió de buit redundant, alarma de central de buit, estat de central de buit, alarma general de modbus, alarma emergència, alarma error de sonda. LINDE controla/supervisa aquest sistema de televigilància des de el Lloc de Supervisió Central de Telemetria de forma permanent 24 hores/365 dies. Això permet reaccionar de forma immediata davant de qualsevol anomalia. Aquest sistema, al ser obert i flexible, permet altres funcionalitats afegides: - Integració amb Scada existent a l'Hospital - Definició de KPI específics - Integració amb programa de gestió de manteniment per planificar/definir treballs i obtenir informes Es fa una descripció general del controlador del sistema, incidint sobre tot en les variables que controla. Faltaria mes amplitud de la descripció tècnica i de control/funcionament.	3,00	2,00
3) Auditoria final del buit medicinal	5,00	5,00
El licitador descriurà la proposta d'auditoria que garanteixi la qualitat i el nivell de buit obtingut des de la sortida de central de producció fins als punts de consum Realitza una descripció completa i detallada de l'auditoria que realitzaria, basada en: 1) Mesuradors de control del propi equip de buit. Integració amb Scada existent a l'Hospital. 2) Mesuradors de control externs El punt 2 es valora molt positivament ja que ens donarà una certificació completa que total la instal·lació compleix els requeriments de caudal i pressió segons normativa.	5,00	5,00
4) Projecte d'implantació	9,00	8,25
El licitador explicarà el projecte d'implantació dels equips a instal·lar, facilitant com mínim: • Els càlculs per dimensionar els equips, el col·lector, la canonada, etc Es justifica suficientment els càlculs pel dimensionament dels equips de producció, però no realitza els càlculs per dimensionar el col·lector d'aspiració, canonada des de l'equip de producció a col·lector ni col·lector d'expulsió. • Requeriments de la ubicació dels equips Demostra amb suficiència tots els requeriments necessaris per la ubicació dels equips i realitza la implantació dels mateixos a la sala proposada. Analitza altres requeriments, com els tèrmics que haurà de complir la sala a on s'instal·larà la central de producció de buit • Cronograma de la instal·lació Realitza un correcte cronograma de la realització de la instal·lació, complint el termini fixat al PPT. Encara que existeix una tasca descrita com "entrega de la documentació", no especifica cap legalització de la instal·lació, sinó que s'hauria de suposar que està inclosa en l'anterior. • Fases de la implantació Descriu les fases de la implantació d'una forma molt detallada, prestant especial atenció a les connexions amb la instal·lació actual amb l'objectiu de no afectar a l'activitat sanitària.	2,25	1,75
	2,25	2,25
	2,25	2,00
	2,25	2,25
5) Pla de formació	3,00	3,00
Pla de formació presentat, d'acord, i com a mínim al descrit al plec de prescripcions tècniques LINDE realitza una descripció completa i suficient del pla de formació a realitzar, amb temaris, horaris, metodologia...Diferencia dos tipus de formació:		3,00



VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS

EMPRESA OFERTANT:

Valor. Màx.

Total

LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U	25,00	23,25
--------------------------------	--------------	--------------

* Presencial:

- Dirigida a personal tècnic/manteiment
- Es realitza, una part davant dels equips instal·lats (descripció del maneig i manteniment) i l'altre en sala de formació (conceptes més tècnics de telemetria, qualitat de l'aire...)
- Diferents torns i horaris per facilitar la formació a tot el personal de manteniment
- Impartida per personal de LINDE especialitzat en el manteniment d'aquests equips, així com per personal del fabricant de l'equip.

* E-learning:

- Formació "online" dirigida tant al personal sanitari com tècnic, que inclou conceptes més generals sobre els gasos medicinals, com la "Gestió dels gasos medicinals en àmbits tècnics de manipulació i prevenció de riscos" i els "Aspectes del àmbit legal i normatiu de producte sanitari, segons la Farmacopea Espanyola i Europea".

PUNTUACIÓ OBTINGUDA DELS CRITERIS SUBJECTIUS

	Valoració Màx.	LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U	
		Valor Tèc.	Punts (Pop)
1) Presentació de l'empresa en relació a l'execució de la prestació. Estructura general	5,00	5,00	5,00
2) Sistema de Telemetria / Monitorització a distància	3,00	2,00	3,00
3) Auditoria final del buit medicinal	5,00	5,00	5,00
4) Projecte d'implantació	9,00	8,25	9,00
5) Pla de formació	3,00	3,00	3,00
Puntuació CRITERIS SUBJECTIUS:	25,00	23,25	25,00

Un cop obtingudes les puntuacions finals ("P") de cada licitador, només podran passar a la fase de valoració de criteris objectius aquells licitadors que hagin obtingut una puntuacions final ("P") **igual o superior a 12,5 punts** de la puntuació màxima prevista per la totalitat dels criteris subjectius.



PUNTUACIÓ OBTINGUDA DELS CRITERIS OBJECTIUS

A) Oferta econòmica 130.000,00 €

VP (Valor de Ponderació) = 3,00

Valoració Màx.	LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U
----------------	------------------------------------

		Valor	Punts
A. Oferta econòmica	60	125.000,00 €	60,00
B. Termini de Garantia	5	4 anys	3,00
C. Nivell acústic =< 80 dB	5	SI	5,00
D. Nivell d'emissió de calor de les bombes =< 115 °c	5	SI	5,00

Puntuació CRITERIS OBJECTIUS: 75

73,00



VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS

	Valoració Màx.	LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U	
		Valor Tèc.	Punts (Pop)
1) Presentació de l'empresa en relació a l'execució de la prestació. Estructura general	5,00	5,00	5,00
2) Sistema de Telemetria / Monitorització a distància	3,00	2,00	3,00
3) Auditoria final del buit medicinal	5,00	5,00	5,00
4) Projecte d'implantació	9,00	8,25	9,00
5) Pla de formació	3,00	3,00	3,00
Puntuació CRITERIS SUBJECTIUS:		25,00	23,25
			25,00

VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS

A) Oferta econòmica		130.000,00 €	
VP (Valor de Ponderació) =		3,00	
	Valoració Màx.	LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U	
		Valor	Punts
A. Oferta econòmica	60	125.000,00 €	60,00
B. Terminis de Garantia	5	4 anys	3,00
C. Nivell acústic =< 80 dB	5	SI	5,00
D. Nivell d'emissió de calor de les bombes =< 115 °c	5	SI	5,00
Puntuació CRITERIS OBJECTIUS:		75	73,00

PUNTUACIÓ FINAL

	Valoració Màx.	LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U
Puntuació FINAL:	100	98,00

"Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès."

Sr. José Fernández
Responsable de Manteniment
Consorti Sanitari del Maresme

Mataró 22 d'abril de 2025