

Resolució d'adjudicació**Expedient núm.** CSI2024063**Assumpte** Subministrament de material divers d'endoscòpia digestiva per al Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral**Procediment** Obert Harmonitzat **tramitació** ordinària.**Data d'incoació** 3 de setembre de 2024**Valor estimat de licitació (4 anys)** 645.864,56 euros sense IVA**Pressupost de licitació (4 anys)** 645.864,56 euros sense IVA**Partida IVA (10% i 21 %)** 118.022,30 euros**Antecedents:**

En data 3 de setembre de 2024 es va iniciar l'expedient de contractació de subministrament de material divers d'endoscòpia digestiva per al Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral.

En data 9 de setembre de 2024 es va aprovar l'expedient de contractació de subministrament de material divers d'endoscòpia digestiva per al Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral.

En data 21 d'octubre de 2024 es declarar deserta la licitació convocada pel Consorci Sanitari Integral pel que fa la contractació del subministrament de material divers d'endoscòpia digestiva per al Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral, en relació al Lot 2 "PRÒTESIS PILÒRIQUES DUODENALS", per no haver cap oferta o proposició que sigui admissible.

En data 21 d'octubre de 2024 es va procedir a l'obertura del sobre B (documentació tècnica o criteris susceptibles de judici de valor)

Abans de procedir a puntuar les propostes es comprova que les següents empreses no compleixen amb els requisits tècnics exigits, d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques i l'Annex Tècnic corresponent, tal com consta a l'informe de valoració emès pel Dr. Alfredo Mata Bilbao, Facultatiu del Servei Endoscòpia Digestiva en data 10 de gener de 2025.

Tal com consta a l'informe de valoració esmentat, les empreses que es relacionen a continuació, estan excloses de la licitació per requeriment tècnic obligat acompliment o per no arribar a la puntuació mínima exigida:

LOT 4. DISPOSITIUS NETEJA CANAL D' ENDOSCOPIS**EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT****PENTAX MEDICAL IBERIA S.A.U.**Codi 52991- Dispositiu neteja canal endoscopis 2,8mm a 5mm:

ES REQUEREIX:

Longitud 230cm (± 10 CM) i presenten 3020mm

LOT 6. XARXA PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

IZASA HOSPITAL S.L.U..

Codi 34152 - Xarxa extracció cossos estranys:

ES REQUEREIX:

Mida cistella 3x6cm. (± 1 cm) i presenten 3X4CM

EXCLUSIONS PER NO ARRIBAR A PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 18 PUNTS

CREO MEDICAL S.L.U. (10 punts)

FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA S.L.. (10 punts)

SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA mostra no valorable , la cistella està enganxada al plàstic de l'embalatge.

LOT 7. PINCES PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

CREO MEDICAL S.L.U.

Codi 34150 – Pinça dents de ratolí:

ES REQUEREIX:

Pinça dents de ratolí i presenten pinça combinada dents de ratolí i cocodril

IZASA HOSPITAL S.L.U

Codi 34150 – Pinça dents de ratolí:

ES REQUEREIX:

Pinça dents de ratolí i presenten pinça pelicà

LOT 8. SONDA ARGON PER COAGULACIÓ SUPERFÍCIE PLANA

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

PALEX MEDICAL S.A.

Codi 34063 – Sonda Argón

ES REQUEREIX:

Longitud 2,2M i presenten 230CM

Compatible amb aparell Coagulador Erbe VIO3 i no és compatible

LOT 9. CATÈTER ESPRAI

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

CREO MEDICAL S.L.U.

Codi 34787 – Catèter esprai

ES REQUEREIX:

Catèter i estilet, no té estilet, només el catèter

Longitud estilet 100-130cm, no té estilet

EXCLUSIONS PER NO ARRIBAR A PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 24 PUNTS

PALEX MEDICAL S.A. (22 punts)

SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A (22 punts)

LOT 10. CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA S.L.

Codi 34195 – Cistella extracció càlculs

ES REQUEREIX: Cistella extracció de càlculs i presenten una Litotriptor

LOT 11. LLAÇ HEMOSTÀTIC PER POLIPECTOMIES

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

IZASA HOSPITAL S.L.U

Codi 34191 – Llaç hemostàtic per polipectomies

ES REQUEREIX:

DIAMETRE LLAÇ 30MM (± 2 mm) i presenten D.40MM

EXCLUSIONS PER NO ARRIBAR A PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 18 PUNTS

CREO MEDICAL S.L.U. (17 punts)

LOT 12. AGULLES ASPIRACIÓ PER ECOENDOSCÒPIA

EXCLUSIONS PER NO ARRIBAR A PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 24 PUNTS

SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A (20 punts)

LOT 13. AGULLES BIÒPSIA PER ECOENDOSCÒPIA

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

OLYMPUS IBERIA S.L.U

A tots els codis

ES REQUEREIX:

Punta agulla trident i oferten punta bisell

LOT 14. STENTS PER ANASTOMOSI TRANSLUMINAL PER ECOENDOSCÒPIA

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

IZASA HOSPITAL S.L.U

Diversos codis – Stent i sistema introductor per anastomosi transluminal

ES REQUEREIX:

Llum stent 6 a 20 mm (± 2 mm) i oferta 10,12,14,16mm

Longitud stent 8 a 15mm (± 2 mm) i oferta 20,30,40mm

LOT 19. DISPOSITIU ELECTROQUIRÚRGIC DIATÈRMIC PER DISSECCIÓ SUBMOCOSA ENDOSCÒPICA

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.

Codi 52914 – Dissector endoscòpic dentat 3,5mm

ES REQUEREIX:

Longitud de treball 180 cm i oferta 195cm

Codi 52915 – Dissector endoscòpic dentat 5mm

Longitud mandíbula 5mm i oferta 6mm

Atès que el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques estableixen els requeriments mínims exigits i l'obligació de complir les característiques mínimes especificades;

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquestes empreses han aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es decideix excloure-les de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques mitjançant resolució d'exclusió de data 22 de gener de 2025, publicada i notificada en la mateixa data.

En data 24 de gener de 2025 es va procedir a l'obertura del sobre C.

En data 17 de febrer de 2025 es detecta que l'oferta presentada pel licitador **PENTAX MEDICAL IBERIA SAU**, en relació al **LOT 6. XARXA PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS** i l'oferta presentada per el licitador **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.**, en relació al **LOT 10. CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS** poden estar incurses en presumpció de anormalitat en tant que la seva oferta econòmica és inferior al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades, de conformitat amb l'establert a l'apartat V del quadre de característiques específiques en relació amb la clàusula vint-i-tresena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Per aquest motiu, la Mesa de contractació ACORDA requerir al licitador **PENTAX MEDICAL IBERIA SAU**, en relació al **LOT 6. XARXA PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS** i al licitador **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.**, en relació al **LOT 10. CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS**, a fi i efecte que en un termini màxim de tres dies aportin justificacions i desglossin raonada i detalladament, els preus ofertats (o les despeses, si escau) o qualsevol altre paràmetre en base al qual s'hagi definit la anormalitat de l'oferta mitjançant la presentació d'aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes.

La justificació aportada pels licitadors haurà de referir-se a les condicions de l'oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses d'aquest i, en particular a la següent circumstància:

- a) L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.
- b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per a subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres,

- c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per a subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.
- d) El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que s'estableix en l'article 201.
- e) O la possible obtenció d'una ajuda d'Estat

Vist que en data 19 de febrer de 2025 l'empresa **PENTAX MEDICAL IBERIA SAU** va presentar escrit d'al·legacions en defensa de la possibilitat de compliment amb l'oferta presentada.

Vist que en data 19 de febrer de 2025 l'empresa **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.** va presentar escrit d'al·legacions en defensa de la possibilitat de compliment amb l'oferta presentada.

Vistos els informes de data 10 de març de 2025 emesos per la Sra. Meritxell Serra Garreta, Directora Logística i Contractació del Consorci Sanitari Integral, on s'analitzen les justificacions presentades per les esmentades empreses;

Atès que l'empresa **PENTAX MEDICAL IBERIA SA**, del lot corresponent, ha justificat i motivat la possibilitat de compliment amb l'oferta presentada;

Atès que l'empresa **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.**, del lot corresponent, no ha justificat i motivat la possibilitat de compliment amb l'oferta presentada;

Vist l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014;

En data 13 de març de 2025 l'Òrgan de contractació va resoldre acceptar l'oferta de l'empresa **PENTAX MEDICAL IBERIA SA**, en relació al **LOT 6 "XARXA PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS"** i desestimar l'oferta presentada per l'empresa **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.**, en relació al **LOT 10 "CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS"**, al no haver justificat ni motivat suficientment la possibilitat de compliment de la seva oferta. Aquesta resolució va a ser notificada i publicada en data 20 de març de 2025.

D'altra banda i abans de procedir a puntuar les propostes es comprova que les empreses següents, tal com consta a l'informe de valoració emès per la Sra. Mireia Labarta Tomàs en data 14 de març de 2025 no compleixen amb els requeriments tècnics d'obligat compliment, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i el quadre de característiques:

LOT 10. CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS

SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.

Oferta desestimada per considerar-se anormal i no estar degudament justificada.

LOT 15. BALONS PER ECOENDOSCOPI I MATERIAL FUNGIBLE

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

CREO MEDICAL S.L.U.

RASPALL NETEJA ECOENDOSCOPI 2MM:

Es requereix:

- Compatible amb canal 1.1-1.5mm i presenta compatible amb canal 1.0-1.6mm
- Diàmetre extern 2,00mm i oferta 1,8mm

RASPALL NETEJA ECOENDOSCOPI 5,5MM:

Es requereix:

- Compatible amb canal de 2,7 a 4.8mm 2.0 a 5.0mm i oferta compatible amb canal de 2,7 a 4.6mm
- Diàmetre extern 5,5mm i oferta 5mm

PENTAX MEDICAL IBERIA S.A.U.

BALÓ PROTECCIÓ PER ENDOSCOPI RADIAL D'ULTRASONS

Es requereix:

- Diàmetre 10mm i oferta 12mm
- Longitud 22mm i oferta 20mm

LOT 18. DISPOSITIU DE COL·LOCACIÓ DE CLIPS

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

CREO MEDICAL S.L.U.

ES REQUEREIX:

- Longitud de clip 14,4mm (± 2 mm), a la fitxa tècnica indiquen 16mm per obertura del clip, no la longitud
- Compatible amb MRI, no valorable per no trobar informació a la fitxa tècnica.

Es sol·licita aclariment , no es rep resposta.

OLYMPUS IBERIA SAU

ES REQUEREIX:

Longitud de clip 14,4mm (± 2 mm), a la fitxa tècnica indiquen obertura clip flexible desde 11mm a 20mm, no la longitud del clip

Es sol·licita aclariment , es rep resposta ampliant informació que no consta a la documentació presentada

PALEX MEDICAL S.A.

ES REQUEREIX:

Longitud de clip 14,4mm (± 2 mm), a la fitxa tècnica indiquen obertura clip 16mm, no la longitud del clip

Es sol·licita aclariment, es rep resposta ampliant informació que no consta a la documentació presentada

SISTEMAS TECNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.

ES REQUEREIX:

Longitud de clip 14,4mm (± 2 mm), a la fitxa tècnica indiquen obertura clip 16mm, no la longitud del clip

Es sol·licita aclariment, es rep resposta ampliant informació que no consta a la documentació presentada

EXCLUSIONS PER NO ARRIBAR A PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 18 PUNTS

PENTAX MEDICAL IBERIA S.A.U (0 punts)

Atès que el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques estableixen els requeriments mínims exigits i l'obligació de complir les característiques mínimes especificades;

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquestes empreses han aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es decideix excloure-les de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques mitjançant resolució d'exclusió de data 28 de març de 2025 publicada i notificada en data 31 de març de 2025.

En data 9 d'abril de 2025 es va declarar deserta la licitació convocada pel Consorci Sanitari Integral pel que fa la contractació del subministrament de material divers d'endoscòpia digestiva per al Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral, en relació al Lot 15 BALONS PER ECOENDOSCOPI I MATERIAL FUNGIBLE, per no haver cap oferta o proposició que sigui admissible.

Vistes les ofertes presentades i l'informe tècnic de data 14 de març de 2025 que ha elaborat la Responsable de recursos materials i equipament del Consorci Sanitari Integral;

Un cop valorades les propostes de les empreses d'acord amb els criteris d'adjudicació que regeixen aquesta contractació, la classificació de les propostes ha estat:

LOT 1 PRÒTESIS DE COLON

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	40,00	60,00	100,00

LOT 2 PRÒTESIS PILÒRIQUES DUODENALS

Desert

LOT 3 MATERIAL PER A RESECCIÓ TRANSMURAL

Ordre	Licitador	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	100,00	100,00

LOT 4 DISPOSITIUS NETEJA CANAL D' ENDOSCOPIS

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	PALEX MEDICAL, S.A.	30,00	65,00	95,00
-	PENTAX MEDICAL ESPAÑA, S.A.U.	Exclòs		

LOT 5 KIT HEMOSTÀTIC PER HEMORRAGIES DIGESTIVES

Ordre	Licitador	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	COOK ESPAÑA, S.L.	100,00	100,00

LOT 6 XARXA PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	PENTAX MEDICAL ESPAÑA, S.A.U.	25,00	70,00	95,00

2	CARDIOLINK, S.L.	30,00	61,83	91,83
3	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U.	25,00	48,20	73,20
4	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	25,00	44,92	69,92
-	CREO MEDICAL, S.L.U.	Exclòs		
-	FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	Exclòs		
-	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Exclòs		
-	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	Exclòs		

LOT 7 PINCES PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS

Ordre	Llicitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	30,00	70,00	100,00
2	PENTAX MEDICAL ESPAÑA, S.A.U.	30,00	63,19	93,19
3	PALEX MEDICAL, S.A.	30,00	58,17	88,17
-	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Exclòs		
-	CREO MEDICAL, S.L.U.	Exclòs		

LOT 8 SONDA ARGON PER COAGULACIÓ SUPERFÍCIE PLANA

Ordre	Llicitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS, S.L.	40,00	60,00	100,00
-	PALEX MEDICAL, S.A.	Exclòs		

LOT 9 CATÈTER ESPRAI

Ordre	Llicitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	COOK ESPAÑA, S.L.	40,00	60,00	100,00
2	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	40,00	59,00	99,00
-	CREO MEDICAL, S.L.U.	Exclòs		
-	PALEX MEDICAL, S.A.	Exclòs		
-	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	Exclòs		

LOT 10 CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS

Ordre	Llicitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	40,00	60,00	100,00
-	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	Exclòs		
-	FUJIFILM HEALTHCARE	Exclòs		

	ESPAÑA, S.L.	
--	--------------	--

LOT 11 LLAÇ HEMOSTÀTIC PER POLIPECTOMIES

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	30,00	70,00	100,00
-	CREO MEDICAL, S.L.U.	Exclòs		
-	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Exclòs		

LOT 12 AGULLES ASPIRACIÓ PER ECOENDOSCÒPIA

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	COOK ESPAÑA, S.L.	40,00	52,11	92,11
2	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	26,67	60,00	86,67
3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	26,67	53,51	80,18
-	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	Exclòs		

LOT 13 AGULLES BIÒPSIA PER ECOENDOSCÒPIA

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	32,00	60,00	92,00
2	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	40,00	46,30	86,30
-	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	Exclòs		

LOT 14 STENTS PER ANASTOMOSI TRANSLUMINAL PER ECOENDOSCÒPIA

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	30,00	70,00	100,00
-	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Exclòs		

LOT 15 BALONS PER ECOENDOSCOPI I MATERIAL FUNGIBLE

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
-	PENTAX MEDICAL ESPAÑA, S.A.U.	Exclòs		
-	CREO MEDICAL, S.L.U.	Exclòs		

LOT 16 SISTEMA ENDOSCÒPIC D'ABLACIÓ PER RADIOFREQUÈNCIA PER ESÒFAG DE BARRET

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	95,00	5,00	100,00

LOT 17 SISTEMA DE SUTURA ENDOSCÒPICA PEL TANCAMENT DE DEFECTES I APROXIMACIÓ DE TEIXITS TOUS

Ordre	Licitador	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	100,00	100,00

LOT 18 DISPOSITIU DE COL·LOCACIÓ DE CLIPS

Ordre	Licitador	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	COOK ESPAÑA, S.L.	72,00	72,00
2	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U.	65,32	65,32
-	CREO MEDICAL, S.L.U.	Exclòs	
-	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	Exclòs	
-	PALEX MEDICAL, S.A.	Exclòs	
-	PENTAX MEDICAL ESPAÑA, S.A.U.	Exclòs	
-	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	Exclòs	

LOT 19 DISPOSITIU ELECTROQUIRÚRGIC DIATÈRMIC PER DISSECCIÓ SUBMOCOSA ENDOSCÒPICA

Ordre	Licitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	30,00	70,00	100,00
-	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	Exclòs		

En data 31 de març de 2025 la Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan de contractació proposta d'adjudicació.

En data 3 d'abril de 2025 es va sol·licitar a les empreses que van obtenir la millor puntuació per a que enviessin la documentació establerta al plec de clàusules administratives particulars, la qual va ser presentada en temps i forma

Fonaments de dret

Donat que s'han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l'adjudicació del contracte.

D'acord amb l'article 150 i 151 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Acceptar i incorporar en la present resolució l'informe de valoració de data 14 de març de 2025 en el qual es motiva l'adjudicació del contracte.
2. Adjudicar el contracte administratiu del Subministrament de material divers d'endoscòpia digestiva per al Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral a les següents empreses:

Lot	Descripció	Adjudicatari	Import d'adjudicació sense IVA (vigència del contracte)
1	PRÓTESIS DE COLON	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	29.400,00 €
2	PRÓTESIS PILÒRIQUES DUODENALS	DESERT	
3	MATERIAL PER A RESECCIÓ TRANSMURAL	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	49.833,80 €
4	DISPOSITIUS NETEJA CANAL D' ENDOSCOPIIS	PALEX MEDICAL, S.A.	32.817,60 €
5	KIT HEMOSTÀTIC PER HEMORRAGIES DIGESTIVES	COOK ESPAÑA, S.L.	13.680,00 €
6	XARXA PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS	PENTAX MEDICAL ESPAÑA, S.A.U.	19.780,00 €
7	PINCES PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	4.320,00 €
8	SONDA ARGON PER COAGULACIÓ SUPERFICIE PLANA	ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS, S.L.	107.953,16 €
9	CATÈTER ESPRAI	COOK ESPAÑA, S.L.	4.320,00 €
10	CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	16.200,00 €
11	LLAÇ HEMOSTÀTIC PER POLIPECTOMIES	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	19.620,00 €
12	AGULLES ASPIRACIÓ PER ECOENDOSCÒPIA	COOK ESPAÑA, S.L.	27.360,00 €
13	AGULLES BIÒPSIA PER ECOENDOSCÒPIA	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	21.600,00 €
14	STENTS PER ANASTOMOSI TRANSLUMINAL PER ECOENDOSCÒPIA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	36.000,00 €
15	BALONS PER ECOENDOSCOPI I MATERIAL FUNGIBLE	DESERT	
16	SISTEMA ENDOSCÒPIC D'ABLACIÓ PER RADIOFREQUÈNCIA PER ESÒFAG DE BARRET	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	50.800,00 €
17	SISTEMA DE SUTURA ENDOSCÒPIA PEL TANCAMENT DE DEFECTES I APROXIMACIÓ DE TEIXITS TOUS	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	55.512,00 €
18	DISPOSITIU DE COL·LOCACIÓ DE CLIPS	COOK ESPAÑA, S.L.	21.600,00 €
19	DISPOSITIU ELECTROQUIRÚRGIC DIATÈRMIC PER DISSECCIÓ SUBMOCOSA ENDOSCÒPIA	FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	14.040,00 €

3. Notificar la present resolució als interessats.

4. Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial amb matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la de la remissió de la notificació de la resolució d'adjudicació o de la seva publicació al perfil del contractant.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 56 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol pes Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, d'acord amb el que estableix l'article 10.1.k) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

La resolució de l'adjudicació serà notificada a cadascun dels licitadors, i publicada al perfil del contractant.

Transcorregut el termini de 15 dies des de la publicació de la resolució d'adjudicació al perfil del contractant, i sempre i quan no s'hagi presentat el recurs especial en matèria de contractació, s'haurà de formalitzar el contracte en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del dia següent a aquell en que hagués rebut el corresponent requeriment.

Francisca Maria Moyá Ferrer
Directora general del Consorci Sanitari Integral

LOT 1. PRÒTESIS DE COLON

	LICITADOR	IZASA HOSPITAL S.L.U.	
	REFERÈNCIA	144CCBA20XXX-230-G/144TLCXX-XXX-XX-G	
CRITERIS SUBJECTIUS			Puntuació
Puntuació màxima 40			40,00
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació
Pressupost licitació: 729.400,00 €			
$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{V/P} \right) \right] \times P$			
Puntuació màxima 60		29.400,00 €	60,00
Oferta millor 29.400,00 €			
Valor ponderació 1			
PUNTUACIÓ TOTAL LOT		100,00	

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14 07:48:35
+01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 2. PRÒTESIS PILÒRIQUES DUODENALS

	LICITADOR	DESERT
	REFERÈNCIA	
CRITERIS SUBJECTIUS		
Puntuació màxima	40	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		
Pressupost licitació: 716.800,00 €		
Puntuació màxima	60	
Oferta millor	Valor ponderació 1	
PUNTUACIÓ TOTAL LOT		

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

Valor ponderació 1

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:49:00 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 3. MATERIAL PER A RESECCIÓ TRANSMURAL

	LICITADOR	IZASA HOSPITAL S.L.U.	
	REFERÈNCIA	979200.70/979200.72/979-200-45/979-100-10/979-100-14/979-100.50/979-200-10/979200-11	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació
Pressupost licitació: 749.833,80 € $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Puntuació màxima 100 Oferta millor 49.833,80 € Valor ponderació 1		49.833,80 €	100,00
PUNTUACIÓ TOTAL LOT		100,00	

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:49:17 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 4. DISPOSITIU NETEJA ENDOSCOPIS

LICITADOR		PALEX MEDICAL S.A.	PENTAX MEDICAL IBERIA S.A.U.
REFERÈNCIA		512211/ 601712	CS-5530A/ CS3022A
CRITERIS SUBJECTIUS		Puntuació	EXCLÒS.CODI 52991 NO COMPLEIX ANNEX TÈCNIC 1 ES REQUEREIX LONGITUD 230CM (±10CM) I PRESENTEN 3020MM
Puntuació màxima 30		30,00	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	
Pressupost licitació: 141.947,20 € $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Puntuació màxima 65 Oferta millor 32.817,60 € Valor ponderació 1		32.817,60 €	
MILLORES ECONÒMIQUES		Oferta licitador	
CODI 52991- 1 DISPENSADOR A COST 0 SI= 2,5 PUNTS NO= 0 PUNTS CODI 52992- 1 DISPENSADOR A COST 0 SI= 2,5 PUNTS NO= 0 PUNTS Puntuació màxima 5		NO	
PUNTUACIÓ TOTAL LOT		95,00	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:49:34 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 5. KIT HEMOSTÀTIC PER HEMORRAGIES DIGESTIVES

		LICITADOR	COOK ESPAÑA S.L.		
		REFERÈNCIA	HEMO-7/HEMO-10		
Criteris de valoració qualitatiu/tècnics avaluables de forma automàtica sobre la documentació aportada		Indicar amb una X el que correspongui		Puntuació màxima 30 punts	
CODI MATERIAL 46021 I 58129	Puntuació màxima 30 punts	SI	NO		
2 catèters important perquè si hi ha obstrucció d'un catèter, es pot fer servir l'altre, sense necessitat de canviar el dispositiu	SI = 10 PUNTS NO = 0 PUNTS	X		10,00	
Composició de material inerte important per evitar al·lèrgies al pacient	SI = 10 PUNTS NO = 0 PUNTS	X		10,00	
Quantitat de pols CO2: 20gr important perquè pot cobrir una part gran o total de lesió sense necessitat d'agafar un altre dispositiu	SI = 10 PUNTS NO = 0 PUNTS	X		10,00	
				30,00	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador		Puntuació	
Pressupost licitació:	13.680,00 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Valor ponderació 1			
Puntuació màxima	70			13.680,00 €	
Oferta millor	13.680,00 €			70,00	
PUNTUACIÓ TOTAL LOT 5				100,00	

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:49:51 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 6. XARXA PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS

	LICITADOR	CARDIOLINK S.L.		INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U		OLYMPUS IBERIA SAU		PENTAX MEDICAL IBERIA SAU		CREO MEDICAL S.L.U.	FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA S.L.	IZASA HOSPITAL S.L.U.	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA
	REFERÈNCIA	146-RT1R400001A (ABA08006FG)		MTMED133NET		E11FBN-SO60-01Model: FBN-SO60-25-230-SU		500056		FST-FG-23-230-C3-R	FOR1-N3-30-220	144VTLLRRN23-230-30	711198
CRITERIS SUBJECTIUS		Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	EXCLÓS NO ARRIBA Puntuació mínima 18 PUNTS	EXCLÓS NO ARRIBA Puntuació mínima 18 PUNTS	EXCLÓS NO COMPLEIX ANNEX 1 TÉCNIC: ES REQUEREIX MIDA CISTELLA 3X6CM (+1cm), OFERTEN 3X4CM	EXCLÓS MOSTRA NO VALORABLE, CISTELLA ENGANCHADA AL PLÀSTIC DE L'EMBALATGE
Puntuació màxima	30		30,00		25,00		25,00		25,00				
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació				
Pressupost licitació: 51.600,00 €	$P_s = \left[1 - \left(\frac{a_s - a_m}{a_s} \right) \times \left(\frac{1}{19} \right) \right] \times P$												
Puntuació màxima	70	25.800,00 €	61,83	35.853,40 €	48,20	38.270,00 €	44,92	19.780,00 €	70,00				
Oferta millor	19.780,00 €												
Puntuació TOTAL LOT		91,83		73,20		69,92		95,00		EXCLÓS	EXCLÓS	EXCLÓS	EXCLÓS

Oui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:50:09 +01'00'

Mireia Labarta Tomás
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 7. PINCES PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS

		LICITADOR	PALEX MEDICAL S.A.		PENTAX MEDICA IBERIA S.A.U		SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.		CREO MEDICAL S.L.U.	IZASA HOSPITAL S.L.U
		REFERÈNCIA	515927/ 515929		VDK-FG-23-230-A1/ VDK-FG-23-230-A2		NGF13-11023230/NGF03-11023230		GF-23235031/GF-23235039	144CJ-2418GH/ 144CJ-2423GK
CRITERIS SUBJECTIUS				Puntuació		Puntuació		Puntuació	EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC: Es requereix pinça dents ratolí, i presenten pinça combinada de dents de ratolí i cocodril	EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC: Es requereix pinça dents ratolí, i presenten pinça pelican
Puntuació màxima 30				30		30		30		
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS			Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació		
Pressupost licitació: 75.220,00 €		$P_v = \left[1 - \left(\frac{q_v - q_M}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$								
Puntuació màxima 70		Valor ponderació 1	5.202,00 €	58,17	4.827,60 €	63,19	4.320,00 €	70,00		
Oferta millor 4.320,00 €										
PUNTUACIÓ TOTAL LOT				88,17	93,19		100,00		EXCLÒS	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:50:27 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 8. SONDA ARGON PER COAGULACIÓ SUPERFICIE PLANA

	LICITADOR	ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MÉDICAS S.L.	PALEX MEDICAL S.A.
	REFERÈNCIA	FiAPC 20132-221	413878
CRITERIS SUBJECTIUS	Oferta licitador	Puntuació	EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX TÈCNIC 1, ES REQUEREIX: -LONGITUD 2,2M I OFERTEN 230CM -COMPATIBLE AMB APARELL COAGULADOR ERBE VIO3I NO ÉS COMPATIBLE
Puntuació màxima 40		40,00	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS	Oferta licitador	Puntuació	
Pressupost licitació: 7 107.953,16 € Puntuació màxima 60 Oferta millor 107.953,16 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Valor ponderació 1	107.953,16 € 60,00	
PUNTUACIÓ TOTAL LOT		100,00	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:51:20 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 9. CATÈTER ESPRAI

	LICITADOR	COOK ESPAÑA S.L.		OLYMPUS IBERIA S.L.U		CREO MEDICAL S.L.U.	PALEX MEDICAL S.A.	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A
	REFERÈNCIA	GT-7-SPRAY		N3644130 Model: PW-205V		AS2791823	522438	PW-A2-2423
CRITERIS SUBJECTIUS		Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC: ES REQUEREIX CATÈTER I ESTILET I NO TÉ ESTILET ES REQUEREIX LONGITUD ESTILET 100-130CM , NO TÉ ESTILET	EXCLÒS NO ARRIBA PUNTUACIÓ MINIMA 24 PUNTS	EXCLÒS NO ARRIBA PUNTUACIÓ MINIMA 24 PUNTS
Puntuació màxima	40		40,00		40,00			
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació			
Pressupost licitació: 74.800,00 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{\alpha_v - \alpha_M}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$							
Puntuació màxima	60	4.320,00 €	60,00	4.399,68 €	59,00			
Oferta millor	4.320,00 €							
PUNTUACIÓ TOTAL LOT			100,00		99,00	EXCLÒS	EXCLÒS	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:51:38 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 10. CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS

	LICITADOR	OLYMPUS IBERIA S.L.U		SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.	FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA S.L.
	REFERÈNCIA	N3040130 Model: FG-V422PR		RSEB-H4-20	LIT1-C3-20-23-200
CRITERIS SUBJECTIUS		Oferta licitador	Puntuació	OFERTA DESESTIMADA PER CONSIDERAR-SE ANORMAL I NO ESTAR DEGUDAMENT JUSTIFICADA	EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC: ES REQUEREIX UNA CISTELLA EXTRACCIÓ DE CÀLCULS I PRESENTA UNA LITOTRIPTOR
Puntuació màxima 40			40,00		
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació		
Pressupost licitació: 7 19.200,00 € $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Puntuació màxima 60 Oferta millor 16.200,00 € Valor ponderació 1		16.200,00 €	60,00		
PUNTUACIÓ TOTAL LOT			100,00	EXCLÒS	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:52:02 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 11. LLAÇ HEMOSTÀTIC

	LICITADOR	OLYMPUS IBERIA S.L.U		CREO MEDICAL S.L.U.	IZASA HOSPITAL S.L.U
	REFERÈNCIA	N5382130 Model: HX-400U-30		6AL23030-RL	144LOOP40B0LD230D0
CRITERIS SUBJECTIUS		Oferta licitador	Puntuació	EXCLÒS NO ARRIBA PUNTUACIÓ MINIMA 24 PUNTS	EXCLÒS NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC: ES REQUEREIX DIAMETRE LLAÇ 30MM (±2mm) I OFERTA D.40MM
Puntuació màxima 30			30,00		
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació		
Pressupost licitació: 7 20.750,40 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{V/P} \right) \right] \times P$ Valor ponderació 1			EXCLÒS NO ARRIBA PUNTUACIÓ MINIMA 24 PUNTS	EXCLÒS NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC: ES REQUEREIX DIAMETRE LLAÇ 30MM (±2mm) I OFERTA D.40MM
Puntuació màxima 70		19.620,00 €	70,00		
Oferta millor 19.620,00 €					
PUNTUACIÓ TOTAL LOT			100,00	EXCLÒS	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:52:19 +01'00'**Mireia Labarta Tomàs**
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 12. AGULLES ASPIRACIÓ PER ECOENDOSCÒPIA

	LICITADOR	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		COOK ESPAÑA, S.L.		OLYMPUS IBERIA S.L.U		SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.
	REFERÈNCIA	M00550000/M00555511/M00555520		ECHO-19/ECHO-3-22/ECHO-25		N5784030/N5784230/N5784430		EUS-19-0-N/EUS-22-0-N/EUS-25-0-N
CRITERIS SUBJECTIUS		Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	EXCLÒS NO ARRIBA PUNTUACIÓ MINIMA 24 PUNTS
Puntuació màxima	40		26,67		40,00		26,67	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	
Pressupost licitació: 7 27.360,00 € $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$								
Puntuació màxima	60	26.720,00 €	53,51	27.360,00 €	52,11	23.760,00 €	60,00	
Oferta millor	23.760,00 €							
PUNTUACIÓ TOTAL LOT			80,18		92,11		86,67	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:52:36 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 13. AGULLES BIÒPSIA PER ECOENDOSCÒPIA

	LICITADOR	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.		OLYMPUS IBERIA S.L.U
	REFERÈNCIA	M00555580/M00555641/M00555560		EUS-19-1-N/EUS-22-1-N/EUS-25-1-N		N5409330/N5409730/N5783830
CRITERIS SUBJECTIUS		Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC ES REQUEREIX: Punta trident i presenta punta bisell
Puntuació màxima 40			40,00		32,00	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació	
Pressupost licitació: 7 29.440,00 € $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$		28.320,00 €	46,30	21.600,00 €	60,00	
Puntuació màxima 60	Valor ponderació 1					
Oferta millor 21.600,00 €						
PUNTUACIÓ TOTAL LOT			86,30		92,00	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:52:56 +01'00'**Mireia Labarta Tomàs**
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

**LOT 14. STENTS PER ANASTOMOSI TRANSLUMINAL PER
ECOENDOSCÒPIA**

	LICITADOR	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		IZASA HOSPITAL S.L.U
	REFERÈNCIA	M00553530 / M00553540 / M00553520 / M00553550 / M00553560 / M00553570		144BCF-XX-XXX-T140
CRITERIS SUBJECTIUS		Oferta licitador	Puntuació	EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC ES REQUEREIX: Llum stent 6 a 20 mm (±2mm) i oferta 10,12,14,16mm Longitud stent 8 a 15mm (±2mm) i oferta 20,30,40mm
Puntuació màxima 30			30,00	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació	
Pressupost licitació: 736.000,00 € $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Puntuació màxima 70 Oferta millor 36.000,00 € Valor ponderació 1		36.000,00 €	70,00	
PUNTUACIÓ TOTAL LOT			100,00	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:53:13 +01'00'**Mireia Labarta Tomàs**
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 15. BALONS PER ECOENDOSCOPI I MATERIAL FUNGIBLE

	LICITADOR	CREO MEDICAL S.L.U.		PENTAX MEDICA IBERIA S.A.U	
	REFERÈNCIA	AS2070000/AS1470000/AN3272023/AN1065023		OE- A51/OE- A60/CS-2022A/CS-5522A	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació	Oferta licitador	Puntuació
Pressupost licitació: 749.808,00 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$	EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC ES REQUEREIX: RASPALL NETEJA ECOENDOSCOPI 2MM: - Compatible amb canal 1.1-1.5mm i presenta Compatible amb canal 1.0-1.6mm - Diàmetre extern 2,00mm i oferta 1,8mm RASPALL NETEJA ECOENDOSCOPI 5,5MM: - Compatible amb canal de 2,7 a 4.8mm 2.0 a 5.0mm i oferta Compatible amb canal de 2,7 a 4.6mm -Diàmetre extern 5,5mm i oferta 5mm		EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC ES REQUEREIX: CODI 57873BALÓ PROTECCIÓ PER ENDOSCOPI RADIAL D'ULTRASONS - Diàmetre 10mm i oferta 12mm - Longitud 22mm i oferta 20mm	
Puntuació màxima 100	Valor ponderació 1				
Oferta millor					
PUNTUACIÓ TOTAL LOT		EXCLÒS		EXCLÒS	

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:53:34 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs

Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 16. SISTEMA ENDOSCÒPIC D'ABLACIÓ PER RADIOFREQUÈNCIA PER ESÒFAG DE BARRET

	LICITADOR	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	
	REFERÈNCIA	64082/90-9100/	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació
Pressupost licitació: 7 50.800,00 € $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Puntuació màxima 95 Oferta millor 50.800,00 € Valor ponderació 1		50.800,00 €	95,00
MILLORES ECONÒMIQUES		Oferta licitador	Puntuació
Aportació 1 generador energia de radiofreqüència bipolar ARF Barrex Flex ,durant la intervenció a cost 0 SI= 5 PUNTS NO= 0 PUNTS Puntuació màxima 5		SI	5,00
PUNTUACIÓ TOTAL LOT		100,00	

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:53:51 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 17. SISTEMA DE SUTURA ENDOSCÒPICA PEL TANCAMENT DE DEFECTES I APROXIMACIÓ DE TEIXITS TOUS

LICITADOR		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	
REFERÈNCIA		ESS-G02-SX1/ESS-G02-160/PLY-G02-020-APL/THX-165-028/ OVT-027-160/CNH-G01-000/CNH-C01-213-L/XTACK-235-H/XTACK-160-H	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació
Pressupost licitació: 755.512,00 €		55.512,00 €	100,00
Puntuació màxima	100		
Oferta millor	55.512,00 €		
PUNTUACIÓ TOTAL LOT			100,00

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:54:11 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)



EXPEDIENT: CSI2024063

LOT 18. DISPOSITIU DE COL·LOCACIÓ DE CLIPS

		LICITADOR		COOK ESPAÑA SL.		CREO MEDICAL S.LU		INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U		OLYMPUS IBERIA SAU		PALEX MEDICAL S.A.		PENTAX MEDICAL IBERIA S.A.U		SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.							
		REFERÈNCIA		INSC-P-7-230-S		HC-231613551044		MTMED420CLP		N4509130Model: HX-202URL.A		512210		500012		LOCK-F-26-230-C							
Criteris de valoració qualitatiu/tècnica avaluable de forma automàtica sobre la docu				Indicar amb una X el que correspongui		EXCLÒS, A L'ANNEX 1 TÈCNIC ES REQUEREIS: - Longitud de clip 14,4mm (±2mm), a la fitxa tècnica indiquen 16mm per obertura del clip, no la longitud -Compatible amb MRI, no valorable per no trobar informació a la fitxa tècnica. Es sol·licita aclariment , no es rep resposta.		Indicar amb una X el que correspongui		EXCLÒS, A L'ANNEX 1 TÈCNIC ES REQUEREIS: - Longitud de clip 14,4mm (±2mm), a la fitxa tècnica indiquen obertura clip flexible desde 11mm a 20mm, no la longitud del clip Es sol·licita aclariment , resposta ampliant informació que no consta a la documentació presentada		EXCLÒS, A L'ANNEX 1 TÈCNIC ES REQUEREIS: - Longitud de clip 14,4mm (±2mm), a la fitxa tècnica indiquen obertura clip 16mm, no la longitud del clip Es sol·licita aclariment , resposta ampliant informació que no consta a la documentació presentada		Indicar amb una X el que correspongui		EXCLÒS, A L'ANNEX 1 TÈCNIC ES REQUEREIS: - Longitud de clip 14,4mm (±2mm), a la fitxa tècnica indiquen obertura clip 16mm, no la longitud del clip Es sol·licita aclariment , resposta ampliant informació que no consta a la documentació presentada							
Codi de material 56334		Puntuació màxima 30 punts		Puntuació				Puntuació															
Compatible amb endoscopi de visió lateral i frontal, ja que permet el seu ús en una varietat mes amplia de procediments		SI = 10 PUNTS NO= 0 PUNTS		X				10,00						SI				NO		SI		NO	
				X										X				X		0			
Anclatge dental amb 8 puntes, important perquè contra mes puntes dentades proporciona una major adherència i firmesa, per subjectar el teixit intern evitant que no llisqui i es desplaci, a part de es controla millor el sangnat		Anclatge dental amb 8 puntes (10 punts) Anclatge dental amb 6 puntes (5 punts) Anclatge dental C		SI = 10 PUNTS SI = 5 PUNTS SI = 0 PUNTS				X						X		0		X		0			
Ample obertura clip ajustable de 0 a 16mm, per poder ajustar amb mes precisió el clip a la lesió del pacient		SI = 10 PUNTS NO= 0 PUNTS		X										X		10				X (fins a13mm)		0	
																20,00		EXCLÒS NO ARRIBA A PUNTUACIÓ MÍNIMA 18 PUNTS		0,00			
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS				Oferta licitador				Puntuació						Oferta licitador		Puntuació		Oferta licitador		Puntuació			
Pressupost licitació: 21.600,00 €														20.574,72 €		45,32							
Puntuació màxima 70																							
Oferta millor 12.960,00 €				Valor ponderació 1																			
PUNTUACIÓ TOTAL LOT				72,00				EXCLÒS						65,32		EXCLÒS		EXCLÒS		EXCLÒS		EXCLÒS	

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:54:35
+01'00'

Mireia Labarta Tomás
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)

LOT 19. DISPOSITIU ELECTROQUIRÚRGIC DIATÈRMIC PER DISSECCIÓ SUBMOCOSA ENDOSCÒPICA

	LICITADOR	FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA S.L.		SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A.
	REFERÈNCIA	DP2618DT-35/ DP2618DT-50		MD-47703W/ MD-47704
CRITERIS SUBJECTIUS		Oferta licitador	Puntuació	EXCLÒS: NO COMPLEIX ANNEX 1 TÈCNIC ES REQUEREIX: Codi 52914 Longitud de treball 180 cm i oferta 195cm Codi 52915 Longitud mandíbula 5mm i oferta 6mm
Puntuació màxima 30			30,00	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS		Oferta licitador	Puntuació	
Pressupost licitació: 7 14.160,00 € $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Puntuació màxima 70 Oferta millor 14.040,00 € Valor ponderació 1		14.040,00 €	70,00	
PUNTUACIÓ TOTAL LOT			100,00	EXCLÒS

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2025.03.14
07:54:55 +01'00'

Mireia Labarta Tomàs
Responsable recursos materials i equipament CSI
(representant comissió tècnica)