

Resolució d'esmena d'errors tipogràfics

Atès que en data 16 d'abril de 2025 l'òrgan de contractació del Consorci Sanitari de Terrassa va aprovar l'expedient del **subministrament de diferents equips informàtics destinats a la renovació de l'equipament informàtic obsolet del Consorci Sanitari de Terrassa;**

Juntament amb l'expedient es va aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques Tipus de Clàusules Administratives Particulars, el quadre de característiques específiques i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l'objecte de contractació;

Havent-se detectat un error tipogràfic al Plec de Prescripcions Tècniques, concretament a l'apartat 6. Característiques tècniques, concretament als apartats "6.1. LOT 1 - Ordinador ofimàtic estàndard" i "6.2. LOT2 – Ordinador tot-en-un, teclat, ratolí, de grau mèdic, per a bloc quirúrgic i unitats d'intensius".

A fi i efecte que els licitadors interessats puguin tenir coneixement de l'esmentada informació per poder formular les seves proposicions i en garantia dels principis de publicitat, de transparència i d'igualtat en l'accés a la licitació;

A l'empara de la facultat d'esmena dels errors tipogràfics regulada a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en compliment del que disposa l'article 136 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic;

RESOLC:

Primer.- Esmenar el Plec de Prescripcions Tècniques, concretament a l'apartat "6.1. LOT 1 - Ordinador ofimàtic estàndard":

On diu:

BIOS - Multi-idioma, en castellà

Ha de dir:

BIOS – Multi idioma o en anglès

Segon.- Esmenar el Plec de Prescripcions Tècniques, concretament a l'apartat "6.2. LOT2 – Ordinador tot-en-un, teclat, ratolí, de grau mèdic, per a bloc quirúrgic i unitats d'intensius" a les característiques mínimes de PC Intregat:

On diu:

- *Sortides de Video per a 2 monitores addicionals (1 DVI-D + 2 DisplayPort V1.2)*
- *4 x USB 2.0*
- *4 x USB 3.1 (1 accessible externament)*
- *Temps Mig entre Fallades (MTBF): 40.000 hores*

Ha de dir:

- *Sortides de Video per a 2 monitores addicionals (2 DisplayPort V1.2 o SUPERIOR)*
- *2 x USB 2.0*

- 6 x USB 3.1 O SUPERIOR (1 accessible externament)
- Temps Mig entre Fallades (MTBF): 30.000 hores

Tercer.- Ampliar el termini de presentació d'ofertes, en comptes del 19 de maig de 2025, serà el 21 a la mateixa hora.

Quart.- Publicar aquesta resolució d'esmena d'error tipogràfic a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ferran Garcia Cardona
Director Gerent
del Consorci Sanitari de Terrassa